

Pentru Lotul nr. 2, oferta prezentată de S.R.L. "LABROMED LABORATOR" nu corespunde cerințelor de calificare și tehnice, solicitate conform Anunțului de participare, și anume:

- nu a prezentat Declarația privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018;
- s-a solicitat congelator de laborator cu diapazonul temperaturii de -60° - 86°C, însă operatorul economic a oferit congelator cu diapazonul temperaturii de -40° - 86°C.