

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul licitației:	LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1674221389687 / 21072080 din 20.01.23					Anexa 22
Denumirea licitației:	UTILAJ de laborator LDSA				Lot: 11	Pagina: 1 din 1
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 11 Agitator cu incalzire/racire pentru microtuburi	TS-100C+ SC-24NC	Letonia	Biosan	Agitator cu incalzire/racire pentru microtuburi Interval de reglare a temperaturii: +25°C ... +100°C Interval de control al temperaturii: +15°C sub cea ambientală ... +100°C Rezoluția setării temperaturii: 0.1°C Stabilitatea temperaturii: ±0.1°C Uniformitatea temperaturii la +37°C: ±0.5°C Uniformitatea temperaturii pe bloc: la +37°C -> ±0.1°C; la +60°C: ±0.2°C; la +100°C ±0.2°C Intervalul coeficientului de calibrare a temperaturii: 0.936...1.063 (± 0.063) Intervalul de control al vitezei: 250–1400 rpm Timpul de accelerare: 3 sec Orbita: 2 mm Microprocesorul controleaza temperatura, viteza de amestecare și timpul de funcționare Display: LCD, 16 x 2 signs Setarea digitală a timpului: 1 min–96 ore / non–stop (increment 1 min) Durată maximă de funcționare continuă: max. 96 de ore Aparatul este livrat impreuna cu urmatoarele accesorii: un bloc cu o capacitate de 24 x 1.5 ml	Agitator cu funcție de incalzire și racire pentru microtuburi și plăci PCR Interval de setare a temperaturii: +25°C ... +100°C Interval de control al temperaturii: +15°C sub cea ambientală ... +100°C Rezoluția setării temperaturii: 0.1°C Stabilitatea temperaturii: ±0.1°C Precizia temperaturii la +37°C: ±0.5°C Uniformitatea temperaturii pe bloc: la +4°C: ±0.6°C; la +37°C -> ±0.1°C; la +100°C ±0.3°C Intervalul coeficientului de calibrare a temperaturii: 0.936...1.063 (± 0.063) Intervalul de control al vitezei: 250–1400 rpm Timpul de accelerare: 3 sec Orbita: 2 mm Microprocesorul controleaza temperatura, viteza de amestecare și timpul de funcționare Display: LCD, 16 x 2 caractere Setarea digitală a timpului: 1 min–96 ore / non–stop (pas 1 min) Durată maximă de funcționare continuă: max. 168 de ore Aparatul este livrat impreuna cu urmatoarele accesorii: un bloc cu o capacitate de 24 x 1.5 ml	Conform cerintelor

Semnat:_____

Numele, prenumele: Petru BOLEA în calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova