

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Necesități instrumentar Bloc Operator	Glocan OMBREDANNE	10-255-24 Glocan OMBREDANNE, diametrul capului 40mm, lungimea 24cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Glocan ortopedic OMBREDANNE, bifuncțional, diam. 40mm/40mm (±3mm), greutate capului 520-590g , mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungime 245mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Autoclavabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Glocan ortopedic OMBREDANNE, bifuncțional, diametrul capului 40mm/40mm (±3mm), greutate capului 520-590g , mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungimea 240mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Autoclavabil. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marcar și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 254 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	2	Necesități instrumentar Bloc Operator	Glocan COTTLE	10-261-18 Glocan COTTLE cu o parte convexă, diametrul capului 25mm, greutatea 140 grame, lungimea 18.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Glocan ortopedic, bifuncțional, diam. 30mm/30mm (±3mm), suprafață convexă/suprafață plată, greutate capului 235g (±5g) , mâner solid; lungime 155mm (±5mm) , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Glocan ortopedic COTTLE, bifuncțional, diametrul capului 25mm (±3mm), o suprafață convexă și altă suprafață plată, greutatea capului 140g (±5g), mâner solid; lungime 185mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 255 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	3	Necesități instrumentar Bloc Operator	Glocan fin	10-262-19 Glocan fin cu cap înclinat cu plumb, greutatea 165 grame, diametrul capului 22mm, lungimea 19cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Glocan ortopedic, bifuncțional, diam. 25mm/25mm (±5mm), suprafață netedă/rugosă, greutatea capului 130g (±5g), mâner fin; lungime 185mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Glocan ortopedic, bifuncțional, diam. 22mm/22mm (±5mm), suprafață netedă/rugosă, greutatea capului 165g (±5g), mâner fin; lungime 190mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 255 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	4	Necesități instrumentar Bloc Operator	Retractor tesuturi moi	06-431-22 Retractor chirurgie generala US-ARMY, set din două piese, lungimea 220mm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor chirurgie generala US-ARMY, (lungime 220mm, set din două piese, capăt dublu: 22x15mm, 26x15mm, 39x15mm, 43x15mm) / lungime 210mm, set din două piese, capăt dublu: 21x15mm, 25x15mm, 45x15mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Retractor chirurgie generala US-ARMY, (lungime 220mm, set din două piese, capăt dublu: 22x15mm, 26x15mm, 39x15mm, 43x15mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 163 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	5	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	04-226-16 Forceps hemostatic fin CRILE, curbat, lungimea 160 mm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps hemostatic fin, curbat, lung. 140-151 mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic fin CRILE, curbat, lungimea 160 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 82 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	7	Necesități instrumentar Bloc Operator	Cuipitor de os	10-207-20 Cuipitor de os OLIVERONA, curbat, lungimea 20,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Cuipitor de os, făci 5,0 x 36,5 mm, lungime 205mm (±5mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cuipitor de os OLIVERONA, făci 5,0 x 36,5 mm, lungime 205mm (±5mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 241 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	8	Necesități instrumentar Bloc Operator	Cuipitor de os	10-208-20 Cuipitor de os OLIVERONA, drept, lungimea 20,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Cuipitor de os, făci 21,0 x 31,5 mm, lungime 200mm (±5mm), drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC confirmată prin certificat de la producător		

33100000-1	15	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	02-454-11 Foarfece de disecție IRIS, curbat, din aliaj de carbon cu wolfram, lungimea 11,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram/ HardModel scissors with inserted carbide cutting edges, lungime 115mm-120mm , brânse curbate, bont/bont, design fin, reutilizabil. Aliajul va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție IRIS, din aliaj de carbon cu wolfram/ HardModel scissors with inserted carbide cutting edges, lungime 115mm , brânse curbate, bont/bont, design fin, reutilizabil. Aliajul va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentele cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 54 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	16	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	02-320-01 Foarfece POTTS-SMITH, 40° lungimea 19cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece lungime 185 mm (±5 mm), lamă cu tăiere supercut, brânse angulare 45°, ascuțit/ascuțit, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 29 din catalogul producătorului]	Foarfece POTTS-SMITH, lungime 190 mm (±5 mm), lamă cu tăiere supercut, brânse angulare 40°, ascuțit/ascuțit, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentele cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 29 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	19	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	02-148-17 Foarfece de disecție KELLY, lungime 17,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece de disecție, lungime 175mm(±5mm) , design fin, brânse curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție KELLY, lungime 175mm(±5mm), design fin, brânse curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentele cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 12 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	20	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de rețeziționare	10-112-13 Forceps de rețeziționare, lungimea 13,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de rețeziționare, lungime 140mm(±5mm) , curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de rețeziționare, lungime 135mm(±5mm), curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentele cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 226 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	21	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	04-299-18 Forceps hemostatic Ochsner	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps hemostatic Kocher-Ochsner lungime 185mm (±5mm) , curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic OCHSNER Kocher lungime 180mm (±5mm), curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentele cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 87 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	22	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	04-266-16 Forceps hemostatic KOCHER, lungimea 16cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps hemostatic KOCHER, lungime 150mm - 160mm , curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic KOCHER, lungimea 160mm, curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentele cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 86 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	23	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de disecție/ligatură	04-399-19 Forceps de disecție/ligatură LAHEY, lungimea 19cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de disecție/ligatură, lungime 180mm - 190mm , puternic curbat, cu 4 caneluri longitudinale, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de disecție/ligatură LAHEY, lungimea 190mm, puternic curbat, cu 4 caneluri longitudinale, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteri, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginele și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentele cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 99 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33									

33100000-1	35	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfecae dissecție	02-264-16 Foarfecae de disecție tip LEXER, curbat, lungimea 16cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, brânse curbate, bont/bont, lungime 160mm+165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, brânse curbate, bont/bont, lungime 160mm; din oțel inoxidabil, reutilizabi. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. <u>[Vezi pagina 21 din catalogul producătorului]</u>	CE, ISO
33100000-1	37	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	09-106-15 Portac tip CRILE-MURRAY, lungimea 15cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Portac tip CRILE-MURRAY, brânse drepte, zimțate, mâneru cu clichet, lungime 150mm (+5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip CRILE-MURRAY, brânse drepte, zimțate, mâneru cu clichet, lungime 150mm (+5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. <u>[Vezi pagina 198 din catalogul producătorului]</u>	CE, ISO
33100000-1	38	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac cu foarfecae	09-122-14 Portac tip HEGAR-OLSEN, lungimea 14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Portac tip HEGAR-OLSEN, brânse drepte, serate, canelură longitudinală, mâneru cu clichet, cu un inel angular, lungime 140mm(+5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip HEGAR-OLSEN, brânse drepte, serate, canelură longitudinală, mâneru cu clichet, cu un inel angular, lungime 140mm(+5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. <u>[Vezi pagina 200 din catalogul producătorului]</u>	CE, ISO
33100000-1	39	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	09-242-18 Portac tip MAYO-HEGAR, lungimea 18cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 205mm (+5mm), brânșele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Portac tip MAYO-HEGAR din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 180mm (+5mm), brânșele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. <u>[Vezi pagina 202 din catalogul producătorului]</u>	CE, ISO
33100000-1	40	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forcpe de disecție, fin	03-119-12 Forceps de disecție MICRO-ADSON, lungimea 12cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vârf serat 1,0 mm, lungime 120mm(+5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certifi cat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de disecție MICRO-ADSON, drept, fin, vâr fserat 1,0 mm, lungime 120mm(+5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certific at de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. <u>[Vezi pagina 59 din catalogul producătorului]</u>	CE, ISO
33100000-1	41	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forcpe de disecție, fin	03-186-12 Forceps de disecție MICRO-ADSON, lungimea 12cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vâr f 1,0 mm cu 1x2 diști, lungime 120mm(+5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certifi cat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de disecție MICRO-ADSON, drept, fin, vâr f 1,0 mm cu 1x2 diști, lungime 120mm(+5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certific at de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. <u>[Vezi pagina 63 din catalogul producătorului]</u>	CE, ISO
33100000-1	43	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	03-171-14 Pensetă chirurgicală STANDARD, lungimea 14,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Pensetă chirurgicală standard, dreaptă, dințată 1x2, lungime 145mm (+5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certifi cat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Pensetă chirurgicalăSTANDARD, dreaptă, dințată 1x2, lungime 145mm (+5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabili. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certifi cat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 [Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure] sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fața instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. <u>[Vezi pagina 63 din catalogul producătorului]</u>	CE, ISO
33100000-1	44	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forcpeas traumatic						

33100000-1	53	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de tendon	10-101-15 Forceps de tendon, curbat, tip BRAND, lungimea 15cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de tendon tip BRAND, puternic curbat, dințat 1x2, brânșele cu zimți transversali, lungime 150mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de tendon tip BRAND, puternic curbat, dințat 1x2, brânșele cu zimți transversali, lungime 150mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) și cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 224 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	54	Necesități instrumentar Bloc Operator	Daltă	10-471-06 Daltă 6mm/14cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Daltă dreaptă, vârf 6,0mm; lungime 140mm(±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Daltă dreaptă, vârf 6,0mm; lungime 140mm(±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) și cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 272 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	55	Necesități instrumentar Bloc Operator	Cutter pentru os	10-225-20 Cutter pentru os tip LISTON, drept, lungimea 20cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, lungime 190mm-200mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cutter pentru os tip LISTON, drept, cu cremalieră, lungime 200mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) și cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 246 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	56	Necesități instrumentar Bloc Operator	Daltă	10-522-10 Daltă tip STILLE, 10mm/20.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Daltă dreaptă, vârf 8,0mm; lungime 205mm(±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Daltă tip STILLE, dreaptă, vârf 10,0mm; lungime 205mm(±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) și cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 273 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	58	Necesități instrumentar Bloc Operator	Cutter fire metalice	10-239-17 Cutter fire metalice tip REILL	Pakistan	Care&Cure Surgico	Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 165mm-200mm, muchile tăietoare specială întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. min 2.5mm și sârma moale de diam. min 3.5mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 175mm, muchile tăietoare specială întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. min 1,6mm și sârma moale de diam. min 2,0mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) și cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 250 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	59	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps repoziționare	10-112-13 Forceps de repoziționare, lungime 13,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de repoziționare, lungime 135mm(±5mm), curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps de repoziționare, lungime 135mm(±5mm), curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) și cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 226 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	60	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps autocentrare	10-160-19 Forceps autocentrare tip VERRUGGE, figura 0, lungimea 19,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps autocentrare a osului, curbat lateral, lungime 190mm(±5mm), cu filci 2,5mm și 7mm, cu filet ajustabil, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps autocentrare a osului, curbat lateral, lungime 195mm(±5mm), cu filci 2,5mm și 7mm, cu filet ajustabil, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) și cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. [Vezi pagina 235 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	61	Necesități instrumentar Bloc Operator	Clește	10-926-19 Clește pentru fire metalice, lungime 19cm					

33100000-1	68.2	Set canule de aspirație	Canulă de aspirație	08-183-19 Canulă de aspirație tip FRAZIER	Pakistan	Care&Cure Surgico	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm(±5 mm), diametru 2,0mm, 6FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcarul numelui producătorului și codul produsului, cu marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Canulă de aspirație tip FRAZIER, lungime de lucru 140mm, lungime totală 195mm(±5 mm), diametru 2,0mm, 6FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcarul numelui producătorului și marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. (Vezi pagina 192 din catalogul producătorului)	CE, ISO
33100000-1	68.3	Set canule de aspirație	Canulă de aspirație	08-185-19 Canulă de aspirație tip FRAZIER	Pakistan	Care&Cure Surgico	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm(±5 mm), diametru 3,0mm, 9FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcarul numelui producătorului și codul produsului, cu marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Canulă de aspirație tip FRAZIER, lungime de lucru 140mm, lungime totală 195mm(±5 mm), diametru 3,0mm, 9FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcarul numelui producătorului și marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. (Vezi pagina 192 din catalogul producătorului)	CE, ISO
33100000-1	72	Necesități instrument Bloc Operator	Cuipitor de os tip WAGNER	13-754-05 Cuipitor de os tip WAGNER, 5,5mm/20cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Cuipitor de os tip WAGNER, lungime 250mm-260mm, 150 grade (±5grade), mușcătura su, brânse netede, lățime vârf 5,5mm(±5mm), lungime vârf 20,0 mm. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcarul numelui producătorului și codul produsului, cu marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Cuipitor de os tip WAGNER, lungime 250mm, 150 grade (±5grade), mușcătura su, brânse netede, lățime vârf 5,5mm(±5mm), lungime vârf 20,0 mm. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcarul numelui producătorului și marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. (Vezi pagina 441 din catalogul producătorului)	CE, ISO
33100000-1	73	Necesități instrument Bloc Operator	Spatulă vasculară tip FREER	10-745-18 Spatulă vasculară tip FREER, lungime 18,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Spatulă vasculară tip FREER, lungime 185mm (±5 mm), curbă, dublă funcțională, ascuțit/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, dur * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcarul numelui producătorului și codul produsului, cu marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Spatulă vasculară tip FREER, lungime 185mm (±5 mm), curbă, dublă funcțională, ascuțit/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, dur * Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcarul numelui producătorului și marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. (Vezi pagina 289 din catalogul producătorului)	CE, ISO
33100000-1	74	Necesități instrument Bloc Operator	Chiureță osoasă	10-611-04 Chiureță osoasă, figura 00/4.4mm, 25cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Chiureță osoasă, lungime 250mm(±5 mm), lățime 4,4mm, dreaptă, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcarul numelui producătorului și codul produsului, cu marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Chiureță osoasă, lungime 250mm(±5 mm), lățime 4,4mm, dreaptă, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcarul numelui producătorului și marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. (Vezi pagina 276 din catalogul producătorului)	CE, ISO
33100000-1	75	Necesități instrument Bloc Operator	Retractor tip WEITLANER	06-456-16 Retractor tip WEITLANER, lungime 16,5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor tip WEITLANER, lungime 165mm (±5 mm), cu dinți 3x4, bont, cu lăcăț. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcarul numelui producătorului și codul produsului, cu marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Retractor tip WEITLANER, lungime 165mm (±5 mm), cu dinți 3x4, bont, cu lăcăț. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcarul numelui producătorului și marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. (Vezi pagina 167 din catalogul producătorului)	CE, ISO
33100000-1	76	Necesități instrument Bloc Operator	Speculum rectal	14-216-15 Speculă rectală BODENHAMMER	Pakistan	Care&Cure Surgico	Specula rectală, lungime totală 150mm-160mm, 2 lame, lungimea lamei 75mm(±5mm), lățimea lamei 15mm(2mm) mâner cu sistem de blocare cu surubare, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcarul numelui producătorului și codul produsului, cu marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Speculă rectală BODENHAMMER, lungime totală 155mm, 2 lame, lungimea lamei 90mm(±5mm), lățimea lamei 17mm(2mm) mâner cu sistem de blocare cu surubare, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcatul fabricii producătoare (emblema sau sigla) cu marcarul numelui producătorului și marcarul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului sunt șlefuite bine. Instrumentare cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare. (Vezi pagina 461 din catalogul producătorului)	CE, ISO
33100000-1									

[illegible]

33100000-1	133	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Chiureță	10-610-03 Chiureță dreaptă, Figura 000/3.6mm, 25cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Chiureță angulară în sus, lungime totală 200mm (±3mm), vârf diam. 3.6mm, design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Chiureță angulară în sus, lungime totală 250mm (±3mm), vârf diametru 3.6mm, design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 276 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	134	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Foarfece	02-230-18 Foarfece de disecție METZENBAUM, curbate, lungimea 18cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece de disecție, lungime 175mm (±3mm), design foarte fin, branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție METZENBAUM, lungime 180mm, design foarte fin, branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 19 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	135	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Foarfece	02-136-11 Foarfece chirurgical STANDARD, ascuțit/ascuțit, curbate, lungimea 11.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece chirurgical standard, lungime 115mm, branșe curbate, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece chirurgical STANDARD, lungime 115mm, branșe curbate, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 11 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	136	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Pensetă chirurgicală	03-174-20 Pensetă chirurgicală STANDARD, lungimea 20cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Pensetă chirurgicală, dreptă, lungime 200mm(±3mm), dințat 1x2, branșe cu design subțire, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Pensetă chirurgicală STANDARD, dreptă, lungime 200mm(±3mm), dințat 1x2, branșe cu design subțire, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 63 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	137	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Pensetă chirurgicală	03-200-17 Pensetă chirurgicală tip GERALD, lungimea 17.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Pensetă chirurgicală, dreptă, lungime 175mm(±3mm), design fin, dințat 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Pensetă chirurgicală tip GERALD, dreptă, lungime 175mm(±3mm), design fin, dințat 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 64 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	138	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Mâner bisturiu	01-120-03 Mâner pentru bisturiu nr.3	Pakistan	Care&Cure Surgico	Mâner bisturiu nr.3, mâner cu amprente, lungime 125mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Mâner bisturiu nr.3, mâner cu amprente, lungime 125mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 4 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	139	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Forceps de disecție, fin	03-133-18 Forceps de disecție tip CUSHING fin, lungimea 18cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de disecție, drept, fin, vârf serat, cu pin pentru fixare, lungime 200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps de disecție, drept, fin, vârf serat, cu pin pentru fixare, lungime 180mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 60 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	140	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Forceps de disecție, fin	03-203-18 Forceps de disecție tip WAUGH fin, 1x2 dinți, lungimea 18cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de disecție tip Waugh, drept, fin, cu pin pentru fixare, dințat 1x2, lungime 180mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps de disecție tip Waugh, drept, fin, cu pin pentru fixare, dințat 1x2, lungime 180mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 64 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	141	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Forceps de disecție, fin	03-204-20 Forceps de disecție tip WAUGH fin, 1x2 dinți, lungimea 20cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Forceps de disecție tip Waugh, drept, fin, cu pin pentru fixare, vârf serat, dințat 1x2, lungime 200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps de disecție tip Waugh, drept, fin, cu pin pentru fixare, vârf serat, dințat 1x2, lungime 200mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 64 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	143	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Retractor de rădăcină neuroasă	13-198-24 Retractor de rădăcină neuroasă tip CASPAR lungimea 24.5 cm, 6mm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor de rădăcină neuroasă tip CASPAR, lungime 240mm, lungime de lucru 90mm, tip baionetă, vârf bont, 4.0mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor de rădăcină neuroasă tip CASPAR, lungime 245mm, lungime de lucru 90mm, tip baionetă, vârf bont, 6.0mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 403 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	144	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Portac	09-241-16 Portac tip MAYO-HEGAR, lungimea 16cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 150mm, bransete drepte, cu inserți de 0.5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Portac tip MAYO-HEGAR din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 160mm, bransete drepte, cu inserți de 0.5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 216 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	146	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Cârlig de nervi și vase	13-150-24 Cârlig de nervi și vase tip CASPER, lungimea 24.5cm, figura 1	Pakistan	Care&Cure Surgico	Cârlig de nervi și vase tip CASPAR, angular 90 grade, lungime 245mm, vârf bilă, lungime vârf 5mm, mâner rotund scurt, cu asperități fine, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Cârlig de nervi și vase tip CASPAR, angular 90 grade, lungime 245mm, vârf bilă, lungime vârf 5mm, mâner rotund scurt, cu asperități fine, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 396 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	147	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Canulă de aspirație	08-183-19 Canulă de aspirație tip FRAZIER, diametru 2mm, lungimea 19.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 2.0mm, 6FR, model conic, larg, maleabilă, cu stilet inclus, cu control fin al aspirației, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 195mm (±5 mm), diametru 2.0mm, 6FR, model conic, larg, maleabilă, cu stilet inclus, cu control fin al aspirației, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 192 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	148	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Canulă de aspirație	08-185-19 Canulă de aspirație tip FRAZIER, diametru 3mm, lungimea 19.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 3.0mm, 9FR, model conic, larg, maleabilă, cu stilet inclus, cu control fin al aspirației, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 195mm (±5 mm), diametru 3.0mm, 9FR, model conic, larg, maleabilă, cu stilet inclus, cu control fin al aspirației, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 192 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	149	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Portac	09-112-20 Portac tipMAYO-HEGAR, mediu fin, lungimea 20cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Portac tip HEGAR, lungime 205mm, bransete drepte, cu creștături în plasă împotriva alunecării, pattern greu, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Portac tipMAYO-HEGAR, lungime 200mm, bransete drepte, cu creștături în plasă împotriva alunecării, pattern greu, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 199 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	150	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Retractor autoexpandabil	06-462-19 Retractor autoexpandabil tipANDERSON-ADSON, ascuțit, 4x4 dinți, lungimea 19cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor autoexpandabil, 4x4 dinți, ascuțit, cu clichet, lungime 190mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor autoexpandabil, 4x4 dinți, ascuțit, cu clichet, lungime 190mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 169 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	151	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Cuipitor de os	10-233-24 Cuipitor de os tip LISTON, curbate lateral, lungimea 24cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Cuipitor de os, lungime 230mm, angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu arc, fileți 2.0mm x 10.0mm, mâner cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Cuipitor de os tip LISTON, lungime 240mm, angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu arc, fileți 2.0mm x 10.0mm, mâner cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 248 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	152	Instrumente neurochirurgicale spinale clasice	Retractor	06-264-21 Retractor tip LANGENBECK, 40x20mm, lungimea 21cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Retractor, lungime 215mm, adâncime 40mm, lățime 10mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Retractor tip LANGENBECK, lungime 210mm, adâncime 40mm, lățime 10mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 134 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	154	Spatulă vasculară	Spatulă vasculară	10-746-18 Spatulă vasculară tip FREER-YASARGIL, ascuțit/ascuțit, lungimea 18.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Spatulă vasculară tip FREER-YASARGIL, lungime 185mm, curbată, dublă funcțională, ascuțit/ascuțit, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Spatulă vasculară tip FREER-YASARGIL, lungime 185mm, curbată, dublă funcțională, ascuțit/ascuțit, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 289 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	155	Elevator	Elevator	10-374-20 Elevator tip LANGENBECK, 5mm/20cm fig 1	Pakistan	Care&Cure Surgico	Elevator tip LANGENBECK, lungime 190 mm, curbate, ascuțit, lățime 17mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Elevator tip LANGENBECK, lungime 200 mm, curbate, ascuțit, lățime 5mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 267 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	156	Cuipitor de os	Cuipitor de os	10-216-24 Cuipitor de os tip STILLE-RUSKIN, lungimea 24cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Cuipitor de os curbate, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu arc, lungime 175mm, design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Cuipitor de os curbate, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu arc, lungime 240mm, design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina243 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	157	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Mâner bisturiu #3	01-120-03 Mâner bisturiu #3	Pakistan	Care&Cure Surgico	Mâner bisturiu #3 drept, mâner cu amprente, lungime 125mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător.	Mâner bisturiu #3 drept, mâner cu amprente, lungime 125mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 4 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	158	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Mâner bisturiu #4	01-125-04 Mâner bisturiu #4	Pakistan	Care&Cure Surgico	Mâner bisturiu #4 drept, mâner cu amprente, lungime 135mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător.	Mâner bisturiu #4 drept, mâner cu amprente, lungime 135mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 4 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	160	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Foarfece de disecție	02-103-14 Foarfece de disecție STANDARD, bont/bont, drept, lungimea 14.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece de disecție, lungime 145mm (+/-2mm), branșe drepte, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție STANDARD, lungime 145mm (+/-2mm), branșe drepte, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 10 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	161	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Foarfece de disecție	02-110-14 Foarfece de disecție STANDARD, bont/bont, curbate, lungimea 14.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece de disecție, lungime 145mm (+/-2mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție STANDARD, lungime 145mm (+/-2mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 10 din catalogul producătorului]	CE, ISO
33100000-1	162	Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii	Foarfece chirurgicale standard	02-103-14 Foarfece de disecție STANDARD, bont/bont, drept, lungimea 14.5cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Foarfece chirurgicale standard, lungime 145mm (+/-2mm), branșe drepte, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece de disecție STANDARD, lungime 145mm (+/-2mm), branșe drepte, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificatul de la producător. Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla) / cu marcajul numelui producătorului și marcajul CE. [Vezi pagina 10 din catalogul producătorului]	CE, ISO

Semnăt: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chişinău, com.Truşeni, str.Răzeşilor, 9**