

Către grupul de lucru Achiziții Publice al

IMSP AMT Centru

Licitație deschisă nr. 21022841 din 05.06.2020

Data: 05.06.2020

DECLARAȚIE

Prin prezenta, compania SRL Sanmedico, pentru pozițiile câștigătoare la Licitație deschisă nr. 21022841 din 05.06.2020, garantează că reactivii propuși în ofertă corespund cu Cerințele Generale specificate în Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010:

1. Termenul de valabilitate la livrare indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni;
2. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor conțin caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, specificitatea;
3. Instrucțiunile privind modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat;
4. Reagenții, soluțiile din set sunt lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru sunt stabile mai mult de 30 de zile. În instrucțiunea de folosire este indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele sunt cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Stripurile și godeurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cîte un godeu. Este posibil de a testa cîte o probă. Test sistemele conțin nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și a anticorpilor;
5. La solicitare vom prezenta mostre în decurs de 5 zile;

Cu respect,

Goreacii Vitalie

Administrator SRL „SANMEDICO”