

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție LP N 21085327 din 23,07,2023							
	Obiectul achiziției : Tuburi de intubație, pentru asigurarea procesului chirurgical –anestezie						
Nr. Lot	Denumirea	Denumirea modelului bunului/servi	Tara de origine	Prodicator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarte de referinta
1	Tuburi de intubație N-7.0; N-8.0; N.-8.5; N-7.5 , cu manjeta	GT014-100	China	Ningbo Greetmed	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0, 7,5, 8,0, 8,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, conform cantitatilor solicitate.	DM000041937

Semnat Diana Tutunaru

jurist

Natusana SRL or. Codru, str. M. Eminescu 31