

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul procedurii de achiziție: 21054129, oeds-b3wdp1-MD-1648566468763						Data: 14.04.2022	Alternativa nr.	
Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat)						Lot:	pag. 1 din 1	
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
8	3310000-1	Teste RPR – test netreponemal, N100	RPR-CARBON-DAC / 1040R200D	Moldova	Dac-SpectroMed	Testele RPR sunt bazate pe reacția de aglutinare pe carduri cu carbon. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de probe. Trusa va conține: 1. RPR reagent 2. Carduri a câte 10 godeuri de unică folosință 3. Control negativ 4. Control pozitiv Trusa va conține toți reactivi necesari pentru varianta macroscopică. Sensibilitate >86 % - sifilis primar 100% sifilis secundar > 98% - sifilis latent. Specificitate ≥ 98%	Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiopalinic testul RPR – test netreponemic, N100. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
10	3310000-1	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman, N100	TPHA-DAC / 1044T100	Moldova	Dac-SpectroMed	Testul TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici treponemic în toate etapele infecției. Este folosit pentru confirmarea sifilisului. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de probe. Trusa conține: 1. TPHA reagent. 2. Diluent - soluție salină cu absorbant. 3. Seruri de control: Control pozitiv – serum defibrinat Control negativ – serum defibrinat. Sensibilitate 100%; Specificitate 100%	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor antitreponema palidum în serul sanguin uman prin microhepaglutinare, N100. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virschi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 14.04.2022
Valabilitatea ofertei - 90 zile.