



## Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:  
 Data:  
 Tel./Fax:  
 Nr. și data procedurii:

I.P. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară  
 23 aprilie 2024  
 Aleona Dumitrascu, Tel.: +37379477446, CodreanuAlena@rambler.ru  
 ocds-b3wdp1-MD-1712057398104 din 23.04.2024

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor   | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul      | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|---------|------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---|---|------------------------|
| 0       | 1          | 2  | 3                   | 4               | 5                 | 6   | 7   | 8                      |
| 16      | 33100000-1 | LOT 16 Acid clorhidric HCl   | CL00.0360.1000      | Belgia          | Chem-Lab          | Ch.p.a, ambalat butelii de sticla, ambalajoriginal  | Acid clorhidric a,r. 37%, for laboratory use, 1 L   | ISO, CE Marca          |
| 17      | 33100000-1 | LOT 17 Fosfat dipotasic K2HPO4   | VWRC26931.263       | Austria         | VWR               | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic, ambalaj original  | VWRC26931.263 - DI-POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE AR, -500g   | ISO, CE Marca          |
| 19      | 33100000-1 | LOT 19 Clorura de potasiu KCl  | VWRC26764.260       | Austria         | VWR               | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic, ambalaj original  | VWRC26764.260 - POTASSIUM CHLORIDE ANALAR NP REAG.PE, amb. 500g Original  | ISO, CE Marca          |
| 20      | 33100000-1 | LOT 20 Hidroxid de sodiu NaOH  | S/4920/60           | Belgia          | ThermoFisher      | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic, ambalaj original  | S/4920/60 - Sodium hydroxide, 98+%, for analysis, pellets, AR, meets specification of BP + Ph. Eur.CAS: 1310-73-2, amb= 1KG | ISO, CE Marca          |
| 21      | 33100000-1 | LOT 21 Glucoza   | CL00.0705.100       | Belgia          | Chem-Lab          | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic, ambalaj original  | Glucose, D(+), 1 aq v.p., 99+%, CL00.0705.1000, Chem-Lab  | ISO, CE Marca          |
| 22      | 33100000-1 | LOT 22 Sulfit de sodiu Na2SO3  | S/6850/60           | Belgia          | ThermoFisher      | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic, ambalaj original  | FC S/6850/60 - Sodium sulfite anhydrous, for analysisCAS: 7757-83-7, amb= 1KG, 45,9 euro, 4x1KG                             | ISO, CE Marca          |
| 23      | 33100000-1 | LOT 23 Clorura de fier FeCl3   | I/1035/53           | Belgia          | Acros Tfsci       | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic  | I/1035/53 - Iron(III) chloride anhydrous, extra pure, SLRCAS: 7705-08-0, amb= 500GR   | ISO, CE Marca          |
| 25      | 33100000-1 | LOT 25 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1210 C / 20 min | Стерилан 121/20     | Ucraina         | Norma             | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc.  | Indicator control sterilizare, 121/20, intern, vapori, 1000buc., UA   | ISO, CE Marca          |
| 26      | 33100000-1 | LOT 26 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1320 C / 20 min | Стерилан 132/20     | Ucraina         | Norma             | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc.  | Indicator control sterilizare, 132/20, intern, vapori, 1000buc., UA   | ISO, CE Marca          |
| 27      | 33100000-1 | LOT 27 Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 1800 C / 60 min  | Стерилан 180/60     | Ucraina         | Norma             | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc.   | Indicator control sterilizare, 180/60, intern, vapori, 1000buc., UA   | ISO, CE Marca          |
| 34      | 33100000-1 | LOT 34 Set pentru vopsirea pe gram   | BGR4-K-250          | Croatia         | Biognost          | Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare   | BGR4-K-250-BioGramm 4Kit, ambalaj 5x250ml, Biognost   | ISO, CE Marca          |
| 36      | 33100000-1 | LOT 36 Standard Buffer pH 4,0 ± 0,01, cu certificat trasabil                     | HI7004L             | Romania         | Hanna Instruments | pH 4,0 ± 0,01 ( 20 °C) in ambalaj original, cu certificat trasabil la SI  | HI7004L Buffer calibrare pH 4,01, pH ± 0,01, standard, sticla de 500 ml   | ISO, CE Marca          |
| 37      | 33100000-1 | LOT 37 Standard Buffer pH 7,0 ± 0,01, cu certificat trasabil                     | HI7007L             | Romania         | Hanna Instruments | pH 7,0 ± 0,01 ( 20 °C) in ambalaj original, cu certificat trasabil la SI  | HI7007L Buffer calibrare pH 7,01, pH ± 0,01, standard, sticla de 500 ml   | ISO, CE Marca          |
| 47      | 33100000-1 | LOT 47 Alcool etilic   | H96-10L             | Croatia         | Biognost          | Ambalaj original, conc 96 %   | Histanol 96 - Alcool etilic denaturat 96%, Histanol 96, amb. 10L  | ISO, CE Marca          |
| 56      | 33100000-1 | LOT 56 Cutii Petri   | 29056               | Italia          | FL Medical        | Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 150mm  | Cutie Petri, 150x17,5 mm, PS, sterile   | ISO, CE Marca          |
| 57      | 33100000-1 | LOT 57 Pipete sterile microbiologice   | TP-10               | China           | ZRMI Co. Ltd      | Pipete gradate cu golire totală clasa AGratație normalCapacitate 10 mlAcuratețe ±0,05 mlGradație 0,1 mlSterile, ambulate individual, autoclavabileAmbulate separat  | Pipeta serologica, 10 ml, div. 1/10, Dnase/Rnase/Pyrogen-free, sterila, amb. ind., Pag. 24                                  | ISO, CE Marca          |
| 58      | 33100000-1 | LOT 58 Pipete sterile microbiologice   | TP-7                | China           | ZRMI Co. Ltd      | Pipete gradate cu golire totală clasa AGratație normalCapacitate 1 mlAcuratețe ±0,008 mlGradație 0,01 mlSterile, ambulate individual, autoclavabileAmbulate separat | Pipeta serologica, 1 ml, div. 1/100, Dnase/Rnase/Pyrogen-free, sterila, amb. ind., Pag. 24                                  | ISO, CE Marca          |
| 59      | 33100000-1 | LOT 59 Anse sterile microbiologice   | 30025               | Italia          | FL Medical        | Material: polisterol, capacitate 10 microlitri  | Ansa microbiologica, vol. 10 ul, PS, sterila, amb. 20 buc.  | ISO, CE Marca          |
| 60      | 33100000-1 | LOT 60 Anse sterile microbiologice   | 30015               | Italia          | FL Medical        | Material: polisterol, capacitate 1 microlitru   | Ansa microbiologica, vol. 1 ul/inoculare, PS, sterila, amb. 20 buc.   | ISO, CE Marca          |

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                     | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|---------|------------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 61      | 33100000-1 | LOT 61 Cutii Petri   | 29062               | Italia          | FL Medical   | Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 90mm                 | Cutie Petri, 90x16,20mm, PS, sterila, amb. 20buc.  | ISO, CE Marca          |
| 62      | 33100000-1 | LOT 62 Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134° C | ACB21605            | China           | ZRMI Co. Ltd | p/u autoclav,pericol biologic 560 x 750 mm (50 l)galbeni, rezistent 134 C | Sac autoclavabil, 600x850x0.1mm, Vol. ~60L, PE, rezistent 141oC, Biohazard, set 150 buc./DM000602418 | ISO, CE Marca          |

Cu respect,  
 directorul SRL "ECOCHIMIE"  
 Nicolae Iurcu