

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1724070098858 din 30 aug 2024, 10:00 - 18 sept 2024, 9:00

Obiectul achiziției: Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) sistem deschis pentru anul 2024 – (necesar suplimentar)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
1.	33140000-3	Lot 1. Oxygenator pentru adulți cu membrană	CX*FX25RW / 3CXFX*25RWC + BHL-4182	Japonia / SUA + India	TERUMO CORPORATION / TERUMO CARDIOVASCULAR SYSTEMS CORPORATION + BL LIFESCIENCES	"Oxygenator pentru adulți cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial anexat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0; - Vizibilitatea sângelui - Da; Volumul static al “priming”- ului oxygenatorului (ml) - Până la 270; Volumul static al priming - ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml; Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400; Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5; Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4; Intrare în rezervor venos(inch) - ½; Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da".	Oxygenator pentru adulți cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial încorporat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa „Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)). - +2 holdere pentru tip de oxygenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - 7 l/min. Vizibilitatea sângelui - da. Volumul static al “priming”-ului oxygenatorului (ml) - 260. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (7,0 l / min.) - 490. Suprafața schimbului de gaze (m2) - 2,5. Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - 0,53. Întrare în rezervor venos(inch) - ½. Prelucrare membranelor cu biopolimer - da, Xcoating.	DM000501470 DM000507708 DM000659737
2.	33140000-3	Lot 2. Oxygenator pentru adulți cu membrană	CX*FX25RW / 3CXFX*25RWC + BHL-4182	Japonia / SUA + India	TERUMO CORPORATION / TERUMO CARDIOV	"Oxygenator pentru adulți cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid; - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial încorporat în oxygenator inclusiv cu setul de linii pentru	Oxygenator pentru adulți cu membrană în set cu: - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul încorporat în	DM000501470 DM000507708 DM000659737

				ASCULAR SYSTEMS CORPORATION + BL LIFESCIENTES	<p>cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4));</p> <p>- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat;</p> <p>- Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0;</p> <p>- Vizibilitatea sângelui - Da;</p> <p>- Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270;</p> <p>- Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml.</p> <p>- Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.);</p> <p>- Nu mai mic de 400;</p> <p>- Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5;</p> <p>- Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4;</p> <p>- Întrare în rezervor venos (inch) - ½;</p> <p>- Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da”.</p>	<p>oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)).</p> <p>- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat</p> <p>Debit volum maxim (l/min.) - 7 l/min.</p> <p>Vizibilitatea sângelui - da.</p> <p>Volumul static al „priming”-ului total al oxigenatorului (ml), inclusiv filtru încorporat - 260 ml.</p> <p>Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (7,0 l / min.) - 490.</p> <p>Suprafața schimbului de gaze (m2) - 2,5.</p> <p>Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - 0,53.</p> <p>- Întrare în rezervor venos (inch) - ½.</p> <p>- Prelucrare membranelor cu biopolimer - da, Xcoating.</p>	
3.	33140000-3	Lot 3. Oxigenator pentru adulți și copii cu greutatea <60 kg cu membrană	CX*FX15RW40 / 3CXFX*15RW40 + CX-ML025	Japonia / SUA + Costa Rica	<p>TERUMO CORPORATION / TERUMO CARDIOVASCULAR SYSTEMS CORPORATION + TERUMO CARDIOVASCULAR COSTA RICA LLC</p> <p>Oxigenator pentru adulți și copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu:</p> <p>- rezervor venos rigid</p> <p>- filtru arterial încorporat în oxigenator</p> <p>- set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare).</p> <p>- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat</p> <p>Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0</p> <p>Vizibilitatea sângelui - Da</p> <p>Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 190</p> <p>Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până la 170</p> <p>Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m)</p> <p>- Nu mai mic de 260</p> <p>Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5</p> <p>Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu</p>	<p>Oxigenator pentru adulți și copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu:</p> <p>- rezervor venos rigid</p> <p>- filtru arterial încorporat în oxigenator</p> <p>- set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), set de tubulatură pentru circulație extracorporeală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu Custodiol sau Kaliu), (desenele se vor prezenta la momentul transmiterii invitației la reofertare).</p> <p>- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat</p> <p>Debit volum maxim (l / min.) - 5,0.</p> <p>Vizibilitatea sângelui - da.</p> <p>Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - total oxigenator + filtru încorporat - 144.</p> <p>Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m).</p> <p>- 330.</p> <p>Suprafața schimbului de gaze (m2) - 1,5.</p> <p>Întrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8.</p>	<p>DM000501476</p> <p>DM000507704</p> <p>DM000661768</p>

						conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	Prelucrare membranelor cu biopolimer - da, Xcoating.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**