

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1735212716716						
Obiectul achiziției: _ Consumabile pentru cardiologia intervențională (30 zile până la rezultatele CAPCS) anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.Set introductor radial scurt	AVANTI+ Transradial Kit 504-615Z, 504-616Z, 504-617Z (pagina 2)	SUA	Cordis1	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)</p> <p>Ac angiografic metalic de 21-22G si fir de ghidare 0.018-0.021", introducătorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura.</p> <p>Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimea tecii de 7-11 cm. Marimi disponibile 5-7 F, cu profil ultra-subtire: diametru extern la 5F <2.15mm, la 6F <2.5mm si la 7F <2.8mm, pt reducerea dimeniunii arteriotomiei si riscului RAO.</p> <p>Miniguide cu lungimi de 40-45cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Ac angiografic metalic de 21G si fir de ghidare 0.018-0.021", introducătorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura.</p> <p>Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)</p> <p>Dimesiuni obligatorii</p> <p>Lungimea tecii de 11 cm. Marimi disponibile 5-7 F, cu profil ultra-subtire: diametru extern la 5F <2.15mm, la 6F <2.5mm si la 7F <2.8mm, pt reducerea dimeniunii arteriotomiei si riscului RAO.</p> <p>Miniguide cu lungimi de 45cm.</p>	DM000682580, DM000682578, DM000682579
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ostapciuc Alexandr În calitate de: Ostapciuc Alexandr
Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com.Stauceni