

Specificații tehnice

a

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700140589538 din 27 Noiembrie 2023
Obiectul achiziției: Consumabile pentru anatomia-patologică pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
PARAFINA	Tissue-Tek® Paraffin Wax TEK III, 10 kg, COD 4509	Olanda	Sakura Finetek Europe B.V.	<i>Format:</i> Granule (Produs chimic de laborator), standard, în granule solide, non-toxic; <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate; <i>Aplicație:</i> imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; <i>Compozența chimică:</i> amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> ✓ Soluție chimică în granule, miros specific,	<i>Format:</i> Granule (Produs chimic de laborator), standard, în granule solide, non-toxic; <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate; <i>Aplicație:</i> imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; <i>Compozența chimică:</i> amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> ✓ Soluție chimică în granule, miros specific,	DOC

			✓ este clasificabil cu directivele CE ✓ să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 54° - 58° C, ✓ imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; ✓ pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă ✓ compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, ✓ compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocăsare în vacuum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic <i>Unitatea de măsură: Kilogram</i> <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții în saci 20 -kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓ date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓ toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător:</i> ✓ nume și adresa producătorului; ✓ informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical și stație de impregnare în parafină MYR</i>	✓ este clasificabil cu directivele CE ✓ să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 54° - 58° C, ✓ imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; ✓ pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă ✓ compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, ✓ compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocăsare în vacuum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic <i>Unitatea de măsură: Kilogram</i> <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții în saci 20 -kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: ✓ date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); ✓ toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător:</i> ✓ nume și adresa producătorului; ✓ informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical și stație de impregnare în parafină MYR</i>	
--	--	--	--	---	--

Lame microtom	Accu-Edge® Low-Profile Hard Tissues (N35), 50/cs COD 4690	Olanda	Sakura Finetek Europe B.V.	Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 34°, 1 cutie - 50 lame <i>Particularități tehnice</i> Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13in. (80 × 8mm), grosime: 0,01in. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. <i>Ambalaj</i> specializat - casetă de polipropilen în cutie: 1 casetă - 50lam. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical	Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 34°, 1 cutie - 50 lame <i>Particularități tehnice</i> Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13in. (80 × 8mm), grosime: 0,01in. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. <i>Ambalaj</i> specializat - casetă de polipropilen în cutie: 1 casetă - 50lam. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical	DOC
---------------	--	--------	----------------------------	---	---	-----

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: SRL PHARMONY Adresa: mun. Chișinău, or. Durelești, str. Durlești 4