

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1699017097220

Obiectul achiziției: **Echipament de laborator si accesorii II**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot Nr. 4 (IGFPP al USM: 22.80013.5107.3BL)						
Analizator multiparametru	C3230	Belgia	Consort	Echipament de măsurare și monitorizare a pH-ului și conductivității în probe biologice: - Canale de măsurare: min.2 - Canale de temperatură: min. 2 - pH: min. (-2.000) - max.(+16.000) pH - concentrația de ioni măsurată: min. 0,01 ng/l - max.100 g/l - Conductivitate: de la 0 - max. 2000 mS/cm - Rezistivitate: de la 0 - max. 200 MΩ.cm - Temperatura: min. -5,0 - max. +105°C Electrod de pH: Electrod din sticlă - Port: BNC	Echipament de măsurare și monitorizare a pH-ului și conductivității în probe biologice: - Analizator multiparametru; - electrod de pH/ORP cu termocompensare; - electrod de conductivitate cu termocompensare; - suport pentru electrozi; - cablu de conectare la PC/laptop; - program software de la același producător ca și analizatorul multiparametru;	

				- pH: de la 0 - max. (+14.000) pH - temperatura: de la 0 - max. +100°C; Electrod de conductivitate: - Port: BNC; Setul include: - Laptop portabil cu conectare USB și RS232 - Windows licențiat. Termen de garanție min. 24 luni	- un laptop pentru înregistrarea și păstrarea datelor; Analizator multiparametru: - Canale de măsurare: 2; - Canale de temperatură: 2; - pH: -2.000...+16.000 pH; - concentrația de ioni măsurată: 0,01 ng/l...100 g/l; - Conductivitate: 0...2000 mS/cm; - Rezistivitate: 0...200 MΩ.cm; - Temperatura: -5,0...+105,0°C; Electrod de pH: - Electrod din sticlă; - Port: BNC; - pH: 0.000...+14.000 pH; - temperatura: 0 ... +100°C; Electrod de conductivitate: - Port: BNC; Calculatoare: - Laptop portabil; - cu conectare USB și RS232; - Windows licențiat; Termen de garanție: 24 luni.	
Agitator pentru probe biologice	OS-20 Universal Orbital Shaker	Lituania	Biosan	Regulator de turații: min. 50 – max.300 rpm - Tip miscare - Orbită, dimensiune orbită - min. 20 mm - Ecran de afișare a vitezei și timpului (LED) - Sarcina maximă: minim 2,5 kg -Temporizator min 60 sec - maxim 720 sec	Agitator de laborator orbital pentru aplicații variate în domeniile biotehnologiei, microbiologiei și diagnosticului medical, care asigură amestecare rotativă blândă și circulație precisă în fiecare punct al platformei. Cronometru digital	

				- Platforma de agitare: pentru 6 baloane Erlenmeyer (250 ml), cu fixare exactă. Umiditatea relativă ambientală 90 %, fără condensare Puterea de consum – min. 200 W Termen de garanție min. 24 luni.	pentru setarea unui interval de timp și funcționare continuă. Specificații tehnice: - Viteză de rotație: 50 – 250 rpm; - Orbită: 20 mm; - Temporizator min 60 sec - maxim 999 min - Încărcătură maximă: 2,5 kg; - masa echipamentului: 3,2 kg; - Platforma de agitare: pentru 6 baloane Erlenmeyer (250 ml), cu fixare exactă. Puterea de consum: 12 V, 500 mA/ 6 W Termen de garanție: 24 luni	
Total lot 4						

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**