

Specificații tehnice (F4.1)
Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”
Licitație deschisă: 21036586
Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1							
50420000-5	Mentenanța anuală SHIMADZU Opescope Acteno	Opescope Acteno	Japonia	Shimadzu	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Curățare, lubrifiere părți mecanice și contacte de înaltă tensiune; Timpul intervenției max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră; Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Minim trei intervenții de deparare la solicitare; Să se indice prețul pentru fiecare lucrare recomandată de producător și pentru fiecare intervenție de deparare; Lucrările se vor efectua la solicitare. contacte de înaltă tensiune; Reparații dispozitiv la solicitarea instituției; Timpul intervenției max 24 ore, timp intervenție telefonică max 1 oră; Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei lucrări, indicând starea dispozitivului și ce s-a făcut.	Anexat	CE
LOT 12							
50420000-5	Mentenanța pentru ventilator pulmonar AirLiquide Monnal T75	AirLiquide Monnal T75	France	AirLiquide	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Update la software, verificarea sistemelor electrice, pneumatice, lubrifierea părților mecanice, curățarea dispozitivului și tuturor filtrelor de praaf, efectuarea verificării funcționalității corecte a reținerilor de ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune și a senzorilor de flux și schimbare de piese la necesitate, recalibrare după schimbare de piese. Intervenția a minim de două ori pe an per dispozitiv. Minim 10 intervenții de deparare la solicitare. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiviv ≤ 24 ore. Alte lucrări de mentenanță recomandate de producător; Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Să se indice prețul pentru fiecare lucrare recomandată de producător și pentru fiecare intervenție de deparare. Lucrările se vor efectua la solicitare. Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată	Anexat	CE

Numele, Prenumele: Botmaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: „Neotec” SRL
 Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37

