

Specificații tehnice (F 4.1)

MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1772544460233						
Obiectul achiziției: “Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 8)”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
<p>LOT NR.9- Autorefractometru cu keratomie</p> <p>LOT 9</p>	KR-9600	China	Ningbo Ming Sing Optical	<p>Descriere: Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact.</p> <p>Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție: Putere sferă (SPH) diapazon minim -25 ~ +22D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa diapazon minim 0-180° (pasul 1°) Keratomie: Rază de curbură 5,0–10,0 mm Dioptrii corneene 33,75–67,50 D</p> <p>Axa 0–180° Display LCD color Imprimantă Obligatoriu Memorie minim 10 rezultate.</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz Masă electrică pentru lampă cu fantă Descriere: Masă specială pentru montarea și utilizarea lămpii cu fantă. Furnizorul livrează masa împreună cu lampa montată și fixată pe masă.</p> <p>Sistemul de reglare Masa trebuie să fie proiectată sau certificată pentru instalarea modelului de lampă cu fantă oferat.</p>	<p>Descriere: Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact.</p> <p>Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție: Putere sferă (SPH) diapazon -25 ~ +22D (pasul 0,12/0,25D) <i>Broșura pag. 1</i> Putere cilindru(CYL) diapazon -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) <i>Broșura pag. 1</i> Axa diapazon 0-180° (pasul 1°) <i>Broșura pag. 1</i> Keratomie: Rază de curbură 5,0–10,0 mm <i>Broșura pag. 1</i> Dioptrii corneene 33,75–67,50 D <i>Broșura pag. 1</i> Axa 0–180° <i>Broșura pag. 1</i> Display LCD color <i>Broșura pag. 1</i> Imprimantă – da <i>Broșura pag. 1</i> Memorie 10 rezultate – da <i>User Manual pag. 22/36</i> Alimentare 220 V, 50 Hz <i>Broșura pag. 1</i> Masă electrică pentru dispozitive oftalmice (model HY-3AH) Descriere: Masă specială pentru montarea și utilizarea dispozitivelor oftalmice</p> <p>Sistemul de reglare Masa este proiectată pentru instalarea dispozitivelor oftalmice, inclusiv a modelului de autorefractometru cu keratomie oferat</p>	DM000332303

			<p>Reglaj înălțime electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare ≥ 50 kg. Siguranță sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării Alimentare 220–240 V Scaun rotativ pentru medic Descriere: Scaun ergonomic rotativ cu bază pe roți, reglaj pneumatic înălțime, spătar mediu ergonomic, tapițerie rezistentă la dezinfectanți. Reglaj înălțime pneumatic, interval 450–600 mm Mobilitate rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei Material tapițerie rezistentă la dezinfectanți.</p>	<p>Reglaj înălțime electric, interval 630–850 mm Capacitate de încărcare 75 kg. Siguranță sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării da, roți cu frână Alimentare 220–240 V da Scaun rotativ pentru medic (model SJ-01) Descriere: Scaun ergonomic rotativ cu bază pe roți, reglaj pneumatic înălțime, spătar mediu ergonomic, tapițerie rezistentă la dezinfectanți. Reglaj înălțime pneumatic, interval 440–600 mm Mobilitate rotire 360°, deplasare ușoară în jurul mesei Material tapițerie rezistentă la dezinfectanți.</p>	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44