

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	
1	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200 APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 3-12 Mhz număr de elemente ≥ 192 Convex 1.5 - 5 Mhz număr de elemente ≥ 192 Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal) Endovaginal 4-10 Mhz număr de elemente ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥ 256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 400000 GAMA DINAMICA $\geq 250\text{dB}$ Adâncimea scanării $\geq 39\text{ cm}$ POSTPROCESARE da IMAGE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da Harmonic imaging da Imagine prin Compunere Spațială da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da Soft specializat cu măsurări automate în obstetrică (ex: BPD, HC, HUM, ș.a.) da Calcularea automată a translucentei nucleale da Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da Măsurarea automată a intimei-media da PAN/ZOOM image în timp real da image înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate $\geq 512\text{GB}$ SSD sau Hybrid (SSD+HDD) Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control touch-screen $\geq 12\text{ inch}$ PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie strain (de compresie manuală) da Elastografie sharewave (compresie acustică) da	Arietta 65, Fujifilm/Japonia Da 4 act. + 2 parc. L441 (2-12 MHz) 192 elemente C251 (2.0 – 5.0) 192 elemente Da C41V1 (2-10 MHz) 192 elemente 256, pag. 4 574976, pag 4 272 dB, pag 4 40 cm, pag 4 Da Da Da, pag 3 Da, pag 3 Da, pag 3 Da, pag 2, pag 20 Da, pag 3 Da, pag 4,5 Da, pag 5 Da, pag 5 Da, pag 3 Da, pag 3 Da, pag 8 Da, pag 4 Da, pag 3 Da, pag 3 Da Auto GA, AR65-76, pag 11 AR65-42, pag 11 Da, pag 4 AR65-38, pag 13 Da, pag 4 Da, pag 4 500 GB sau 1TB, pag 6 63500 cadre în B mode, pag 6 Da, pag 6 10 inch, pag 14 Da, pag 8 Da, AR65-43, AR65-60, pag 11 AR65-73 pe C251

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

	Altele Să se indice GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR Rezoluție înaltă, $\geq 1920 \times 1080 \text{px} \geq 21''$ Unghi de vizualizare $\geq 175^\circ$ Panou de control Reglabil pe înălțime da, manual Încălzitor gel da Imprimantă digitală alb-negru da Port USB ≥ 5 da DIVIZARE MONITOR da Gel 1 litru Hârtie termică 5 buc.	Dual Gate Doppler, pag 10 EZU-PA7V, pag 7 Da, pag 17 21,5", pag 14 Da Da, pag 22 JW-300OU+MP-FX-AVA-2BL Sony, UP-X898MD, pag 15 7 porturi, pag 14 Da Da, 1 L Da, 5 buc
--	--	--