

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1583225347715 / 21020686 din «24» martie 2020

Obiectul achiziției: Deservirea si intretinere a dispozitivelor medicale-2020

Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 1						
50421000-2	Angiograf SHIMADZU Trinias C12	Trinias C12	Japonia	Shimadzu	–Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; –Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice; –Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului; –Verificarea și curățirea filtrelor de aer; –Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului); –Evaluarea și calibrarea calității imaginii; –Instructajul personalului medical; –Mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie); –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. * Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	–Verificarea vizuală a aparatului p/u integritatea componentelor mecanice; –Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice; –Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului; –Verificarea și curățirea filtrelor de aer; –Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului); –Evaluarea și calibrarea calității imaginii; –Instructajul personalului medical; –Mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie); –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. * Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	ISO/CE
	LOT 6						
50421000-2	Dispozitiv radiologic SHIMADZU FlexaVision F3	FlexaVision F3	Japonia	Shimadzu	–Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); –Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, schimbarea uleiului în conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de Roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului); –Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale); –Verificarea, curățirea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; –Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curățirea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; –Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curățirea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; –Instruirea personalului medical; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. * Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	–Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); –Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, schimbarea uleiului în conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de Roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului); –Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale); –Verificarea, curățirea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; –Deservirea stației și a cititorului "CR-IR 359 & FCR Capsula XL II, Fujifilm" curățirea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; –Deservirea imprimantei "DryPix 4000 Plus, Fujifilm" curățirea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate; –Instruirea personalului medical; –Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; –Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; –Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. * Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	ISO/CE

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec”SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37