

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21017065 din 06.02.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru anul 2020 conform necesităților IMSP SCM 1

| N./o rd. | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri | | | | | | | |
| 54 | Pencete p/u electrocoagulare monopolară reutilizabilă, diamp/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. | ESP-9 | China | PanSW Med Co., Ltd. | Să fie posibil de sterilizat prin autoclavare, sa reziste pînă la 100 de sterilizării, priza sa fie cu 3 conectoare | Să fie posibil de sterilizat prin autoclavare, sa reziste pînă la 100 de sterilizării, priza sa fie cu 3 conectoare | ISO/CE |
| 55 | Pencete p/u electrocoagulare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m | ESP-8 | China | PanSW Med Co., Ltd. | Priza sa fiecu 3 conectoare | Priza sa fiecu 3 conectoare | ISO/CE |
| 63 | Sistem de tuburi+generator nasal CPAP Arabella | 51005858 + 51005286 + camera | China | Vincent Medical | Set de tuburi pentru pacient de unică folosință (tub+generator nazal, căciulițe: mărimi 1,2,3,4,5, camera de umidificare) | Set de tuburi pentru pacient de unică folosință (tub + generator nazal, căciulițe: mărimi 1, 2, 3, 4, 5, camera de umidificare) | ISO/CE |
| 84 | Tub Mount, conect.stand 15 mm și 22 mm | 489 501 | Turcia | Plasti-med | | | ISO/CE |
| 85 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP Avea p/u nou născuți | 51005862 | China | Vincent Medical | Tuburi gofrate pentru nou născuți de unică folosință, cu element încălzitor inspire, cu capcană de apă expir+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR850 | Tuburi gofrate pentru nou născuți de unică folosință, cu element încălzitor inspire, cu capcană de apă expir + furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR850 | ISO/CE |

| | | | | | compatibil cu VAP AVEA | compatibil cu VAP AVEA | |
|-----|---|------------|--------|---------------------|---|---|--------|
| 129 | Masca facială pentru adulți | 130 056 | Turcia | Plasti-med | Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic pe interior | Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic pe interior | ISO/CE |
| 130 | Masca facială de ventilare artificială pentru maturi | 130 215 | Turcia | Plasti-med | Cu posibilitatea de conexiune 22 mm, cu mangetă gonflabilă pentru eşantizarea la fața pacientului, cu fixator pentru CPAP terapie și sistem de ancorare a fixatoarelor, fără mios, ambalat steril | Cu posibilitatea de conexiune 22 mm, cu mangetă gonflabilă pentru eşantizarea la fața pacientului, cu fixator pentru CPAP terapie și sistem de ancorare a fixatoarelor, fără mios, ambalat steril | ISO/CE |
| 131 | Masca facială cu rezervor de O2 pentru adulți | 130 056 | Turcia | Plasti-med | Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea mărimii, cu tub prelungitor minim 200 cm, și conector, cu rezervor O2, material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu lungimea tubului minim 200 cm | Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea mărimii, cu tub prelungitor minim 200 cm, și conector, cu rezervor O2, material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu lungimea tubului minim 200 cm | ISO/CE |
| 132 | Canule nazale pentru adulți | 130 101 | Turcia | Plasti-med | | | ISO/CE |
| 135 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | NBC-10001E | China | PanSW Med Co., Ltd. | Cu un canal, marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici permit dezinfectia, materii nylon și poliuretan | Cu un canal, marimea 33 - 47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici permit dezinfectia, materii nylon și poliuretan | ISO/CE |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------|---------------------|---|---|--------|
| 147 | Manete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | NBC-10001E | China | PanSW Med Co., Ltd. | Mărimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică, materialnylon și poliuretan, manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secție | Mărimea 33 - 47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică, materialnylon și poliuretan, manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secție | ISO/CE |
| 150 | Furtun pentru conexiune aparat de monitorizare tensiunii arteriale non invazive compatibile cu poziția 147 | NBT-10001 | China | PanSW Med Co., Ltd. | | | ISO/CE |
| 151 | Furtun pentru conexiune aparat de monitorizare tensiunii arteriale non invazive compatibile cu poziția 135 | NBT-10001 | China | PanSW Med Co., Ltd. | | | ISO/CE |

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Dutchmed-M" SRL

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807-808