



Anexa 22

la Documentatia standard nr 115

din „15” septembrie 2021

**Specificatii tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1716195612400_ 20.05.2024
Obiectul achiziției: Reagenților și consumabilelor pentru secția morfopatologie

CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință/Nr. de înregistrare AMDM
0	1	2	3	4	5	6	7
33140000-3	Lot 2 Clarifier Reagent pentru histopatologie	Clarifier Reagent pentru histopatologie- <b>7401</b>	USA	EPREDIA	Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). Sigilate si preambalate de la producător, ambalaj maxim 4 L	Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-9.9%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). Sigilate si preambalate de la producător, ambalaj maxim 4 L	



**Complete Laboratory Solutions**

**Authorized Partner**  
**Thermal Analysis and Chromatography**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

33140000-3	Lot 3 lame histologie pentru IHC	Lame de adeziune Superfrost PLUS histologie pentru IHC- <b>J1800AMNZ</b>	USA	EPREDIA	1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm cîte 72 in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER), Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza ofertei	1. Lame IHC sunt Super Frost Plus. 2. Lamele IHC sunt de dimensiunile 25x75x1.0 mm, sunt cate 72 de buc in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER), Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. Vor fi oferite 20 de lame ca mostre pentru analiza ofertei
33140000-3	Lot 4 lame histologice de sticla	Lame de microscop standard Superfrost albe, recomandate, pentru HE si coloratii speciale- <b>AA00008032E01MNZ10</b>	USA	EPREDIA	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc.; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscop; fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm,	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc.; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscop; fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.0 mm, lame cu margine



**Complete Laboratory Solutions**

**Authorized Partner**  
**Thermal Analysis and Chromatography**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucăți. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei	mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45°, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucăți. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. Vor fi oferite 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei	
33140000-3	<b>Lot 5</b> Lame pentru microtom MX35	Lame microtom premium MX35 ULTRA- <b>3053835</b>	USA	EPREDIA	Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, oțel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei	Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, oțel-carbon, Vor fi oferite 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei	DM000679992
33140000-3	<b>Lot 6</b> Lame pentru microtom HP35 Ultra	Lame microtom premium MP35 ULTRA- <b>3153735</b>	USA	EPREDIA	lungimea:75mm; latimeailOmm; 34-35 grade; oțel-carbon (cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei	lungimea:75mm; latimeailOmm; 34-35 grade; oțel-carbon (cutie maxim 50 buc). Vor fi oferite 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei	DM000679993
33140000-3	<b>Lot 8</b> Lamele histologice de acoperire	Lamele de microscop, 24x50 mm No.: 1.5 (grosime 0,16 – 0,19 mm)- <b>A79210051</b>	USA	EPREDIA	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc.; transmisie	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc.; transmisie	



**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					<p>spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse în coșuri a câte maxim 50 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producător Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza</p>	<p>spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse în coșuri a câte maxim 50 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producător Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza</p>
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator

Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău

Tel/Mob: +37360999911 Data: 24.05.2024