



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Reperfectarea

CERTIFICATULUI DE DESEMNARE

Nr. **P-0022/2020**
Nr. inițial **SNM MD 013/014:2018**
din **07.03.2018**

Data înregistrării **21.09.2020**

Valabil până la **06.03.2023**

Prezentul certificat confirmă faptul că **AQUATEH S.R.L.**

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Vasile Alecsandri, 84, 2012

(denumirea persoanei juridice, adresa juridică)

este **DESEMNAT** în cadrul Sistemului Național de Metrologie conform

Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018;
Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 169 din 11.09.2020

(numărul actului normativ)

pentru efectuarea **verificării metrologice** a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, utilizate în domeniile de interes public.

Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat care este parte integrantă a acestuia.

Secretar de stat

semnat electronic
(semnătura)

Lilia Palii
(prenumele, numele)

Data **21.09.2020**

DOMENIUL DE DESEMNARE

AQUATEH S.R.L.

(denumirea persoanei juridice)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Vasile Alecsandri, 84, 2012

(adresa juridică)

Nr..	Denumirea, tipul mijlocului de măsurare cu indicarea poziției din Tabelul Listei Oficiale	Intervalul de măsurare	Clasa, ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea și/sau eroarea	Operația verificării metrologice	Documentul normativ de referință
1	2	3	4	5	6

1.1 mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 2B, 2023

1	Contoare de apă rece și caldă, 5.1.2.	(0,006 – 100) m ³ /h	clasa A; clasa B; clasa C; Raportul R (31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 1250; 1600; 4000; 6300)	1. Verificarea aspectului exterior; 2. Verificarea etanșeității; 3. Determinarea erorii relative	1. NML 3-08:2017, pct. 16; 2. NML 3-08:2017, pct. 19; 3. NML 3-08:2017, pct. 20-22
2	Contoare de energie termică, 10.4	(0,006 – 100) m ³ /h	Clasa 2; Clasa 3	1. Verificarea aspectului exterior; 2. Încercarea de performanță (traductor de debit, perechi de traductoare de temperatură, calculator, calculatorul și perechea de TT, CET combinat, CET complet)	1. NML 6-05:2017, pct. 17; 2. NML 6-05:2017, pct. 18 (pct. 18.1, pct. 18.2, pct. 18.3, pct. 18.4, pct. 18.5, pct. 18.6)

Domeniul de măsurare debit și volum (debit al lichidelor și gazelor)

*poziția trebuie să corespundă tabelului din Lista oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

Secretar de stat

semnat electronic
(semnătura)

Lilia Palii
(prenumele, numele)

Data 21.09.2020