

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <b>Nr. ocds-b3wdp1-MD-1740129410605/ 21369518 conform SIA RSAP M-Tender conform SIA RSAP M-Tender</b>	
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziție cu costuri mici «Teste indicatoare – 2025 »

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Test indicator 134°C - (5 min. universal) în complex cu registru</b>	Indicator strip Steam 134C-5,0 min, Type 4 Art.nr. 104.005.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Test indicator 134°C - clasa 4 (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc.,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	Test indicator 134°C - clasa 4 (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare. Testele sunt ambalate în pachet de polietilenă în număr de 500 buc.,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	ISO 11140-1 2014
	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"			
<b>3. Test indicator 180°C - (60 min. universal) în complex cu registru</b>	СТЕРИМАГ 180/60 min (universal)	Federația Rusa	MEDTEST	Test indicator 180°C (60 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului, compatibil cu pupinelul, indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc.,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	Test indicator 180°C (60 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului, compatibil cu pupinelul, indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare. Testele sunt ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc.,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor	PASAPORTUL CONFORTULUI
	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23