

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21006591							din 12.04.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice Conform necesitatilor IMSP Institutul de Cardiologie							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 5						
33600000-6		Cabluri ECG	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cabluri ECG 10 derivate p/u cardiograf FX-7202	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC). Cabluri ECG pentru cardiograf FX- 7202	CE
		Total lot 5						
		Lotul 20						
33600000-6		Garou pu fixarea electrozilor ECG	REF PG909/55 PG905/99	Italia	FIAB SpA	Garou pu fixarea electrozilor ECG	PG909/55 - lungime - 200cm, lățime - 45mm.	CE
		Total lot 20						
		Lotul 35						
33600000-6		OXYGEN FLOWMETER WITH DIN connection (bayonet) + STERILIZABLE HUMIDIFIER FOR OXYGEN THERAPY + Oxygen Masks, adult, safety connecting tube	Ro.400.12052 + CO.400.12059 + 0100008110	Italia Germania	SAN-O-SUB ITALIA SRL P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Set dozator pu oxigenoterapie cu masca pentru umezire	Ro.400.12052 OXIGEN FLOWMETER CU conexiune DIN (baionetă) Debitmetru 0-15 lt cu conectare DIN (baionetă) CO.400.12059 UMIDIFICATOR STERILIZAT PENTRU TERAPIA DE OXIGEN: Flux de alimentare - 20 l / min. (Max) Presiunea de utilizare - 5 bar (max) Capacitate - 250 cc. Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. sterilizabil. 0100008110 Masca de oxigen sub stilul bărbosului cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască pentru a fi folosită pentru medicamentele de oxigen și terapie cu aerosoli.Lungime (tub de oxigen) -210 cm	CE
		Total lot 35						

33600000-6		Lotul 40						
		Sensor SpO2	U403-16AS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Sensor SP02 (P/N512F - 30 - 28263)	Mindray DB9 (7Pin) Clip pentru degetul adulti, 1m	CE
		Total lot 40						
33100000-1		Lotul 41						
		Sensor SpO2	U401-1AS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Sensor SP02 (REF OSI001D - V100 ori M0511027 - 0722)	Nellcor Non-oximax DB9(7Pin). Clip pentru degetul adulti, 1m	CE
		Total lot 41						
33100000-1		Lotul 45						
		Germicidal ultraviolet lamps HNS 30 W G13	4008321398888	Germania	OSRAM GmbH	Lampi bactericide cu raze UV destinate utilizarii in institutii medicale, laboratoare, sali de operatie, .	Date electrice Tensiune nominală 96,0 V Tensiunea lămpii 96 V Tensiunea de construcție 96.00 V Curent nominal 0,36 A Curentul lămpii 0,36 A Putere nominală 30,00 W	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 45						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23