

# CERTIFICATO N° 505SGQ06

CERTIFICATE N° 505SGQ06

Si certifica che il  
*this is to certify that*

## Sistema di Gestione per la Qualità

*Quality Management System*

messo in atto da  
*implemented by*

**APTACA S.p.A.**

Via Monte Bianco, 4 – IT 20900 MONZA (MB)

nella Sede Operativa di  
*Operative Unit*

Regione Monforte, 30 – IT 14053 CANELLI (AT)

è conforme alla norma  
*is in compliance with the standard*

**UNI EN ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)**

per i seguenti Processi  
*concerning the following kinds of Processes*

Gestione della fabbricazione e immissione in commercio di tamponi sterili per il prelievo di campioni biologici in orifizi naturali e in ambito chirurgico. Progettazione e fabbricazione di dispositivi medico diagnostici per laboratori di analisi e dispositivi medici di classe I non sterile. Commercializzazione di dispositivi medici invasivi e non di classe IIa, Is, I e diagnostici in vitro. Commercializzazione di articoli da laboratorio.

*Management of the manufacturing and placing on the market of sterile tampons for sampling of biological specimens in natural orifice and in surgical field.*

*Design and manufacturing of diagnostic medical devices for laboratories of analysis and non-sterile class I medical devices.*

*Marketing of invasive and non-invasive medical devices of class IIa, Is, I and in vitro diagnostics. Marketing of laboratory items.*

Il presente Certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite dai Regolamenti per la certificazione in vigore applicabili.

*This Certificate shall satisfy the requirements established in the Rules for the certification in force applicable.*

In caso di discordanza tra le lingue utilizzate nella traduzione del contenuto del presente certificato, fare riferimento alla lingua italiana

*In cases of discrepancy between the languages used in the translation of the content of this certificate, please refer to the Italian language*

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
*MANAGING DIRECTOR*



Dr. Ing. Roberto Cusolito

Data di Prima Emissione  
*First Issue Date*

1998-07-23

Data di Prima Emissione ITALCERT  
*First Issue Date ITALCERT*

2011-10-30

Data di Rinnovo  
*Renewal Date*

2023-10-24

Data di Scadenza  
*Expiration Date*

2026-10-29

Settore IAF 14 - 29



SGQ N° 023A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements*

# CERTIFICATO N° 505DM09

CERTIFICATE N° 505DM09

Si certifica che il  
*this is to certify that*

## Sistema di Gestione per la Qualità

*Quality Management System*

messo in atto da  
*implemented by*

**APTACA S.p.A.**

Via Monte Bianco, 4 – IT 20900 MONZA (MB)

nella Sede Operativa di  
*Operative Unit*

Regione Monforte, 30 – IT 14053 CANELLI (AT)

è conforme alla norma  
*is in compliance with the standard*

**UNI CEI EN ISO 13485-2021 (ISO 13485-2016)**

per i seguenti Processi  
*concerning the following kinds of Processes*

Gestione della fabbricazione e immissione in commercio di tamponi sterili per il prelievo di campioni biologici in orifizi naturali e in ambito chirurgico. Progettazione e fabbricazione di dispositivi medico diagnostici per laboratori di analisi e dispositivi medici di classe I non sterile.

Commercializzazione di dispositivi medici invasivi e non di classe IIa, Is, I e diagnostici in vitro.

*Management of the manufacturing and placing on the market of sterile tampons for sampling of biological specimens in natural orifice and in surgical field.*

*Design and manufacturing of diagnostic medical devices for laboratories of analysis and non-sterile class I medical devices.*

*Marketing of invasive and non-invasive medical devices of class IIa, Is, I and in vitro diagnostics.*

Il presente Certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite dai Regolamenti per la certificazione in vigore applicabili.

*This Certificate shall satisfy the requirements established in the Rules for the certification in force applicable.*

In caso di discordanza tra le lingue utilizzate nella traduzione del contenuto del presente certificato, fare riferimento alla lingua italiana

*In cases of discrepancy between the languages used in the translation of the content of this certificate, please refer to the Italian language*

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
*MANAGING DIRECTOR*



Dr. Ing. Roberto Cusolito

Data di Prima Emissione  
*First Issue Date*  
2007-10-30

Data di Prima Emissione ITALCERT  
*First Issue Date ITALCERT*  
2011-10-30

Data di Rinnovo  
*Renewal Date*  
2023-10-24

Data di Scadenza  
*Expiration Date*  
2026-10-29



SGQ N° 023A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements*

**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG · EC DECLARATION OF CONFORMITY  
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ · DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ**

Name und Adresse des Herstellers: / **BOEN HEALTHCARE CO., LTD**  
Name and address of the manufacturer: / **Unit 602, International Center, No.535, Shenxu Road,**  
Nom et adresse du fabricant: / **Suzhou, 215021, Jiangsu, China**  
Nome e indirizzo del fabbricante:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass / We declare under our sole responsibility that /  
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que / Dichiariamo sotto la sola responsabilità che

das Medizinprodukt: / **Eppendorf Tube**  
the medical device: /  
le dispositif médical: /  
il dispositivo medico:

der Klasse: / **Common/Others IVD**  
of class: / **(Devices of NOT Annex II and NOT self-test)**  
de la classe: /  
di classe:

(IVDD, Artikel 9 Absatz 1) nicht Teil der Liste A und B von Anhang II sein / (IVDD, Article9(1)) not be part of list A & B of annex II  
(IVDD, article 9, paragraphe 1) ne fait pas partie de la liste A et B de l'annexe II / (IVDD, articolo 9, paragrafo 1) non fanno parte dell'elenco A e B  
dell'allegato II

den einschlägigen Bestimmungen der Medizinprodukte-Richtlinie 98/79/EG und deren Umsetzungen in nationale Gesetze entspricht. Die Erklärung gilt in Verbindung mit dem zum Produkt gehörigen „Endprüfprotokoll“. /

meets the provisions of the directive 98/79/EC and its transpositions in national laws which apply to it. The declaration is valid in connection with the “final inspection report” of the device. /

remplit toutes les exigences de la directive sur les dispositifs médicaux 98/79/EC et de ses transpositions en droit national qui le concernent. La déclaration est valable si elle est associée au «rapport de l'inspection finale» du produit. /

soddisfa tutte le disposizioni della direttiva 98/79/EC e della loro trasposizione nel diritto nazionale che lo riguardano. Questa dichiarazione è valida in congiunzione con il “rapporto di ispezione finale” del prodotto.

Konformitätsbewertungsverfahren: / **Anhang III (voraussichtlicher Punkt 6) der IVDD 98/79 /**  
Conformity assessment procedure: / **EG Annex III (expect point 6) of IVDD 98/79/EC**  
Procédure d'évaluation de la conformité: / **Annexe III (sauf le point 6) de l'IVDD 98/79 / CE**  
Procedura di valutazione della conformità: **Allegato III (aspettarsi il punto 6) dell'IVDD 98/79 / CE**

Registrier-Nr.: /  
Registration No.: /  
N°d'enregistrement: /  
Numero di registrazione:

Benannte Stelle: /  
Notified Body: /  
Organisme notifié: /  
Organismo notificato:

Suzhou, 201.05.26

Ort, Datum / Place, date /  
Lieu, date / Luogo, data

CE

General Manager

Name und Funktion / Name and function /  
Nom et fonction / Nome e funzione



**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG · EC DECLARATION OF CONFORMITY  
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ · DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ**

Name und Adresse des Herstellers: / **BOEN HEALTHCARE CO., LTD**  
Name and address of the manufacturer: / **Unit 602, International Center, No.535, Shenxu Road,**  
Nom et adresse du fabricant: / **Suzhou, 215021, Jiangsu, China**  
Nome e indirizzo del fabbricante:

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass / We declare under our sole responsibility that /  
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que / Dichiariamo sotto la sola responsabilità che

das Medizinprodukt: / **Graduated Pasteur Pipette**  
the medical device: /  
le dispositif médical: /  
il dispositivo medico:

der Klasse: / **Common/Others IVD**  
of class: / **(Devices of NOT Annex II and NOT self-test)**  
de la classe: /  
di classe:

(IVDD, Artikel 9 Absatz 1) nicht Teil der Liste A und B von Anhang II sein / (IVDD, Article9(1)) not be part of list A & B of annex II  
(IVDD, article 9, paragraphe 1) ne fait pas partie de la liste A et B de l'annexe II / (IVDD, articolo 9, paragrafo 1) non fanno parte dell'elenco A e B  
dell'allegato II

den einschlägigen Bestimmungen der Medizinprodukte-Richtlinie 98/79/EG und deren Umsetzungen in nationale Gesetze entspricht. Die Erklärung gilt in Verbindung mit dem zum Produkt gehörigen „Endprüfprotokoll“. /  
meets the provisions of the directive 98/79/EC and its transpositions in national laws which apply to it. The declaration is valid in connection with the “final inspection report” of the device. /  
remplit toutes les exigences de la directive sur les dispositifs médicaux 98/79/EC et de ses transpositions en droit national qui le concernent. La déclaration est valable si elle est associée au «rapport de l'inspection finale» du produit. /  
soddisfa tutte le disposizioni della direttiva 98/79/EC e della loro trasposizione nel diritto nazionale che lo riguardano. Questa dichiarazione è valida in congiunzione con il “rapporto di ispezione finale” del prodotto.

Konformitätsbewertungsverfahren: / **Anhang III (voraussichtlicher Punkt 6) der IVDD 98/79 /**  
Conformity assessment procedure: / **EG Annex III (expect point 6) of IVDD 98/79/EC**  
Procédure d'évaluation de la conformité: / **Annexe III (sauf le point 6) de l'IVDD 98/79 / CE**  
Procedura di valutazione della conformità: **Allegato III (aspettarsi il punto 6) dell'IVDD 98/79 / CE**

Registrier-Nr.: /  
Registration No.: /  
N°d'enregistrement: /  
Numero di registrazione:

Benannte Stelle: /  
Notified Body: /  
Organisme notifié: /  
Organismo notificato:

Suzhou, 201.05.26

Ort, Datum / Place, date /  
Lieu, date / Luogo, data

CE

General Manager

Name und Funktion / Name and function /  
Nom et fonction / Nome e funzione



## DECLARATION OF CONFORMITY

### PRODUCT IDENTIFICATION

Product name	Catalogue number
TPHA Microtitre plate kit	043100A

### MANUFACTURER

Name	Lorne Laboratories
Address	Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Berks, RG6 4UT
Country	United Kingdom

### MEANS OF CONFORMITY

I hereby declare that the products listed above comply with the essential requirements and provisions of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council (also SI 2002 No.618 which transposes the requirements of Directive 98/79/EC).

This declaration is valid from 17 May 2015.



Eddy Velthuis  
Technical Director

## DECLARATION OF CONFORMITY

### PRODUCT IDENTIFICATION

Product name	Catalogue number
RPR Carbon kit	044150A 044500A

### MANUFACTURER

Name	Lorne Laboratories
Address	Unit 1 Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Berks, RG6 4UT
Country	United Kingdom

### MEANS OF CONFORMITY

I hereby declare that the products listed above comply with the essential requirements and provisions of Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council (also SI 2002 No.618 which transposes the requirements of Directive 98/79/EC).

This declaration is valid from 17 May 2015.



Eddy Velthuis  
Technical Director

# DECLARATION OF CONFORMITY

Forlì, 29<sup>th</sup> February 2024

Manufacturer: **Ceracarta S.p.A.**

Address: **Via Secondo Casadei, 14 47122 Forlì - ITALY**

DECLARES

that

**THE RECORDING “THERMAL” AND/OR “INK” PAPERS IN THE MEDICAL FIELD**

**for "ECG", "EEG", "CTG" recording**, our codes 4495,7970,7971,7868, 7974,7980,7981,7982, 8137,8149, 8543,8545,8549,8574,8575,8576,8580,8583,8602,8603,8625,8689,8722,8723,8901, 8991,9191,9341,9346,9351,9519,9520,9533,10290,10302,10357,10666,10667,10833,10841,11117, 11153,11930, 11972, 11984,11283,11303,11335,11350,11429,11437,11446,11462,11491, 11711, 11744,11792,12009,12223, 12274,12301,12392,12415,12417,12449,12490,12500 12544,12549, 12693,12735,12736,12729,12807,12869, 12894,12963,13002,13007,13085,13097,13211,13335, 13396,13583,13755,13770,13821,13858,13943,15302,15588, 14819,15719,14644,14767,15038, 15580,15830, 15981,14767,14599,16993,14102, 14740, 14679, 16715,

identified and classified in the Technical file ,comply with the directive about medical devices (DIRECTIVE 93/42/CEE as amended by 2007/47/EC).

In addition to this, we precise that:

- according to the Directive 93/42/EEC the listed products are medical devices belonging to class I with function of measure;
- they are subject to the regulations of the Attachment I of the above mentioned directive;
- the evaluation of the device was in accordance with Annex V of that Directive, by the certified body IMQ S.p.A. – CE0051;



- Ceracarta S.p.A. has implemented a quality system in accordance with the regulations UNI EN ISO 9001: 2015 and UNI CEI EN ISO 13485:2016.

CERACARTA SPA  
Bandini Alessandro

A handwritten signature in black ink that reads 'Alessandro Bandini'.

Ceracarta S.p.A. Via Secondo Casadei, 14 - 47122 Forlì ITALY  
Tel: +39.0543780055 Fax: +39.0543781404  
<http://www.ceracarta.it> [info@ceracarta.it](mailto:info@ceracarta.it)



ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012



**CERTIFICATO N.  
CERTIFICATE N. 9190.CRC3**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**CERACARTA SPA**

VIA SECONDO CASADEI 14 Z.I. VILLA SELVA - 47122 FORLÌ (FC) Italy

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

Vedere gli Allegati per le Unità Operative (n. 2 pagine)  
View the Annexes for the Operative Units (n. 2 pages)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**ISO 9001:2015**

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione e stampa di carte speciali e diagrammate per registrazione ad uso industriale, ferroviario, medicale e biglietteria anche conto terzi. Produzione e stampa di etichette e biglietti anche a lettura/scrittura in radio frequenza (RFID). Sviluppo e produzione di creme, gel sterile e non sterile per applicazioni elettrodiagnostiche e ad ultrasuoni, anche conto terzi. Commercializzazione ed immissione in commercio di accessori per applicazioni elettrodiagnostiche, ad ultrasuoni e per strumenti elettromedicali. Produzione di elettrodi per ECG. Gestione della produzione ed immissione in commercio di elettrodi per ECG. Immissione in commercio di piastre per elettrobisturi e defibrillatori. Commercializzazione di video stampanti, carte fotografiche per video stampanti, stampanti e relativi materiali di consumo ed accessori

*Manufacture and print of special recording chart papers for industrial, railway, medical use and ticketing also on behalf of third parties. Manufacture and print of labels and tickets also radio frequency reading/writing (RFID). Development and manufacture of creams, gels sterile and not sterile for electromedical and ultrasound procedures also on behalf of third parties. Trade and placing on the market of accessories for electromedical and ultrasound diagnostic devices and for electromedical equipment. Manufacture of electrodes for ECG. Production management and placing on the market of electrodes for ECG. Placing on the market of electrosurgical plates and defibrillation pads. Trade of videoprinters, photographic papers for videoprinters, printers and related consumable and accessories*

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione  
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE  
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE  
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

<b>DATE:</b>	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	26-11-2002	04-10-2023	07-10-2026



IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Ornago



MS N° 0005MS

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

IAF: 07, 09, 19, 29, 12

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo  
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment  
of the entire management System within three years



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ  
is the Italian Federation of management system  
Certification Bodies.

**ALLEGATO N. 9190.CRC3-1**  
**ANNEX N.**

**CERACARTA SPA**

VIA SECONDO CASADEI 14 Z.I. VILLA SELVA - 47122 FORLI' (FC) Italy

Attività:  
Activities:

Produzione e stampa di carte speciali e diagrammate per registrazione ad uso industriale, ferroviario, medicale e biglietteria anche conto terzi. Produzione e stampa di etichette e biglietti anche a lettura/scrittura in radio frequenza (RFID). Sviluppo e produzione di creme, gel sterile e non sterile per applicazioni elettrodiagnostiche e ad ultrasuoni, anche conto terzi. Commercializzazione ed immissione in commercio di accessori per applicazioni elettrodiagnostiche, ad ultrasuoni e per strumenti elettromedicali. Produzione di elettrodi per ECG. Gestione della produzione ed immissione in commercio di elettrodi per ECG. Immissione in commercio di piastre per elettrobisturi e defibrillatori. Commercializzazione di video stampanti, carte fotografiche per video stampanti, stampanti e relativi materiali di consumo ed accessori.

*Manufacture and print of special recording chart papers for industrial, railway, medical use and ticketing also on behalf of third parties. Manufacture and print of labels and tickets also radio frequency reading/writing (RFID). Development and manufacture of creams, gels sterile and not sterile for electromedical and ultrasound procedures also on behalf of third parties. Trade and placing on the market of accessories for electromedical and ultrasound diagnostic devices and for electromedical equipment. Manufacture of electrodes for ECG. Production management and placing on the market of electrodes for ECG. Placing on the market of electrosurgical plates and defibrillation pads. Trade of videoprinters, photographic papers for videoprinters, printers and related consumable and accessories*

IL PRESENTE ALLEGATO HA LO SCOPO DI ESPLICITARE LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL SINGOLO SITO/UNITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE RILASCIATA A CERACARTA SPA

*THE AIM OF PRESENT ANNEX IS TO EXPLAIN THE ACTIVITIES PERFORMED IN EACH SITE/OPERATIVE UNIT OF THE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION ISSUED TO CERACARTA SPA*

PER LA VALIDITA' RIFERIRSI AL CERTIFICATO N. 9190.CRC3  
FOR THE VALIDITY PLEASE REFER TO CERTIFICATE N. 9190.CRC3

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	26-11-2002	04-10-2023	07-10-2026



IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Ornago

**ALLEGATO N. 9190.CRC3-2**  
**ANNEX N.**

**CERACARTA SPA**

VIA GRAMADORA 12/14 - 47122 FORLI' (FC) Italy

Attività:  
Activities:

Produzione di creme, gel sterile e non sterile per applicazioni  
elettrodiagnostiche e ad ultrasuoni, anche conto terzi  
*Manufacture of creams, gels sterile and not sterile for electromedical  
and ultrasound procedures also on behalf of third parties*

IL PRESENTE ALLEGATO HA LO SCOPO DI ESPLICITARE LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL SINGOLO  
SITO/UNITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE  
RILASCIATA A CERACARTA SPA

*THE AIM OF PRESENT ANNEX IS TO EXPLAIN THE ACTIVITIES PERFORMED IN EACH SITE/OPERATIVE UNIT  
OF THE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION ISSUED TO CERACARTA SPA*

PER LA VALIDITA' RIFERIRSI AL CERTIFICATO N. 9190.CRC3  
*FOR THE VALIDITY PLEASE REFER TO CERTIFICATE N. 9190.CRC3*

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	26-11-2002	04-10-2023	07-10-2026



IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY  
Management Systems Division - Flavio Ornago



MS N° 0005MS

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

Il presente documento integra il certificato n. 9190.CRC3  
This document is a part of certificate n. 9190.CRC3

IAF: 12

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale  
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment  
of the entire management System within three years



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ  
is the Italian Federation of management system  
Certification Bodies.

# Certificate

CISQ/IMQ has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

## CERACARTA SPA

VIA SECONDO CASADEI 14 Z.I. VILLA SELVA - 47122 FORLI' (FC) Italy

VIA GRAMADORA 12/14 - 47122 FORLI' (FC) Italy

has implemented and maintains a  
**Quality Management System**

for the following scope:

**Manufacture and print of special recording chart papers for industrial, railway, medical use and ticketing also on behalf of third parties. Manufacture and print of labels and tickets also radio frequency reading/writing (RFID).**

**Development and manufacture of creams, gels sterile and not sterile for electromedical and ultrasound procedures also on behalf of third parties. Trade and placing on the market of accessories for electromedical and ultrasound diagnostic devices and for electromedical equipment. Manufacture of electrodes for ECG. Production management and placing on the market of electrodes for ECG. Placing on the market of electrosurgical plates and defibrillation pads. Trade of videoprinters, photographic papers for videoprinters, printers and related consumable and accessories**

which fulfils the requirements of the following standard:

## ISO 9001:2015

Issued on: **2023/10/04**

Expires on: **2026/10/07**

Registration Number: **IT – 112265-9190.CRC3**



**Alex Stoichitoiu**  
President of IQNET



**Mario Romersi**  
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

**IQNET Members\*:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic  
Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC  
Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea  
LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria  
Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Türkiye YUQS Serbia

\* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



CISQ is a member of



The International Certification Network  
www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO N.  
CERTIFICATE No.

ICIM-9001-004264-06

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

## VACUTEST KIMA SRL

SEDE CENTRALE / HEADQUARTER

Via dell'Industria, 12 35020 Arzergrande PD IT - Italia

PER LE UNITÀ OPERATIVE VEDERE L'ALLEGATO  
FOR OPERATIVE UNITS SEE ATTACHMENT

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

## UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

**IAF: 14 - 17 - 19 - 29 - 35**

Progettazione e produzione di terreni di coltura per microbiologia. Progettazione e produzione di aghi e dispositivi per il prelievo ematico. Commercializzazione di prodotti del Gruppo: kit diagnostici, terreni di coltura per microbiologia, articoli in plastica per laboratorio analisi, provette con vuoto predeterminato, provette per microprelievi e aghi per prelievo ematico.

Progettazione e produzione di provette con vuoto predeterminato ad uso prelievo ematico, liquidi biologici e urine. Produzione di provette per microprelievi di sangue. Progettazione e produzione di Holders (camicie) per prelievo sottovuoto. Progettazione e produzione di stampi per articoli in plastica per laboratorio analisi. Stampaggio di materie termoplastiche ad iniezione per articoli medicali. Progettazione e produzione di kit diagnostici per l'analisi del sangue e dei liquidi biologici.

Sterilizzazione per irraggiamento con raggi Beta in conformità alle norme ISO 11137.

*Design and production of culture media for microbiology. Design and production of needles and devices for collection of haematological samples. Trading of the products of the Group: diagnostic kits, culture media for microbiology, plastic disposable labware, test tubes with predetermined vacuum, test tubes for micro-collection and needles. Design and production of test tubes with predetermined vacuum for collection of haematological samples, biological liquids and urine. Design and production of test tubes for micro-collection of haematological samples. Design and production of holders for vacuum blood collection. Design and production of moulds for plastic labware. Injection moulding of thermoplastic materials for medical devices. Design and production of diagnostic kits for blood and biological liquids collection. Sterilization by Beta rays irradiation in compliance with ISO 11137 standards.*

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.  
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.  
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.

DATA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
18/01/2007

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
18/01/2025

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE  
17/01/2028

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative  
ICIM S.p.A.

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
www.icim.it



MS N° 0004



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ  
is the Italian Federation of management system  
Certification Bodies.



CISQ is a member of



The International Certification Network  
www.iqnet-certification.com

Allegato al CERTIFICATO N.  
Attachment to CERTIFICATE No.

ICIM-9001-004264-06

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

## VACUTEST KIMA SRL

Comprende oltre la Sede Centrale citata sul Certificato, anche le seguenti Unità Operative:  
In addition to the Headquarter mentioned on the Certificate, it also includes the following Operative Units:

<b>MEUS S.R.L.</b> Via Leonardo da Vinci, 24B-26 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia	Progettazione e produzione di kit diagnostici per l'analisi del sangue e dei liquidi biologici. Progettazione e produzione di terreni di coltura per microbiologia. Progettazione e produzione di stampi per articoli in plastica per laboratorio analisi.
<b>MEUS S.R.L.</b> Via dell'Industria, 2-16 35020 Arzergrande PD IT - Italia	Progettazione e produzione di aghi e dispositivi sterili per il prelievo ematico.
<b>ROLL S.R.L.</b> Via Leonardo da Vinci, 24A 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia	Progettazione e produzione di Holders (camicie) per prelievo sottovuoto. Progettazione e produzione di kit diagnostici per l'analisi del sangue e dei liquidi biologici. Stampaggio di materie termoplastiche ad iniezione per articoli medicali.
<b>KIMA S.R.L.</b> Via Leonardo da Vinci, 22 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia	Commercializzazione di prodotti del Gruppo: kit diagnostici, terreni di coltura per microbiologia, articoli in plastica per laboratorio analisi, provette con vuoto predeterminato, provette per microprelievi e aghi per il prelievo ematico.
<b>VACUTEST KIMA SRL</b> Via dell'Industria, 12 35020 Arzergrande PD IT - Italia	Progettazione e produzione di provette con vuoto predeterminato ad uso prelievo ematico, liquidi biologici e urine. Produzione di provette per microprelievi di sangue. Commercializzazione di prodotti del Gruppo: kit diagnostici, terreni di coltura per microbiologia, articoli in plastica per laboratorio analisi, provette con vuoto predeterminato, provette per microprelievi e aghi per il prelievo ematico
<b>FIDIMOL S.R.L.</b> Via del Lavoro, 8 31040 Nervesa della Battaglia TV IT - Italia	Sterilizzazione per irraggiamento con raggi Beta in conformità alle norme ISO 11137.



MS N° 0004



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ  
is the Italian Federation of management system  
Certification Bodies.

# Certificate

**CISQ/ICIM S.P.A.** has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

## **VACUTEST KIMA SRL**

**Via dell'Industria, 12 35020 Arzergrande PD IT - Italia**

**For Operative Units see Annex/Annexes**

has implemented and maintains a/an

## **Quality Management System**

for the following scope:

**Design and production of culture media for microbiology. Design and production of needles and devices for collection of haematological samples. Trading of the products of the Group: diagnostic kits, culture media for microbiology, plastic disposable labware, test tubes with predetermined vacuum, test tubes for micro-collection and needles. Design and production of test tubes with predetermined vacuum for collection of haematological samples, biological liquids and urine. Design and production of test tubes for micro-collection of haematological samples. Design and production of holders for vacuum blood collection. Design and production of moulds for plastic labware. Injection moulding of thermoplastic materials for medical devices. Design and production of diagnostic kits for blood and biological liquids collection. Sterilization by Beta rays irradiation in compliance with ISO 11137 standards.**

which fulfils the requirements of the following standard:

## **ISO 9001:2015**

Issued on: **2025-01-18**  
First issued on: **2007-01-18**  
Expires on: **2028-01-17**

Registration Number:

**IT-103458 ICIM-9001-004264-06**



**Alex Stoichitoiu**  
President of IQNET



**Mario Romersi**  
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

### **IQNET Members\*:**

**AENOR** Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

\* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)

Annex 1 to IQNET Certificate Number:  
**IT-103458 ICIM-9001-004264-06**

**VACUTEST KIMA SRL**

Via dell'Industria, 12 35020 Arzergrande PD IT - Italia

List of additional locations:

**MEUS S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci, 24B-26 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia  
Via dell'Industria, 2-16 35020 Arzergrande PD IT - Italia

**ROLL S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci, 24A 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia

**KIMA S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci, 22 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia

**FIDIMOL S.R.L.**

Via del Lavoro, 8 31040 Nervesa della Battaglia TV IT - Italia

.....  
This annex is only valid in connection with the original certificate number mentioned above.  
.....

**IQNET Members\*:**

**AENOR** Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic  
**Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC**  
Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece  
**MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia  
**SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUGS** Serbia

\* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)





CISQ is a member of



The International Certification Network  
www.iqnet-certification.com

CERTIFICATO N. **ICIM-9001-004264-C-06**  
CERTIFICATE No. \_\_\_\_\_

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**KIMA S.R.L.**

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

Via Leonardo da Vinci, 22 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**UNI EN ISO 9001:2015**

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

**IAF: 14 - 29**

Commercializzazione di prodotti del Gruppo: kit diagnostici, terreni di coltura per microbiologia, articoli in plastica per laboratorio analisi, provette con vuoto predeterminato, provette per microprelievi e aghi per il prelievo ematico.

*Trading of the products of the Group: diagnostic kits, culture media for microbiology, plastic disposable labware, test tubes with predetermined vacuum, micro test tubes and needles for haematological collection.*

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.  
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.  
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.

DATA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
18/01/2007

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
18/01/2025

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE  
17/01/2028

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative  
**ICIM S.p.A.**

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
www.icim.it



MS N° 0004



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale. CISQ  
is the Italian Federation of management system  
Certification Bodies.

# Certificate

**CISQ/ICIM S.P.A.** has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

**KIMA S.R.L.**

**Via Leonardo da Vinci, 22 35028 Piove di Sacco PD IT - Italia**

has implemented and maintains a/an

**Quality Management System**

for the following scope:

**Trading of the products of the Group: diagnostic kits, culture media for microbiology, plastic disposable labware, test tubes with predetermined vacuum, micro test tubes and needles for haematological collection.**

which fulfils the requirements of the following standard:

**ISO 9001:2015**

Issued on: **2025-01-18**

First issued on: **2007-01-18**

Expires on: **2028-01-17**

Registration Number:

**IT-53168 ICIM-9001-004264-C-06**



**Alex Stoichitoiu**  
President of IQNET



**Mario Romersi**  
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

**IQNET Members\*:**

**AENOR** Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic  
**Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC**  
Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece  
**MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia  
**SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

\* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)



Building  
trust  
together.



This annex is only valid in connection with the original certificate number mentioned above.

**IONET Members\*:**

**AENOR** Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic  
**Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC**  
Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece  
**MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** Mexico **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia  
**SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

\* The list of IONET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.ionet-certification.com](http://www.ionet-certification.com)

# Certificate

**Quality Management System**  
**EN ISO 13485:2016**  
**EN ISO 13485:2016/AC:2018**  
**EN ISO 13485:2016/A11:2021**

Registration No.: SX 1614112-1  
Certificate Holder: KABE-Labortechnik GmbH  
Jägerhofstr. 17  
51588 Nümbrecht  
Germany

Scope: Design and development, production and distribution of in vitro diagnostic devices and consumption materials for sample withdrawal, preparation and storage as well as single-use medical devices:  
- cannulas for blood collection,  
- winged cannulas for blood collection and  
- capillaries for micro blood collection (KABE MBU capillaries).

The Certification Body of TÜV Rheinland LGA Products GmbH certifies that the organization has established and applies a quality management system for medical devices.  
Proof has been furnished that the requirements specified in the abovementioned standard are fulfilled. The quality management system is subject to yearly surveillance.

Report No.: 1160508-40  
Effective date: 2024-10-16  
Expiry date: 2027-10-15  
Issue date: 2024-09-24  
Replaces certificate SX 1614112-1 issued 2021-10-25.

This certificate can be validated on <https://www.certipedia.com>

*Daniela Wiedemuth*  
Dipl.-Ing. (FH) Daniela Wiedemuth  
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

© TÜV, TÜEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

# Certificate

**Quality Management System**  
**EN ISO 13485:2016**  
**EN ISO 13485:2016/AC:2018**  
**EN ISO 13485:2016/A11:2021**

Registration No.: SX 1614112-1  
Certificate Holder: KABE-Labortechnik GmbH  
Jägerhofstr. 17  
51588 Nümbrecht  
Germany

The scope of certification also covers the following sites:

No.	Facility	Scope
/01	c/o KABE-Labortechnik GmbH Jägerhofstr. 17 51588 Nümbrecht Germany	Design and development, production and distribution of in vitro diagnostic devices and consumption materials for sample withdrawal, preparation and storage as well as single-use medical devices
/02	c/o KABE-Labortechnik GmbH Werner-von-Siemens-Str. 1 51674 Wiehl Germany	Warehouse and shipping

This certificate can be validated on <https://www.certipedia.com>



Medica Corporation  
5 Oak Park Drive  
Bedford, Massachusetts 01730  
Tel 781 275 4892  
Fax 781 275 2731  
www.medicacorp.com

## Declaration of Conformity


### Product Name:

EasyLyte Analyzer and accessories per attachment

### Model/Type:

Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li,  
Na/K/Cl/Li, Na/K/Ca/pH,  
Na/K/Cl/Ca/Li

### Manufacturer

 Medica Corporation  
5 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts, 01730, USA  
Single Registration Number (SRN): US-MF-000037250

### Representative

**EC REP** Emergo Europe, Prinsessegracht 20,  
2514 AP The Hague, The Netherlands  
Tel: +31 70 345 8570  
Fax: +31 70 346 7299

### Means of Conformity

Medica Corporation declares that the products listed are covered by Annex III of Directive 98/79/EC. These products are self-certified since they are for professional use only and are not listed on Annex II, List A or Annex II, List B of Directive 98/79/EC. In addition, they are in conformity with the Annex I, "Essential Requirements" and provisions of council Directive 98/79/EC for In Vitro Diagnostic Medical Devices, Directive 2011/65/EU Restriction of Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment, and their corresponding amendments.

**Place and Date:** Bedford, Massachusetts, USA, 26 May 2022

### Signature:



**Name:** Photios Makris, Ph.D.  
**Title:** VP, Regulatory Affairs



Medica Corporation  
 5 Oak Park Drive  
 Bedford, Massachusetts 01730  
 Tel 781 275 4892  
 Fax 781 275 2731  
 www.medicacorp.com

Catalog No.	EasyLyte Analyzer and Accessories	EDMA Code	Class
2004	EasyLyte Analyzer, Na/K	21 07 11 02	General IVD device, not listed in IVDD Annex II and not intended for self-testing
2014	EasyLyte Analyzer, Na/K/Cl	21 07 11 02	
2015	EasyLyte Analyzer, Na/K/Li	21 07 11 02	
2016	EasyLyte Analyzer, Na/K/Ca/pH	21 07 11 02	
2021	EasyLyte Analyzer, Na/K/Cl/Li	21 07 11 02	
2030	EasyLyte Analyzer, Na/K/Cl/Ca/Li	21 07 11 02	
C2004	EasyLyte Analyzer, Na/K	21 07 11 02	
C2014	EasyLyte Analyzer, Na/K/Cl	21 07 11 02	
C2015	EasyLyte Analyzer, Na/K/Li	21 07 11 02	
C2016	EasyLyte Analyzer, Na/K/Ca/pH	21 07 11 02	
C2030	EasyLyte Analyzer, Na/K/Cl/Ca/Li	21 07 11 02	
L2014	EasyLyte Analyzer, Na/K/Cl	21 07 11 02	
L2015	EasyLyte Analyzer, Na/K/Li	21 07 11 02	
L2016	EasyLyte Analyzer, Na/K/Ca/pH	21 07 11 02	
L2021	EasyLyte Analyzer, Na/K/Cl/Li	21 07 11 02	
2101	EasyLyte K+ Electrode	11 04 01 06	
2102	EasyLyte Na+ Electrode	11 04 01 07	
2103	EasyLyte Reference Electrode	11 04 04 01	
2113	EasyLyte Cl- Electrode	11 04 01 03	
2106	EasyLyte Lithium Electrode	11 04 01 04	
2150	EasyLyte Ca++ Electrode	11 04 01 02	
2151	EasyLyte pH Electrode	11 70 31 02	
2152	EasyLyte Disposable Reference Electrode	11 04 04 01	
2109	EasyLyte Solutions Pack, 400mL	11 04 04 02	
2120	EasyLyte Solutions Pack, 800mL	11 04 04 02	
2112	EasyLyte Plus Solutions Pack, 400mL	11 04 04 02	
2121	EasyLyte Plus Solutions Pack, 800mL	11 04 04 02	
2115	EasyLyte Lithium Solutions Pack, 400mL	11 04 04 02	
2122	EasyLyte Lithium Solutions Pack, 800mL	11 04 04 02	
2114	EasyLyte Calcium Solutions Pack, 400mL	11 04 04 02	
2123	EasyLyte Calcium Solutions Pack, 800mL	11 04 04 02	
2026	EasyLyte Na/K/Cl/Li Solutions Pack, 800mL	11 04 04 02	
2028	EasyLyte Na/K/Cl/Li Solutions Pack, 400mL	11 04 04 02	
2124	EasyLyte Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack, 800mL	11 04 04 02	



Medica Corporation  
5 Oak Park Drive  
Bedford, Massachusetts 01730  
Tel 781 275 4892  
Fax 781 275 2731  
[www.medicacorp.com](http://www.medicacorp.com)

<b>Catalog No.</b>	<b>EasyLyte Analyzer and Accessories</b>	<b>EDMA Code</b>	<b>Class</b>
2814	EasyQC Bi-Level Quality Control Kit	11 50 02 04	General IVD device, other than listed in IVDD Annex II and other than intended for self-testing
2815	EasyQC Tri-Level Quality Control Kit	11 50 02 04	
L2026	EasyLyte Solutions Pack, Na/K/Cl/Li, 800mL	11 04 04 02	
L2112	EasyLyte Solutions Pack, Na/K/Cl, 400mL	11 04 04 02	
L2121	EasyLyte Solutions Pack, Na/K/Cl, 800mL	11 04 04 02	
L2122	EasyLyte Solutions, Na/K/Li Pack, 800mL	11 04 04 02	
L2123	EasyLyte Solutions Pack, Na/K/Ca/pH, 800mL	11 04 04 02	





Medica Corporation  
5 Oak Park Drive  
Bedford, Massachusetts 01730  
Tel 781 275 4892  
Fax 781 275 2731  
www.medicacorp.com

*Products For Health Care*

## Declaration of Conformity

### Product Name:

EasyLyte and accessories per attachment

EasyElectrolyte and accessories per attachment

EasyStat and accessories per attachment

EasyBloodGas and accessories per attachment

### Model/Type:


EasyLyte Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li, Na/K/Cl/Li, Na/K/Ca/pH

EasyElectrolyte Na/K/Cl, Na/K/Li

pH/pCO2/pO2/Na/K/Ca/Hct, pH/pCO2/pO2/Na/K/Cl/Hct

pH/pCO2/pO2

### Manufacturer

 Medica Corporation  
5 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts, 01730, USA

### Representative

 Emergo Europe, Molenstraat 15  
NL-2513 BH The Hague, The Netherlands  
Tel: +31 70 345 8570  
Fax: +31 70 346 7299

### Means of Conformity

Medica Corporation declares that the products listed are in conformity with the Annex III, essential requirements and provisions of council Directive: 98/79/EC

**Place and Date:** Bedford, Massachusetts, USA, March 1, 2012

### Signature:



**Name:** Photios Makris

**Title:** Director of Regulatory Affairs

**EasyBloodGas and EasyStat Accessories**

<b>Catalog No.</b>	<b>Accessory</b>	<b>EDMA Code</b>
6201	EasyStat/EasyBloodGas pH Electrode	11 70 31 04
6202	EasyStat/EasyBloodGas pCO2 Electrode	11 70 31 04
6203	EasyStat/EasyBloodGas pO2 Electrode	11 70 31 04
6204	EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte Reference Electrode	11 04 04 01
6101	EasyBloodGas Reagent Module	11 70 31 10
6301	EasyBloodGas Troubleshooting Kit	21 04 10 01
6303	EasyQC Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control	11 70 31 50
6304	EasyQC Level 2 Blood Gas and Electrolyte Quality Control	11 70 31 50
6305	EasyQC Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control	11 70 31 50
2118	Daily Cleaning Solution Kit	11 01 01 27
6402	Red Test Dye Solution	11 70 31 90
6503	EasyBloodGas Capillary Tube Kit	21 04 10 01
6603	EasyBloodGas Demonstration Kit	21 04 10 01
6306	EasyBloodGas Sampler	21 04 10 01
6504	EasyBloodGas/EasyElectrolyte Pump Tube	21 04 10 01
6505	EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte Printer Paper (5 rolls)	21 04 10 01
6506	EasyBloodGas Sensor Module	21 04 10 01
6507	EasyStat/EasyBloodGas Valve Module	21 04 10 01
6508	Compression Plate	21 04 10 01
6518	Serial Cable, 25-pin	21 04 10 01
6537	Serial Cable, 9-pin	21 04 10 01
6520	Barcode Reader Kit	21 04 10 01
7101	EasyStat Reagent Module	11 70 31 10
7205	EasyStat/EasyElectrolyte Na Electrode	11 04 01 07
7206	EasyStat/EasyElectrolyte K Electrode	11 04 01 06
7207	EasyStat Ca Electrode	11 04 01 02
7208	EasyStat Cl Electrode	11 04 01 03
7301	EasyStat Troubleshooting Kit	21 04 10 01
7309	Bi-Level Hematocrit Quality Control	13 01 70 03
7603	EasyStat Demonstration Kit	21 04 10 01
7303	EasyStat/EasyBloodGas Capillary Tube Kit	21 04 10 01
7306	EasyStat Sampler	21 04 10 01
7304	EasyStat Pump Tube	21 04 10 01
7506	EasyStat Sensor Module	21 04 10 01
7302	Probe Wipers	21 04 10 01

## EasyElectrolyte Accessories

Catalog No.	Accessory	EDMA Code
4102	EasyElectrolyte Reagent Module Na/K/Cl	11 03 01
4103	EasyElectrolyte Reagent Module Na/K/Li	11 03 01
7205	EasyStat/EasyElectrolyte Na Electrode	11 04 01 07
7206	EasyStat/EasyElectrolyte K Electrode	11 04 01 06
4203	EasyElectrolyte Cl Electrode	11 04 01 03
4204	EasyElectrolyte Li Electrode	11 04 01 04
6204	EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte Reference Electrode	11 04 04 01
4207	EasyElectrolyte Spacer Electrode	11 04 01 90
4301	EasyElectrolyte Troubleshooting Kit	21 04 10 01
2118	Daily Cleaning Solution Kit	11 01 01 27
4402	Red Test Dye Solution	11 70 31 90
4403	EasyElectrolyte Urine Diluent	11 04 04 90
2814	EasyQC Bi-Level Quality Control Kit	11 50 02 04
2815	EasyQC Tri-Level Quality Control Kit	11 50 02 04
4405	EasyElectrolyte Demonstration Kit, Na/K/Cl	21 04 10 01
4406	EasyElectrolyte Demonstration Kit, Na/K/Li	21 04 10 01
4404	EasyElectrolyte Capillary Tube Kit	21 04 10 01
4306	EasyElectrolyte Sampler	21 04 10 01
6504	EasyBloodGas/EasyElectrolyte Pump Tube	21 04 10 01
6505	EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte Printer Paper (5 rolls)	21 04 10 01
4506	EasyElectrolyte Sensor Module	21 04 10 01
4507	EasyElectrolyte Valve Module	21 04 10 01
4508	Compression Plate	21 04 10 01
7302	Probe Wipers	21 04 10 01
4522	EasyElectrolyte Daily Cleaner Sample Cups	21 04 10 01
4539	EasyElectrolyte Sensor Module, Li	21 04 10 01
6518	Serial Cable, 25-pin	21 04 10 01
6537	Serial Cable, 9-pin	21 04 10 01
6520	Barcode Reader Kit	21 04 10 01

## EasyLyte Accessories

Catalog No.	Accessory	EDMA Code
2070	EasyLyte EasySampler	21 04 10 01
2101	EasyLyte K+ Electrode	11 04 01 06
2102	EasyLyte Na+ Electrode	11 04 01 07
2113	EasyLyte Cl- Electrode	11 04 01 03
2106	EasyLyte Li+ Electrode	11 04 01 04
2150	EasyLyte Ca++ Electrode	11 04 01 02
2151	EasyLyte pH Electrode	11 70 31 02
2152	EasyLyte Disposable Reference Electrode	11 04 04 01
2103	EasyLyte Reference Electrode	11 04 04 01
2258	EasyLyte Membrane Assembly	21 04 10 01
2120	EasyLyte Na/K 800mL Solutions Pack	11 03 01
2121	EasyLyte Na/K/Cl 800mL Solutions Pack	11 03 01
2122	EasyLyte Na/K/Li 800mL Solutions Pack	11 03 01
2123	EasyLyte Na/K/Ca/pH 800mL Solutions Pack	11 03 01
2028	EasyLyte Na/K/Cl/Li 800mL Solutions Pack	11 03 01
2109	EasyLyte Na/K 400mL Solutions Pack	11 03 01
2112	EasyLyte Na/K/Cl 400mL Solutions Pack	11 03 01
2115	EasyLyte Na/K/Li 400mL Solutions Pack	11 03 01
2114	EasyLyte Na/K/Ca/pH 400mL Solutions Pack	11 03 01
2026	EasyLyte Na/K/Cl/Li 400mL Solutions Pack	11 03 01
2814	EasyQC Bi-Level Quality Control Kit	11 50 02 04
2815	EasyQC Tri-Level Quality Control Kit	11 50 02 04
2843	EasyLyte Quality Control Sample Cups (60)	21 04 10 01
2118	Daily Cleaning Solution Kit	11 01 01 27
2598	EasyLyte Daily Cleaner Cup	21 04 10 01
2108	EasyLyte Solutions Valve	21 04 10 01
2107	EasyLyte Sample Probe	21 04 10 01
2257	EasyLyte Sample Detector	21 04 10 01
2104	EasyLyte Tubing Kit	21 04 10 01
2100	EasyLyte Calcium Tubing Kit	21 04 10 01
2492	EasyLyte Internal Filling Solution (125mL)	11 04 04 90
2309	EasyLyte Wash Solution (50mL)	11 04 04 90
2111	EasyLyte Urine Diluent (500mL)	11 04 04 90
2577	EasyLyte Standard Solution, Urine (50mL)	11 04 04 90
2323	EasyLyte Probe Wipers (6)	21 04 10 01
2541	EasyLyte Printer Paper (3 rolls)	21 04 10 01

**EasyLyte Accessories, continued**

<b>Catalog No.</b>	<b>Accessory</b>	<b>EDMA Code</b>
2595	EasyLyte EasySampler Sample Cups, 500uL (500)	21 04 10 01
2596	EasyLyte Sample Cups 2.0mL (500)	21 04 10 01
10745	Anti-Evaporation Caps (500)	21 04 10 01
2293	EasyLyte Capillary Tubes	21 04 10 01
2590	EasyLyte Capillary Adaptor Kit	21 04 10 01
2292	EasyLyte Capillary Adaptor Cleaning Kit	11 04 04 90
2578	EasyLyte Red Dye Test Solution (50mL)	11 04 04 90
2572	EasyLyte Troubleshooting Kit	21 04 10 01
2571	EasyLyte Troubleshooting Kit (Na/K/Ca/pH and Na/K/Cl/Li)	21 04 10 01
2105	EasyLyte Quarterly Operating Kit	21 04 10 01
2095	EasyLyte Maintenance Kit	21 04 10 01
2076	EasyLyte Sample Tray	21 04 10 01
2074	EasyLyte Sample Cup Retainer Ring	21 04 10 01
7118	Daily Rinse/Cleaning Solution Kit	11 01 01 27
2544	EasyLyte C Series Printer Paper (5 rolls)	21 04 10 01

---



**МЕДИКЛОН**

# ООО "Медиклон"

127276 Москва, Ботаническая ул. 35, т/ф +7495 231-2272 +7499 502-1214

## П А С П О Р Т – С Е Р Т И Ф И К А Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Я на «Набор реагентов для определения групп крови человека систем АВО, Резус и Kell» по ТУ-9398-101-51203590-2009

Цоликлон анти – А – моноклональные антитела (IgM) к антигену А

Цоликлон анти – В – моноклональные антитела (IgM) к антигену В

Цоликлон анти – АВ – моноклональные антитела (IgM) к антигенам А и В

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06043 от 05 ноября 2009 г.

**Наименование:** Цоликлон Анти-А во флаконах по 10 мл с красными крышками

**Серия:** 249308

**Единица:** 100 мл

**Изготовлен:** 26.08.2024

**Количество единиц** 20

**Годеи до:** 26.08.2026

**Объем серии:** 10000 мл.

**Паспорт:** А249308 от 26.08.2024

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид 1.1 Цоликлон анти-А 1.2 Цоликлон анти-В 1.3 Цоликлон анти-АВ	Прозрачная жидкость красного цвета. Прозрачная жидкость синего цвета. Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.	Соответствует
2. Серологические свойства 2.1 Специфичность	Цоликлон анти-А не должен давать агглютинации с эритроцитами групп В(III) и O(I) Цоликлон анти-В не должен давать агглютинации с эритроцитами групп А(II) и O(I) Цоликлон анти-АВ не должен давать агглютинации с эритроцитами группы O(I)	Соответствует Соответствует Соответствует
2.2 Гемагглютинирующая способность	Агглютинация на плоскости эритроцитов А1 и В с соответствующими Цоликлонами должна появиться не позднее 10 сек. после смешивания	Соответствует 10сек.
2.3 Титр	Титр Цоликлона анти-А в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) – 1:32 - 1:64 Титр Цоликлона анти-В в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) – 1:64 Титр Цоликлона анти-АВ в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами групп А(II) – 1:32 - 1:64 и В(III) – 1:64	Соответствует 1:32 - 1:64 Соответствует 1:64 Соответствует 1:32 - 1:64

Цоликлон соответствует требованиям ТУ – 9398-101-51203590-2009

Заведующая ОТК ООО «Медиклон»

К.В. Ющенко



**МЕДИКЛОН**

**ООО "Медиклон"**

127276 Москва, Ботаническая ул. 35, т/ф +7495 231-2272 +7499 502-1214

**П А С П О Р Т – С Е Р Т И Ф И К А Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Я**  
**на «Набор реагентов для определения групп крови человека систем АВО, Резус и Kell» по ТУ-9398-101-51203590-2009**

Цоликлон анти – А – моноклональные антитела (IgM) к антигену А

Цоликлон анти – В – моноклональные антитела (IgM) к антигену В

Цоликлон анти – АВ – моноклональные антитела (IgM) к антигенам А и В

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06043 от 05 ноября 2009 г.

**Наименование:** Цоликлон Анти-В во флаконах по 10 мл с синими крышками

**Серия:** 249408

**Единица:** 100 мл

**Изготовлен:** 26.08.2024

**Количество единиц** 20

**Годен до:** 26.08.2026

**Объем серии:** 10000 мл.

**Паспорт:** В249408 от 26.08.2024

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид		
1.1 Цоликлон анти-А	Прозрачная жидкость красного цвета.	Соответствует
1.2 Цоликлон анти-В	Прозрачная жидкость синего цвета.	
1.3 Цоликлон анти-АВ	Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.	
2. Серологические свойства		
2.1 Специфичность	Цоликлон анти-А не должен давать агглютинации с эритроцитами групп В(III) и О(I)	Соответствует
	Цоликлон анти-В не должен давать агглютинации с эритроцитами групп А(II) и О(I)	Соответствует
	Цоликлон анти-АВ не должен давать агглютинации с эритроцитами группы О(I)	Соответствует
2.2 Гемагглютинирующая способность	Агглютинация на плоскости эритроцитов А1 и В с соответствующими Цоликлонами должна появиться не позднее 10 сек. после смешивания	Соответствует 10сек.
2.3 Титр	Титр Цоликлона анти-А в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) – 1:32 - 1:64 Титр Цоликлона анти-В в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) – 1:64 Титр Цоликлона анти-АВ в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами групп А(II) – 1:32 - 1:64 и В(III) – 1:64	Соответствует 1:32 - 1:64 Соответствует 1:64 Соответствует 1:32 - 1:64

Цоликлон соответствует требованиям ТУ – 9398-101-51203590-2009

Заведующая ОТК ООО «Медиклон»

К.В. Ющенко



**МЕДИКЛОН**

127276 Москва, Ботаническая ул. 35, т/ф +7495 231-2272 +7499 502-1214

# ООО "Медиклон"

**П А С П О Р Т – С Е Р Т И Ф И К А Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Я**  
**на «Набор реагентов для определения групп крови человека**  
**систем АВО, Резус и Kell» по ТУ-9398-101-51203590-2009**  
**( ЦОЛИКЛОН Анти-D Супер )**

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06043 от 05 ноября 2009 г.

**Наименование:** Цоликлон Анти-D Супер во флаконах по 10 мл с зелеными крышками

**Серия:** 244409

**Единица:** 100 мл

**Изготовлен:** 09.09.2024

**Количество единиц** 25

**Годен до:** 09.09.2026

**Объем серии:** 10000 мл.

**Паспорт:** Дс244409 от 09.09.2024

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость	Соответствует
2. Серологические свойства		
2.1 Специфичность	Цоликлон Анти-D Супер не должен агглютинировать D(-) эритроциты.	Соответствует
2.2 Гемагглютинирующая способность	Четкая реакция агглютинации должна наступать в течение 30 сек. после смешивания реагента с D(+) эритроцитами.	Соответствует 30сек.
2.3 Титр	Титр Цоликлона Анти-D Супер в реакции агглютинации на плоскости с D(+) эритроцитами 1:32 Титр Цоликлона Анти-D Супер в реакции прямой агглютинации с D(+) эритроцитами в микроплате не ниже 1:256	Соответствует 1:32 Соответствует 1:256

Цоликлон соответствует требованиям ТУ – 9398-101-51203590-2009

Заведующая ОТК ООО «Медиклон»

К.В. Ющенко