

Specificații tehnice									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1757080440795					Data: 22.09.2025	Alternativa nr.: N/A	
Denumirea licitației:		Achiziționarea de piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală							Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
3310 0000-1	1	Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse	Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse	D3887T Performix 40 Plus Green Tube Unit	India	GE HealthCare	Bunuri cu servicii incluse de schimbare a piesei. Performix 40 Plus compatibil cu Optima CT 660 Scrisoarea de garanție din partea participantului la licitație că lucrările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucrări, prin asumarea răspunderii financiare în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului în procesul lucrărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrărilor sau a piesei de schimb. Scrisoarea confirmativă prin care se confirmă că piesa oferită este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished). Câștigătorul licitației va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuate de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va fi funcțional din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garantarea pentru lucrări și piesă minim 24 luni. Returnarea piesei uzate către producător și confirmarea scrisă prin care piesa se returnează.	Bunuri cu servicii incluse de schimbare a piesei. D3887T Performix 40 Plus Green Tube Unit compatibil cu Optima CT 660. Scrisoarea de garanție din partea Intermed SRL că lucrările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucrări, prin asumarea răspunderii financiare în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului în procesul lucrărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrărilor sau a piesei de schimb - se ataseaza. Scrisoarea confirmativă prin care se confirmă că piesa oferită este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată (refurbished) - se ataseaza. Intermed SRL garanteaza că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuate de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va fi funcțional din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garantia pentru lucrări și piesă 12 luni. Tubul uzat va fi returnat producatorului.	DoC, EC certificate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Natalia Chicu În calitate de: administrator

Ofertantul: **Intermed SRL** Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2