

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1667561735358 din 21.11.2022					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
8	Saltea antiescare Sistem saltea + compresor	Moretti Saltea antiescare cu celule si pompa cu presiune reglabila LAD464	Italia	Moretti	Saltea calitativă și rezistentă da "Material: PVC non-toxic, de înaltă rezistență, realizat în conformitate cu normele medicale europene CE" da Grosime PVC ≥30 microni Dimensiuni 195-200 cm x 80-90 cm, h ≥ 7 cm Capacitate maximă de suport greutate pacient min. 135 kg Set de reparare inclus kit lipici special + petice Compresor / pompa Silențios da "Trebuie să funcționeze în permanență, cât timp bolnavul stă pe saltea pentru a asigura umflarea si desumflarea alternativă" da Alimentare 220V Regulator electric da durata ciclului 10-15 min	Saltea antiescare Sistem saltea + compresor Saltea calitativă și rezistentă da "Material: PVC non-toxic, de înaltă rezistență, realizat în conformitate cu normele medicale europene CE" da Grosime PVC ≥30 microni Dimensiuni 200 cm x 90 cm, h =15,27 cm DA Capacitate maximă de suport greutate pacient 145 kg DA Set de reparare inclus kit lipici special + petice-DA Compresor / pompa Silențios DA "Trebuie să funcționeze în permanență, cât timp bolnavul stă pe saltea pentru a asigura umflarea si desumflarea alternativă" -da Alimentare 220V Regulator electric -da durata ciclului 10-15 min Model LAD464, DM000378470	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**În calitate de: **Director General**Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**