

Specificații tehnice (Anexa 22)								
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1713362372051 / 21216474 din 07/06/2024						Data: „07” Iunie, 2024	Alternative nu sunt	
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă						Lot: 2; 13;	Pagina 1 din 1	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3310000-1	2	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500L	EKT 425	Turcia	EMSAS Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.S.	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți Frâne Lumină interior Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 388L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 0 și 15 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. - Da, corespunde Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți - Da, corespunde Capacitatea 388 l Număr de rafturi ≥ 6 - Da, configuratie ofertata include 6 rafturi. Ușa Număr ≥ 1 - Da, corespunde Descriere transparenta - Da, corespunde Mecanism blocare cu cheie - Da, corespunde Roți - Da, corespunde Frâne - Da, corespunde Lumină interior - Da, corespunde Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare - Da, corespunde Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă - Da, corespunde Afișaj temperatură digital - Da, corespunde Alarmer acustică - Da, corespunde vizuală - Da, corespunde Răcire ventilată - Da, corespunde Temperatura reglabilă 0 ... +15 °C - Da, corespunde Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C - Da, corespunde Alimentare 220 V, 50 Hz - Da, corespunde Refrigerent fără CFC / HCFC - Da, corespunde Zgomot < 50 dB - Da, corespunde	DM000578864
3310000-1	13	Stație de purificare a apei pentru hemodializă	NIPRO, RO Systems Model: RO Medical Configurație: <u>Sistem prefiltrare:</u> NAC-PT-WA-UG SP-1176 SP-517 SP-1261 NAC-PT-PS-UG CON-449 CON-448 CON-447 NAC-PT-PVC-UG <u>Sistem (Centrala) Osmoza inversa:</u> SP-957 NRO-MED-350-UG NRO-HOT-HC-UG NAC-RO-EF-UG Accesorii, Consumabile si alt material de instalare este inclus in cantitati sufuciente pentru instalarea completa.	Germania	NIPRO PURE WATER GMBH	Stație de purificare a apei pentru hemodializă Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă Parametrul Specificația Caracteristici stație de osmoză inversată Display Tehnologie de economisire a apei Alimentare tensiune 220V, 50Hz Presiune de intrare apă 2 - 5 Bari Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă Dezinfecție termică / chimică a conturului Tubulatura și structura sistemului de osmoză inversă oțel inoxidabil / alte materiale anticorozive și igienice Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 250 l/oră Conductivitatea electrică până la 5mS Microbiologia Lampă UV / filtru bactericid (cartuş Inel (buclă) de conectare a mașinilor de hemodializă cel puțin 4 conexiuni Presiune de ieșire a permeatului minim 2 bari Sistem de prefiltrare Valvă de protecție acționată electric Valvă de reducere presiune Sistem de filtrare cu nisip Rezervor cu nisip + controler programabil Filtre minim 20 inch de prefiltrare a apei în trei etape (cel puțin) fitru 20 (µm) fitru 10 (µm) fitru 5 (µm) Robinete de închidere la fiecare filtru Furtun, cotori, elemente de conexiune Sistem de dedurizare a apei Cu debitmetru și sistem de bypass	Stație de purificare a apei pentru hemodializă Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu scop de utilizare la procedurile de hemodializă [Manual de utilizare, Pagina 10/50; 11/50] Parametrul Specificația Caracteristici stație de osmoză inversată Display Tehnologie de economisire a apei [Brosura NRO-MED-350-UG] Alimentare tensiune 220V, 50Hz [Manual de utilizare, Pagina 13/50] Presiune de intrare apă 2-6 Bari [Manual de utilizare, Pagina 6/50] Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă [Manual de utilizare, Pagina 6/50] [Brosura NRO-MED-350-UG] Dezinfecție termică / chimică a conturului [Manual de utilizare, Pagina 6/50] [Brosura NRO-MED-350-UG] [NRO-HOT-HC-UG] Tubulatura și structura sistemului de osmoză inversă oțel inoxidabil / alte materiale anticorozive și igienice [Manual de utilizare, Pagina 6/50] [Brosura NRO-MED-350-UG] Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 350 l/oră [Manual de utilizare, Pagina 6/50] Conductivitatea electrică până la 5mS [Manual de utilizare, Pagina 14/50] Microbiologia Lampă UV / filtru bactericid (cartuş) [Brosura NAC-RO-EF-UG] Inel (buclă) de conectare a mașinilor de hemodializă cel puțin 4 conexiuni [Brosura CON-149] si [Brosura CON-151] Presiune de ieșire a permeatului minim 2 bari - Da, corespunde Sistem de prefiltrare Valvă de protecție acționată electric [Brosura NAC-PT-WA-UG] Valvă de reducere presiune - inclusa in configuratie	DM000380755

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
						Manuale manual de utilizare în limba de stat manual de service în limba engleză	Sistem de filtrare cu nisip Rezervor cu nisip + controler programabil <i>[Brosura SP-1176]</i> Filtre minim 20 inch de prefiltrare a apei în trei etape (cel puțin) <i>[Brosura NAC-PT-PS-UG]</i> : fitru 20 (µm) <i>[Brosura CON-449]</i> fitru 10 (µm) <i>[Brosura CON-448]</i> fitru 5 (µm) <i>[Brosura CON-447]</i> Robinete de închidere la fiecare filtru - <i>incluse în configurație</i> Furtun, coturi, elemente de conexiune - <i>incluse în configurație</i> Sistem de dedurizare a apei Cu debitmetru și sistem de bypass - <i>incluse în configurație</i> Manuale manual de utilizare în limba de stat - <i>la livrare</i> manual de service în limba engleză - <i>la livrare</i>	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova