



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21565953 din 03.04.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 3					
Concentrator de oxigen 5L 110400	Oxybreath Mini 5	Kare-Medical (Turcia)	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil pe 4 roți Concentrația O2 in fluxul produs $\geq 90\%$ Reglarea fluxului de O2 diapazon minim 1 - 5 L/min Indicatorul fluxului grafic/numeric Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 Alarmer vizuale dacă concentrația O2 $\leq 82\%$ obligatoriu Alarmer sonore dacă fluxul este redus obligatoriu Deviere la concentrația de O2 $\pm 3\%$ Borcan de umidificare a O2 2 buc., să se indice codul	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil pe 4 roți Da, pag. 1/3 „U.Man” Concentrația O2 in fluxul produs $\geq 90\%$ Da, pag. 15 „U.Man” Reglarea fluxului de O2 diapazon minim 1 - 5 L/min Da, pag. 15 „U.Man” Indicatorul fluxului grafic/numeric Da, pag. 10 „U.Man” Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB Da, „Statement” Display grafic (afișaj parametri de lucru) LED, LCD Da, pag. 4 „U.Man” Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc Da, pag. 4 „U.Man” Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 Da, pag.4 „U.Man” Alarmer vizuale dacă concentrația O2 $\leq 82\%$ obligatoriu Da, pag. 9 „U.Man” Alarmer sonore dacă fluxul este redus obligatoriu Da, pag. 9 „U.Man” Deviere la concentrația de O2 $\pm 3\%$ Da, pag. 9 „U.Man”	DM000234258

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			produsului Mască facială 2 buc., să se indice codul produsului Canulă nazală 2 set., să se indice codul produsului Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc., să se indice codul produsului Alimentare 220 V 50 Hz	Borcan de umidificare a O2 2 buc., să se indice codul produsului Da, X000633 inclus in oferta Mască facială 2 buc., să se indice codul produsului Da, OS100 Canulă nazală 2 set., să se indice codul produsului Da, X004262 Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc., să se indice codul produsului Da, inclus in oferta Alimentare 220 V 50 Hz Da, pag.10 „ U.Man”	
Lot 8					
Butelie oxigen pînă la 5 L 110510	BO.100.150 15	Italia San-O-Sub	Butelie oxigen Cod 110510 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥ 5 litri Material oțel/metal galvanizat Manometru de control pe reductor Flowmetru presiune diapazon min. 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen " ≥ 2 buc., să se indice codul produsului" Mască facială " ≥ 2 buc., să se indice codul produsului" Canulă nazală " ≥ 2 buc., să se indice codul produsului" Geanta de transport da	Butelie oxigen Cod 110510 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil DA, „Pliant” Volum ≥ 5 litri DA, „Pliant” Material oțel/metal galvanizat DA, „Pliant” Manometru de control pe reductor DA, „Pliant” Flowmetru presiune diapazon min. 0-15 l/min DA, „Pliant” Presiune de incarcare ≥ 200 atm DA, 200atm „Pliant” Tub pentru conectare la butelia de oxigen " ≥ 2 buc., să se indice codul produsului CO.400.18021 TUBE Mască facială ≥ 2 buc., să se indice odul produsului CO.400.18021 Canulă nazală ≥ 2 buc., să se indice codul produsului CO.400.18020 Geanta de transport DA, cod CO.100.18041	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 9					
Laringoscop adult standard 110600	34303 + 31542 + 34491 + 34467	Italia Gima	<p>Laringoscop adult standard Cod 110600 Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat obligatoriu tip pacient adult tip iluminare bec Lamele reutilizabile tip: McIntosh obligatoriu mărimea 1 obligatoriu mărimea 2 obligatoriu mărimea 3 obligatoriu mărimea 4 obligatoriu autoclavabile la 134°C, 5min. obligatoriu Mîner laringoscop fabricat din metal cromat sau AISI 304/316 fabricat din metal cromat sau AISI 304/316 fixarea rapidă a lamelelor obligatoriu diametru mîner standart: 28mm, ±2mm obligatoriu acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore obligatoriu Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux obligatoriu ≥ 2.5V obligatoriu lumină albă sau neutră lumină albă sau neutră Accesorii Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile de la priza de perete 220V, 50Hz obligatoriu, să se indice codul produsului Bec de rezervă 3 buc. obligatoriu, să se indice codul produsului Acumulator</p>	<p>Laringoscop adult standard Cod 110600 Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc. Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat obligatoriu Da, „Pag catalog” tip pacient adult Da, „Pag catalog” tip iluminare bec Da, „Pag catalog” Lamele reutilizabile tip: McIntosh obligatoriu mărimea 1 obligatoriu Da, „Pag catalog” mărimea 2 obligatoriu Da, „Pag catalog” mărimea 3 obligatoriu Da, „Pag catalog” mărimea 4 obligatoriu Da, „Pag catalog” autoclavabile la 134°C, 5min. Da, „Pag catalog” Obligatori Mîner laringoscop fabricat din metal cromat sau AISI 304/316 fabricat din metal cromat sau AISI 304/316 fixarea rapidă a lamelelor obligatoriu Da, „Pag catalog” diametru mîner standart: 28mm, ±2mm obligatoriu Da acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore obligatoriu Da, „Pag catalog” Bec bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux obligatoriu Da, „Pag catalog” ≥ 2.5V obligatoriu lumină albă sau neutră lumină albă sau neutră Da, „Pag catalog” Accesorii Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile de la priza de perete 220V, 50Hz obligatoriu, să se indice codul produsului Da, 31542</p>	DM000661076

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			reîncărcabil 1 buc. obligatoriu, să se indice codul produsului Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complecția lamelelor solicitate obligatoriu, să se indice codul produsului	„Pag catalog” Bec de rezervă 3 buc. obligatoriu, să se indice codul produsului Da, 34491 Acumulator reîncărcabil 1 buc. obligatoriu, să se indice codul produsului Da, 34467 Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complecția lamelelor solicitate obligatoriu, să se indice codul produsului Da, inclusa in oferta	
Lot 12					
Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	SMILE MINI 04	Slovacia CHIRANA MEDICAL, A.S.	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Cod 120110 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120° pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 30cm Greutate maximă "≥ 180kg ≥ 150kg" Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf unghiulat 90°, detașabil	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Cod 120110 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120° pînă la 180° Da, pag.7 „U.Man Chair” Tetieră reglabilă Da, pag.7 „U.Man Chair” Urcare/ coborîre ≥ 30cm Da, pag.6/7 „U.Man Chair” Greutate maximă "≥ 180kg Da, pag.6, „U.Man Chair” ≥ 150kg" Da, pag.6 „U.Man Chair” Comandă pedală Da, pag.11 „U.Man Chair” Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Da, pag.14 „U.Man Chair” Programe de poziționare minim 3 Da, pag.13 „U.Man Chair” Accesorii cotiere Da, pag.5 „U.Man Chair” Scaun medic Da Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Da Sarcina maximă ≥ 150kg Da Înălțime reglabilă Da Suport spate reglabil Da	DM000350504

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Bloc hidraulic "Bol din ceramică sau sticlă detașabil" obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurități obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotații ≥ 300000 rot/min Piesă contraughi Rotații ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux "conectarea / deconectarea prin senzor" Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detașabil, autoclavabil obligatoriu</p>	<p>Suport picior obligatoriu Da Masa dentistului Turbină obligatoriu Da, pag.8/17 „U.Man Smile 04” Seringă cu 3 căi apă, aer, spray Da vîrf angulat 90°, detașabil Da Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Da, pag.8 / 16 / 19 „U.Man Smile 04” Micromotor electric obligatoriu Da, pag.18 „U.Man Smile 04” Piesă contraughi obligatoriu Da Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Da, 2 furtunuri pag.21 „U.Man Smile 04” Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu Da, pag.21 „U.Man Smile 04” Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Da Bloc hidraulic "Bol din ceramică sau sticlă detașabil" obligatoriu Da, pag.8 „U.Man Smile 04” Clătitor obligatoriu Da, pag.8 „U.Man Smile 04” Filtru pentru impurități obligatoriu Da Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Da Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Da Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Da, pag.14 „U.Man Smile 04” Sursa de lumină LED Da, pag.14 „U.Man Smile 04” Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Da, pag.18 „U.Man Smile 04” Rotații ≥ 300000 rot/min Da Piesă contraughi Rotații ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Da, pag.25 „U.Man Smile 04” Schimbarea frezei buton Da Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Da Sursa de lumină Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux Da</p>	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Frecvența de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip virfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere $\geq 1,5$kw Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu Control multifuncțional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz</p>	<p>"conectarea / deconectarea prin senzor" Da, pag.15 „U.Man Smile 04” Axa de rotație ≥ 3 Da Unghi de iluminare reglabilă Da Înălțime reglabilă Da Tip lumină alb/rece Da Detartor (scaler) 5 virfuri cu iluminare LED obligatoriu Da Mîner detașabil, autoclavabil obligatoriu Da Frecvența de lucru 25 pînă la 31 KHz Da Intensitate reglabilă Da Tip virfuri ≥ 4 Da Compresor Fără ulei obligatoriu Da Putere $\geq 1,5$kw Da Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu Da Control multifuncțional de la picior mobil Da Tensiune 220-240V Da, pag.12 „U.Man Smile 04” Frecvența 50-60 Hz Da, pag.12 „U.Man Smile 04”</p>	
Lot 18					
<p>Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210</p>	Starled3 NX	Italia ACEM SpA	<p>Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) Cod 130210 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500, ± 500 K Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm</p>	<p>Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) Cod 130210 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu DA Pag. 3 „U.Man Starled3 NX” Numărul de sateliți 1 DA Pag. 9 „U.Man Starled3 NX” Temperatura culorii 4,500, ± 500 K DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Reglarea intensității luminei obligatoriu DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Indexul de culoare ≥ 95 DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Dimensiunea cîmpului, cm DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX”</p>	DM000500282

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Creșterea temperaturii în câmpul operator $< 1^\circ$ C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m</p>	<p>Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Adîncimea ≥ 80 cm DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Distanța de lucru 0.7-1.5 m DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux DA 160 000 lux Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Rotația 360 grade DA Pag. 24 „U.Man Starled3 NX” Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 DA „Ajustare Verticala” Creșterea temperaturii în câmpul operator $< 1^\circ$ C DA „Declaratie Producator ACEM” Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000h DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Mînere detașabile sterilizabile DA Pag. 22 „U.Man Starled3 NX” Panou de control integrat în lampa principal DA Pag. 13 „U.Man Starled3 NX” Înălțimea podului 3-4 m DA „Declaratie Producator ACEM”</p>	
Lot 19					
<p>Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220</p>	<p>Starled3 NX with ETW version</p>	<p>Italia ACEM SpA</p>	<p>Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K</p>	<p>Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu DA Pag. 3 „U.Man Starled3 NX” Numărul de sateliți 1 DA Pag. 9 „U.Man Starled3 NX” Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K</p>	<p>DM000500282</p>

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>reglabilă Reglarea intensității luminii obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm "Focusabil motorizat de la panoul de control" obligatoriu Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Creșterea temperaturii în câmpul operator $<1^\circ$ C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m</p>	<p>reglabilă DA ETW Version Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Reglarea intensității luminii obligatoriu DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Indexul de culoare ≥ 95 DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Dimensiunea câmpului, cm "Focusabil motorizat de la panoul de control" obligatoriu DA Pag. 15/31 „U.Man Starled3 NX” Diametrul ajustabil la 1 m distanță diapazon minim 24 - 33 cm DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Adâncimea ≥ 80 cm DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Distanța de lucru 0.7-1.5 m DA Pag. 31 „U.Man Starled3 NX” Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux DA 160 000 luxPag. 31 „U.Man Starled3 NX” Rotația 360 grade DA Pag. 24 „U.Man Starled3 NX” Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 DA „Ajustare Verticala” Creșterea temperaturii în câmpul operator $<1^\circ$ C DA „Declaratie Producator ACEM” Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz DA 160 000 luxPag. 31 „U.Man Starled3 NX” Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h DA 160 000 luxPag. 31 „U.Man Starled3 NX” Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate DA „Declaratie Producator ACEM” Mînere detașabile sterilizabile DA Pag. 22 „U.Man Starled3 NX” Panou de control integrat în lampa principal DA Pag. 15 „U.Man Starled3 NX” Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da DA „Declaratie Producator ACEM” Înălțimea podului 3-4 m DA „Declaratie Producator ACEM”</p>	
--	--	--	---	--

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 20					
Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	BT-400	Coreea Sud BISTOS	<p>Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) Cod 130260</p> <p>Descriere Lampă de fototerapie pentru a scădea nivelul de bilirubină în sânge la nou-născuți, prematuri</p> <p>Tip pacient nou-născut, prematur</p> <p>Mobilă obligatoriu</p> <p>Troleu stabil cu min. 4 roți cu frână obligatoriu</p> <p>Acoperire anticorozivă obligatoriu</p> <p>Înălțime ajustabilă $\geq 140-160$ mm</p> <p>Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare obligatoriu</p> <p>Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu</p> <p>Tipul sursei lumină LED albastru</p> <p>Lungimea de undă, nm $\geq 450-470$nm</p> <p>Nivele de iradiere ≥ 2, (normal, intensiv)</p> <p>Puterea de iradiere la 30 cm, mod normal $\geq 25 \mu W / cm^2 / nm$</p> <p>Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensiv $\geq 35 \mu W / cm^2 / nm$</p> <p>Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq 40 \times 20$ cm</p> <p>Durata de viață a sursei de lumină $\geq 50\ 000$ ore</p> <p>Contor de timp digital obligatoriu</p> <p>Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz</p>	<p>Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) Cod 130260</p> <p>Descriere Lampă de fototerapie pentru a scădea nivelul de bilirubină în sânge la nou-născuți, prematuri</p> <p>Tip pacient nou-născut, prematur Da, pag. 29 „U.Man”</p> <p>Mobilă obligatoriu Da, pag. 9 „U.Man”</p> <p>Troleu stabil cu min. 4 roți cu frână obligatoriu Da, pag. 13-14 „U.Man”</p> <p>Acoperire anticorozivă obligatoriu Da</p> <p>Înălțime ajustabilă $\geq 140-160$ mm Da, pag. 14/11 „U.Man”</p> <p>Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare obligatoriu Da, pag. 11 „U.Man”</p> <p>Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu Da, pag. 11 „U.Man”</p> <p>Tipul sursei lumină LED albastru Da, pag. 19 „U.Man”</p> <p>Lungimea de undă, nm $\geq 450-470$nm Da, pag. 23 „U.Man”</p> <p>Nivele de iradiere ≥ 2, (normal, intensiv) Da, pag. 23 „U.Man”</p> <p>Puterea de iradiere la 30 cm, mod normal $\geq 25 \mu W / cm^2 / nm$ Da, pag. 23 „U.Man”</p> <p>Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensiv $\geq 35 \mu W / cm^2 / nm$ Da, pag. 23 „U.Man”</p> <p>Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq 40 \times 20$ cm Da, pag. 23 „U.Man”</p> <p>Durata de viață a sursei de lumină $\geq 50\ 000$ ore Da, pag. 21 „U.Man”</p> <p>Contor de timp digital obligatoriu Da, pag. 8 „U.Man”</p> <p>Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Da, pag. 23 „U.Man”</p>	DM000499722
Lot 21					
Aspirator urgențe 130320	ASKIR 36BR	Italia CA-MI S.R.L.	<p>Aspirator urgențe Cod 130320</p> <p>Descriere Aspiratoarele portabile de urgență alimentate cu</p>	<p>Aspirator urgențe Cod 130320</p> <p>Descriere Aspiratoarele portabile de urgență alimentate cu baterii care sînt</p>	DM000792472

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		<p>baterii care sînt utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică.</p> <p>Parametru Specificația Vas colector Capacitatea $\geq 1,000$ (1 L) Protecție la umplere obligatoriu Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului obligatoriu Reutilizabil obligatoriu Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv obligatoriu Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 600 Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 36 Reglator aspirație da Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min Semnal baterie descărcată acustic vizual Greutatea totală inclusiv accesoriile ≤ 6 kg Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Filtru antibacterian "15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" Vas colector Reutilizabil "1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit"</p>	<p>utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică.</p> <p>Parametru Specificația Vas colector Capacitatea $\geq 1,000$ (1 L) Da, pag. 18 ,, U.Man Askir 36 BR'' Protecție la umplere obligatoriu Da, pag. 22,, U.Man Askir 36 BR'' Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montatn ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului obligatoriu Da, pag. 22 ,, U.Man Askir 36 BR'' Reutilizabil obligatoriu Da, pag. 18 ,, U.Man Askir 36 BR'' Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv obligatoriu Da, pag. 22 ,, U.Man Askir 36 BR'' Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 600 Da Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 36 Da, pag. 16 ,, U.Man Askir 36 BR'' Reglator aspirație da Da, pag. 19 ,, U.Man Askir 36 BR'' Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Da, pag. 19 ,, U.Man Askir 36 BR'' Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min Da, pag. 16 ,, U.Man Askir 36 BR'' Semnal baterie descărcată acustic vizual Da, pag. 17/ 19,, U.Man Askir 36 BR'' Greutatea totală inclusiv accesoriile ≤ 6 kg Da, pag. 16 ,, U.Man Askir 36 BR'' Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Da, pag. 16 ,, U.Man Askir 36 BR'' Accesorii Filtru antibacterian "15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" Da,SP0121 pag. 18 ,, U.Man Askir 36 BR''</p>	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Vas colector Reutilizabil "1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit" Da, RE 21001/02 pag. 18 ,, U.Man Askir 36 BR"	
Lot 35					
Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	U0065.S	Turcia IHC MEDIKAL A.S.	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc.	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Da, ,, U0065.S" Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Da, ,, U0065.S" Husă obligatoriu Da, ,, U0065.S" Saltea obligatoriu Da, ,, U0065.S" Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Da, ,, U0065.S" Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Da, ,, U0065.S" Tetiera reglabilă Da, ,, U0065.S" Suport rolă hartie obligatoriu Da, ,, U0065.S" hirtie ≥ 20 buc. Da, ,, U0065.S"	Declarație de conformitate
Lot 37					
Targa sanitară 140360	34077	Italia Gima	Targa sanitară Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacientilor, in cadrul departamentului de urgenta. Parametru Specificație Tip pliabila Caracteristici Fixare pacient obligatoriu Tetieră reglabilă obligatoriu Material Bară de transport Oțel inox/Al	Targa sanitară Cod 140360 Descriere Dispozitiv medical utilizat pentru transportul pacientilor, in cadrul departamentului de urgenta. Parametru Specificație Tip pliabila DA ,,Pag Catalog" Caracteristici Fixare pacient obligatoriu DA ,,Pag Catalog" Tetieră reglabilă obligatoriu DA ,,Pag Catalog"	DM000184789

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Acoperire stofă reziztentă lavabilă Sarcina maximă ≥ 150 kg Dimensiuni in stare intinsa $\leq 209 \times 60 \times 25$ cm Dimensiuni in stare pliata $\leq 98 \times 60 \times 20$ cm Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Să se atribuie dimensiunilor constructive</p>	<p>Material Bară de transport Oțel inox/Al DA „Pag Catalog” Acoperire stofă reziztentă lavabilă DA „Pag Catalog” Sarcina maximă ≥ 150 kg DA „Pag Catalog” Dimensiuni in stare intinsa $\leq 209 \times 60 \times 25$ cm DA 188x53x21 „Pag Catalog” Dimensiuni in stare pliata $\leq 98 \times 60 \times 20$ cm DA 92x53x12 „Pag Catalog” Cadru de metal cu minim 3 bare transversale Să se atribuie dimensiunilor constructive DA „Pag Catalog”</p>	
Lot 38					
<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370</p>	U0039	<p>Turcia IHC MEDIKAL A.S.</p>	<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu</p>	<p>Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Da „U0039” Control manual Da „U0039” Caracteristici Bare laterale obligatoriu Da „U0039” Roți Diametru ≥ 15 cm Da 15 cm „U0039” Frine ≥ 2 Da „U0039” Sarcina maximă ≥ 200 kg Da „U0039” Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Da „U0039” "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Da „U0039” Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Da „U0039” Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu Da „U0039”</p>	DM000568654

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 39					
Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	U0002	Turcia IHC MEDIKAL A.S.	<p>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spatează ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă</p>	<p>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Da ,, U0002'' Tip pacient adult Da ,, U0002'' Controlul pacientului tip Da ,, U0002'' Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da ,, U0002'' Funcționalități poziționare sedentară Da ,, U0002'' poziționare Trendelenburg Da ,, U0002'' poziționare anti-Trendelenburg Da ,, U0002'' Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Da 16 grade ,, U0002'' Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Da 16 grade ,, U0002'' Poziționare CPR electric (auto-CPR) Da ,, U0002'' Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Da ,, U0002'' Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Da ,, U0002'' Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Da ,, U0002'' Greutatea maximă admisă de încărcare ≥250 kg Da 250 kg ,, U0002'' Cadru pentru etichetă pe spatează Da ,, U0002'' Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Da 43 - 79 cm,, U0002'' Rotile Diametru ≥ 15 cm Da 5 cm ,, U0002'' Sistem de blocare central pentru toate roțile Da ,, U0002'' blocarea roților în o singură direcție Da ,, U0002'' Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Da ,, U0002'' Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Da ,, U0002'' Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt</p>	DM000568666

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit</p>	<p>material moale amortizator Da „U0002” Alimentare 220 V, 50 Hz Da „U0002” Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm Da U0018.S. „U0002” husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Da, Zippered cover „U0002” Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit Da, W1 „U0002”</p>	
Lot 40					
<p>Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii Cod 140401 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil ≥ 70 grade Cîntar încorporat da Înclinarea laterală (stînga, dreapta) opțional Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg</p>	U0001	<p>Turcia IHC MEDIKAL A.S.</p>	<p>Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii Cod 140401 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Da „U0001” Tip pacient adult Da „U0001” Controlul pacientului tip Da „U0001” Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da „U0001” Funcționalități poziționare sedentară Da „U0001” poziționare Trendelenburg Da „U0001” poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Da 16 grade „U0001” Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Da 16 grade „U0001” Poziționare CPR electric (auto-CPR) Da „U0001” Spătarul reglabil ≥ 70 grade Da 70 grade „U0001” Cîntar încorporat da Da „U0001” Înclinarea laterală (stînga, dreapta) opțional Da „U0001” Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Da „U0001” Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Da ≥250 kg „U0001” Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Da 45 - 85 cm„U0001”</p>	DM000568665	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit</p>	<p>Rotile Diametru ≥ 15 cm Da 15 cm „U0001” Sistem de blocare central pentru toate roțile Da „U0001” blocarea roților în o singură direcție Da „U0001” Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Da „U0001” Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Da „U0001” Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Da „U0001” Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Da „U0001” Alimentare 220 V, 50 Hz Da „U0001” Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm Da „U0018.S „U0001” husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Da Zippered cover „U0001” Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit Da W1 „U0001”</p>	
Lot 41					
Pat electric, pentru adulți 140490	U0003	<p>Turcia IHC MEDIKAL A.S.</p>	<p>Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu</p>	<p>Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Da „U0003” Tip pacient adult Da „U0003” Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da „U0003” Funcționalități poziționare Da „U0003” Controlul de către asistentă Da „U0003”</p>	DM000568667

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului</p>	<p>Blocarea control pacient obligatoriu Da „U0003” Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Da 220 kg„U0003” Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Da „U0003” Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Da „U0003” Sistem de blocare la minim 2 rotile Da „U0003” Bare de protecție da, pliabile Da „U0003” Suport cap demontabil obligatoriu Da „U0003” Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Da „U0003” Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Da „U0003” Alimentare 220 V, 50 Hz Da „U0003” Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului Da U0018 „U0003”</p>	
Lot 44					
<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750</p>	EKT 725	Turcia EMSAS	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri\leq Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu</p>	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Da, pag.3 „ Brosura EKT” Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri\leq Da, pag.3 „ Brosura EKT” Număr de rafturi ≥ 10 Da, inclus in oferta pag.3 „ Brosura EKT” Ușa Număr ≥ 1 Da, pag.3 „ Brosura EKT” Transparentă obligatoriu Da, pag.2/3 „ Brosura EKT”</p>	DM000430801

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			<p>Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot $< 55 \text{ dB}$</p>	<p>Mecanism blocare cu cheie Da, pag.3 „ Brosura EKT” Roți ≥ 4 Da, pag.3 „ Brosura EKT” Frâne ≥ 2 Da, pag.3 „ Brosura EKT” Lumină interior obligatoriu Da, pag.3 „ Brosura EKT” Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Da, pag.3 „ Brosura EKT” Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Da, pag.3 „ Brosura EKT” Alarmer acustică vizuală Da, pag.3 „ Brosura EKT” Răcire ventilată Da, pag.3 „ Brosura EKT” Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Da, pag.3 „ Brosura EKT” Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Da, pag.3 „ Brosura EKT” Alimentare 220 V, 50 Hz Da, pag.3 „ Brosura EKT” Refrigerent fără CFC / HCFC Da, pag.3 „ Brosura EKT” Zgomot $< 55 \text{ dB}$ Da</p>	
Lot 45					
<p>Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) 140760</p>	<p>DEKO2</p>	<p>Turcia BNT</p>	<p>Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760 Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: boxă comună pentru două locuri cu o singură ușă. Parametrul Specificația Nr. de locuri 2 Intervalul de temperatură $0^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$ Control temperatură programabilă Afisaj temperatură alfanumeric Structura cutiei Intern/extern oțel inox (AISI 304) Izolare poliuretan Grosime izolare $\geq 80 \text{ mm}$ Uși Tip inchidere ermetic Sertar Material oțel inox</p>	<p>Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760 Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: boxă comună pentru două locuri cu o singură ușă. Parametrul Specificația Nr. de locuri 2 Da, „Brosura” Intervalul de temperatură $0^{\circ}\text{C} - +10^{\circ}\text{C}$ Da, „Brosura” Control temperatură programabilă Da, „Brosura” Afisaj temperatură alfanumeric Da, „Brosura” Structura cutiei Intern/extern oțel inox (AISI 304) Da, „Brosura” Izolare poliuretan Da, „Brosura” Grosime izolare $\geq 80 \text{ mm}$ Da, „Brosura” Uși Tip inchidere ermetic Da, „Brosura” Sertar Material oțel inox Da, „Brosura”</p>	<p>Declarație de conformitate</p>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Glisant obligatoriu Tip decongelare automat Orificiu drenaj obligatoriu Sistem de semnalizare Sonor obligatoriu Vizual obligatoriu Iluminare interior obligatoriu Sistem ventilare internă obligatoriu	Glisant obligatoriu Da, „Brosura” Tip decongelare automat Da, „Brosura” Orificiu drenaj obligatoriu Da, „Brosura” Sistem de semnalizare Sonor obligatoriu Da, „Brosura” Vizual obligatoriu Da, „Brosura” Iluminare interior obligatoriu Da, „Brosura” Sistem ventilare internă obligatoriu Da, „Brosura”	
Lot 49					
Frigider pentru vaccini 150-200L 140890	EKN 50	Turcia EMSAS	Frigider pentru vaccini 150-200L Cod 140890 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configurație staționar, orizontal Capacitatea internă a camerei în intervalul de 150–200 litri, cu o toleranță maximă de ±10% Ușa Număr ≥ 1 Deschidere pe vertical Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Lumină interior nu Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2 ...+8°C Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23 ore	Frigider pentru vaccini 150-200L Cod 140890 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afișaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanța este îmbunătățită datorită pereților izolați ai unității. Parametrul Specificația Configurație staționar, orizontal Da, pag. 3/4 „Brosura” Capacitatea internă a camerei în intervalul de 150–200 litri, cu o toleranță maximă de ±10% Da, pag. 4 „Brosura” Ușa Număr ≥ 1 Da, pag. 4 „Brosura” Deschidere pe vertical Da, pag. 4 „Brosura” Mecanism solid cu mâner și blocare cu cheie Da, pag. 4 „Brosura” Lumină interior nu pag. 4 „Brosura” Construcție interioară cu acoperire anticorozivă Da, pag. 4 „Brosura” Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Da, pag. 4 „Brosura” Afișaj temperatură digital Da, pag. 3/4 „Brosura” Alarmer acustică vizuală Da, pag. 4 „Brosura” Răcire ventilată Da, pag. 4 „Brosura” Temperatura reglabilă +2 ...+8°C Da, pag. 4 „Brosura” Timp de menținerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23 ore Da, pag. 4 „Brosura” Alimentare 220 V, 50 Hz Da, pag. 4 „Brosura”	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 101260036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coș ≥ 2 Divizoare pentru sertar obligatoriu	Refrigerent fără CFC / HCFC Da, pag. 4 „Brosura” Zgomot < 48 dB Da Accesorii Coș ≥ 2 Da Divizoare pentru sertar obligatoriu Da	
Lot 53					
Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă 150950	CM-6MT + rotor 24 Tub	Letonia Elmi-Tech	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 DA, pag.1 „Manual” Maximală, rpm 3500 DA, pag.1 „Manual” Setări setarea vitezei DA, pag.1 „Manual” Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml DA, pag.3 „Manual” Numărul de tuburi 24 unitati DA, pag.3 „Manual” Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min DA, pag.1 „Manual” Incrementarea ≤1 min DA, pag.1 „Manual” Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu DA, pag.1 „Brosura” Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu DA, pag.6 „Manual” ; pag.1 „Brosura” Debalansare obligatoriu DA, pag.4„Manual” ; pag.1 „Brosura” Pornire/oprire obligatoriu DA, pag.4 „Manual” Capac deschis obligatoriu DA, pag.4„Manual” Display Digital obligatoriu DA, pag.2 „Brosura” Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu DA, 55 dB pag.1 „Manual” Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu pag.1 „Brosura” / „Declaration ELMI”	DM000222048

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 61					
Negatoscop un cadru cu LED 210720	BF LED 50.1	Italia Weiko	Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Da, pag. 5 ,, Brosura'' Sursa de lumină LED Da, pag. 5 ,, Brosura'' Reglare luminozitate obligatoriu Da, pag. 6 ,, Brosura'' Fixarea filmelor obligatoriu Da, pag. 5/6 ,, Brosura'' Fixare masă/perete Da, pag. 6 ,, Brosura'' Ecran anti-glare da Da, pag. 5/6 ,, Brosura'' Alimentare 220V, 50Hz Da, pag. 6 ,, Brosura''	Declarație de conformitate
Lot 62					
Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	BF LED 50.2	Italia Weiko	Negatoscop doua cadruri cu LED Cod 210730 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 2 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop doua cadruri cu LED Cod 210730 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 2 Da, pag. 5 ,, Brosura'' Sursa de lumină LED Da, pag. 5 ,, Brosura'' Reglare luminozitate obligatoriu Da, pag. 6 ,, Brosura'' Fixarea filmelor obligatoriu Da, pag. 6 ,, Brosura'' Fixare masă/perete Da, pag. 6 ,, Brosura'' Ecran anti-glare obligatoriu Da, pag. 5/6 ,, Brosura'' Alimentare 220V, 50Hz Da, pag. 6 ,, Brosura''	Declarație de conformitate

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21565953 din 03.04.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	3	Concentrator de oxigen 5L 110400	Buc.	3	11.130,00	13.356,00	33.390,00	40.068,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	8	Butelie oxigen pînă la 5 L 110510	Buc.	11	7.720,00	9.264,00	84.920,00	101.904,00		
	9	Laringoscop adult standard 110600	Buc.	12	5.500,00	6.600,00	66.000,00	79.200,00		
	12	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	Buc.	10	170.710,00	204.852,00	1.707.100,00	2.048.520,00		
	18	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) 130210	Buc.	1	80.300,00	96.360,00	80.300,00	96.360,00		
	19	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	Buc.	1	88.300,00	105.960,00	88.300,00	105.960,00		
	20	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	Buc.	1	24.500,00	29.400,00	24.500,00	29.400,00		
	21	Aspirator urgențe 130320	Buc.	3	10.300,00	12.360,00	30.900,00	37.080,00		

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

35	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	Buc.	25	5.200,00	6.240,00	130.000,00	156.000,00		
37	Targa sanitară 140360	Buc.	7	4.000,00	4.800,00	28.000,00	33.600,00		
38	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	Buc.	45	16.000,00	19.200,00	720.000,00	864.000,00		
39	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) caracteristici medii 140391	Buc.	30	29.600,00	35.520,00	888.000,00	1.065.600,00		
40	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici medii 140401	Buc.	1	78.808,00	94.569,60	78.808,00	94.569,60		
41	Pat electric, pentru adulti 140490	Buc.	3	26.300,00	31.560,00	78.900,00	94.680,00		
44	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L 140750	Buc.	3	58.300,00	69.960,00	174.900,00	209.880,00		
45	Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) 140760	Buc.	1	158.000,00	189.600,00	158.000,00	189.600,00		
49	Frigider pentru vaccini 150-200L 140890	Buc.	2	49.500,00	59.400,00	99.000,00	118.800,00		
53	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă 150950	Buc.	1	17.680,00	21.216,00	17.680,00	21.216,00		
61	Negatoscop un cadru cu LED 210720	Buc.	1	8.320,00	9.984,00	8.320,00	9.984,00		
62	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	Buc.	36	11.160,00	13.392,00	401.760,00	482.112,00		
TOTAL						4.898.778,00	5.878.533,60		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.