



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către [CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE](#)

MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 21058629 **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17.06.2022 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, noi, ÎCS EYECON MEDICAL SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29 Iulie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” prin procedura de achiziție. – licitație deschisă nr. 21058629 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17.06.2022, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, respectiv până la data de 29 Noiembrie 2022 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 29 Iulie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Numele proiectului: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic
Republican „Timofei Moșneaga”
Nr. Licitatie: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655477829847

DECLARAȚIE

Subsemnatul **Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA**, reprezentant împuternicit al **Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că:

- perioada de garanție pentru echipamentul corespunde specificației tehnice cerute conform fiecărui lot;
- toate operațiunile de întreținere și intervenție de service vor fi efectuate de specialiști calificați ai companiei noastre, conform graficului inspecțiilor planificate pentru mentenanța dispozitivelor medicale pe perioada garanției;
- costurile necesare asigurării service-ului în perioada de garanție sunt incluse în prețului oferat;
- training-ul personalului medical și tehnic al beneficiarului va fi efectuat de către specialiștii companiei noastre;
- în perioada de garanție și post-garanție a echipamentului, timpul maxim de intervenție va fi de 30 minute la telefon și **24 de ore** la locul beneficiarului de la primirea sesizării din partea beneficiarului.
- transportul, livrarea și instalarea echipamentului se efectuează la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat și sunt operațiuni incluse în preț în decurs de **75 de zile** de la înregistrarea contractului la CAPCS.,
- echipamentul medical care urmează a fi livrat va fi nou, iar anul producerii nu va fi mai vechi de anul 2022.
- la momentul livrării va fi prezentat manualul de utilizare în limba română și manualul de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), inclusiv se va instrui personalul beneficiarului privind utilizarea echipamentelor.
- dispozitivele medicale vor fi obligatoriu înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la momentul livrării acestora.

Data completării: 29 Iulie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21058629MTender ID ocids-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17 Iunie 2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 2 Masa chirurgicală pentru pacient.		Polonia	Famed Żywiec Sp. z o.o.		SIMBOLUL “+” corespunde afirmatiei “Da”	
Masa chirurgicală pentru pacient, oftalmologică.	Model SU-03.9-5 section			1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electrohidraulic. - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir. - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne hidraulice, pentru poziționarea - fixarea sigură a mesei prin elevare	1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electrohidraulic. + - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir. + - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. + AS-46.03 - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. + - Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei+	ISO13485 ISO9001



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			- Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații). 2.PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °. - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 °. - Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta. - Secțiunea spate: Sus: minim +70 °, Jos: minim -40 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110 - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°. - Secțiunea picioarelor: divizată, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 °. - Partea superioară a mesei: glisarea spre cap: minim 200 mm; - glisarea spre picioare: minim 330 mm. - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm. - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart). - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C.	- Sistem de frâne hidraulice, pentru poziționarea - fixarea sigură a mesei prin elevare + - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent și acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații). + 24V fCharge™ 2.PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). + 80mm - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. + 68-108 cm - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °. + - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 °. + - Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta+ - Secțiunea spate: Sus: min +70 °, Jos: min-40 ° + / +85;-40 - Flex unghiul min 210 Reflex: unghiul max110 +220-100 - Sec. picioarelor: Sus: min+20 °, Jos:min-90°/ +30-90 - Secțiunea picioarelor: divizată, cu fixator-curea pentru picior. + - Sec. cap: min+35 ° sus, jos min -80 ° + cod.WS-45.5 - Partea superioară a mesei: glisarea spre cap: min 200 mm; +340 mm - Glisarea spre picioare: min 330 mm. + 340 mm - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun+ - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. + - Capacitate minimă articulație 250 kg. + 350kg - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm +2060x500 - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) + - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz)+ 230 V - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. +	
--	--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi. - Radiotransparența. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil Carm) 3.ACCESORII: - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc. - Suport pentru cap de tip inel/ cerc, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, cu suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți)- 1 buc - Suport pentru mâinile operator (chirurg) cu ajustare pe verticală , tip frontal (forma de potcoavă)-1 buc - Suport pentru mâini pacient cu fixator(curea) lungime de cca. 80 mm ±5mm - DA, 2 buc. - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei -4 buc. 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: - Anul producerii – 2022. - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura participantului - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru	- Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi. + - Radiotransparența. + - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil C + 3.ACCESORII: - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc. + EL 022 - Suport pentru cap de tip inel/ cerc, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, cu suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți)- 1 buc +EL 011 - Sup. pentru mâinile operator cu ajustare pe verticală , tip frontal (forma de potcoavă)-1 buc +WS-22.5 - Suport pentru mâini pacient cu fixator(curea) lungime de cca. 80 mm ±5mm - DA, 2 buc.+PR-01.5 - Suport pentru perfuzii-1 buc. +WK-01.5 - Suport/ecran de anestezie-1 buc +WS-01.6 - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei -4 buc. + 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: - Anul producerii – 2022. + - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura participantului + - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru	
--	--	--	---	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Masă chirurgicala pentru interventii toracice	SU-03.0- 6 Section		echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) 1.OPERARE: - Masa modulara compusa din 5 -6 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat în masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea -fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min).	echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. + - Instalare de către participantul câștigător + - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. + Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). + - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. Ghid rapid al utilizatorului în limba de stat sau în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) + 1.OPERARE: - Masa modulara compusa din 5 -6 segmente. + 6 segm. - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. + - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir + - Panou de comanda cu butoane încorporat în masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. +cod. AS-46.03 - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. + - Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobilitatea mesei+ - Sistem de frâne, pentru poziționarea -fixarea sigură a mesei. +	
--	-------------------------------	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

				2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la actiuni mecanice si chimice (dezinfectanti). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitia de jos, minim 110 ± 10cm pozitia de sus - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° - Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -30 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110. - Secțiunile cap, spate și picioare: detașabile și interschimbabile. - Modul de extensie al zonei de "cap" cu perne aditionale pentru a putea fi efectuata plierea in zona toracica in cazul mesei cu 5 segmente - Capacitatea de articulare in zona toracica cu altitudinea minima 15 cm, de specificat in brosură/catalog oferit spre evaluare. - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm. - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da.	- Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). + 24V fCharge™ 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la actiuni mecanice si chimice (dezinfectanti). + 80mm - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitia de jos, minim 110 ± 10cm pozitia de sus +68-108 cm - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °, + - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° + - Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta+ - Secțiunea spate: Sus: min 70°, Jos: min -30° +85°;-40° - Flex unghiul min210 Reflex: unghiul max 110. +220/100 - Secțiunile cap, spate și picioare: detașabile și interschimbabile. + - Modul de extensie al zonei de "cap" cu perne aditionale pentru a putea fi efectuata plierea in zona toracica in cazul mesei cu 5 segmente + - Capacitatea de articulare in zona toracica cu altitudinea minima 15 cm, de specificat in brosură/catalog oferit spre evaluare. +150mm - Secț. picioarelor: Sus: min+20 °, Jos: min-90° /+30°-90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. + - Secț. cap: min+35 °sus, jos min-80 ° (manual) +WS-45.5 - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: min 200 mm / glisare spre picioare: min330 mm. + 340/340mm - Poz. corectă din punct de vedere anatomic pe scaun +	
--	--	--	--	--	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			- Extensia spate ajustabila cu "kidney bridge" motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei - Radiotransparenta. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (Carm). 3.ACCEsorii: - Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc - Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc - Suport pubian-1 buc - Suport lombar-1 buc - Suport toracic-1 buc - Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. - Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului - Vas pentru deseuri.-1 buc - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc.	- Extensia spate ajustabila cu "kidney bridge" motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă. + - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. + - Capacitate minimă articulație 250 kg. 350kg - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm 2060x500 - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) + - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). +230 V - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. + - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi + - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei + - Radiotransparenta. + - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil Carm + 3.ACCEsorii: - Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc + PR-01.5 - Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc + WS-07.5 - Suport pubian-1 buc +WS-49.5 - Suport lombar-1 buc +WS-50.6 - Suport toracic-1 buc +WS-52.5 - Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. +WS-44.0 - Perna pt suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului + AS-21.5 (1SET) - Vas pentru deseuri.-1 buc + SMO-05 - Suport pentru perfuzii-1 buc. + WK-01.5 - Suport/ecran de anestezie-1 buc. +WS-01.6 - Suport pt picioare/genunchi de tip Gopel +accesorii de fixare de masa- 1 set +WS-05.5+SG-43.1	
--	--	--	--	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

				- Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 pereche - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: -Anul producerii – 2022. - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. - Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).	- Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. + 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: -Anul producerii – 2022. + - Conformitate cu directiva 93/42 CEE + - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului. + - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. + - Instalare de către participantul câștigător + - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu.Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). + - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. + - Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). +	
--	--	--	--	---	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Masă chirurgicala standart cu kidney elevator	SU-03.0-6 section		OPERARE: - Masa compusa din 6 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea -fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 ° - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -30 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110 - Secțiunea picioarelor: Sus: min +20 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator -curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual)	OPERARE: - Masa compusa din 6 segmente. + - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. + - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir + - Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. + COD. AS-46.03 - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. + - Sistem mobil cu min 3 roti pentru mobilitatea mesei. + - Sistem de frâne, pentru poziționarea -fixarea sigură a mesei. + - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 24V fCharge 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). +80mm - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. +68-108 cm - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 ° + - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° + - Înclinare lateral: min20 ° Secțiune stânga /dreapta +30° - Secțiunea spate: Sus: min70 °, Jos: min -30 ° +85°/-40° - Flex unghiul min210 Reflex: unghiul max110 + 220/100 - Sect. picioarelor: Sus: min +20 °, Jos: min-90° +/+30°-90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator -curea pentru picior. + - Sect.cap: min+35 °sus,jos min-80 °man. +cod.WS-45.5	
---	----------------------	--	---	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			- Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm. - Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 120mm - Extensia spate ajustabila cu "kidney bridge" motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2180±50 mm × 500±20 mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei - Radiotransparenta. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (Carm). 3.ACCEsorii: - Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc - Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc - Suport pubian-1 buc - Suport lombar-1 buc - Suport toracic-1 buc.	- Partea superioară a mesei: glisează spre cap: min 200 mm / glisare spre picioare: min 330 mm. + 340/340mm - Sect pentru rinichi cu inaltime ajustabila min 120mm + - Extensia spate ajustabila cu "kidney bridge" motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă + - Poz. corectă din punct de vedere anatomic pe scaun + - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. + - Capacitate minimă articulație 250 kg. +350kg - Dimensiuni blat 2180±50 mm × 500±20 mm + 2060x500 - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) + - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). +230 V - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C + - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi + - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei + - Radiotransparenta. + - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil Carm + 3.ACCEsorii: - Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc + cod. PR-01.5 - Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc +WS-07.5 - Suport pubian-1 buc +WS-49.5 - Suport lombar-1 buc + WS-50.6 - Suport toracic-1 buc. +WS-52.5 - Suport talpi pacient-2 buc. + EL-130 - Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. +WS-44.0	
--	--	--	---	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			- Suport talpi pacient-2 buc. - Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. - Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului - Vas pentru deseuri.-1 buc - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa - 1 set sau 1 pereche - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei -4 buc. 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: -Anul producerii- 2022. - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. - Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat.	- Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului +AS-21.5 - Vas pentru deseuri.-1 buc +SMO-05 - Suport pentru perfuzii-1 buc. +WK-01.5 - Suport/ecran de anestezie-1 buc. +WS-01.6 - Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +acc. de fixare de masa - 1 set +WS-05.5+SG-43.1 - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei -4 buc. + 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: -Anul producerii- 2022. + - Conformitate cu directiva 93/42 CEE + - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului. + - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. + - Instalare de către participantul câștigător + - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. + Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).+ - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. + - Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).+	
--	--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Masa chirurgicală pentru pacient, ORL	SU-03.9- 5 Section		- Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). OPERARE: - Masa compusa din 5 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 ° - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 °	OPERARE: - Masa compusa din 5 segmente. + - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. + - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir + - Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. + cod. AS-46.03 - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. + - Sistem mobil cu min 3 roti pentru mobilitatea mesei. + - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. + - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). + 24V fCharge 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți). + 80 mm - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus + 68-108 cm - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 ° +	
---	-----------------------	--	--	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			- Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110 - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm. - Secțiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 120mm - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei - Radiotransparenta. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (Carm).	- Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° + - Înclinare lateral: min30 ° Secțiune stânga / dreapta + - Sect. spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° +/+85-40 - Flex unghiul min210 Reflex: unghiul max110 + 220-100 - Sect. picioarelor: Sus: min +20 °, Jos: min -90° /+30°-90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. + - Sect cap: min+35 ° sus, jos min-80 °man. +cod.WS-45.5 - Partea super. a mesei: glisează spre cap: min 200 mm / glisare spre picioare: min 330 mm. +340/340mm - Secțiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 120mm + 150mm - Poz. corectă din punct de vedere anatomic pe scaun + - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. + - Capacitate minimă articulație 250 kg. +350kg - Dimen. blat 2080±50mm × 500±20mm +2060x500mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) + - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). +230V - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C + - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi + - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei - Radiotransparenta. + - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil Carm +	
			3.ACCESSORII:	- Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc + PR-01.5	



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

			- Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți) – 1 buc.. – Suport pentru perfuzii-1 buc. -Suport atasabil la masa pentru suport cap destinat operatiilor ORL- 1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: -Anul producerii- 2022. - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. - Instalare de către participantul câștigător - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. - Ghid rapid al	- Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți) – 1 buc. + EL 022 – Suport pentru perfuzii-1 buc. +WK-01.5 -Suport atasabil la masa pentru suport cap destinat operatiilor ORL- 1 buc. + WS-21.11+WS-84.7 - Suport/ecran de anestezie-1 buc. +WS-01.6 - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc. + 4. CERINȚE DE CERTIFICARE: -Anul producerii- 2022. + - Conformitate cu directiva 93/42 CEE - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura Participantului+ - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. + - Instalare de către participantul câștigător + - Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. + Documente confirmative: manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). + - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat. + - Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). +	
--	--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

				utilizatorului in limba de stat sau in una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).		
Lot 3 Sistem de producere vacuum medical	VACUUM PUMP GP210K + ALARM PANEL WITH ETHERNET - 6 GASES (L6) MGSAPL6+ VACUUM PUMP ELECTRICAL CONTROL PANEL 3 x(4-55 Kw) + CONTROL UNIT MGSMU VAC (L6) + C.AIR VESSEL (11bar) 1500lit GALVANISED + ANTIBACTERIAL FILTER 360m3/h (CLV-0700-XA-DA) + METAL CONSTRUCTION - BASE FOR 3 PUMPS + TRANSDUCER 0- 1bar 4-20mA P1A- 30G-1-B-01-C-D	Grecia	G.SAMARA S S.A.	Parametri de funcționare: Volum rezervor ≥ 1500 l; Număr de pompe ≥ 3 buc; Producere per pompă ≥ 180 m3/h; Consum per pompă ≤ 5 kW; Nivel zgomot ≤ 80 dB; Alimentare - 380 V; Dotat cu minim un filtru anti-bacterian, cu robinete pentru deservire; Dotat cu minim o capcană de apă, cu robinete pentru deservire; Bloc de control: Cu ecran afișare date tip LCD/LED, Limbă interfață: engleză/romană/rusă; Contor ore de funcționare a pompelor; Reglare putere vacuum la ieșire; Alarmer: vizuale, sonore, cu descrierea erorilor pe ecran; Instalarea va fi efectuată de către furnizor; Accesorii livrate: Manometru vacuum de traseu – min 1 buc; Robinet de traseu – min 1 buc; Întrerupător automat – 1 buc; Conectarea la traseul de vacuum existent prin țeavă din inox se va efectua de către furnizor;	Parametri de funcționare: Volum rezervor ≥ 1500 l; + 1500L GALVANIZAT Număr de pompe ≥ 3 buc; + 3 buc Producere per pompă ≥ 180 m3/h; + 200m³/h Consum per pompă ≤ 5 kW; + 4kW Nivel zgomot ≤ 80 dB; + 69dB Alimentare - 380 V; + Dotat cu minim un filtru anti-bacterian, cu robinete pentru deservire; + 2 Dotat cu minim o capcană de apă, cu robinete pentru deservire; + Bloc de control: Cu ecran afișare date tip LCD/LED, Limbă interfață: engleză/romană/rusă; + MGSAPL6 Contor ore de funcționare a pompelor; + Reglare putere vacuum la ieșire; + Alarmer: vizuale, sonore, cu descrierea erorilor pe ecran + Instalarea va fi efectuată de către furnizor; + Accesorii livrate: Manometru vacuum de traseu – min 1 buc; + Robinet de traseu – min1 buc; + inox model Schwer Întrerupător automat – 1 buc; + SCHNEIDER Conectarea la traseul de vacuum existent prin țeavă din inox se va efectua de către furnizor; +	



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

				Instalarea manometrelor și robinetelor de traseu se va efectua de către furnizor; Conectarea la rețeaua electrică a spitalului se va efectua de către furnizor; Montarea și instalarea traseului de evacuare a gazului aspirat se va efectua de către furnizor; Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu; Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare Ghid rapid; Cerințe de certificare: Certificare marcaj CE; // ISO 9001 // ISO 13485 // DE97/23/CEE În set, obligatoriu va fi inclus kit (sau kit -uri) de mentenanță recomandat de producător, necesar pentru funcționarea stației timp de doi ani. ATENȚIE PENTRU PARTICIPANȚI!! Criteriile care vor fi obligatoriu respectate și îndeplinite. Condiții tehnice prealabile: Încăpere existentă în incinta spitalului. Subsol. Dimensiuni încăpere: lungime 5500mm, lățime 4000mm. Dimensiuni ușă de intrare 1350mm x 1950mm. Stația se va încadra în limita dimensiunilor indicate. Termen de garanție 24 luni.	Instalarea manometrelor și robinetelor de traseu se va efectua de către furnizor; + Conectarea la rețeaua electrică a spitalului se va efectua de către furnizor; + Montarea și instalarea traseului de evacuare a gazului aspirat se va efectua de către furnizor; + Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu; + Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare Ghid rapid; + Cerințe de certificare: Certificare marcaj CE; // ISO 9001 // ISO 13485 // DE97/23/CEE + În set, obligatoriu va fi inclus kit (sau kit -uri) de mentenanță recomandat de producător, necesar pentru funcționarea stației timp de doi ani. + ATENȚIE PENTRU PARTICIPANȚI!! Criteriile care vor fi obligatoriu respectate și îndeplinite. Condiții tehnice prealabile: Încăpere existentă în incinta spitalului. Subsol. Dimensiuni încăpere: lungime 5500mm, lățime 4000mm. Dimensiuni ușă de intrare 1350mm x 1950mm. Stația se va încadra în limita dimensiunilor indicate. + Termen de garanție 24 luni. +	
Lot 41 Uroflowmetru	FLOWZIG + FLAC/BT + MFB40016 + FLW/HS+ PBRT-1320+ MCH1	ITALIA	MEDICA S.p.A.	Anul de producere: 2021 - 2022; Calibrare si echilibrare automat; Sensor flowmetru 1; Diapazonul de măsurări (minim): 0 – 100 ml/s; Acuratețea (maxim): ± 2 %; Rezoluția (maxim): 5 ml/s;	Anul de producere: 2021 - 2022; + 2022 Calibrare si echilibrare automat; + Sensor flowmetru 1; + Diapazonul de măsurări (minim): 0 – 100 ml/s; Acuratețea (maxim): ± 2 %; + 1% Rezoluția (maxim): 5 ml/s; +	



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D. Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

				Recipientul de acumulare (minim): 1000 ml; Filtru: 1 -10 Hz; Suport reglabil pe înălțime; Pâlnie pentru bărbat/femeie; Pâlnia și recipientul de acumulare ușor detașabile; Alimentarea: baterii sau acumulator; Comunicarea cu stația de stocare a rezultatelor prin Bluetooth; Rezultatele necesare (cu grafic): Fluxul Maxim, Fluxul Mediu, Timpul Fluxului Maxim, Volumul Fluxului Maxim, Volumul Total, Timpul Fluxului, Timpul Ezitării, Timpul Total. Accesorii: Laptop cu aplicația de lucru a uroflowmetrului instalată, spațiul de stocare a rezultatelor mai mare de 250GB; Imprimantă pentru editarea rezultatelor; Baterii pentru 1000 h de lucru sau dispozitiv de reincarcare a acumulatorului. CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și Participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire	Recipientul de acumulare (minim): 1000 ml; + Filtru: 1 -10 Hz; + Suport reglabil pe înălțime; + Pâlnie pentru bărbat/femeie; + Pâlnia și recipientul de acumulare ușor detașabile + Alimentarea: baterii sau acumulator; + Acumulator Comunicarea cu stația de stocare a rezultatelor prin Bluetooth; + Rezultatele necesare (cu grafic): Fluxul Maxim, Fluxul Mediu, Timpul Fluxului Maxim, Volumul Fluxului Maxim, Volumul Total, Timpul Fluxului, Timpul Ezitării, Timpul Total. + Accesorii: Laptop cu aplicația de lucru a uroflowmetrului instalată, spațiul de stocare a rezultatelor mai mare de 250GB; + Laptop DELL 15.6" Vostro 3515 (seria 3000), FHD, Procesor AMD Ryzen™ 5 3450U (4M Cache, up to 3.5 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Radeon Vega 8, Win 10 Pro, Carbon Black, 3Yr BOS Imprimantă pentru editarea rezultatelor; + Epson L1210 InkJet CISS, Color, Format A4. Baterii pentru 1000 h de lucru sau dispozitiv de reincarcare a acumulatorului. + dispozitiv de reincarcare CERINȚE DE CERTIFICARE: Conformitate cu directiva 93/42 CEE Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și Participantului. + Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul	
--	--	--	--	--	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

				la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română (max. 4 pagini A4)	instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare de către participantul câștigător Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). + Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română. Ghid rapid al utilizatorului în limba română (max. 4 pagini A4) +	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: <u>Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA</u> În calitate de: <u>Administrator</u>						
Ofertantul: <u>ÎCS EYECON MEDICAL SRL</u> Adresa: <u>Piata D.Cantemir nr.1</u>						



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție : 21058629MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17 Iunie 2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	Lot 2. Masa chirurgicala pentru pacient (Pret total per lot)	buc	10	331 500.00	397 800.00	3 315 000.00	3 978 000.00	Pînă la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS , și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării INCOTERMS DDP 2020		
	Masa chirurgicală pentru pacient, oftalmologica	buc	3	331 500.00	397 800.00	994 500.00	1 193 400.00			
	Masă chirurgicala pentru interventii toracice	buc	2	331 500.00	397 800.00	663 000.00	795 600.00			
	Masă chirurgicala standart cu kidney elevator	buc	2	331 500.00	397 800.00	663 000.00	795 600.00			
	Masa chirurgicală pentru pacient, ORL	buc	3	331 500.00	397 800.00	994 500.00	1 193 400.00			



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

33100000- 1	Lot 10. Sistem de producere vacuum medical	buc	1	497 500.00	597 000.00	497 500.00	597 000.00	Până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS , și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării INCOTERMS DDP 2020		
33100000- 1	Lot 41. Uroflowmetru	buc	1	118 240.00	141 888.00	118 240.00	141 888.00	Până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS , și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării INCOTERMS DDP 2020		

Data completării: 29 Iulie 2022

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL

Adresa: Piata D.Cantemir nr.1