

Lot	Denumire lot	Specificația tehnica	Specificația tehnica propusa
41	Cabină de audiometrie	• Sala de ascultare este complet suspendată și nu are conexiune din oțel la peretele original. • Sala de ascultare trebuie sa fie dotata cu sistem de ventilare. • Destinată pentru plasarea pacientului în spațiu izolat fonic în timpul testelor audiometrice. • Tip: Modulară, asamblată la locul de instalare; • Confecționată din materiale non-toxice, rezistente la foc, anticoroziv, anti-rugină, rezistent la umiditate, rezistente la dezinfectat. • Geam izolat fonic cu sticlă dublu strat. • Panou cu 6 porturi de 6.3 mm izolat fonic pe ambele părți a geamului (intern și extern), pentru asigurarea interconectării "Headphones" și "Bone" la dispozitiv, fără pierderea din calitatea sunetului(asigurarea cu cabluri suplimentare, dacă necesită). • Dotata cu suport pentru audiometru; • Dotata cu iluminare internă; Dimensiuni externe: Înălțime: 230 - 250 cm; Lățime: 150- 180 cm; Adâncime: 130- 150 cm; Dimensiuni fereastra (minim): 30x50 cm; Ușa (minim): 70 cm, design fără zgomot, cu deschidere stânga Proprietăți de reducere zgomot: 150 - 500Hz mai mare de 25 dB 1000-8000Hz mai mare de 40 dB Cerințe de certificare: „ISO 8253-1 sau ISO 13485”. Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	Producător: Puma S.r.l. Țara de origine: Italia Model: PRO35F + Accesorii si opțiuni conform cerințelor • Sala de ascultare este complet suspendată și nu are conexiune din oțel la peretele original. – Corespunde, opțiune este inclusă • Sala de ascultare trebuie sa fie dotata cu sistem de ventilare. – Corespunde, Corespunde, opțiune este inclusă saniVENT • Destinată pentru plasarea pacientului în spațiu izolat fonic în timpul testelor audiometrice. – Corespunde, opțiune este inclusă • Tip: Modulară, asamblată la locul de instalare; – Corespunde, conform cerințelor • Confecționată din materiale non-toxice, rezistente la foc, anticoroziv, anti-rugină, rezistent la umiditate, rezistente la dezinfectat. – Corespunde • Geam izolat fonic cu sticlă dublu strat. – Corespunde • Panou cu 6 porturi de 6.3 mm izolat fonic pe ambele părți a geamului (intern și extern), pentru asigurarea interconectării "Headphones" și "Bone" la dispozitiv, fără pierderea din calitatea sunetului (asigurarea cu cabluri suplimentare, dacă necesită). – Corespunde, opțiune este inclusă, Kit 10 jack cable extensions + Jack panel (10 jack + USB) • Dotata cu suport pentru audiometru; – Corespunde, opțiune este inclusă • Dotata cu iluminare internă; – Corespunde, opțiune este inclusă Dimensiuni externe: - Corespunde, conform broșurii PRO 35 F EN.pdf, opțiune este inclusă: Special sizes Înălțime: 244 cm; Lățime: 160 cm; Adâncime: 132 cm; Dimensiuni fereastra (minim): 30x50 cm; - Corespunde, 60 x 80 cm Ușa (minim): 70 cm, design fără zgomot, cu deschidere stânga – Corespunde, conform cerințelor, 75 x 200 cm

SC IMUNOTEHNOMED SRL: Confirmarea parametrilor tehnici solicitați
ANEXA Nr. 41

		Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Proprietăți de reducere zgomot: – Corespunde, conform cerințelor 150 - 500Hz mai mare de 25 dB 1000-8000Hz mai mare de 40 dB Cerințe de certificare: „ISO 8253-1 sau ISO 13485”. – Corespunde, conform cerințelor Anul producerii minim 2022. – Corespunde, conform cerințelor Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. – Corespunde, conform cerințelor Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu – Corespunde, conform cerințelor Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. – Corespunde, conform cerințelor În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. – Corespunde, conform cerințelor Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză – Corespunde, conform cerințelor NOTA: *** Toate specificațiile pot fi regăsite pe: <i>Catalog: Puma Soundproofing catalogue 2023.pdf (pg.11)</i> <i>Broșură: PRO 35 F EN.pdf</i> *** Dosarul spre notificare este anexat la oferta!
--	--	---	---