Digitally signed by Jighili Tatiana
Date: 2026.03.20 14:03:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele [illegible]]

Numărul procedurii de achiziție: [illegible] conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA II

Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
64	Microscop binocular, simplu 250200	Microscop binocular, simplu 250200	BMM-200	China	Biobase	[illegible]	[illegible]	CE ISO
65	Microscop binocular, cu contrast de fază 250210	Microscop binocular, cu contrast de fază 250210	BMM-200	China	Biobase	[illegible]	[illegible]	CE ISO
67	Incubator (termostat) 40 - 60 l 250310	Incubator (termostat) 40 - 60 l 250310	BJPX-H54BK(D)	China	Biobase	[illegible]	[illegible]	CE ISO
68	Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320	Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320	BJPX-H88BK(D)	China	Biobase	[illegible]	[illegible]	CE ISO
69	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330	Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330	BJPX-H88BK(D)	China	Biobase	[illegible]	[illegible]	CE ISO
77	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) 260310	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) 260310	F6	China	Shenzhen Unicare Electronic Co., Ltd.	[illegible]	[illegible]	CE ISO
78	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) 260330	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) 260330	F6	China	Shenzhen Unicare Electronic Co., Ltd.	[illegible]	[illegible]	CE ISO
79	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar 260410	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar 260410	CMS70A	China	Contec Medical Systems Co.,Ltd	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 Descriere Acest grup de produse include puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoarizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatric Afișări SpO2 obligatoriu Valoarea pulsului obligatoriu Puterea semnalului (PI) obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Mesaj de eroare obligatoriu Tip display LCD sau LED obligatoriu Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤3 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2% Alarme Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului obligatoriu;Autotestarea obligatoriu Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz obligatoriu; Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc., să se indice codul produsului	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar Cod 260410 Descriere Acest grup de produse include puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sînge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitoarizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatric Afișări SpO2 obligatoriu Valoarea pulsului obligatoriu Puterea semnalului (PI) obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Mesaj de eroare obligatoriu Tip display LCD sau LED obligatoriu Gamă SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤2 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2% Alarme Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului obligatoriu Autotestarea obligatoriu;Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz obligatoriu; Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatric 2 buc., să se indice codul produsului	CE ISO
80	Pulsoximetru de buzunar 260440	Pulsoximetru de buzunar 260440	CMS50-Pro	China	Contec Medical Systems Co.,Ltd	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza bateriei, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarme Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza bateriei, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarme Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" 20 ore Set de baterii inclus 1 set	CE ISO DM000626978
102	Distilator cu mono distilare 8L 270430	Distilator cu mono distilare 8L 270430	M8	Turcia	ELEKTRO-MAG LAB. AL. SAN. VE TİC. A.Ş.	[illegible]	[illegible]	CE ISO
115	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) 300500	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) 300500	WAKIE 2TC	Franta	ATYS MEDICAL	[illegible]	[illegible]	CE ISO DM000266567
120	270440 Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor	270440 Distilator cu mono distilare 8L cu rezervor	M8	Turcia	ELEKTRO-MAG LAB. AL. SAN. VE TİC. A.Ş.	[illegible]	[illegible]	CE ISO

Semnat:______
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4