



Product Service

CERTIFICATE

No. Q5 18 02 31848 019

Holder of Certificate: **ARIES s.r.l.**
Via XXV Luglio, 43
41037 Mirandola (MO)
ITALY

Facility(ies): ARIES s.r.l.
Via XXV Luglio, 43, 41037 Mirandola (MO),
ITALY

Certification Mark:



Scope of Certificate: Design and development, production, sales and distribution of medical devices for infusion, transfusion, urology, nutrition, oncology, drainage systems, needles for drainage and accessories. Sales and distribution of gloves, syringes and needles, gynecology devices, infusion accessories, infusion pumps and active medical device for external neurostimulation

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: ITA1001278

Valid from: 2018-04-01

Valid until: 2021-03-31

Date, 2018-03-15

Stefan Preiß



Page 1 of 1



TUV SUD
Product Service

CERTIFICAT

Nr. Q5 18 02 31848 019

Titularul certificatului: ARIES s.r.l.

Via XXV Luglio, 43, 41037 Mirandola (MO), ITALIA

Facilitati:

Via XXV Luglio, 43, 41037 Mirandola (MO), ITALIA

Marcaj de certificare: TUV SUD

Obiectul certificatului: Proiectarea si dezvoltarea, productia, vanzarile si distributia dispozitivelor medicale pentru perfuzii, transfuzii, urologie, nutritie, oncologie, sisteme de drenaj, ace de drenaj si accesorii. Vanzarea si distributia manusilor, seringilor si acelor, dispozitivelor ginecologice, accesoriilor pentru perfuzie, pompelor pentru perfuzie si dispozitivelor medicale active pentru neurostimulare externa

Standarde aplicate: EN ISO 13485:2016

Dispozitive medicale – sisteme de management al calitatii –
Cerinte pentru reglementare
(ISO 13485:2016)
DIN ISO 13485:2016

Organul de certificare din cadrul TUV SUD Product Service certifica faptul ca sus-mentionata companie a elaborat si mentine un sistem de management al calitatii care respecta cerintele standardelor mentionate. Va rugam sa consultati si pagina cu note.

Raport nr.: ITA1001278

Valabil de la: 01.04.2018

Valabil pana la: 31.03.2018

Data: 15.03.2018

(Semnatura indescifrabila)
Stefan Preiss

(Timbru holografic)
DAkkS
Centrul German de Acreditate

TUV SUD Product Service GmbH * Centru de certificare * Ridlerstrasse 65 * 80339 Muenchen * Germania

TUV®

Subsemnata **MUSUROIA MIRELA**, traducator autorizat de Ministerul Justitiei, certifica exactitatea acestei traduceri cu textul înscrisului original în limba engleza, ce a fost vizat de mine.

Traducător autorizat

Nr. 2769/2015





Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
(Devices in class I in sterile conditions, sterilised systems or procedure packs)

No. G2S 17 10 31848 018

Manufacturer:**ARIES s.r.l.**

Via XXV Luglio, 43
41037 Mirandola (MO)
ITALY

**Facility(ies):**

ARIES s.r.l.
Via XXV Luglio, 43, 41037 Mirandola (MO), ITALY

**Product
Category(ies):**

Infusion sets for gravity,
extension lines, stopcocks,
manifolds, accessories for infusion, spikes,
valves, infusion sets suitable for angiography,
solution filters, nutrition bags,
infusion sets with venous
pressure manometer, washing
sets for urology

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system covers those aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions of the respective devices / device categories and conforms to the requirements of this Directive. It is subject to periodical surveillance. See also notes overleaf.

Report No.:

ITA973618

Valid from:

2018-01-14

Valid until:

2023-01-13

**Date,** 2017-12-05

Stefan Preiß

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

Page 1 of 1



Certificat CE

Sistem de Asigurare a Calității Producției

Directiva 93/42/CEE cu privire la Dispozitivele Medicale (MDD), Anexa V

(Dispozitive din Clasa I în condiții de sterilitate, sisteme sterilizate sau proceduri de ambalare.

Nr. G2S 17 10 31848 018

Producător: **ARIES s.r.l.**
Via XXV Luglio, 43
41037 Miradola (MO)
ITALIA

Uitate(ți) de Producție: **ARIES s.r.l.**
Via XXV Luglio, 43, 41037 Miradola (MO), ITALIA

Categorie(ii) Produs: **Seturi injectare pentru gravitate, linii de extensie, robineti, diferite instalații, accesorii pentru injectare, vârfuri, supape, seturi de injectare adecvate angiografiei, filtre pentru soluții, pungi nutriție, seturi de injectare cu manometru pentru verificarea tensiunii venoase, seturi spălături pentru urologie.**

Organismul de Certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH declară că producătorul mai sus menționat a implementat un sistem de asigurare a calității pentru producție în conformitate cu Anexa V MDD. Numitul sistem de asigurare a calității acoperă acele aspecte privind producția care se referă la securitate și menținerea condițiilor sterile a respectivelor dispozitive / categorii de dispozitive și că se conformează cerințelor Directivei. Sistemul se supune unei supravegheri periodice. Vedeți și notele de pe pagina următoare.

Raport Nr.: ITA973618

Valabil de la: 14-01-2018

Valabil până la: 13-01-2023



Data, 05-12-2017

Stefan Preiß

Semnătura – indescifrabilă

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organism Notificat cu nr. de identificare 0123.

Subsemnata **MUSUROIA MIRELA**, traducator autorizat de Ministerul Justitiei, certific exactitatea acestei traduceri cu textul înscrisului original în limba engleza, ce a fost vizat de mine.

Traducător autorizat
Nr. 2769/2015





Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G2 17 10 31848 017

Manufacturer:**ARIES s.r.l.**

Via XXV Luglio, 43
41037 Mirandola (MO)
ITALY

**Facility(ies):**

ARIES s.r.l.
Via XXV Luglio, 43, 41037 Mirandola (MO), ITALY

**Product
Category(ies):**

**Infusion sets with needle, infusion set
suitable for photo-dynamic therapy,
extension lines, transfusion sets,
drainage systems and needles
for drainages, infusion sets for pump**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class IIb and III devices an additional Annex III certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.:

ITA973618

Valid from:

2018-01-14

Valid until:

2023-01-13

**Date,** 2017-12-05

Stefan Preiß

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

Page 1 of 1



Certificat CE

Sistem de Asigurare a Calității Producției

Directiva 93/42/CEE cu privire la Dispozitivele Medicale (MDD), Anexa V
(Dispozitive din Clasa IIa, IIb sau III)

Nr. G2 17 10 31848 017

Producător: **ARIES s.r.l.**
Via XXV Luglio, 43
41037 Miradola (MO)
ITALIA

Uitate(ți) de Producție: **ARIES s.r.l.**
Via XXV Luglio, 43, 41037 Miradola (MO), ITALIA

Categorie(ii) Produs: **Seturi injectare cu ac, set injectare adecvat pentru terapia foto-dinamică, linii de extensie, seturi transfuzie, sisteme de drenaj și ace drenaj, seturi de injectare pentru pompă**

Organismul de Certificare al TÜV SÜD Product Service GmbH declară că producătorul mai sus menționat a implementat un sistem de asigurare a calității pentru producerea și inspecția finală a dispozitivelor respective / categorii de dispozitive, în conformitate cu Anexa V MDD. Numitul sistem de asigurare a calității se conformează cerințelor Directivei și se supune unei supravegheri periodice. Pentru comercializarea produselor din clasa IIb și III un Certificat suplimentar Anexa III este obligatoriu. Vedeți și notele de pe pagina următoare.

Raport Nr.: ITA973618

Valabil de la: 14-01-2018

Valabil până la: 13-01-2023



Data, 05-12-2017

Stefan Preiß


Semnătura – indescifrabilă

TÜV SÜD Product Service GmbH este Organism Notificat cu nr. de identificare 0123.

Subsemnata **MUSUROIA MIRELA**, traducator autorizat de Ministerul Justitiei, certific exactitatea acestei traducerii cu textul înscrisului original în limba engleza, ce a fost vizat de mine.


Traducător autorizat
Nr. 2769/2015







CATALOGO GENERALE PRODOTTI ARIES

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI PER SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI DEFLUSSORI IN PVC
---	---


DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	BioDrip Sistema di somministrazione con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente. Membrana perforabile. Filtro soluzione da 15 µm. Stringitubo roller clamp. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Lunghezza tubatismo 190 cm.		
	Raccordo terminale Luer Lock Maschio	IN011058	1000
	BioDrip Sistema di somministrazione con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente. Membrana perforabile. Filtro soluzione da 15 µm. Stringitubo roller clamp. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Lunghezza tubatismo 150 cm.		
	Raccordo terminale Luer Lock Maschio	IN011053	1000
	BioDrip Sistema di somministrazione con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente. Stringitubo roller clamp. Raccordo ad "Y" Latex Free perforabile per aggiunta farmaci. Filtro soluzione da 15 µm. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Lunghezza tubatismo 150 cm.		
	Raccordo terminale Luer Lock Maschio	IN011254	1000


	BioDrip Sistema di somministrazione con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente. Stringitubo roller clamp. Raccordo ad “Y” perforabile per aggiunta farmaci. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce) Lunghezza 190 cm Raccordo terminale Luer Lock Maschio	IN011210	1000
ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI PER SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI DEFLUSSORI IN PVC		

Altri modelli potranno essere prodotti su richiesta



	BioDrip Sistema di somministrazione con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente. Membrana perforabile. Stringitubo roller clamp. Versione microgoccia (1ml=60 gocce) Lunghezza tubatismo 180 cm. Raccordo terminale luer Lock Maschio	IN011105	1000
--	--	-----------------	-------------



ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI PER SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE FOTOSENSIBILI
---	---

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	BioDrip Sistema schermato per somministrazione di sostanze fotosensibili. Perforatore con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente. Stringitubo roller clamp, punto iniezione ad “Y”, raccordo terminale luer lock. Filtro a disco da 15 micron nella camera di gocciolamento. Versione macrogoccia (1ml=20 gocce)	IN015002/C	500
	BioDrip Linea di prolungamento schermata per somministrazione di sostanze fotosensibili. Æ interno 3 mm Ø esterno 4.1 mm. • Lunghezza cm. 50 • Lunghezza cm. 100 • Lunghezza cm. 150 • Lunghezza cm. 200	IN025005 IN025010 IN025015 IN025020	500


	BioDrip Linea di prolungamento schermata in PE per somministrazione di sostanze fotosensibili. $\varnothing$ i 1 mm indicata per utilizzo con pompe a siringa, infusioni intravenose ed intraarteriose. Raccordi LL/M-LL/F.		
	Lunghezza cm. 100	IN025055	500
	Lunghezza cm. 150	IN025060	
	Lunghezza cm. 200	IN025070	




ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI DI PRECISIONE PER SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI
---	---

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	BioDrip Sistema di somministrazione con dispositivo di precisione per la regolazione del flusso da 5 a 250 ml/h. Perforatore con presa aria munita di filtro antibatterico ed idrorepellente, punto iniezione ad "Y", raccordo terminale luer lock maschio. Filtro a disco da 15 micron nella camera di gocciolamento.		
	Sistema macrogoccia (1 ml=20 gocce) Blister	IN013000	400
	Sistema microgoccia (1 ml= 60 gocce) Blister	IN013001	
	BioDrip Linea di prolungamento con dispositivo di precisione per la regolazione del flusso da 5 a 250 ml/h. Doppia scala graduata. Punto iniezione ad "Y", raccordi luer lock maschio/femmina Lunghezza cm. 50	IN023000	400


	Bio Ret Buretta graduata per somministrazione di soluzioni. Divisioni di 1 ml, presa aria e punto iniezione farmaci sulla buretta, filtro soluzione da 15 µm, raccordo perforabile. Raccordo terminale luer lock. Sistema microgoccia (1ml=60 gocce) Capacità 100 ml Capacità 150 ml	IN070100 IN070150	100
	Three stop Sistema per la misurazione della Pressione Venosa Centrale composto da manometro graduato, rubinetto a tre vie, linea di estensione con “Y” perforabile, lunghezza 150 cm Sistema completo Sistema completo con rubinetto Luer Slip Set per asta graduata BD Deflussore per la misurazione della P.V.C.	IN1NT302 IN1NT305 IN1NT400 IN1NT450	100

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI PER SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI LINEE DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE
--	---





DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Linea di prolungamento in PVC NO DOP Ø 1 x 2 mm. indicata per utilizzo con pompa a siringa, infusioni intravenose ed intraarteriose, per infusione di eparina. Terminali LL/m, LL/f. Lunghezza 50 cm Lunghezza 100 cm Lunghezza 150 cm Lunghezza 200 cm	IN022005 IN022010 IN022015 IN022020	500

	three stop Linea di prolungamento in PVC NO DOP Ø 1 x 2 mm. indicata per infusioni intravenose ed intraarteriose, per infusione di eparina. Terminali LL/M, LL/M. Lunghezza 30 cm. Lunghezza 50 cm. Lunghezza 75 cm. Lunghezza 100 cm. Lunghezza 150 cm Lunghezza 200 cm	IN022203 IN022205 IN022207 IN022210 IN022215 IN022220	500
	three stop Linea di prolungamento in PVC NODOP Ø 2,5 x 4,1 mm. Terminali LL/m, LL/f. Lunghezza 15 cm. Lunghezza 50 cm. Lunghezza 75 cm. Lunghezza 80 cm. Lunghezza 100 cm. Lunghezza 150 cm Lunghezza 200 cm	IN022101 IN022105 IN022107 IN022108 IN022110 IN022115 IN022120	500
	three stop Linea di prolungamento in POLIURETANO Ø 1,5 x 3 mm. Terminali LL/M, LL/M. Lunghezza 50 cm. Lunghezza 75 cm. Lunghezza 100 cm. Lunghezza 150 cm Lunghezza 200 cm	IN029255 IN029257 IN029260 IN029265 IN029270	500

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI PER SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI LINEE DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE
--	---



DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Linea di estensione a 2 vie in PVC Ø 2.5 x 4.1 mm Lunghezza 15 cm. Terminali LL/Femmina – LL/Maschio	IN021650	500

Altri modelli potranno essere prodotti su richiesta

	three stop Linea di estensione a 3 vie in PVC con tappi perforabili LL/Maschio	IN021662	500
	three stop Linea di estensione a 3 vie in PVC Ø 2.5 x 4.1 mm clamp stringitubo colorate Terminale LL/Maschio Girevole	IN021664	500
	three stop Linea di prolungamento a 4 vie in PVC Ø 2.5 x 4,1 mm con roller clamp e derivazione laterale perforabile Latex Free. Terminale Luer Lock Maschio.	IN021671	500
	three stop Raccordo a 5 vie con prolunga in PVC Ø 2.5 x 4.1 L. 15 cm con roller clamp e terminale Luer Lock maschio.	IN021675	500
ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI PER SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI LINEE DI PROLUNGAMENTO PER BASSA PRESSIONE		


	three stop Linea di prolungamento in POLIURETANO Ø 1 x 2 mm . Terminali Luer Lock Maschio/Femmina Lunghezza 10 cm. Lunghezza 50 cm. Lunghezza 100 cm. Lunghezza 150 cm. Lunghezza 200 cm.	IN029001 IN029005 IN029010 IN029015 IN029020	500
---	---	---	------------

Altri modelli potranno essere prodotti su richiesta

	three stop Linea di prolungamento in POLIURETANO Ø 1.5 x 3 mm Lunghezza 150 cm. Terminali Luer Lock Maschio/Femmina	IN029165	100
	three stop Linea di prolungamento in TRIEX Ø 1 x 2 mm Terminali Luer Lock Femmina Luer Lock Maschio Lunghezza 50 cm. Lunghezza 100 cm. Lunghezza 150 cm. Lunghezza 200 cm.	IN026085 IN026089 IN026091 IN026093	500
	three stop Linea di prolungamento in Polietilene Ø 1x2 mm. Terminali Luer Lock Maschio/Femmina Lunghezza 15 cm. Lunghezza 50 cm. Lunghezza 100 cm. Lunghezza 150 cm. Lunghezza 200 cm.	IN026005 IN026012 IN026022 IN026030 IN026035	500
	three stop Prolunga POLIETILENE Ø 1.5 X 3 L. 30m Terminali Luer Lock Maschio Luer Lock Femmina	IN026045	500

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	LINEE DI PROLUNGAMENTO A SPIRALE INDICATE PER L'INFUSIONE SOSTANZE INCOMPATIBILI COL PVC
--	---





DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
---------	-------------	--------	------------





	PE Prolunghe spiralate in polietilene a basso volume (diametro interno 1 mm) Terminali luer lock maschio/femmina. Lunghezza 100 cm Lunghezza 200 cm. Lunghezza 250 cm. Lunghezza 300 cm	IN027010 IN027012 IN027013 IN027014	100
	PE Prolunghe spiralate in polietilene a basso volume (diametro interno 1,5 mm) Terminali luer lock maschio/femmina. Lunghezza 100 cm Lunghezza 200 cm. Lunghezza 300 cm. Lunghezza 400 cm	IN027020 IN027022 IN027024 IN027025	100
	PUR Prolunghe spiralate in poliuretano a basso volume (diametro interno 1 mm) Terminali luer lock maschio/femmina. Lunghezza 100 cm Lunghezza 200 cm. Lunghezza 300 cm. Lunghezza 400 cm	IN027610 IN027612 IN027614 IN027615	100
	PUR Prolunghe spiralate in poliuretano a basso volume (diametro interno 3 mm) Terminali luer lock maschio/femmina. Lunghezza 100 cm Lunghezza 200 cm. Lunghezza 300 cm. Lunghezza 400 cm	IN027630 IN027632 IN027634 IN027635	100

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	RUBINETTI PER BASSA PRESSIONE
--	---

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
---------	-------------	--------	------------




Altri modelli potranno essere prodotti su richiesta

	three stop Rubinetto ad 1 via Rotazione stelo 360° Via di entrata: 1 LL/F Via di uscita: 1 LL/M girevole.	IN031101	500
	three stop Rubinetto a 2 vie Rotazione stelo 180° Via di entrata: 2 LL/F Via di uscita: 1 LL/M girevole.	IN031201	500
	three stop Rubinetto a 3 vie Rotazione stelo 360° Via di entrata: 2 LL/F Via di uscita: 1 LL/M Girevole Deviatore Blu Deviatore Rosso	IN031301 IN031303	500
	three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato Lipidi Resistente con Prolunga Pvc No Dop Ø 2.5 x 4.1 e terminale LL/Maschio. Lunghezza 10 cm. Lunghezza 25 cm. Lunghezza 50 cm Lunghezza 100 cm Lunghezza 200 cm	IN041301 IN041303 IN041305 IN041310 IN041320	100
	three stop Rubinetto 3 vie in Policarbonato Lipidi Resistente con Prolunga Pvc No Dop Ø 2.5 x 4.1 con tappo perforabile e terminale LL/Maschio. Lunghezza 7 cm. Lunghezza 10 cm. Lunghezza 25 cm. Lunghezza 50 cm. Lunghezza 80 cm. Lunghezza 100 cm	IN041050 IN041051 IN041053 IN041055 IN041058 IN041060	100
ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES		RAMPE PER BASSA PRESSIONE	





DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Rampa a 2 Rubinetti Rotazione stelo 360° Via di uscita: 4 LL/F Via di uscita: 3 LL/F - 1 LL/M .	IN032001 IN032000	200
	three stop Rampa a 3 Rubinetti Rotazione stelo 360° Via di uscita: 4 LL/F - 1 LL/M Via di uscita: 5 LL/F	IN033000 IN033001	200
	three stop Rampa a 4 Rubinetti Rotazione stelo 360° Via di uscita: 5 LL/F - 1 LL/M . Via di uscita: 6 LL/F	IN034000 IN034001	200
	three stop Rampa a 5 Rubinetti Rotazione stelo 360° Via di uscita: 7 LL/F Via di uscita: 6 LL/F - 1 LL/M .	IN035001 IN035000	100





ARIES s.r.l.	RAMPE DI RUBINETTI CON PROLUNGA PER BASSA PRESSIONE
---------------------	--

BIOMEDICAL DEVICES	
--------------------	--





DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Rampa a 2 rubinetti con prolunga in PVC No DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M. Lunghezza cm 50 Lunghezza cm 75 Lunghezza cm 100 Lunghezza cm 150 Lunghezza cm 200	IN042005 IN042007 IN042010 IN042015 IN042020	100
	three stop Rampa a 3 rubinetti con prolunga in PVC NO DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M. Lunghezza cm 50 Lunghezza cm 75 Lunghezza cm 100 Lunghezza cm 150 Lunghezza cm 200	IN043005 IN043007 IN043010 IN043015 IN043020	100
	three stop Rampa a 4 rubinetti con prolunga in PVC NO DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M. Lunghezza cm 50 Lunghezza cm 75 Lunghezza cm 100 Lunghezza cm 150 Lunghezza cm 200	IN044005 IN044007 IN044010 IN044015 IN044020	100
	three stop Rampa a 5 rubinetti con prolunga in PVC NO DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M. Lunghezza cm 50 Lunghezza cm 75 Lunghezza cm 100 Lunghezza cm 150 Lunghezza cm 200	IN045005 IN045007 IN045010 IN045015 IN045020	100

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	RAMPE DI RUBINETTI CON PROLUNGA PER BASSA PRESSIONE
---	--




DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Rampa Lipidi Resistente a 2 rubinetti con prolunga in PVC No DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M. Lunghezza cm 50 Lunghezza cm 75 Lunghezza cm 100 Lunghezza cm 150 Lunghezza cm 200	IN042905 IN042907 IN042910 IN042915 IN042920	100
	three stop Rampa Lipidi Resistente a 3 rubinetti con prolunga in PVC NO DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M. Lunghezza cm 50 Lunghezza cm 75 Lunghezza cm 100 Lunghezza cm 150 Lunghezza cm 200	IN043905 IN043907 IN043910 IN043915 IN043920	100
	three stop Rampa Lipidi Resistente 4 rubinetti con prolunga in PVC NO DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M. Lunghezza cm 50 Lunghezza cm 75 Lunghezza cm 100 Lunghezza cm 150 Lunghezza cm 200	IN044905 IN044907 IN044910 IN044915 IN044920	100
	three stop Rampa Lipidi Resistente a 5 rubinetti con prolunga in PVC NO DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M. Lunghezza cm 50 Lunghezza cm 75 Lunghezza cm 100 Lunghezza cm 150 Lunghezza cm 200	IN045905 IN045907 IN045910 IN045915 IN045920	100


DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Rampa Lipidi Resistente a 2 rubinetti (3 Uscite LL/Femmina – 1 Uscita LL/Mascio) con prolunga in PVC No DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M.	IN042755	100
	Lunghezza cm 50	IN042757	
	Lunghezza cm 75	IN042760	
	Lunghezza cm 100	IN042765	
	Lunghezza cm 150	IN042770	
	three stop Rampa Lipidi Resistente a 3 rubinetti (4 Uscite LL/Femmina – 1 Uscita LL/Mascio) con prolunga in PVC No DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M.	IN043755	100
	Lunghezza cm 50	IN043757	
	Lunghezza cm 75	IN043760	
	Lunghezza cm 100	IN043765	
	Lunghezza cm 150	IN043770	
	three stop Rampa Lipidi Resistente a 4 rubinetti (5 Uscite LL/Femmina – 1 Uscita LL/Mascio) con prolunga in PVC No DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M.	IN044755	100
	Lunghezza cm 50	IN044757	
	Lunghezza cm 75	IN044760	
	Lunghezza cm 100	IN044765	
	Lunghezza cm 150	IN044770	
	three stop Rampa Lipidi Resistente a 5 rubinetti (6 Uscite LL/Femmina – 1 Uscita LL/Mascio) con prolunga in PVC No DOP Ø 2.5x4,1 mm., terminale LL/M.	IN045755	100
	Lunghezza cm 50	IN045757	
	Lunghezza cm 75	IN045760	
	Lunghezza cm 100	IN045765	
	Lunghezza cm 150	IN045770	

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	ASTUCCI PER LA PROTEZIONE ANTISETTICA RUBINETTI , RAMPE DI RUBINETTI E CONNESSIONI
---	--


DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Astuccio rigido per la protezione antibatterica di connessioni Luer	IN049011	200
	three stop Astuccio morbido per la protezione antibatterica di connessioni Luer	IN049012	200
	three stop Astuccio morbido per la protezione antibatterica di rubinetti	IN049014	100
	three stop Astuccio morbido per la protezione antibatterica di rampe a 2 – 3 – 4 rubinetti	IN049017	100

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI
---	--

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	BioDrip Filtro sterilizzante per infusioni endovenose. Protezione da contaminazioni di miceti, batteri, endotossine, bolle d'aria e particelle. Eliminazione dell'aria attraverso valvola. Munito di linea di raccordo ad Y. Tappo con membrana perforabile. Porosità 0,2 µm	IN051000	100
	BioDrip Deflussore per infusione di sostanze incompatibili col PVC munito di filtro sterilizzante porosità 0,2 µm. Protezione da contaminazioni di miceti, batteri, endotossine, bolle d'aria e particelle. Eliminazione dell'aria attraverso valvola. Munito di linea prodotta con materiali esenti da sostanze plastificanti. Punto infusione ad Y. Indicato per "TAXOL". Tutto il sistema è esente da DOP. • Modello base • Modello con regolatore di flusso 5 250 ml/h	IN018000 IN018010	50 50
	BioDrip Filtro antibatterico per infusioni endovenose. Protezione da contaminazioni di miceti, batteri, bolle d'aria e particelle. Indicato per la somministrazione di miscele parenterali contenenti lipidi. Eliminazione dell'aria attraverso valvola. Munito di linea di raccordo ad Y prodotta con materiali esenti da sostanze plastificanti. Tappo con membrana perforabile. Porosità 1,2 µm. Tutto il sistema è esente da DOP.	IN054001	100




	BioDrip Deflussore per infusione di miscele parenterali contenenti lipidi munito di filtro antibatterico porosità 1,2 μ m. Protezione da contaminazioni di miceti, batteri, bolle aria e particelle. Eliminazione dell'aria attraverso valvola. Munito di linea prodotta con materiali esenti da sostanze plastificanti. Punto infusione ad Y con membrana perforabile. Tutto il sistema è esente da DOP.	IN018040	50
--	--	-----------------	-----------


ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	DISPOSITIVI FILTRANTI PER SOLUZIONI
---	--

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	BioDrip Filtro piatto ad eliminazione aria per infusione di soluzioni. Porosità 0,2 μ m. Tubatismi in Poliuretano Ø 1 x 2 mm Lunghezza 20 cm, punto infusione a "Y" Latex Free . Piastrina stringitubo. Terminale Luer Lock Maschio	IN051003	100
	BioDrip Per infusioni endovenose. Porosità 0.2 μ m. Particolarmente adatto per anestesia peridurale. Raccordi Luer Lock Maschio/Femmina	IN051011	100
	BioDrip Filtro pediatrico per infusioni endovenose. Filtro basato su di una membrana idrofila della specificamente studiata per l'infusione endovenosa Corredato di prolunga in PVC DEHP Free Ø 1.5 x 3 L. 10 cm terminale LL/Maschio . Dotato di clamp di chiusura a scatto. Porosità 1.2 μ m Porosità 0.2 μ m	 IN051014 IN051022	 100 100


	BioDrip Filtro antibatterico porosità 0.2µ per consentire l'infusione di sostanze non compatibili con il PVC. I tubatismi prodotti in PVC DEHP Ø 1 x 2 mm Lunghezza intero sistema 30 cm circa Idoneo nelle applicazioni neonatali.	IN051015	100
--	--	-----------------	------------



ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	ACCESSORI PER INFUSIONE
---	--------------------------------

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Doppio perforatore per trasferimento di soluzioni.	IN069010	300
	three stop Supporto universale per rampa	IN049010	10
	three stop Tappo conico per chiusura cateteri	IN061010	1000
	three stop Tappo di chiusura luer lock maschio.	IN061041	1000



	three stop Tappo di chiusura luer lock maschio/femmina del tipo "COMBI"	IN061042	1000
	three stop Tappo luer lock maschio con membrana perforabile	IN061040	1000
	three stop Raccordo luer lock maschio/maschio Modello fisso Modello girevole	IN062001 IN062000	1000 200



ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	ACCESSORI PER INFUSIONE
---	--------------------------------

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Raccordo sonda siringa con raccordo terminale scalettato	IN061011	200
	three stop Raccordo biconico in Polipropilene Non Sterile Sterile	IN062100 IN062101	500 500
	three stop Raccordi a Y in Polipropilene Ø 4 - 5 Ø 7 - 8 Ø 9 - 10	IN062209 IN062210 IN062211	500 500 500


 	three stop Raccordi biconici in Polipropilene		
	Ø 4 - 6 / 4 - 6	IN062200	500
	Ø 7 - 11 / 7 - 11	IN062201	500
	Ø 10 - 13 / 10 - 13	IN062202	500
	Ø 4.5 - 6.5 / 7 - 11	IN062203	500
	Ø 4 - 6 / 10 - 13	IN062204	500
	Ø 7 - 10 / 10 - 13	IN062205	500
	Ø 13 - 13 / 13 - 13	IN062206	500
	Ø 13 - 13 / 19 - 19	IN062207	500
	Ø 19 - 19 / 19 - 19	IN062208	500
	Ø 6 - 8 / 6 - 8	IN062221	500
 	Three stop Raccordi a T in Polipropilene		
	Ø 4 - 5	IN062216	500
	Ø 7 - 9	IN062218	500
	Ø 10 - 13	IN062219	500
	Ø 16 - 18	IN062220	500


ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI CON VALVOLA AUTOSIGILLANTE
---	---

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	Bio Safe Valvola Autosigillante prodotta in Policarbonato Lipidi resistente e priva di lattice	IN061043	100
	three stop Perforatore 1 via per sacche con Valvola Autosigillante	BS069001	100


	Bio Safe Perforatore 2 vie con Valvola Autosigillante	BS069002	100
	Bio Safe Perforatore per Miniflaconi con presa aria e Valvola Autosigillante	BS051001/H	100
	Bio Safe Plus Valvola Autosigillante a pressione positiva per infusione e prelievo venoso o arterioso a circuito chiuso senza l'utilizzo di aghi.	IN061047	100



ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI CON VALVOLA AUTOSIGILLANTE
---	---

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	Three stop Prolunga biforcata in Poliuretano Ø 1 x 2 Lunghezza totale 15 cm. Con valvole autosigillanti. Piastrine stringitubo e terminale Luer Lock Maschio.	BS021600	100
	Three stop Prolunga triforcata in Poliuretano Ø 3 x 4.1 Lunghezza totale 18 cm. Con valvole autosigillanti. Clamp stringitubo e terminale Luer Lock Maschio.	BS021690	100

	Three stop Prolunga triforcata in Poliuretano Ø 3 x 4.1 Lunghezza totale 20 cm. Con valvole autosigillanti. Clamp stringitubo e terminale LL/Maschio Girevole.	BS021640	100
	Three stop Prolunga in Poliuretano Ø 3 x 4.1 Lunghezza totale 20 cm. Con valvola autosigillante. Piastrina stringitubo e terminale Luer Lock Maschio.	BS021302	100



ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI SPECIALISTICI
---	------------------------------

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	AriDren Kit di Toracentesi Sistema composto da : Sacca 2000 ml Siringa 50 ml Nr. 3 aghi 14, 16, 18 g Lunghezza 55 mm Nr. 3 aghi 14, 16, 18 g Lunghezza 80 mm	 SP031013 SP031003	 50



	AriDren Kit di Paracentesi Sistema composto da : Sacca 7000 ml Siringa 50 ml Ago a punta retrattile	SP032011	50
	Bio Drip Riduttore per sonde di piccolo diametro	IN062012	150
	Ari Dren Tubo di aspirazione in Pvc Øi 6 mm Ø e 9 mm con raccordi Femmina Femmina Lunghezza 200 cm Lunghezza 220 cm Lunghezza 250 cm Lunghezza 300 cm	DR071310 DR071311 DR071312 DR071314	150





ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	SISTEMI PER TERAPIA FOTODINAMICA
---	--

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
---------	-------------	--------	------------




	Kit base: Prolunga in PUR Ø 1 x2 mm M/F, lunghezza 5 cm Filtro 1.2 µm Rubinetto a tre vie in Policarbonato lipidi resistente Filtro 0.2 µm Prolunga in PUR Ø 1 x2 mm M/F, lunghezza 100 cm prolunga lineare Kit OC003000+Sir 50+3 sir 10+ago cat 22g 25 mm+ 3 aghi 20 g x 1 1/2	OC003000 OC001000	
	Kit base: Prolunga in PUR Ø 1 x2 mm M/F, lunghezza 5 cm Filtro 1.2 µm Rubinetto a tre vie in Policarbonato lipidi resistente Filtro 0.2 µm Prolunga in PUR Ø 1 x2 mm M/F, lunghezza 100 cm prolunga spiralata Kit OC003001+Sir 50+3 sir 10+ago cat 22g 25 mm+ 3 aghi 20 g x 1 1/2	OC003001 OC001011	
	Kit base ambrato Kit ambrato come OC001000	OC003050 OC001050	
	Kit base SPIRALATO ambrato Kit ambrato SPIRALATO come OC001001	OC003051 OC001051	

ARIES s.r.l. BIOMEDICAL DEVICES	RUBINETTI PER ALTA PRESSIONE
--	--

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	three stop Rubinetto a due vie per alta pressione "OFF" con luer lock girevole (1000 psi=70 kg/cm2)	AN031202	100
	three stop Rubinetto a una via per alta pressione (1200 psi=84 kg/cm2) con luer lock rotante	AN031102	100

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	BioRet Trasfusore con perforatore senza presa d'aria, doppia camera filtro 200 μ e filtro da 40 μ , stringitubo roller, raccordo perforabile e terminale Luer Lock. LATEX FREE	TR021008	100
	BioRet Trasfusore a 2 vie con perforatori senza presa d'aria, doppia camera filtro 200 μ e filtro da 40 μ , stringitubo roller, raccordo perforabile e terminale Luer Lock. LATEX FREE	TR021009	100
	BioRet Trasfusore con perforatore senza presa d'aria, filtro 200 μ , stringitubo roller, raccordo perforabile e terminale Luer Lock. LATEX FREE	TR020002	250
	BioRet Trasfusore per microaggregati. Porosità 40 μ m corredato di set per somministrazione. Terminale Luer Lock LATEX FREE	TR011040	200

Sistemi per la somministrazione di farmaci chemioterapici.

DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	ORDINE MIN
	Chemo Drip Sistema composto da: perforatore con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente, stringitubo roller clamp, punto iniezione munito di valvola di sicurezza ad Y LATEX FREE, raccordo terminale luer lock. Tutto il sistema è D.E.H.P. FREE. ITALIAN PATENT PENDING	CH011038	100
	Chemo Drip Sistema composto da: perforatore con presa aria munita di filtro antibatterico idrorepellente, stringitubo roller clamp, punto iniezione munito di valvola di sicurezza ad Y LATEX FREE, raccordo terminale luer lock. Tutto il sistema è D.E.H.P. FREE.	CH011039	100
	Three stop Perforatore senza presa aria corredato di valvola di sicurezza per accesso a sacche multidose.	BS069001	100