

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21305952_din_20_11_2024</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Achiziționarea reagenților și consumabilelor de laborator pentru anul 2025 (tip închis), conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii</i>

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	
	<b>Lotul 1: Reagenți chimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S”</b>		<p>Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca;</p> <p>Reagenții sunt adaptați la Analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S;</p> <p>Distribuitorul dispune de autorizare de la producător;</p> <p>Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător.</p> <p>Disponem de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control este compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sunt pe baza de ser uman, numărul de parametri nu este mai mic de 39.</p> <p>Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilității cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S”</p>					
<b>1.1</b>	ALAT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”	ALAT SL	Franta	Elitech /Vital	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE	
<b>1.2</b>	ASAT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”	ASAT SL	Franta	Elitech /Vital	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE	

<b>1.3</b>	Albumina pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Albumina SL	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001.BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	cinetic;reagenti lichizi; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, concentratia 2.28mmol/l, linearitatea 9,12 mmol/l; valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
<b>1.4</b>	Fosfataza alcalină pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Fosfataza alcalină (ALP) SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 5mg/l;reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	linearitatea 5mg/l; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
<b>1.5</b>	Alfa-Amilaza pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Alfa-Amilaza	Franta	Elitech /Vital	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 50ml	ISO, CE
<b>1.6</b>	Alfa-Amilaza pancreatică pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Alfa-Amilaza pancreatică	Rusia	Vector Best	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni, ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN; ISO-9001:1994, ambalaj flacon: 50ml	ISO, CE
<b>1.7</b>	Bilirubina totală pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Bilirubina totală	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml	linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ISO : 1994 ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
<b>1.8</b>	Bilirubina directă pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Bilirubina directă	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml	linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9 : 1994 ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
<b>1.9</b>	Creatinina pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Creatinina JAFFE SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 5mg/dL reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-150ml	linearitatea 5mg/dL reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN, ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
<b>1.10</b>	Gamma-GT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Gamma-GT	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	cinetic;reagenti lichizi; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, concentratia 2.28mmol/l, linearitatea 9,12mmol/l; valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-	ISO, CE

						9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	
<b>1.11</b>	Glucosa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Glucose SL	Franta	Elitech /Vital	concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reagenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0'2ml la analizator, valabilitatea nu mai putin de 18 luni; ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 250-500ml	concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reagenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0,2 ml la analizator, valabilitatea nu mai putin de 18 luni; ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 250ml	ISO, CE
<b>1.12</b>	Clor pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Clor	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 4mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml	linearitatea 4mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon:125ml	ISO, CE
<b>1.13</b>	Proteina Totala pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Proteina Totala	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 100g/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 100g/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
<b>1.14</b>	Proteina C reativa pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”	Proteina C reativa IP	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca 2*25ml + 5ml	ISO, CE
<b>1.15</b>	Proteina totală în urină metoda cu Pirogalol roșu cu control și calibrator	Proteina totală în urină	Franta	Elitech /Vital	Certificat de calitate de la producator	Certificat de calitate de la producator	ISO, CE
<b>1.16</b>	ASL-O pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	ASLO	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca; 2x25ml, +1x6ml +1x1ml	ISO, CE
<b>1.17</b>	Cholesterol total pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Cholesterol total	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 500mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj:50-250ml	linearitatea 500mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj flacon:250ml	ISO, CE
<b>1.18</b>	Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”	Colesterol LDL SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: flacon 112ml	ISO, CE

<b>1.19</b>	Colesterol HDL	Colesterol HDL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml	ISO, CE
<b>1.20</b>	Trigliceride pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Trigliceride SL	Franta	Elitech /Vital	cinetic;reagenți lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	linearitatea 500mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:100ml	ISO, CE
<b>1.21</b>	Magneziu pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M	Magneziu xylydil	Franta	Elitech /Vital	reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-150ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 80ml	ISO, CE
<b>1.22</b>	Uree pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Uree UV SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml	ISO, CE
<b>1.23</b>	Lactate metoda enzimatică-colorimetrică, bireangeant pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces Selectra Pro M+calibrator (volumul de lucru 0,3 ml per test)	Lactate metoda enzimatică-colorimetrică	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994; CE Marca ambalaj: R1 2x8 ml, R2 1x5 ml	ISO, CE
<b>1.24</b>	Acid uric pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Acid uric SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	ISO, CE
<b>1.25</b>	Ferritin pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Ferritin	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994; CE Marca; ambalaj: 55ml	ISO, CE
<b>1.26</b>	Ferritin calibrator pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M“	Ferritin calibrator	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; 1x3ml	ISO, CE

					CE Marca		
1.27	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solcitare	Maintenance kit	Franta	Elitech /Vital	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solcitare	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul biochimic automat Selectra Pro M, și Selectra Pro S, cu instalare la solcitare	ISO, CE
	<b>Lotul 2: Consumabilele la Analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S</b>		Consumabilele dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Consumabilele sunt compatibile la Analizatorul SELECTRA PRO M ; Compania “GBG-MLD” SRL dispune de autorizare de la producător; Consumabilele sunt obligatorii în ambalajul producătorului și de la un singur producator. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilitatii cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”				
2.1	Material de control biochimic normal	Elitrol I	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml	Flx5ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elitrol I, 5 ml	ISO, CE
2.2	Material de control biochimic patologic indicii înalți	Elitrol II	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml	Flx5ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elitrol 2, 5 ml	ISO, CE
2.3	Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici	Elical 2	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 3 ml pînă la 10 ml	Flx3ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elical 3 ml	ISO, CE
2.4	Soluție de spălare	Soluție de spălare	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L	Certificat ISO al producătorului CE Marca , 1L	ISO, CE
2.5	Soluție de sistem	Soluție de sistema	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L pînă la 1L	Certificat ISO al producătorului CE Marca, 1L	ISO, CE
2.6	Eprubete pediatrice 2 ml	Eprubete pediatrice 2 ml	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE
2.7	Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant	Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE
2.8	Rotor chiuvetă pentru 48 reacții	Rotor chiuveta set	Franta	Elitech /Vital	Certificat ISO al producătorului CE Marca	Certificat ISO al producătorului CE Marca	ISO, CE
2.9	Butelie p-u reagent(25ml),	Butelie p-u reagent (25ml),	Franta	Elitech /Vital	Butelie p-u reagent(25ml),	Butelie p-u reagent(25ml)	ISO, CE
2.10	Butelie p-u reagent(10ml),	Butelie p-u reagent (10ml),	Franta	Elitech /Vital	Butelie p-u reagent(10ml),	Butelie p-u reagent(10ml)	ISO, CE
2.11	Adapter pentru cuve pediatrice 65x15mm	Adaptor pentru cuve pediatrice	Franta	Elitech /Vital	Adapter pentru cuve pediatrice 65x15mm	Adapter pentru cuve pediatrice 65x15mm	ISO, CE
	<b>Lotul 5: Consumabile și reagenți pentru analizatorul</b>		Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatorii în ambalajul producătorului și de la un singur producator. Compania „GBG-MLD” SR dispune de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea				

	<b>ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis)</b>		reagenților cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control este compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fie pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39.				
<b>5.1</b>	Electrod K	Electrod K	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.2</b>	Electrod Na	Electrod Na	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.3</b>	Soluție lichidă internă (K, Na) a electrolizilor	Soluție lichidă internă (K, Na) a electrolizilor	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.4</b>	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.5</b>	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.6</b>	Material de control 3 nivele (L,N,H)	Material de control 3 nivele (L,N,H)	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.7</b>	Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml	Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.8</b>	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)	Solutie de spalare p-u fiecare zi (100 ml)	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.9</b>	Termohirtie p-u analizator K/Na	Termohirtie p-u analizator K/Na	SUA	Medica	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	CE Marca , UNI, EN ISO, TUV	ISO, CE
<b>5.10</b>	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), cu instalare la solcitare.	Maintenance kit	SUA	Medica	Certificat ISO al producătorului, CE, Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), cu instalare la solcitare	Certificat ISO al producătorului, CE, Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), cu instalare la solcitare	ISO, CE
	<b>LOTUL 6: Consumabile pentru Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO</b>				Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Compania noastră dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt în ambalajul producătorului si de la un singur producator. Prezentarea mostrelor la cerința pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul.		
<b>6.1</b>	Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1	Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1	Ungaria	Elektroni ka 77	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	ISO, CE
<b>6.2</b>	Cuvete pentru UriSed, 600 piese, URS-9961-1	Cuvete pentru UriSed, 600 piese, URS-9961-1	Ungaria	Elektroni ka 77	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	ISO, CE

6.3	Eprubete 12 ml, conica, 16x105, PS, 18159	Eprubete 12 ml, conica, 16x105, PS	Italia	Kima	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	ISO, CE
6.4	Material control calitate pentru determinarea proteinei in urina 3 nivele, 5x3 ml	Material control calitate pentru determinarea proteinei in urina 3 nivele, 5x3 ml	Ungaria	Elektroni ka 77	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	Certificat ISO al producătorului; CE Marca	ISO
6.5	Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO, cu instalare la solicitare	Maintenance kit	Ungaria	Elektroni ka 77	Certificat ISO al producătorului, CE, Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO, cu instalare la solicitare	Certificat ISO al producătorului, CE, Kitul de mentenanța anuala, compatibil cu analizatorul Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO, cu instalare la solicitare	ISO, CE
	<b>Lotul 7: Analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical</b>				Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Compania noastră dispune de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu Analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical		
7.1	Prime-Plus Sensor Card: w/COOx (Standard) (1set 100buc)	61604	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Prime-Plus Sensor Card: w/COOx (Standard) (1set 100buc), ISO; CE Marca	ISO, CE
7.2	Prime-Plus Sensor Card-BLANK RENAL Sensor Card	58379	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card, ISO; CE Marca	ISO, CE
7.3	Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	57823	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL), ISO; CE Marca	ISO, CE
7.4	Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 200Sample	57826	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 200Sample, ISO; CE Marca	ISO, CE
7.5	Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 160Sample	57838	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Stat Profile Prime Plus Auto QC Cartridge 160Sample, ISO; CE Marca	ISO, CE
7.6	Printer Paper	49200	SUA	NovaBio medical	ISO; CE Marca	Printer Paper, ISO; CE Marca	ISO, CE
	<b>LOTUL 10</b>						

<b>10</b>	Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ	Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ	Rusia	ABRIS	ISO; CE Marca	Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ, ISO	ISO
	<b>LOTUL 11</b>						
<b>11</b>	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh	Rusia	ABRIS	ISO; CE Marca	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh, ISO	ISO
	<b>LOTUL 12</b>						
<b>12</b>	Set de reagenți pentru Coprologie (Clinica KAL)	Set de reagenți pentru Coprologie (Clinica KAL)	Rusia	ABRIS	ISO; CE Marca	ISO; CE Marca	ISO
	<b>LOTUL 13</b>						
<b>13</b>	Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax	Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax	China	BOEN	Certificat calitate de la producător	Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax, ambalaj 1000 buc, Certificat calitate de la producător	ISO, CE
	<b>LOTUL 14</b>						
<b>14</b>	Hîrtie pentru printer STAT FAX	Hîrtie pentru printer STAT FAX	SUA	Awareness	Certificat calitate de la producător	Hîrtie pentru printer STAT FAX, dimensiuni 57x21 mm, Certificat calitate de la producător	ISO, CE
	<b>LOTUL 17</b>						
<b>17</b>	D-dimer, 96 teste (ELISA)	D-dimer, 96 teste (ELISA)	SUA	Monobind	Seturile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu. ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	D-dimer, 96 teste (ELISA) Seturile sunt detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu. ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	ISO, CE
	<b>LOTUL 18</b>						
<b>18</b>	Procalcitonin, 96 teste (ELISA)	Procalcitonin, 96 teste (ELISA)	SUA	Monobind	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Procalcitonin, 96 teste (ELISA), Seturile sunt detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu Certificat CE, ISO	ISO, CE
	<b>LOTUL 19</b>						



19	CRP IP Calibrator, Eliteh 5X1ml	CRP IP Calibrator, Eliteh 5X1ml	Franta	Elitech	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	CRP IP Calibrator, Elitech 5X1ml	ISO, CE
	<b>LOTUL 20</b>						
20	CRP IP Control I, Eliteh 2x1ml	CRP IP Control I, Eliteh 2x1ml	Franta	Elitech	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	CRP IP Control I, Elitech 2x1ml	ISO, CE
	<b>LOTUL 21</b>						
21	CRP IP Control II, Eliteh 2x1ml	CRP IP Control II, Eliteh 2x1ml	Franta	Elitech	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	CRP IP Control II, Elitech 2x1ml	ISO, CE
	<b>LOTUL 22</b>						
22	Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EAIGG	Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EAIGG	Italia	Dia Pro	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EAIGG, 96 teste, Seturile sunt detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu, ELISA	ISO, CE
	<b>LOTUL 23</b>						
23	Test strip-determinarea a 11 parametri în urină (blood, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitriti, cetone, acid ascorbic, glucoza, pH, specific gravity, leucocite)	Medi test Combi 11	Germania	Machere y nagel	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Test strip-determinarea a 11 parametri în urină (blood, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitriti, cetone, acid ascorbic, glucoza, pH, specific gravity, leucocite), 100 teste/set	ISO, CE
	<b>LOTUL 25</b>						
25	Vitamin D Direct, ELISA	Vitamin D Direct, ELISA	SUA	Monobin d	ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set	Vitamin D Direct, ELISA, 96 teste, Seturile sunt detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.	ISO, CE

Semnat: Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi \_\_\_\_\_ În calitate de: director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2