

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: 21052328 din 15.03.2022						
Obiectul de achiziție: "Achiziționarea seringilor necesare pentru administrarea vaccinurilor împotriva COVID-19, pentru anul 2022."						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Seringă sterilă, ac 23Gx 1"-1½"- 25G x 1"-1½", 1 ml	CH03001L CH23100	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringi sterile de unică folosință - ac 23G x 1"-1½"- 25G x 1"-1½" - volum 1ml , grade de măsurare a volumului -cu gradație din 0,1 ml în 0,1 ml și cu subgradație de 0,01 ml în 0,01 ml - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc -granitura de etanșare a pistonului cu două trepte, care nu permite refularea soluției în timpul administrării - confecționată etanș - ac hipoalergic, apirogen, - ambalaj individual	Seringi sterile de unică folosință - ac 23G x 1 (0,60 x 25 mm) - volum 1ml , grade de măsurare a volumului -cu gradație din 0,1 ml în 0,1 ml - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc -granitura de etanșare a pistonului cu două trepte, care nu permite refularea soluției în timpul administrării - confecționată etanș - ac hipoalergic, apirogen, - ambalaj individual Spațiul mort redus al seringii combinat cu spațiul mort redus al acului nu să depășească un volum de 35 microlitri. Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare.	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**

