

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1764167463427 din 12.12.2025						
Obiectul achiziției: Pieselor de schimb pentru stația de oxigen nr.3 și diverse piese și accesorii pentru CT64 și Opescope Acteno necesare în regim urgent						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Înregistrare AMDM/CE
1	2	3	4	5	6	7
Lot 9 Injector CT cu două seringi	CT Dual Head Injector ANT200200L	China	SHENZHEN ANTMED CO., LTD.	Descriere: Sistem automat pentru injectarea substanței de contrast, cu două seringi, utilizat în complex cu tomografele computerizate, pentru efectuarea investigațiilor TC cu administrare de contrast. Tip: Injector cu 2 seringi pentru injectarea substanței de contrast și a soluției fiziologice, montat pe suport/trolu cu roțile cu frână. Compatibil cu tomograful computerizat Siemens SOMATOM Definition AS și Siemens SOMATOM Sensation 64. Tip control: manual de la bordul injectorului și automat de la distanță de pe consola instalată în camera operatorului. Posibilitate injectare simultană a substanței de contrast și a soluției fiziologice. Volum seringi utilizate: 200 ml pentru fiecare canal/soluție. Rata de injectare: setabilă în domeniul 0,1 – 10 ml/s. Volum de injectare: setabil în domeniul 1 – 200 ml. Limită presiune: 325 PSI. Număr faze programabile într-un singur protocol: minim 6. Dotat cu sistem de încălzire/menținere temperatură a substanței injectabile.	Descriere: Sistem automat pentru injectarea substanței de contrast, cu două seringi, utilizat în complex cu tomografele computerizate, pentru efectuarea investigațiilor TC cu administrare de contrast – da, vezi fișa tehnica ANT200200L Tip: Injector cu 2 seringi pentru injectarea substanței de contrast și a soluției fiziologice, montat pe suport/trolu cu roțile cu frână - da, vezi • Sistem dual head cu 2 seringi → Syringe volume: 2 × 200 ml syringes (Data Sheet) • Utilizare CT → Used during CT scans • Montare pe trolu (pedestal) → Installation type: Pedestal Compatibil cu tomograful computerizat Siemens SOMATOM Definition AS și Siemens SOMATOM Sensation 64. Tip control: manual de la bordul injectorului și automat de la distanță de pe consola instalată în camera operatorului. Posibilitate injectare simultană a substanței de contrast și a soluției fiziologice.-da, Compatibil cu CT standard conform specificației • Control manual → Hand switch to start/stop injection • Control de la distanță → Remote control operation from the tomography control room • Wireless communication → Wireless communication, no cables • Injectare simultană → Dual head injector Volum seringi utilizate: 200 ml pentru fiecare canal/soluție da, → 2–200 ml syringes	DM000 365870

			Dotat cu suport pentru perfuzii. Dotat cu system de alarme vizuale și sonore. Măsurile de siguranță: Oprirea automată a injectiei la depistarea aerului în sistem. Cap de injectare cu 2 poziții : sus- jos, ce permite injectarea doar în poziția jos.Tensiune alimentare 210 – 240 V/50 Hz. Accesorii obligatorii: -Set seringi sterile, jetabile, de 200 ml cite 2 buc în set. Compatibile cu sistemul oferit: min. 50 seturi -Set complet de consumabile necesar pentru injectare (de ex. Prelungitor, conectoare etc): min 50 seturi. Termen de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune. Agentul economic va asigura instalarea dispozitivului și conectarea acestuia la tomograful computerizat existent în instituție. Agentul economic va asigura instruirea personalului privind utilizarea dispozitivului. Pe perioada de garanție agentul economic va asigura efectuarea mentenanței dispozitivului recomandate de producător. Dispozitivul va fi însoțit de manual de utilizare și ghid rapid în limba română. Dispozitivul va fi însoțit de certificate sau declarație de conformitate CE. Injectorul va fi înregistrat la AMDM. Anul producerii: nu mai vechi de 2024.	Rata de injectare: setabilă în domeniul 0,1 – 10 ml/s. <i>Flow rate: 0.1–10 ml/s</i> Volum de injectare: setabil în domeniul 1 – 200 ml. → acoperit de <i>200 ml syringe capacity</i> Limită presiune: 325 PSI- da, <i>Pressure limit: 325 psi</i> Număr faze programabile într-un singur protocol: minim 6.- da, → <i>Phases: 6</i> Dotat cu sistem de încălzire/menținere temperatură a substanței injectabile → <i>Heater: Yes</i> Dotat cu suport pentru perfuzii → <i>IV Pole: Optional</i> Dotat cu system de alarme vizuale și sonore. Măsurile de siguranță: Oprirea automată a injectiei la depistarea aerului în sistem. → <i>Real-time displays + safety alerts</i> → Funcție integrată de siguranță (air detection logic) Cap de injectare cu 2 poziții : sus- jos, ce permite injectarea doar în poziția jos.Tensiune alimentare 210 – 240 V/50 Hz. Injector head waterproof function + poziții de siguranță Accesorii obligatorii: -Set seringi sterile, jetabile, de 200 ml cite 2 buc în set. Compatibile cu sistemul oferit: min. 50 seturi - da -Set complet de consumabile necesar pentru injectare (de ex. Prelungitor, conectoare etc): min 50 seturi - da Termen de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune-da Agentul economic va asigura instalarea dispozitivului și conectarea acestuia la tomograful computerizat existent în instituție- da Agentul economic va asigura instruirea personalului privind utilizarea dispozitivulu-da Pe perioada de garanție agentul economic va asigura efectuarea mentenanței dispozitivului recomandate de producător -da Dispozitivul va fi însoțit de manual de utilizare și ghid rapid în limba română-da Dispozitivul va fi însoțit de certificate sau declarație de conformitate CE. Injectorul va fi înregistrat la AMDM-da Anul producerii: nu mai vechi de 2024-da
--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Morozov Maria În calitate de: Director

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23

