

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1657108805721 din 14.07.2022
Denumirea procedurii de achiziție: Cada/Vas din plastic pentru dezinfectarea si sterilizarea instrumentelor în soluție

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39226220-0	Vas/recipient din plastic pentru dezinfectarea si sterilizarea instrumentelor în soluție	CADB100	Turcia	Telkar	Specificații Vas/recipient de dezinfectare si sterilizare cu capac 1. Destinația - Pentru Soluția pregătită la sterilizarea/dezinfectarea instrumentelor medicale - Pastrarea soluției de lucru în dependență de termenul de valabilitate a acesteia 2. Componenta-din plastic 3. Volum-pentru Soluția în volum de minim 10L 4. Cu capac si coș de sterilizare și depozitare 5. Culoare: Alba sau Transparenta 6. Plastic/Aliaj rezistent la soluții chimice si la temperatura maximă de 50 grade	Specificații Vas/recipient de dezinfectare si sterilizare cu capac 1. Destinația - Pentru Soluția pregătită la sterilizarea/dezinfectarea instrumentelor medicale - Pastrarea soluției de lucru în dependență de termenul de valabilitate a acesteia 2. Componenta-din plastic 3. Volum-pentru Soluția în volum de minim 10L (vasul are volum total de 14 litri) 4. Cu capac si coș de sterilizare și depozitare 5. Culoare: Alba 6. Plastic/Aliaj rezistent la soluții chimice si la temperatura maximă de 50 grade	Conform SIA RSAP

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator
 Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau