

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1635146551010 din: 30 oct 2021, 11:52 - 3 nov 2021, 18:52

Obiectul achiziției: Echipament medical (masă de operații cu accesorii și lampă)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
33100000-1	Masă de operație electrohidraulică, mobilă cu 5 secții ,cu accesorii generale și ortopedice	Vivax OT-02 + EB-04 EB-05 EB-09 EB-14 ES-01 ES-03 ES-04 ES-08 ES-11 ES-12 ES-13 ES-14 ES-19	Polonia	Infimed	Tip - electro-hidraulică ,Grosimea ->60mm,Saltea IS-grosimea >60mm. Construcția : robustă Grad de libertate pe toată suprafața-maxim 1-2 grade. Material oțel inoxidabil turnat fara sudură vizibilă Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 70-100 cm Trendelenburg ≥35 grade Inversarea tredelemburgului ≥35 grade Inclinarea: laterală ≥20 grade Secția de la talpă /picior –detașabilă,divizată Secția cap de la +40 la -45 grade(minim). Greutatea pacientului ≥250 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopiei- tunel pentru casete X –ray,radiotransparență,accesibilitatea brațului C. Dimensiunea Lungimea - minim -210mm Lățimea- minim 500 mm Atașarea de bază-mobilă Cu frâne, cu roțile,cu telecomandă,cu pupitr de comandă, cu șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei. Prezent Roti-4 unități Frâne-4 unități Accesorii obligatorii: Suport mină -1 unități	Conform anexei nr. 1 la Formularul Specificatii tehnice	CE/ISO

					Suport cot-2 unități Cadru anestetic – 1 unitate Suport braț cu mișcare orizontală - 1 unități Curea pentru picior - 2 unități Curea pentru abdomen - 1 unități Curea pentru mină - 2 unități Suport pentru operatii brat- 1 unități Tava pentru raze X - 1 unități Sprijin pentru piept - 1 unități Atasament pentru operatii genunchi – 1 unități Atasament public - 1 unități Curea pentru cadru anestetic - 1 unități Operațiuni: Posibilitatea de a include a bateriei interne,a accesoriilor pentru operațiile traumatologice, a accesoriilor pentru operațiile aortoscopice a accesoriilor pentru operațiile spinale. Posibilitatea de conectare la un soft pentru verificarea stării mesei. Prezența unui manual de utilizare în limba română. Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. Utilajul trebuie sa fie nou. Termen de garanție minim- 2ani.		
33100000-1	set pentru operatii trumatologice cu accesorii	EO-01 EO-02 EO-04 EO-07 EO-08 EO-09 EO-14	Polonia	Infimed	Descrierea tehnica: 2 dispozitive de extensie cu plăci de picior și curele. Accesoriile suplimentare trebuie atașate separat, fixate pe mufele suporturilor pentru picioare. Reglare pentru înălțimea dispozitivelor de extensii: 2350 mm. Distanța dintre dispozitivele de rulare și extensii de suport 300-1300mm. Reglarea pozițiilor brațelor de rotație 0-180 Reglarea lungimii brațelor atașamentelor ortopedice: 2600mm. Rol de suport –X-Ray. Fabricat din oțel inoxidabil cu finisaj mat,cu saltea din spumă acoperită cu piele artificială. Include Accesorii obligatorii: Suport pentru picior - 1 unități Suport pentru tencuială ghips - 1 unități Clema pentru atașamente ortopedice - 1 unități Atașament genunchi - 1 unități Suport pentru sold –decubit lateral - 1 unități Pantofi de piele pentru atașament ortopedic - 1 unități Utilajul trebuie sa fie nou. Termen de garanție minim- 2ani.	Conform anexei nr. 1 la Formularul Specificatii tehnice	CE/ISO
33100000-1	Lampă de operație cu 2 sateliți(120000+100000 lux)	Onyx TL-01(120000lx) + Onyx TL-01(100000lx)	Polonia	Infimed	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți. Lampă chirurgicală fără umbre destinată destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED Număr de sateliți -2 Indexul de culoare ≥95 Adâncimea≥80 cm Distanța de lucru cel puțin 07-1,4 m Nivelul de iluminare ≥120000 + 100000lux Rotația peste 260 grade Ajustare pe verticală,cm≥70 Creșterea temperaturii în câmpul operator<1°C Alimentarea Rețeaua electrică220V,50Hz Durata medie de viață a LEDurilor min 50 000h Mânere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului cel puțin 3 m Prezența unui manual de utilizare în limba română. Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. Utilajul trebuie sa fie nou. Termen de garanție minim- 2ani.	Conform anexei nr. 1 la Formularul Specificatii tehnice	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**