

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21476566/ ocds-b3wdp1-MD-1758021270412 din 16.09.2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Absorbante igienice, flux abundent	Absorbante igienice, flux abundent	Turcia	Sevincler	Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 2 Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice	Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice	Turcia	Sevincler	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac minim 80%, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac minim 80%, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO

Lot 3 Absorbante igienice, flux moderat	Absorbante igienice, flux moderat	Turcia	Sevincler	Absorbante pentru femei, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 4 Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice	Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice	Turcia	Sevincler	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac minim 80%, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac minim 80%, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 92 Bandă adezivă pe suport nețesut - 15 cm x 10 m	806012E	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Bandă adezivă pe suport nețesut - 15 cm x 10 m. Plăsture hipoalergic autoadeziv, pe suport de material nețesut, pentru fixarea pansamentului, cu adeziv sintetic. Elasticitatea materialului asigură mularea perfectă pe suprafețele curbe ale Corpului, oferind un confort sporit la purtare. Omnifix elastic este foarte permeabil la aer și vaporii de apă, prevenind macerarea pielii; prezintă aderență ridicată, poate fi îndepărtat ușor și fără să lase reziduuri. Produsul este transparent la radiații Roentgen.	Bandă adezivă pe suport nețesut - 15 cm x 10 m. Plăsture hipoalergic autoadeziv, pe suport de material nețesut, pentru fixarea pansamentului, cu adeziv sintetic. Elasticitatea materialului asigură mularea perfectă pe suprafețele curbe ale Corpului, oferind un confort sporit la purtare. Este foarte permeabil la aer și vaporii de apă, prevenind macerarea pielii; prezintă aderență ridicată, poate fi îndepărtat ușor și fără să lase reziduuri. Produsul este transparent la radiații Roentgen.	CE/ISO
Lot 93 Bandă adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (tip Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm	811301	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm (±0,5cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul	Pansamentul transparent tip Tegaderm I. V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor și pentru pansarea rănilor acute și cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 5,8 cm x 8 cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul	CE/ISO

				produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	
Lot 95 Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă	SD-04210-04	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Câmp chirurgical utilitar, material - nețesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Câmp chirurgical utilitar, material - nețesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO DM000 507741
Lot 96 Cearșaf laparoscopic steril	SD-04205-24	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	240/140x300(200+100)cm, (+/-5cm) Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	240/140x300(200+100)cm, (+/-5cm) Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor.	CE/ISO DM000 240934
Lot 98 Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil	SD-04204-08	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toată suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție de 72 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fara lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual	CE/ISO DM000 507739

				fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual		
Lot 99 Cearșaf TUR	SD-04803-01	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (+/-10cm)	Material nețesut 5 straturi SSMMS, de 60 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (+/-10cm)	CE/ISO DM000 240954
Lot 100 Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) L	OLYCH150	Turcia	OLEY TIBBI URUNLER MEDIKAL MALZEMEL ER SAN. TIC. LTD. STI.	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului	CE/ISO DM000 347126

				folosință. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD TDS pg. 3- 5	
Lot 101 Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) M	OLYCH100	Turcia	OLEY TIBBI URUNLER MEDIKAL MALZEMEL ER SAN. TIC. LTD. STI.	1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință.	CE/ISO DM000 347126

					Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD TDS pg 4-7	
Lot 102 Combinezoane de protecție (protecție înalță pentru secții ATI) XL	OLYCH200	Turcia	OLEY TIBBI URUNLER MEDIKAL MALZEMEL ER SAN. TIC. LTD. STI.	1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD TDS pg 4, 5, 8	CE/ISO DM000 347126

Lot 103 Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XXL	OLYCH300	Turcia	OLEY TIBBI URUNLER MEDIKAL MALZEMEL ER SAN. TIC. LTD. STI.	1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD TDS pg 4, 5, 9	CE/ISO DM000 347127
Lot 104 Combinezoane	OLYCM300	Turcia	OLEY TIBBI URUNLER MEDIKAL	1. Material: neșesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a	1. Material: neșesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a	CE/ISO

de protecție (protecție medie) XXL			MALZEMEL ER SAN. TIC. LTD. STI.	combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5. Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. 8. Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul.	combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5. Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. 8. Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul. TDS pg 4, 5, 10	DM000 347127
Lot 106 Container pentru evacuarea organului 1500ml	Container pentru evacuarea organului 1500ml	Romania	AlfaBrio SRL	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 1500 ml	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 1500 ml	CE/ISO
Lot 107 Container pentru	Container pentru evacuarea	Romania	AlfaBrio SRL	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 200-300 ml	Container pentru evacuarea organelor în timpul intervențiilor laparoscopice volum 200-300 ml	CE/ISO

evacuarea organului 200ml	organului 200ml					
Lot 109 Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L	BPTA00015	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Container pentru reziduuri medicale, plastic 1 L. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 111 Containere pentru ace 1 litru	BPTA00015	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Containere pentru ace 1 litru. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 112 Containere pentru ace 2 litri	BPTA00021	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 113 Costum radioprotecție XXL	4168F70B35	Turcia	OLEY TIBBI URUNLER MEDIKAL MALZEMELER SAN. TIC. LTD. STI.	Costum radioprotecție XXL, Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian.	Costum radioprotecție XXL, Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian.	CE/ISO

				Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, Bucată	Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, Bucată TDS pg. 11-13	
Lot 115 Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 15L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 20L	R Moldova	Combinatul de Articole din Carton	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă, grosimea 50-70 u., 15l Pictograma "Pericol biologic"*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă, grosimea 50-70 u., 20l Pictograma "Pericol biologic"*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	GOST, Aviz sanitar
Lot 116 Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7.5L	R Moldova	Combinatul de Articole din Carton	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă grosimea 50-70 u. 7.5l. Pictograma "Pericol biologic"*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase prevăzute cu saci din polietilenă, densitate înaltă grosimea 50-70 u. 7.5l. Pictograma "Pericol biologic"*. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	GOST, Aviz sanitar
Lot 125 Lenjerie intimă de unică folosință	BT-0023-35B-SMS	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP.	Chiloți de unică folosință cu gaură, pentru VCS. Ambalare individuală	Chiloți de unică folosință cu gaură, pentru VCS. Ambalare individuală	CE/ISO

			Z O.O. SP.K.			
Lot 128 Masca de Oxigen mărimea XL	MTW-XL	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	CE/ISO
Lot 131 Pansament anti combustie	KONIX 30x30	Turcia	TURKUAZ SAGLIK HIZMETLER I MEDIKAL	Pachet ermetic cu șervețel și gel anticomburst și antiseptic. Dimensiuni 30x30cm (±1cm)	Pachet ermetic cu șervețel și gel anticomburst și antiseptic. Dimensiuni 30x30cm (±1cm) Catalog pg. 7	CE/ISO
Lot 137 Pansament ocular ocluziv, steril	803011	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Dimensiune: 9.5 -10.5cm (+-0,5cm) X 6.5 - 7.5 cm (+-0,5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință.	Dimensiune: 9.5cm (+-0,5cm) X 6.5cm (+-0,5cm), formă ovală, steril, hipoalergic, antiseptic, cu marginile adezive circular. Ambalat individual, de unică folosință.	CE/ISO
Lot 138 Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui	NL105-S- 40Y	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 10cm x 10cm (±1cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din material medical netesut hiddrofilic, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 10cm x 10cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE/ISO
Lot 149 Plasture pe suport de material nețesut 10cm x10m	806011E	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Plasture pe suport de material nețesut 10cm x10m. Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apa, Fixare sigură și îndepărtare atraumatica, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă	Plasture pe suport de material nețesut 10cm x10m. Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicată pentru aer și vapori de apa, Fixare sigură și îndepărtare atraumatica, Divizarea hârtiei siliconate pentru a permite dimensionarea exactă	CE/ISO
Lot 150 Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm	801004E	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP.	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 15cm/8cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția	Plasturi sterili autoadezivi 15cm/8cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția	CE/ISO

			Z O.O. SP.K.	mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	mecanica a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	
Lot 151 Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm	801015E	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 20cm/10cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Plasturi sterili autoadezivi 20cm/10cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	CE/ISO
Lot 152 Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm	801017E	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 30cm/10cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Plasturi sterili autoadezivi 30cm/10cm Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	CE/ISO
Lot 153 Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm	801001E	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E sau echivalent 8cm/6cm (±1cm). Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	Plasturi sterili autoadezivi 7.2cm/5cm. Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material nețesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apa, Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele.	CE/ISO
Lot 158 Protector de pat 90x120cm	Protector de pat 90x180cm	Turcia	Sevincler	Protecție pentru pat împotriva pierderilor accidentale de urină, cu capacitate de absorbție suplimentară și o suprafață delicată, confecționată din celuloză moale, confortabilă	Protecție pentru pat împotriva pierderilor accidentale de urină, cu capacitate de absorbție suplimentară și o suprafață delicată, confecționată din celuloză moale, confortabilă	CE/ISO

				pentru piele Dimensiuni 90cmx120cm (±10cm). Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	pentru piele Dimensiuni 90cmx180cm. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	
Lot 166 Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru	BPTA00015	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Forma - paralelipiped dreptunghic. Capacitate 1L, dimensiuni 8x8x15-17cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Forma - cilindrica. Capacitate 1L, dimensiuni 103mm x 83mm x 177mm . Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-înțepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 167 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri	BPTA00010	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%) ; H: 13-15 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri; H: 13,6 cm- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner;- Culoare galbenă; - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 168 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-	BPTA00005	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H: 14-16cm	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1, 5 litri H: 14,7cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale	CE/ISO

Înțepătoare, 1,5 litri				- Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	
Lot 169 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 2,5 litri	BPTA00023	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 3 litri; H: 22,2cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO
Lot 170 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare,5,0 litri	BPTA00008	Turcia	MEDIKAL OLUSUM VE TIC. LTD. STI.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	CE/ISO

				dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.		
Lot 176 Șervețel material nețesut 40x40cm nesteril	SU-40004-01	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril.	Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Nesteril.	CE/ISO DM000 240939
Lot 177 Șervețel material nețesut 40x40cm steril	SU-40004-01	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril.	Șervețel material nețesut 29-35 g/m. p mărimi: 40x40cm. Steril.	CE/ISO DM000 240939
Lot 178 Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente	SD-00200-38	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.	Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente.	CE/ISO DM000 507742
Lot 180 Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm	SU-40004-08	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 50/60 g/m. p.. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul viscoză 70%, de unică folosință. Ambalaj a câte 10 buc.	Șervețele nesterile, 50cmx40cm (±2cm)densitatea 60 g/m. p.. Din material nețesut dublu absorbant, conținutul celuloza 70%, de unică folosință. Ambalaj a câte 10 buc.	CE/ISO DM000 370713
Lot 182 Șervetele sterile de tifon 10x10 cm	GS1710085-S	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Șervetele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Șervetele sterile de tifon 10*10 cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	CE/ISO DM000 501717
Lot 184 Șervețele sterile din tifon	GS1710085-S	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP.	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Șervețele sterile din tifon 10cmx10cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	CE/ISO DM000 501717

10cmx10cm, 8 straturi			Z O.O. SP.K.			
Lot 185 Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi	GS1705085-S	Polonia	ZARYS INTERNAT IONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	Șervețele sterile din tifon 5cmx5cm, 8 straturi. 5 bucăți în set.	CE/ISO DM000 501705
Lot 188 Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial	SP-05004-56	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dublu stratificat 1buc câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100%; Super absorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mâneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche;	1 buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm). triplu stratificat. 1 buc: câmp absorbant aprox. 60x70cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă. 1 buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/-5cm), dublu stratificat 1buc câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat. 1 buc: Câmp angiografie minim 240x350cm (+/-5cm); integru, impermeabil 100%; Super absorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; 4 orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70cm(+/-5cm); 1 buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă 1 buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm 2 buc: Halat chirurgical mânecile sudate cu ultrasunet, se va exclude mâneca cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche;	CE/ISO DM000 507753

				1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, inaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ; 1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“ Pachet accesorii 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinete acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000mm, 1 buc: Bisturiu cu miner din masă plastică Nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din Nitinol minim 175cm, J3, 0,035“ 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac puncție 18G x 70mm 1 buc: Ac seringă G22, 30mm 2 buc: Ac seringă G21, 40mm SERINGI LUER LOCK 1 buc: Seringă 20 ml 3 componente 1 buc: Seringă 10 ml 3 componente 1 buc: Seringă 5 ml 3 componente	1 buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent 1 buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, inaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea țintită a lichidului rezidual în tamponul absorbant, dotat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ; 1 buc: Bol transparent rotund 250 ml 1 buc: Pinceta plastic 1 buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal– 1 buc; 1 buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“ Pachet accesorii 1 buc: Seringă angio 12 ml cu rotator 1 buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinete acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistentă la 600 psi, integrată cu: - system pentru contrast din poliuretan minim 1800-2000mm, - system de perfuzie din poliuretan minim 1800-2000mm, cu aerisitor, - tub din poliuretan, minim 1800-2000mm, 1 buc: Bisturiu cu miner din masă plastică Nr. 11 1 buc: Ghid angiografic din Nitinol minim 175cm, J3, 0,035“ 30 buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame 1 buc: Ac puncție 18G x 70mm 1 buc: Ac seringă G22, 30mm 2 buc: Ac seringă G21, 40mm SERINGI LUER LOCK 1 buc: Seringă 20 ml 3 componente 1 buc: Seringă 10 ml 3 componente 1 buc: Seringă 5 ml 3 componente	
--	--	--	--	--	--	--

				1 buc: Seringă 3 ml 3 componente 1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/- 3cm)	1 buc: Seringă 3 ml 3 componente 1 buc: Tăviță dreptunghiulara 27 x 22 x 5cm (+/- 3cm)	
Lot 189 Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice	SP-05004-89	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafața : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafața : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din	CE/ISO DM000 507753

				viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.	viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.	
Lot 190 Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore	SP-05006-161	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe	CE/ISO DM000 507754

			nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen,	toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen,	
--	--	--	---	---	--

				color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucata. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc: Ac seringă 18G. 22. 1 buc: Ac seringă 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.	transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucata. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc: Ac seringă 18G. 22. 1 buc: Ac seringă 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.	
Lot 191 Set chirurgical steril jetabil pentru	SP-05006-161	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a)	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a)	CE/ISO DM000 507754

intervenții endovasculare majore			SAN. VE TIC. A.S Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm²); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m², cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm²; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea	Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm²); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m², cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m²; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm²; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de	
----------------------------------	--	--	---	---	--

			mâneșilor de 60cm (± 3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (± 5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (± 3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (± 3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (± 3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (± 1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“,	fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mâneșilor de 60cm (± 3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (± 5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (± 3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (± 3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (± 3cm).	
--	--	--	---	--	--

				rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/- 3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.	16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/- 3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2.	
Lot 192 Set clismă unică folosință	ZLN	Polonia	ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K.	Set clismă unică folosință (003316), Componenta a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis	Set clismă unică folosință (003316), Componenta a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf	CE/ISO

				rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exterioara în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	
Lot 196 Set pentru osteosinteză maxilo-facială	SP-01005-35	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masă de operație, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm): 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 25g/m2 și polietilenă minim 60 mcm. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300cm (± 10cm), aria de incizie transparentă 30 x 20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă super absorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 3) 2 buc.: Halat chirurgical standard, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 145cm (± 10cm); regiunea toracală minim 60cm; mâneca cusută cu laser.	Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masă de operație, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm): 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 25g/m2 și polietilenă minim 60 mcm. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300cm (± 10cm), aria de incizie transparentă 30 x 20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă super absorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 3) 2 buc.: Halat chirurgical standard, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 145cm (± 10cm); regiunea toracală minim 60cm; mâneca cusută cu laser.	CE/ISO DM000 240985

			4) 1 buc.: Câmp pentru masă ranforsat 150 x190cm (± 10cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 10cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m². 5) 1 buc.: Halat chirurgical standard, mărime L, din material nețesut SMS minim 40g/m², cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 135cm (± 5cm); regiunea toracală minim 55cm; mâneca cusută cu laser. 6) 2 buc.: Bol 120 ml, transparent 7) 1 buc.: Bol gradat 250 ml, albastru 8) 3 buc.: Stripuri adezive pentru plagă fină 12 x 100mm (± 5mm) 9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard. 10) 1 buc.: Container cu capac, 120 ml, transparent. 11) 1 buc.: Canulă de aspirație tip Yankauer 12 CH 12) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10x50cm (± 5cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m². 13) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 4-0, lungime 45cm. 14) 1 buc.: Bisturiu N15 15) 1 buc.: Bol renal 800 ml 16) 1 buc.: Seringă 10 ml Luer lock 17) 2 buc.: Seringă 20 ml Luer lock 18) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm. 19) 1 buc.: Câmp pentru pacient, absorbant, dimensiuni 175 x 175cm (± 2cm), cu bord adeziv pe o margine; zonă absorbantă pe toată suprafața, compus din minim 3 straturi: a) strat confort pentru pacient, din polipropilen minim 10g/m²; b) strat de polietilenă de minim 40 mcm grosime; c) strat	4) 1 buc.: Câmp pentru masă ranforsat 150 x190cm (± 10cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 10cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m². 5) 1 buc.: Halat chirurgical standard, mărime L, din material nețesut SMS minim 40g/m², cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 135cm (± 5cm); regiunea toracală minim 55cm; mâneca cusută cu laser. 6) 2 buc.: Bol 120 ml, transparent 7) 1 buc.: Bol gradat 250 ml, albastru 8) 3 buc.: Stripuri adezive pentru plagă fină 12 x 100mm (± 5mm) 9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard. 10) 1 buc.: Container cu capac, 120 ml, transparent. 11) 1 buc.: Canulă de aspirație tip Yankauer 12 CH 12) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10x50cm (± 5cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m². 13) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 4-0, lungime 45cm. 14) 1 buc.: Bisturiu N15 15) 1 buc.: Bol renal 800 ml 16) 1 buc.: Seringă 10 ml Luer lock 17) 2 buc.: Seringă 20 ml Luer lock 18) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm. 19) 1 buc.: Câmp pentru pacient, absorbant, dimensiuni 175 x 175cm (± 2cm), cu bord adeziv pe o margine; zonă absorbantă pe toată suprafața, compus din minim 3 straturi: a) strat confort pentru pacient, din polipropilen minim 10g/m²; b) strat de	
--	--	--	--	--	--

				absorbant din viscoză, minim 20 g/m ² . Capacitatea de absorbție – minim 1 g/dm ² .	polietilenă de minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m ² . Capacitatea de absorbție – minim 1 g/dm ² .	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@gmail.com

Site: www.medglobalfarm.md