

Specificații tehnice (F4.1)

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea		
Numărul licitației:	LP nr. 21017444			Data: 14-23 ianuarie 2020	Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:	Consumabile pentru cardiochirurgie			Lot:	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	4	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica	MASTERS mitral	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° - turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul testil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE, Marimea N 27 cu manjeta standart	CE, ISO
		Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica	MASTERS mitral	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic – Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75-85° - turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul testil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare s-au septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor international ISO, CE, Marimea N 29 cu manjeta standart	CE, ISO
33100000-1	5	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica	MASTERS HP aortic	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permit efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima - regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialu textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare sau septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE, marimea N 21,manjeta redusa	CE, ISO
		Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica	MASTERS HP aortic	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permit efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75-85° -turbulenta de staza minima - regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialu textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare sau septale,a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE, marimea N 23, manjeta standart	CE, ISO

<i>Cod CPV</i>	<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumirea poziției</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
1	2		3	4	5	6	7	8
		Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica	MASTERS HP aortic	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permit efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea $\geq 75-85^\circ$ turbulenta de staza minima - regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului , a hipertropiei musculare sau septale,a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE, marimea N 25, manjeta standart	CE, ISO
33100000-1	6	Proteze valvulare cardiace biologice	Epic supra aortic	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) - tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, Marimea N 21	CE, ISO
		Proteze valvulare cardiace biologice	Epic supra aortic	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) - tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, marimea N 23	CE, ISO
		Proteze valvulare cardiace biologice	Epic supra aortic	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	a.Aortice -tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent –tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor –configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) - tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani, marimea N 25	CE, ISO
33100000-1	7	Proteze valvulare cardiace biologice	Epic mitral	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	c.Mitrle-tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor - configuratie supraanulara -dizain radiopac -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate a protezelor minimum 3 -4 ani Marimea N 27	CE, ISO
		Proteze valvulare cardiace biologice	Epic mitral	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitarilor	c.Mitrle-tesut biologic a valvei: valva porcina sau pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,controlate,publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor - configuratie supraanulara -dizain radiopac -tratament cu glutar – aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE -perioada de valabilitate minimum 3 -4 ani Marimea N 29	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	8	Inel rigid pentru anuloplastie	Rigid Saddle	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitărilor	Mitrile -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -constructia inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman - constructie dintrun miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica - sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului –sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE N30	CE, ISO
		Inel rigid pentru anuloplastie	Rigid Saddle	SUA	St.Jude Medical	Conform solicitărilor	Mitrile -inel rigid pentru plastia valvei mitrale in trei dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma concavă, -constructia inelului sa conforma cu geometria normala a inelului anular uman - constructie dintrun miez de titan supramodelat cu silicon si acoperit cu pinza poliesterica - sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului -sa prezinte certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE N28	CE, ISO
33100000-1	15	Saltea antiescare	28566	Italia	Gima	Conform solicitărilor	tip fagure compus din pompa si saltea , sistem de reglare electrica al presiunii in functie de greutatea pacientului , material PVC realizat in conformitate cu normele medicale europene CE, grosime PVC 30microni, dimensiuni 200cm*90cm*7cm .	CE, ISO
33100000-1	16	Borcan pentru drenaj/aspirator	5,0002	Italia	Fazzini	Conform solicitărilor	Borcan pentru drenaj/aspirator -2000 ml, cu capac, gradat, autoclavabil	CE, ISO
33100000-1	17	Borcan pentru drenaj/aspirator	5,0001	Italia	Fazzini	Conform solicitărilor	1000ml -cu capac -gradat -autoclavabil	CE, ISO
33100000-1	19	Laringoscop cu set de lame	03,41000,721	Germania	Kawe	Conform solicitărilor	miner standart din metal cromat, cu lumina rece si fibra optica , baterie 1,5V-Typ C baterie miner 2,5V,A-28mm , potrivit pentru mai multe lame, Setul include 5 lame tip Machintosh din otel inoxidabil nr.0,1,2,3,4, autoclavabile, baterie reincarcabila, statie de incarcare si cutie pentru pastrare si transportare (03,41000,721+03,42013,601+03,42013,611+03,42013,621+03,42013,631+03,42013,641+12,80005,002+03,90002,261	CE, ISO
33100000-1	25	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac, specific p/u cardiochirurgie	Bx377	Romania	Biosintex	Conform solicitărilor	BIOPRO - Fir polipropilena,cardiovasculara, monofilament, non absorbabila, USP 2/0, L = 75 cm, ac = 20 mm, 1/2 cerc, rotund, 12 plicuri / cutie	CE, ISO
33100000-1	28,1	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx315	Romania	Biosintex	Conform solicitărilor	BIOPRO - Fir polipropilena,cardiovasculara, monofilament, non absorbabila, USP 3/0, L = 90 cm, ac = 20 mm, 1/2 cerc, rotund, 2 ace,	CE, ISO
33100000-1	28,2	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx314-1	Romania	Biosintex	Conform solicitărilor	BIOPRO - Fir polipropilena, cardiovasculara, monofilament, non absorbabila, USP 3/0, L = 90 cm, ac = 17.5 mm, 1/2 cerc, rotund, 2 ace	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	28,3	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx330	Romania	Biosintex	Conform solicitarilor	BIOPRO - Fir polipropilena, cardiovasculara, monofilament, non absorbabila,USP 3/0, L = 90 cm, ac = 26.2 mm, 1/2 cerc, rotund, 2 ace	CE, ISO
33100000-1	28,4	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx349	Romania	Biosintex	Conform solicitarilor	BIOPRO - Fir polipropilena, cardiovasculara, monofilament, non absorbabila USP 2/0, L = 90 cm, ac = 36.6 mm, 1/2 cerc, rotund, 2 ace	CE, ISO
33100000-1	28,5	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx331	Romania	Biosintex	Conform solicitarilor	BIOPRO - Fir polipropilena, cardiovasculara, monofilament, non absorbabila USP 4/0, L = 75 cm, ac = 22.2 mm, 1/2 cerc, rotund, 2 ace	CE, ISO
33100000-1	28,6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx314	Romania	Biosintex	Conform solicitarilor	BIOPRO - Fir polipropilena, cardiovasculara, monofilament, non absorbabila, USP 4/0, L = 90 cm, ac = 17.5 mm, 1/2 cerc, rotund, 2 ace	CE, ISO
33100000-1	28,7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx342	Romania	Biosintex	Conform solicitarilor	BIOPRO - Fir polipropilena, cardiovasculara, monofilament, non absorbabila, USP 5/0, L = 75 cm, ac = 17.5 mm, 1/2 cerc, rotund, 2 ace	CE, ISO
33100000-1	29,1	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx370	Romania	Biosintex	Conform solicitarilor	BIOPRO - Fir polipropilena, vasculara, monofilament, non absorbabila,USP 3/0, L = 75 cm, ac = 17.5 mm, 1/2 cerc, rotund	CE, ISO
33100000-1	29,2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bx108	Romania	Biosintex	Conform solicitarilor	BICRIL - Fir acid poliglicolic, cardiovasculara, monofilament, non absorbabila, USP 2/0, L = 75 cm, ac = 30 mm, 1/2 cerc, rotund	CE, ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL, Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65, of. 607

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]									
Numărul licitației: 21017444						Data: 14-23 ianuarie 2020		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: Consumabile pentru cardiochirurgie						Lot: _____		Pagina: _1_ din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	4	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica	Buc.	13	9480,00	9480,00	123240,00	123240,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	5	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica	Buc.	13	9480,00	9480,00	123240,00	123240,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	6	Proteze valvulare cardiace biologice	Buc.	6	9480,00	9480,00	56880,00	56880,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	7	Proteze valvulare cardiace biologice	Buc.	4	14990,00	14990,00	59960,00	59960,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	8	Inel rigid pentru anuloplastie	Buc.	10	10000,00	10000,00	100000,00	100000,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	15	Saltea antiescara	Bucată	2	920,00	1104,00	1840,00	2208,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	16	Borcan pentru drenaj/aspirator	Bucată	10	345,00	414,00	3450,00	4140,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	17	Borcan pentru drenaj/aspirator	Bucată	10	300,00	360,00	3000,00	3600,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	19	Laringoscop cu set de lame	Bucată	2	9950,00	11940,00	19900,00	23880,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	25	Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac, specific p/u cardiochirurgie	Bucată	200	12,90	13,93	2580,00	2786,40	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	28,1	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	200	12,90	13,93	2580,00	2786,40	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	28,2	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	36	22,70	24,52	817,20	882,58	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	28,3	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	72	25,50	27,54	1836,00	1982,88	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	28,4	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	10	21,65	23,38	216,50	233,82	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	28,5	Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	150	19,00	20,52	2850,00	3078,00	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020

<i>Cod CPV</i>	<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumirea poziției</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>	<i>Preț unitar (fără TVA)</i>	<i>Preț unitar (cu TVA)</i>	<i>Suma (fără TVA)</i>	<i>Suma (cu TVA)</i>	<i>Termenul de livrare/prestare</i>
1		2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	28,6	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	72	22,70	24,52	1634,40	1765,15	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	28,7	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	72	23,00	24,84	1656,00	1788,48	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	29,1	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	72	14,00	15,12	1008,00	1088,64	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
33100000-1	29,2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen	Bucată	108	14,00	15,12	1512,00	1632,96	01 februarie 2020-31 DECEMBRIE 2020
Suma totală:							508.200,10 lei	515.173,31 lei	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str/ Tighina 65,of. 607