

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1736167330991 din 12.02.2025

Obiectul achiziției: Reactive - 2025

		Denumirea	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina spropusa de catre ofertant	Standar de de referinta
		4. COBAS c501, Roche Diagnostics (analizator automat chimie clinică)						
	4	4.1. AST (GOT) PYP -	*ASTLP, 425 test Integra, Cobas C 4467493190	Germania	Roche Diagnostics	4.1. AST (GOT) PYP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a AST în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.1. AST (GOT) PYP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a AST în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	CE
		4.2. ALT (GPT) PYP -	ALTLP, 275Test, Integra, Cobas C 04467388190	Germania	Roche Diagnostics	4.2. ALT (GPT) PYP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a ALT în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.2. ALT (GPT) PYP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a ALT în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	CE
		4.3. Albumin -	*ALB BCG Gen2, 300 tests, integra, cobas c 03183688122	Germania	Roche Diagnostics	4.3. Albumin - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a albuminei în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.3. Albumin - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a albuminei în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE

4.4. Fosfataza Alcaină -	*ALP IFCC Gen 2, 400T 03333701190	Germania	Roche Diagnostics	4.4. Fosfataza Alcaină - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a fosfatazei alcaline în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS	4.4. Fosfataza Alcaină - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a fosfatazei alcaline în ser/plasmă umană. C Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.5. alfa-Amylase -	*AMYL Gen.2, 300 tests, cobas c, Integra 03183742122	Germania	Roche Diagnostics	4.5. alfa-Amylase - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a alfa-amilazei în ser/plasmă/urina umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.5. alfa-Amylase - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a alfa-amilazei în ser/plasmă/urina umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.6. Calciu -	CA, 300 Tests Cobas c, Integra 05061482190	Germania	Roche Diagnostics	4.6. Calciu - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a Ca în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.6. Calciu - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a Ca în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.7. Cholesterol total -	*CHOL HiCo Gen 2 400 Test Integra, Cobas C 03039773190	Germania	Roche Diagnostics	4.7. Cholesterol total - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului totale în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.7. Cholesterol total - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului totale în ser/plasmă umană. : Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. .	CE
4.8. Creatinine -	*CREAJ Gen.2 700 Test, Cobas c, integra 04810716190	Germania	Roche Diagnostics	4.8. Creatinine - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a creatininei în ser/plasmă/urina umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.8. Creatinine - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a creatininei în ser/plasmă/urina umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE

4.9. Gamma-GT -	*GGT Gen 2 400 Test Integra, Cobas C 03002721122	Germania	Roche Diagnostics	4.9. Gamma-GT - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Flacon de reactiv standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității gamaglutamiltransferazei în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.9. Gamma-GT - Flacon de reactiv standard pentru aparat , specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității gamaglutamiltransferazei în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.10. Glucose HK -	*GLUC HK Gen 3. 800 TestIntegra, Cobas C 04404483190	Germania	Roche Diagnostics	4.10. Glucose HK - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a glucozei în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.10. Glucose HK -Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a glucozei în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.11. Iron -	*IRON GEN 2 200 test Integra, Cobas C 03183696122	Germania	Roche Diagnostics	4.11. Iron - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a fierului în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.11. Iron - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a fierului în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.12. LDH -	*LDHI Gen. 2 IFCC, 300 test, Integra, Cobas C 03004732122	Germania	Roche Diagnostics	4.12. LDH - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității LDH în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.12. LDH - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității LDH în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. .	CE

4.13. Magneziu -	*MG G2, 250Tests, cobas c 06481647190	Germania	Roche Diagnostics	4.13. Magneziu - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a Mg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.13. Magneziu - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a Mg în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.14. Total Protein -	*TP Gen 2, 300 Tests, Cobas C, Integra 03183734190	Germania	Roche Diagnostics	4.14. Total Protein - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a proteinei totale în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.14. Total Protein - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a proteinei totale în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.15. Trigliceride -	*TRIGL , 250 test Integra, Cobas C 20767107322	Germania	Roche Diagnostics	4.15. Trigliceride - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a trigliceridelor în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.15. Trigliceride - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a trigliceridelor în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.16. Urea -	*UREAL, 500 test Integra, Cobas C 04460715190	Germania	Roche Diagnostics	4.16. Urea - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a ureiei în ser/plasmă/urina umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.16. Urea - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a ureiei în ser/plasmă/urina umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE

4.17. Uric Acid -	*UA Gen 2, 400 Test Integra, Cobas C 03183807190	Germania	Roche Diagnostics	4.17. Uric Acid - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a acidului uric în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.17. Uric Acid - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a acidului uric în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.18. LDL Colesterol -	*LDL-C gen.3, 200T, cobas c, Int 07005717190	Germania	Roche Diagnostics	4.18. LDL Colesterol - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului LDL în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.18. LDL Colesterol - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului LDL în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.19. HDL Colesterol -	*HDL-C Gen.4, 350Tests cobas C, Integra 07528566190	Germania	Roche Diagnostics	4.19. HDL Colesterol - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului HDL în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.19. HDL Colesterol - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului HDL în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.20. Bilirubina directa -	*Bil-D , 350 tests, Integra, cobas C 05589061190	Germania	Roche Diagnostics	4.20. Bilirubina directa - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a bilirubinei directe în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.20. Bilirubina directa -Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a bilirubinei directe în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE

4.21. Bilirubina totala -	*BIL-T Gen.3, 250 teste cobas c 05795397190	Germania	Roche Diagnostics	4.21. Bilirubina totala - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a bilirubinei totale în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.21. Bilirubina totala - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a bilirubinei totale în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.22. CK creatinfosfokinaza -	*CK 200 test Integra, Cobas C 07190794190	Germania	Roche Diagnostics	4.22. CK creatinfosfokinaza - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității CK în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.22. CK creatinfosfokinaza - : Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității CK în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.23. Fosfor	*Phos Gen.2, 250 tests, cobas C, Integra 03183793122	Germania	Roche Diagnostics	4.23. Fosfor - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a fosforului în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.23. Fosfor - Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a fosforului în ser/plasmă umană. Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	CE
4.24. Amoniac -	*NH3, 150test, cobas c, Integra 20766682322	Germania	Roche Diagnostics	4.24. Amoniac - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a amoniacului în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.24. Amoniac - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Cobas c501, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a amoniacului în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	CE

4.25. Amoniac Calibrator -	*NH3/ETH/CO2 Calibrator 20751995190	Germania	Roche Diagnostics	4.25. Amoniac Calibrator - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori la amoniac, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.25. Amoniac Calibrator - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori la amoniac, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	CE
4.26. Amoniac Control normal -	*NH3/ETH/CO2 Control N 20752401190	Germania	Roche Diagnostics	4.26. Amoniac Control normal - Cerințe specifice pentru set de control: Control normal la amoniac, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.26. Amoniac Control normal - Cerințe specifice pentru set de control: Control normal la amoniac, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	CE
4.27. Amoniac Control patologic -	*NH3/ETH/CO2 Control A 20753009190	Germania	Roche Diagnostics	4.27. Amoniac Control patologic - Cerințe specifice pentru set de control: Control patologic la amoniac, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.27. Amoniac Control patologic - Cerințe specifice pentru set de control: Control patologic la amoniac, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	CE
4.28. Cartridge cu electrod K -	*Cartridge K, K Electrode 10825441001	Germania	Roche Diagnostics	4.24. Cartridge cu electrod K - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Cartridge cu electrod K specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.24. Cartridge cu electrod K - Cartridge cu electrod K specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE

4.29. Cartridge cu electrod Na -	*Cartridge NA, Na Electrode 10825468001	Germania	Roche Diagnostics	4.25. Cartridge cu electrod Na - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Cartridge cu electrod Na specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.25. Cartridge cu electrod Na - Cartridge cu electrod Na specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.30. Cartridge cu electrod Cl -	*Cartridge CL, Cl Electrode 03246353001	Germania	Roche Diagnostics	4.26. Cartridge cu electrod Cl - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Cartridge cu electrod Cl specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.26. Cartridge cu electrod Cl - Cartridge cu electrod Cl specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.31. Electrode de referință -	*Reference Electrode, Electrode de referinta 03149501001	Germania	Roche Diagnostics	4.27. Electrode de referință - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Cartridge cu electrod de referință specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.27. Electrode de referință - Cartridge cu electrod de referință specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.32. ISE Standart 10*3ml Low -	*ISE Standard low 10*3 ml 11183974216	Germania	Roche Diagnostics	4.28. ISE Standart 10*3ml Low - Cerințe specifice pentru set diagnostic: ISE Standart Low specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.28. ISE Standart 10*3ml Low - ISE Standart Low specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.33. ISE Standart 10*3ml Ligh -	*ISE Standard high 10*3 ml 11183982216	Germania	Roche Diagnostics	4.29. ISE Standart 10*3ml Ligh - Cerințe specifice pentru set diagnostic: ISE Standart Ligh specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.29. ISE Standart 10*3ml Ligh - ISE Standart Ligh specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE

4.34. ISE internal standart -	*ISE Int. stand. gen.2, coabs C, Hitachi, 04522320190	Germania	Roche Diagnostics	4.30. ISE internal standart - Cerințe specifice pentru set diagnostic: ISE Standart Internal specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.30. ISE internal standart - ISE Standart Internal specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.35. ISE Diluent -	*ISE Diluent Gen.2, cobas C, Hitachi 04522630190	Germania	Roche Diagnostics	4.31. ISE Diluent - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de ISE soluție diluent specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.31. ISE Diluent - Setul de ISE soluție diluent specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.36. ISE Soluție electrolite referens -	*ISE Reference Electrolyte 11360981216	Germania	Roche Diagnostics	4.32. ISE Soluție electrolite referens - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de ISE soluție electrolite referens specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.32. ISE Soluție electrolite referens - Setul de ISE soluție electrolite referens specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.37. ISE soluție cleaning -	*Ise Cleaning Solutions SysClean 11298500316	Germania	Roche Diagnostics	4.33. ISE soluție cleaning - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție cleaning, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.33. ISE soluție cleaning -Setul de soluție cleaning, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. : Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.38. NaOH-D -	*NaOH-D, cobas C 04489241190	Germania	Roche Diagnostics	4.34. NaOH-D - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de NaOH-D, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.34. NaOH-D - Setul de NaOH-D, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE

4.39. Soluție p/u spălare SMS -	*SMS, cobas C 04489225190	Germania	Roche Diagnostics	4.35. Soluție p/u spălare SMS - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție pentru spălare SMS, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.35. Soluție p/u spălare SMS - Setul de soluție pentru spălare SMS, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.40. NaCl 9% diluent (c-pack) -	*NACL 9%, cobas C 04489357190	Germania	Roche Diagnostics	4.36. NaCl 9% diluent (c-pack) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție NaCl 9% diluent, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.36. NaCl 9% diluent (c-pack) - Setul de soluție NaCl 9% diluent, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. .	CE
4.41. NaOH Basic Detergent 2*1,8L -	*NaOH-D/Basic wash 2*1,8 L 04880285190	Germania	Roche Diagnostics	4.37. NaOH Basic Detergent 2*1,8 L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție NaOH Basic detergent, original, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.37. NaOH Basic Detergent 2*1,8 L - Setul de soluție NaOH Basic detergent, original, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.42. Acid detergent 2*1,8L -	*Acid wash solution 2*1,8 L 04880307190	Germania	Roche Diagnostics	4.38. Acid detergent 2*1,8 L - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție cu acid detergent, original, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.38. Acid detergent 2*1,8 L - Setul de soluție cu acid detergent, original, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.43. Sample cleaner -	*Sample Cleaner 1, cobas c 04708725190	Germania	Roche Diagnostics	4.39. Sample cleaner - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de Soluție sample cleaner, original, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.39. Sample cleaner - Setul de Soluție sample cleaner, original, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE

4.44. Detergent HIT 917_ 59,5ml*12 -	*EcoTergent c501/502 06544410190	Germania	Roche Diagnostics	4.40. Detergent HIT 917 59,5 ml*12 - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de Detergent HIT 917, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.40. Detergent HIT 917 59,5 ml*12 - Setul de Detergent HIT 917, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.45. Lampa fotometrică -	*Lamp Halogen Assy 12V/50W 04813707001	Germania	Roche Diagnostics	4.41. Lampa fotometrică - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurarea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.41. Lampa fotometrică - Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurarea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Cobas c501. : Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE dispozitiv
4.46. Set cuve de reacție -	*Reaction cell sets for Cobas c 501, cuve de reacție 04854241001	Germania	Roche Diagnostics	4.42. Set cuve de reacție - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de cuve de reacție, specifice după volum și formă pentru analizatorul automat de biochimie Cobas c501, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.42. Set cuve de reacție - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de cuve de reacție, specifice după volum și formă pentru analizatorul automat de biochimie Cobas c501, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	CE dispozitiv
4.47. Material de control Multi I -	*PreciControl ClinChem Multi1 20x5ml 05117003190	Germania	Roche Diagnostics	4.43. Material de control Multi I - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.43. Material de control Multi I - Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE

4.48. Material de control Multi II -	*PreciControl ClinChem Multi 2 20x5ml 05117216190	Germania	Roche Diagnostics	4.44. Material de control Multi II - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.44. Material de control Multi II - Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.49. Multi-calibrator universal -	*Cfas 12x3ml 10759350190	Germania	Roche Diagnostics	4.45. Multi-calibrator universal - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori multiconstituenți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.45. Multi-calibrator universal - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori multiconstituenți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.50. Calibrator lipide -	*Cfas Lipids 3x1ml 12172623122	Germania	Roche Diagnostics	4.46. Calibrator lipide - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori la lipide, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.46. Calibrator lipide - Set de calibratori la lipide, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE
4.51. Calibrator CFAS 12*3ml -	*Cfas 12x3ml 10759350190	Germania	Roche Diagnostics	4.47. Calibrator CFAS - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori multiconstituenți CFAS, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.47. Calibrator CFAS - Set de calibratori multiconstituenți CFAS, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE

	4.52. Reșina ionică MBH 100 -	*Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni 11404954001	Germania	Roche Diagnostics	4.48. Reșina ionică MBH 100 - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Reșina ionică MBH 100 pentru analizatorul automat de biochimie Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.48. Reșina ionică MBH 100 : Reșina ionică MBH 100 pentru analizatorul automat de biochimie Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	certif de calitate
	4.53. Set filtre p/u demineralizarea apei -	K	MD	Lumea Filtrelor	4.49. Set filtre p/u demineralizarea apei - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Filtru de apa propriu și compatibil cu analizatorul automat de biochimie Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.49. Set filtre p/u demineralizarea apei - Filtru de apa propriu și compatibil cu analizatorul automat de biochimie Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător	certif de calitate
	4.54. Set p/u mentenanță tip 1 -	*Kit maintenance 1 C501 (6 months) 05521521001	Germania	Roche Diagnostics	4.50. Set p/u mentenanță tip 1 - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de mentenanță tip I, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului automat de chimie clinică Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.50. Set p/u mentenanță tip 1 - Set de mentenanță tip I, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului automat de chimie clinică Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE dispozitiv
	4.55. Set p/u mentenanță tip II -	*Kit Maintenance 4 C501 (12 months) 07783175001	Germania	Roche Diagnostics	4.51. Set p/u mentenanță tip II - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de mentenanță tip II, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului automat de chimie clinică Cobas c501. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	4.51. Set p/u mentenanță tip II - Set de mentenanță tip II, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului automat de chimie clinică Cobas c501. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD.	CE dispozitiv
53	53. Anaerobe						
	52.1. Box - Jar 2,5l (p/u incubarea a 12 placi)	*AG0025 Anaerobar	MB	ThermoFisher	1.Box-Jar 2,5 L (pentru incubarea a 12 placi)	1.Box-Jar 2,5 L (pentru incubarea a 10- 12 placi)	CE
	52.2. Generator de atmosferă p/u bacterii anaerobe	*AN0025A Anaerogen 2.5L	MB	ThermoFisher	2.Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe	2.Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe N10/set	CE
	52.3. Indicator anaerobic	*BR0055B Anaerobic indicator	MB	ThermoFisher	3.Indicator anaerobic	3.Indicator anaerobic N100	CE

56	56. Staphytect plus 10	DR0850M Staphytect Plus 100Tests	MB	ThermoFisher	54. Staphytect plus 10 - Latex test aglutinare p/u stafilococi. Marcaj CE, Ambalaj solicitat: 100teste/ambalaj	54. Staphytect plus 10 - Latex test aglutinare p/u stafilococi. Marcaj CE, Ambalaj solicitat: 100teste/ambalaj	CE
----	------------------------	--	----	--------------	--	--	----

Semnat:_____ Numele, prenumele:V.Buga În calitate de: product manager

Ofertantul :IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5