

Specificatii tehnice

Numarul licitatiei: LP nr. 21093931	Data: 27.11.2023
Denumirea licitatiei: Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (lista suplimentara 24)	

Nr. Lot	Denumire Lot / Pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
2	3	4	5	6	7	8
14	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)	Starled5 NX/MC2 + Starled3 NX (inregistrat in Registrul de Stat cu nr. DM000500288 din 10.05.2023)	Italia	ACEM SpA	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminei da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil da Diametrul 24-34 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux Rotația 270 grade	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) – DA Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți – DA Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) – DA Numărul de sateliți 2 – DA Temperatura culorii – DA, 4500 K standard (Broșura 5NX – pag.5) Reglabilă – DA (Broșura 5NX – pag.5) Reglarea intensității luminii – DA, de la 5% la 100 % (Broșura 5NX – pag.5) Indexul de culoare – 98 (Broșura 5NX – pag.5) Dimensiunea câmpului, cm Focusabil – DA (Broșura 5NX – pag.4) Diametrul - 24-33 cm (Broșura 5NX – pag.5) Adâncimea - 117 cm (Broșura 5NX – pag.5) Distanța de lucru - 70-150 cm (Broșura 5NX – pag.5)

Cod Fiscal 1018600025629; Banca Comerciala Romana, Chisinau S.A.

					<p>Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în câmpul operator $< 1^\circ \text{C}$ Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Da Înălțimea podului 3-4 m</p>	<p>Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 - 160 000 lux, (Broșura 5NX – pag.5) satelitul nr.2 - 160 000 lux (Broșura 3NX – pag.5) Rotația 270 grade – DA Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 – DA Cresterea temperaturii în câmpul operator $< 1^\circ \text{C}$ – DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz – DA (Broșura 5NX – pag.5) Durata medie de viață a LED-urilor - 60000 h (Broșura 5NX – pag.5) Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate – DA Mînere detașabile sterilizabile – DA, (pdf "pag.6") Panou de control integrat în lampa principală – DA, (pdf "pag.6") Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video – DA (ACEM Declaration) Înălțimea podului 3-4 m – DA</p>
15	Masă pentru operații (caracteristici avansate)	SU-03 (Înregistrat cu Nr. DM000500272 din 10.05.2023)	Polonia	Famed	<p>Masă pentru operații (caracteristici avansate) Parametrul Specificația Descriere Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică da Mărimile blatului mesei Lungimea > 200 cm Lățimea cu șinile laterale > 55 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 65 ± 10cm pozitie jos și minim 100 ± 10 pozitie sus Deplasarea longitudinală bidirecțională > 30 cm</p>	<p>Masă pentru operații (caracteristici avansate) Parametrul Specificația Descriere Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Tip masă Electrohidraulică – DA, pag 2 Mărimile blatului mesei Lungimea - 206 cm, pag. 8 Lățimea cu șinile laterale - 55 cm, pag. 8 Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 68 cm pozitie jos și 100 cm, pozitie sus, pag. 8</p>

				<p>Trendelemburg ≥ 30 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 30 grade Flex ≥ 220 grade Reflex ≥ 110 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare da Înclinarea Laterală ≥ 25 grade Secția spate de la +80 la -40 grade (minim) Secțiile picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabile divizate Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare ≥ 250 kg Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Diametru roților ≥ 75 mm Saltea masă de operație Grosimea ≥ 70 mm Saltea din spumă de memorie da Îneliș lavabil, impermeabil da Îneliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți) da Divizată pentru fiecare secție în parte da Sistem de frinare a bazei electrică Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei da Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări</p>	<p>Deplasarea longitudinală bidirecțională > 30 cm – DA, pag. 8 Trendelemburg - 40 grade, pag. 8 Inversarea trendelemburgului - 40 grade, pag. 8 Flex - 220 grade, pag. 7 Reflex - 100 grade, pag. 7 Secțiile mesei ≥ 5 secții – DA Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare – DA, pag. 4 Înclinarea Laterală - 30 grade, pag. 8 Secția spate de la -40 la +85 grade, pag. 8 Secțiile picior de la +30 la - 90 grade, pag. 8 Detașabile – DA Divizate – DA Secția cap de la -50 la +55 grade , pag. 8 Greutatea pacientului Capacitate maximă de ridicare - 350 kg, pag. 8 Capacitate minimă articulație ≥ 250 kg – DA Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie Tunel/ suport pentru casete X-ray- pe toată lungimea mesei Radiotransparență – DA, pag. 2 Accesibilitatea brațului C – DA, pag. 2 Mărimea casetelor minim 35x43 cm– DA Atașarea de bază mobilă Diametru roților - 125 mm, pag. 4 Saltea masă de operație Grosimea - 40 mm, pag. 4 Saltea din spumă de memorie – DA, pag. 4 Îneliș lavabil, impermeabil – DA, pag. 2 Îneliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfecțanți) – DA, pag. 2 Divizată pentru fiecare secție în parte – DA Sistem de frinare a bazei electrică</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Telecomndă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și minim prin tehnologia IR (Infraroșu)/ wireless (fără fir)</p> <p>Da</p> <p>Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei da</p> <p>Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială da</p> <p>Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei</p> <p>Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stîng și drept 1 set</p> <p>Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc</p> <p>Suport mâini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare 2 unit.</p> <p>Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare 1 unit.</p> <p>Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare 1 pereche</p> <p>Suport pentru mîină la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit.</p> <p>Masa Mayo cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit.</p> <p>Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit.</p> <p>Suport pentru cap din gel, tip inel 1 unit.</p> <p>Garanție obligatorie din dată de instalare ≥ 3 ani</p>	<p>Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei – DA</p> <p>Alimentarea electrică 220 V, 50 Hz</p> <p>Baterie internă cu autonomie ≥ 60 manipulări – DA</p> <p>Telecomndă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și minim prin tehnologia IR (Infraroșu)/ wireless (fără fir) – DA, bluetooth, pag. 6</p> <p>Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei – DA</p> <p>Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială – DA</p> <p>Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei – DA</p> <p>Accesorii Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stîng și drept 1 set – DA</p> <p>Telecomandă wireless (fără fir) 1 buc – DA</p> <p>Suport mâini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare 2 unit. – DA</p> <p>Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare 1 unit. – DA</p> <p>Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare 1 pereche – DA</p> <p>Suport pentru mîină la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. – DA</p> <p>Masa Mayo cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. – DA</p> <p>Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare 1 unit. – DA</p> <p>Suport pentru cap din gel, tip inel 1 unit. – DA</p>
--	--	--	--	--	---

						Garanție obligatorie din dată de instalare - 3 ani – DA
17	Masă autopsie	MOT 2010	Turcia	Mixta	<p>Masa autopsie Constructiv Ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm. Gabaritele mesei: lungimea x lățimea x înălțimea 2100-2600 x 810 x 860 mm Capacitatea de încărcare minim 180 kg În complecția mesei obligatoriu se includ accesoriiile: Elemente de lucru susținător cap din inox; susținător spate din inox; măsuță pentru instrumente din inox Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; amestecător cu furtun; sifon;VA Termenul de garanție 24 luni. Service gratuit în perioada garanției da</p>	<p>Masa autopsie Constructiv Ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm. – DA Gabaritele mesei: 2650 (L) x 900 (I) x 900 (H) mm ± 30mm Capacitatea de încărcare minim 180 kg – DA În complecția mesei obligatoriu se includ accesoriiile: Elemente de lucru: - susținător cap din inox; – DA - susținător spate din inox; – DA - măsuță pentru instrumente din inox – DA Elemente de tehnică sanitară: - amestecător simplu; – DA - amestecător cu furtun; – DA - sifon; – DA - VA – DA Termenul de garanție 24 luni. – DA Service gratuit în perioada garanției – DA</p>

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Specificatii de pret

Numarul licitatiei: LP nr. 21093931	Data: 27.11.2023
Denumirea licitatiei: Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (lista suplimentara 24)	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot / pozitie	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma (fără TVA)	Termenul de livrare	Valoarea estimativa fara TVA
33100000-1	14	Lampă chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)	Buc.	2	196.460,00	392.920,00	Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	440.000,00
33100000-1	15	Masă pentru operații (caracteristici avansate)	Buc.	1	489.000,00	489.000,00		500.000,00
33100000-1	17	Masă autopsie	Buc.	1	84.000,00	84.000,00		100.000,00
TOTAL						965.920,00		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau