

Numărul procedurii de achiziție:

21020907 din 05 aprilie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor parafarmaceutice

Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prodn-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
43	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,renghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu singele si tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al pozitiei cateterului in vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent in sectie), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metallic, la flexie să nu formeze unghiuiri (e de dorit sa fie din material nitinol).	CVC-2176	Fornia	Germania	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,renghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu singele si tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al pozitiei cateterului in vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent in sectie), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metallic, la flexie să nu formeze unghiuiri (e de dorit sa fie din material nitinol).	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,renghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la indoire si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu singele si tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al pozitiei cateterului in vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent in sectie), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metallic, la flexie să nu formeze unghiuiri (e de dorit sa fie din material nitinol). Codul Produsului: CVC-2176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi su mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat

23

Numele, Prenumele: Budurin Igor

În calitate de: director

Ofertantul: "CRAZY PRICE MEDICAL" SRL

Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

