

Specificații tehnice (F4.1)

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din 15 09 2021

	Numărul licitației:	COP nr. 21120109/ ocds-b3wdp1-MD-1700481079907			Data: 27.11.2023		
	Denumirea licitației:	Cateter electrod ablație, IMSP Institutul de Cardiologie			Alternativa nr.: nu	Pagina: 1 din 1	
Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F	Flexability, REF: A701125 sau A701128	USA	ABBOTT / St. Jude Med	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 3,5 sau 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 1,5-5-2 și 2-5-2 mm, energia de RF maximal aplicabilă – pina la 50 Wt, temperatura maxima setata – 50C, durata maxima de aplicare – pina la 120 sec. Cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiac. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. NB: trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru și dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 3,5 sau 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 1,5-5-2 și 2-5-2 mm, energia de RF maximal aplicabilă – pina la 50 Wt, temperatura maxima setata – 50°C, durata maxima de aplicare – pina la 120 sec. Cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 115 cm. Catetere cu posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiac. Catetere compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. NB: corespund codului ofertat si disponibil in dimensiunile propuse de producator. Atasam pagina din catalog.	<i>Declaratie de conformitate + nr. Inregistrare RS al AMDM: DM000512700, DM000512702</i>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: Director general

Ofertantul: "GBG-MLD" S.R.L.; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisora 64/2