

Numărul procedurii de achiziție: 21015980 din 09 decembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	2	2.Ac puncție lombară 22G-G23	SQ22110-19	Akus	China	Quincke-slipping 0,7x88mm :22Gx3 1/2; steril; aprotogen; ambalat individual.	Quincke-slipping 0,7x88mm :22Gx3 1/2; steril; aprotogen; ambalat individual. Codul Produsului: SQ22110-19 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	3	3.Ac puncție spinală 25G cu știlet	SW25092-21	Akus	China	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanța vârful-orificiului 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu știlet 32mm, d 0,9mm.	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu știlet 32mm, d 0,9mm. Codul Produsului:SW25092-21 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	4	4.Ac puncție spinală p/u obezi	SW22110-19	Akus	China	Pencil-Point, 22G - 25G, conector transparent, Lungimea acului 120 - 150mm, distanța vârful-orificiului 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu știlet 32mm, d 0,9mm.	Pencil-Point, 22G - 25G, conector transparent, Lungimea acului 120 - 150mm, distanța vârful-orificiului 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu știlet 32mm, d 0,9mm. Codul Produsului:SW22110-19 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	8	8.Ac neurostimulator și control USG	BN21140	Akus	China	P/u neurostimulare și monitorizare cu ultrasunete ecogenitatea cu laser tag-ul modele de formular care permite îmbunătățirea siguranței a procedurii prin ecografie de control dovedita puncție caracteristici oprire, 30 ° cu fațete laterale suplimentare electrod puncte p/u precizie maximă, electroneurostimulation, înaltă calitate ac strat de izolare facilitează alunecare ei prin țesut, Lungimea liniei de extensie de 50cm, nu conține DEHP.	P/u neurostimulare și monitorizare cu ultrasunete ecogenitatea cu laser tag-ul modele de formular care permite îmbunătățirea siguranței a procedurii prin ecografie de control dovedita puncție caracteristici oprire, 30 ° cu fațete laterale suplimentare electrod puncte p/u precizie maximă, electroneurostimulation, înaltă calitate ac strat de izolare facilitează alunecare ei prin țesut, Lungimea liniei de extensie de 50cm, nu conține DEHP. Codul Produsului:BN21140 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	20	20.Bujii p/u sonde endotracheale	26261400	Wellead	China	Dispozitiv(conductor) gradat cu vârful tip Coude și canal de oxigenare. Mărimi: 10Fr, 15Fr.	Dispozitiv(conductor) gradat cu vârful tip Coude și canal de oxigenare. Mărimi: 10Fr, 15Fr. Codul Produsului: 26261400 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	48	48.Cateter subclavicular cu ac	331208-18, 331206-16	Intra	Germania	Careter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință.	Careter material PUR, radioopac, G22, G18, G16; L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0x1,5mm, L-120mm, unică folosință. Codul Produsului: 331208-18, 331206-16 Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	64	64.Emplastru (15cm x 10m)	32240	IHT	Spania	Emplastru in bandă rului 15cmx10m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă p/u piele.	Emplastru in bandă rului 15cmx10m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă p/u piele. Produsului: 32240 Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	69	69.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	MN137P	Morton	Turcia	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%; rezistența fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O; la 60 L/min-2,6 cmH2O; volum compresibil 60ml; volum Tidal minimal 200ml; return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L; port Luer p/u proba de CO2.	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%; rezistența fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O; la 60 L/min-2,6 cmH2O; volum compresibil 60ml; volum Tidal minimal 200ml; return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L; port Luer p/u proba de CO2. Codul Produsului:MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	70	70.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimă a umidității și căldurii	MN137P	Morton	Turcia	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuția fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,999%; return H2O cel puțin 32,0mg H2O/L; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volum Tidal minim 150ml; Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică; Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuția fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,999%; return H2O cel puțin 32,0mg H2O/L; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volum Tidal minim 150ml; Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică; Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Codul Produsului: MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO
33600000-6	71	71.Filtru p/u pacienți la respirația spontană prin traheostomie, p/u reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	MN137P	Morton	Turcia	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/L; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port aditional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, p/u tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/L; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volum Tidal minim 50ml, port aditional p/u oxigen, port central cu capac-clip p/u sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic. Codul Produsului: MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-7	72	72.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24orc), nu se conectează la pacienți	MN137P	Morton	Turcia	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24orc, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conectiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24orc, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conectiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H2O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic. Codul Produsului: MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	73	73.Filtru p/u utilizarea in anestezie sau in TI	MN137P	Morton	Turcia	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%; rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 60ml; greutate nu mai mult de 28g; volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%; rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 60ml; greutate nu mai mult de 28g; volum Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Codul Produsului:MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	89	89.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Daxes Ohmeda)	MX9622, 16-2MX, MX960P1, MX261P1, MX262P1	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr.de catalog: DRUD; Conector EDW ARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Daxes Ohmeda.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Nr.de catalog: DRED; Conector EDWARDS; Channel single si duble; Compatibile cu monitorul Daxes Ohmeda. Codul Produsului: MX9622 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	90	90.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (GE)	Mx 9622, MX961Y68, MX960P1, MX261P1, MX262P1	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă; Compatibile cu monitorul GE. Codul Produsului:MX9622 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	91	91.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (DrägerFabiusPlus)	MX9622, MX96Y08, MX960P1, MX261P1, MX262P1	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Dräger Fabius Plus.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Dräger Fabius Plus. Codul Produsului: Mx 9622 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	92	92.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Date Mindray)	MX9622, MX961Y68, MX960P1, MX261P1, MX262P1	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale p/u DATE Mindray.	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale p/u DATE Mindray. Codul Produsului: MX9622 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	93	93.Mandren intubare p/u sonde endotracheale	100/120/100	Smiths	Marea Britanie	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F.	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărimi: 6,10,14F. Codul Produsului:100/120/100 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	96	96.Mansetă p/u infuzie rapidă, simplă	MX4805	Smiths	Marea Britanie	Dispozitiv cu mansetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml.	Dispozitiv cu mansetă și bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 căi integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță p/u suprapresiune. Capacitate: 500ml. Codul Produsului: MX4805 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	147	147.Prelungitoare p/u sisteme infuzie, de înaltă presiune	ANO11065	Aries	Italia	Original perfuzor tubing PE.	Original perfuzor tubing PE. Codul Produsului: ANO11065 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	156	156.Robinet tridirecțional	INO31301	Aries	Italia	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm.	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm. Codul Produsului: INO31301 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	174	174.Spirometru manual volumetric	22-4000	Smiths	Marea Britanie	Capacitate de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat; Conector p/u gură disponibil cu/ fără valvă.	Capacitate de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat; Conector p/u gură disponibil cu/ fără valvă. Codul Produsului: 22-4000 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	190	190.Sistem de aspirare endotracheal "tot cu pivot dublu" (S4-55cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "tot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la tracțiunea cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradatie numerică p/u controlul adinșimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "tot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la tracțiunea cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradatie numerică p/u controlul adinșimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt traumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm. Codul Produsului: Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	191	191.Sistem de aspirare endotracheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	Z210-16	Smiths	Marca Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adăional p'u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adăional p'u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm. Codul Produsului: Z210-16 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	192	192.Sistem de aspirare endotracheal "cot cu pivot dublu" (14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului și 12 fiole a câte 15ml preumplute cu ser fiziologic destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adăional p'u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului și 12 fiole a câte 15ml preumplute cu ser fiziologic destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adăional p'u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm. Codul Produsului: Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	193	193.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adăional p'u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adăional p'u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm. Codul Produsului: Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	194	194.Sistem de aspirare endotracheal racord în "T" (54-55cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marca Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p'u servajul de ventilator) p'u aduțli 22 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p'u servajul de ventilator) p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm Codul Produsului: Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	195	195.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adăional p'u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adăional p'u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm. Codul Produsului: Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	196	196.Sistem de aspirare endotracheal racord în "T" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	Z210-16	Smiths	Marca Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p'u servajul de ventilator) p'u aduțli 72 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p'u servajul de ventilator) p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotracheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm. Codul Produsului: Z210-16 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	197	197.Sistem de aspirare traheostomie racord în "T" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p'u servajul de ventilator) p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p'u servajul de ventilator) p'u aduțli 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la rețracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p'u sistemele de aspirație, cateter cu gradiație numerică p'u controlul adăncimii avansării, cu blocarea butomului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm. Codul Produsului: Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	203	203.Set combinat AS+AE	100/497/118	Smiths	Marea Britanie	Componenț: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector; seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterial p'u lichide și filtru p'u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p'u izolarea locului de introducere; mănuși sterile.	Componenț: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector; seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterial p'u lichide și filtru p'u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p'u izolarea locului de introducere; mănuși sterile. Codul Produsului: 100/497/118 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	208	208.Set p'u anestezie epidurală cu filtru	100/391/118	Smiths	Marea Britanie	Componența setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	Componența setului: ac G18 cu marcaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial. Codul Produsului: 100/391/118 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	209	209.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger	302062	Intra	Germania	Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm. Codul Produsului: 302062 Certificat CE ; Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm. Codul Produsului: 302062 Certificat CE ; Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	210	210.Set cateterizarea arteriilor periferice, metoda Seldinger (+linia de extensie cu supapă hemostatică specială)	302062	Intra	Germania	Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm. Codul Produsului: 302062 Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	Set p/u cateterizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger p/u măsurarea invazivă a presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiză + linia de extensie cu supapă hemostatică specială; Mărimea: alb 20G/160mm, roșu 20G/80mm, galben 22G/80mm, sur 18G/160mm. Codul Produsului: 302062 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	211	211.Set cateterizarea venelor centrale, metoda Seldinger (monolumen)	331204	Intra	Germania	Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p'u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p'u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. Codul Produsului: 331204 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	212	212.Set cateterizarea venelor centrale (trilumin)	CVC2176	Fornia	Germania	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min.	Set cateter 3-luminal G14 cu flux 68 ml/min, 65ml/min, 50ml/min. Codul Produsului: CVC2176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	213	213.Set cateterizarea venelor centrale (bilumen)	CVC2176	Fornia	Germania	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p'u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p'u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. Codul Produsului: CVC2176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	214	214.Set cateterizarea venelor centrale (2 canale)	CVC2176	Fornia	Germania	Set cateter cu 2 canale G14-16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p'u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min.	Set cateter cu 2 canale G14-16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p'u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min. Codul Produsului: CVC2176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	215	215.Set cateterizarea venelor centrale (Y-type)	CVC2176	Fornia	Germania	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min.	Set cateter Y-type biluminal G14; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min. Codul Produsului: CVC2176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	216	216.Set cateterizarea venelor centrale (cu adaptor Certody)	CVC2176	Fornia	Germania	Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, cablu ECG p'u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Cu adaptor Certody.	Set cateter G14-G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, cablu ECG p'u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Cu adaptor Certody. Codul Produsului: CVC2176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	243	243.Tub endobronhial (biluminal)	100/197/080, 100/197/070, 100/197/090	Smiths	Marea Britanie	Cu două manjețe care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y, CU valca p'u luer și Luer-Lock. Conectori građaji. Drept / Sting. Mărimi: 35-41Fr.	Cu două manjețe care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y, CU valca p'u luer și Luer-Lock. Conectori građaji. Drept / Sting. Mărimi: 35-41Fr. Codul Produsului: 100/197/080, 100/197/070, 100/197/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	244	244.Tub endotracheal (cu sistem de drenaj subglotic)	100/189/070, 100/189/080, 100/189/090	Smiths	Marea Britanie	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manjeță, linie radioapacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p'u corzile vocale. Mărimile posibile: N7-9.	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manjeță, linie radioapacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p'u corzile vocale. Mărimile posibile: N7-9. Codul Produsului: 100/189/070, 100/189/080, 100/189/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	245	245.Tub endotracheal (cu manjeță)	100/150/070, 100/150075,100/150/080 , 100/150/085, 100/150/090, 100/150/095	Smiths	Marea Britanie	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manjeță, linie radioapacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6).	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manjeță, linie radioapacă. Mărimile posibile: N7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 (20buc. N3-6). Codul Produsului: 100/150/070, 100/150075,100/150/080, 100/150/085, 100/150/090, 100/150/095 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	246	246.Tub endotracheal (radioapac)	100/150/065, 100/150/090	Smiths	Marea Britanie	Tub endotracheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p'u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p'u a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H2O, p'u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului >800 cm H2O, cu marcaj continuu radioapac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și încă 4 subțiri p'u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6,5-9mm.	Tub endotracheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p'u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p'u a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H2O, p'u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului >800 cm H2O, cu marcaj continuu radioapac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și încă 4 subțiri p'u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6,5-9mm. Codul Produsului: 100/150/065, 100/150/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	247	247.Tub traheostomic (ajustabil)	100/518/075, 100/518/080, 100/518/090	Smiths	Marea Britanie	Tub traheostomic cu manjeță de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm.	Tub traheostomic cu manjeță de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm. Codul Produsului: 100/518/075, 100/518/080, 100/518/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	248	248.Tub traheostomic (cu manjeță)	100/518/075, 100/518/080, 100/518/085, 100/518/090	Smiths	Marea Britanie	Tub traheostomic cu manjeță de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm.	Tub traheostomic cu manjeță de presiune scăzută cu fixație ajustabilă, N7,5-9,0mm. Codul Produsului: 00/518/075, 100/518/080, 100/518/085, 100/518/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	249	249.Tub traheostomic (Montandon)	100/518/080	Smiths	Marea Britanic	Formă specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon.	Formă specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon. Codul Produsului: 100/518/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	258	258.Mănuși p/u igiena pacientului	MC0010	Morton	Turcia	Mănușa de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare.	Mănușa de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare. Codul Produsului: MC0010 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8