

	Specificații tehnice (F4.1)							
Numărul licitației: 21044252						din 06.10.2021		Alternativa nr.
Denumirea licitației:Piese pentru dispozitive medicale, pentru anul 2021, repetat Conform necesitatilor IMSP AMT Riscani						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33696500-0		Lotul 4						
		Sondă vaginală de la aparatul USG , Sondă ultrasonică tip L741	L741	China	SonoScape Medical Corp.	tip Ecograf medium class SSI-8000	Sondă USG vaginală compatibilă cu ultrasonograful SSI-8000 Frecvența centrală: 7,5 MHz Câmp vizual: 46mm Garanția – 24 luni.	CE
		Total lot 4						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23