

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744877870494

Obiectul de achiziției: servicii de mentenanța și deservire a aparatului radiologic SonialVision G4.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Servicii de verificare și mentenanță a echipamentului, Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; Sistema PACS, Clarity, SUA; Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia</u>	<u>SonialVision G4</u> <u>Clarity PACS</u> <u>DryPix 2000</u>	Japonia SUA Japonia	Shimadzu iCRco Fujifilm	a. Activitati la solicitare: - Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; - Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; - Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; - Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; - Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de	d. Activitati la solicitare: - Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; - Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; - Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; - Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; - Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice;	CE

				componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie: ▪ interventii periodice (o data la trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; ○ Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului ○ Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate ○ Verificarea unitatii de vizualizare ○ Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate ○ Verificarea unitatii de procesare imagine ○ Verificare REF PC ○ Verificare APC ○ Verificare MPC ○ Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate ○ Verificarea accesoriilor echipamentului ○ Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate	e. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie: ▪ interventii periodice (o data la trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; ○ Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului ○ Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate ○ Verificarea unitatii de vizualizare ○ Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate ○ Verificarea unitatii de procesare imagine ○ Verificare REF PC ○ Verificare APC ○ Verificare MPC ○ Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate ○ Verificarea accesoriilor echipamentului ○ Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate ○ Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service	
--	--	--	--	---	---	--

				○ Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service ○ Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie ○ Verificare Imprimanta Fujifilm, efectuarea lucrarilor de profilaxie ○ Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). ○ Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) ○ O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreținerii tubului de radiații ionizante ▪ Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; c. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) ▪ <i>Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor</i>	○ Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie ○ Verificare Imprimanta Fujifilm, efectuarea lucrarilor de profilaxie ○ Analiza fișierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării și implementarea măsurilor pentru evitarea lor și/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). ○ Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) ○ O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreținerii tubului de radiații ionizante ▪ Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; f. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) ▪ <i>Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare).</i> ▪ Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea	
--	--	--	--	---	---	--

				<i>acestora (se vor atasa documente doveditoare).</i> ▪ Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; ▪ Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); ▪ In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). ▪ Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). ▪ Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;	Contractanta care va pastra un exemplar; ▪ Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); ▪ In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului și posibilitățile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). ▪ Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecție (acolo unde este cazul). ▪ Se va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului și ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andrei Botnaru În calitate de: Director
Ofertantul: Neotec SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37