

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1758113424534						Data: „ ” 20	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)						Lot: _____	Pagina: __din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Prod-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
1	2		3		4,00	5	6	7	8		
33100 000-1	6	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	ATREIVE vascular shnare kit 38200610 38200615 38200620 38200630 38200645 381003004 381003008(pagina 3)	SUA	Argon	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întrețesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întrețesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	DM000677469 DM000677472 DM000677470 DM000677467 DM000677468 DM000677471 DM000677473		
33100 000-1	9	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	AVANTI+ Transradial Kit 504-615Z 504-616Z 504-617Z	SUA	Cordis	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor punctie radial profil ultra-subtire Ac de puncție metalic de 21-22 G. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocuziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Mini-ghid diametrul de 0.018” sau 0.021” Mini-ghid lungime 40-45 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor punctie radial profil ultra-subtire Ac de puncție metalic de 21G. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocuziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Mini-ghid diametrul de 0.021” Mini-ghid lungime -45 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	DM000682580 DM000682578 DM000682579		

33100 000-1	11	Extensie pentru cate-ghiduri	Extensie pentru cate-ghiduri	Guidezilla II H749 3933515060 Guidezilla™ II LONG H74939335150610 (pagina 4) Suplimentar alte dimensiuni: (7F) H7493933515070 (8F) H7493933515080	SUA	Boston Scientific	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Extensie pentru cate-ghiduri Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Dimensiune disponibilă 145 -150cm Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):Extensie pentru cate-ghiduri Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Dimensiune disponibilă 145 -150cm (pagina 4) Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	DM000268389 DM000268392 Suplimentar DM000268390 DM000268391
100000	13	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	Rubicon H74939240035091, H74939239018091, H74939240035061, H74939240035151, H74939212014131, H74939239018151, H74939240035131, H74939212014151, H74939239018131 (paagina 2)	SUA	Boston Scientific	Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radioopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinum- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. SAU Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate.Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030”(2.3F), compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.034”(2.6F), compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.056”(4F), compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune.Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil;Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F,	Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil;Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.	DM000462757, DM000462753, DM000462756, DM000462759, DM000462751, DM000462755, DM000462758, DM000462752, DM000462754,

							compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.		
33100 000-1	21	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	pORTAL 14 Steerable Hydrophilic Guidewire PORT-14-200-1	Germany	Phenox	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala.In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Oferă suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027.Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor „cu gât larg”.Marcher radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014". Lungime minim 205 cm. SAU Ghid hidrofil 0,014" cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și otel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hidrofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie" docking wire") cm. Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofil 0.014"; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din otel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru neurointerventii.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala.In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Oferă suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027.Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor „cu gât larg”.Marcher radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014". Lungime minim 205 cm	DM000613847

100000	26	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Mustang™Cateter dilatator cu balon PTA 08714729793625 08714729793755 08714729793601 08714729794462 08714729794479 08714729793977, 08714729793335, 08714729794967, 08714729793366, 08714729794127, 08714729794691, 08714729794509, 08714729793519, 08714729794981, 08714729794141,08714729795056, 08714729794295, 08714729794134, 08714729795230, 08714729793663, 08714729794080, 08714729794097, 08714729794684, 08714729794073, 08714729793557, 08714729794233, 08714729793533, 08714729795254, 08714729793847, 08714729794448, 08714729793526 ,08714729795001, 08714729794608, 08714729794752, 08714729794363, 08714729794431,08714729793465, 08714729793458, 08714729793670, 08714729793724, 08714729793823, 08714729794387, 08714729794523, 08714729794028, 08714729793571, 08714729793472, 08714729793373, 08714729794936, 08714729793540, 08714729794974, 08714729794998, 08714729793687, 08714729793380, 08714729794714, 08714729793793, 08714729793939, , 08714729794516, 08714729794110, 08714729794769, 08714729794325, 08714729793618, 08714729794776, 08714729795223, 08714729793649, 08714729793694, 08714729794165, 08714729793878, 08714729793595, 08714729794417, 08714729795186, 087147297934059 , 08714729794288, 08714729794011, 08714729793717, 08714729794219, 08714729794035 08714729794301, 08714729793816 08714729795162, 08714729795209, 08714729793830 ,08714729793748, 08714729793410, 08714729794653 ,08714729794677, 08714729793786, 08714729794257, 08714729793434, 08714729793403, 08714729793502 08714729794394 , 08714729794554, 08714729794943, 08714729793762, 08714729794738, 08714729794271, 08714729793861, 08714729794486, 08714729794332, 08714729793984, 08714729794561, 08714729794455, 08714729794615, 08714729793656, 08714729794578, 08714729793489, 08714729794240, 08714729794424, 08714729794547, 08714729794493, 08714729794189, 08714729793779, 08714729793915, 08714729793700, 08714729793397, 08714729793328, 08714729794585 08714729794868 , 08714729793427, 08714729793885, 08714729794042, 08714729793342, 08714729794004, 08714729793960, 08714729793892, 08714729794707 08714729794264, 08714729794950, 08714729793359, 08714729794318, 08714729794158, 08714729793991, 08714729794851, 08714729794196, 08714729794530, 08714729793809, 08714729793496, 08714729793854, 08714729793946, 08714729794349, (extras din catalog)	SUA	Boston Scientific	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm Lungimi balon: 20-200mm. Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 7-10 atm, RPB maxim 20 atm Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm; Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune; Ghiduri compatibile: 0.035’’; SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035’’. Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035’’. Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150, 200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm Lungimi balon: 20-200mm.(pagina 2 brosură) Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 7-10 atm, RPB 14- 20 atm Lungime utilizabila minim două lungimi: 75cm și 135cm; Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune; Ghiduri compatibile: 0.035’’	DM000187110, DM0000187063 DM0000187182, DM0000187188, DM0000187172 DM0000187179, DM0000187166, DM0000187190 DM0000187178, DM0000187185 , DM0000187191 DM0000187132 , DM0000187175, DM0000187145 DM0000187189, DM0000187170, DM0000187176 DM0000187156, DM0000187161,DM0000187142 DM0000187157, DM0000187136, DM0000187130 DM0000187187, DM0000187129, DM0000187128 DM0000187134 , DM0000187150, DM0000187152, DM0000187149, DM0000187124, DM0000187155 DM0000187121 , DM0000187123, DM0000187144 DM0000187159, DM0000187173, DM0000187154 DM0000187153 , DM0000187127 DM0000187177 , DM0000187141 , DM0000187163 DM0000187140, DM0000187151 , DM0000187186 DM0000187162 , DM0000187137, DM0000187180 DM0000187143 , DM0000187139 , DM0000187171 DM0000187183 , DM0000187158 , DM0000187164 DM0000187165 , DM0000187135, DM0000187148, DM0000187122 , DM0000187174 ,DM0000187126 DM0000187181 , DM0000187184, DM0000187160 DM0000187169, DM0000187146, DM0000187138 DM0000187168, DM0000187167 DM0000187133, DM0000187147, DM0000187057 , DM0000187085 , DM0000187111 DM0000187051, DM0000187048 , DM0000187078 DM0000187086 , DM0000187088 DM0000187073, DM0000187114 ,DM0000187082 DM0000187052, DM0000187064 ,DM0000187103 DM0000187099 , DM0000187092 ,DM0000187107 DM0000187060, DM0000187074 DM0000187053 DM0000187083 ,DM0000187094 , DM0000187090, DM0000187071 DM0000187100 , DM0000187096 ,DM0000187055 DM0000187079 , DM0000187047 ,DM0000187093 DM0000187056 , DM0000187059, DM0000187101, DM0000187068 ,DM0000187077 DM0000187050, DM0000187067, DM0000187081, DM0000187108, DM0000187084 DM0000187095, DM0000187046
--------	----	---	---	--	-----	-------------------	---	---	--

33100 000-1	27	Balon pentru artere renale	Balon pentru artere renale	AVIATOR™ PLUS 0.014” rapid-exchange 424-4015 W,424-4020 W 424-4030 W,424-4040 W 424-4515 W,424-4520 W 424-4530 W,424-4540 W 424-5015 W,424-5020 W 424-5030 W,424-5040 W 424-5515 W,424-5520 W 424-5530 W,424-5540 W 424-6015 W,424-6020 W 424-6030 W,424-6040 W 424-7015 W,424-7020 W 424-7030 W,424-7040 W (pagina 4)	SUA	Cordis	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorii: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014” sau 0.018” . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatare a leziunilor stenotice arteriale, venoase din regiunile periferice, cu excepția vaselor cerebrale, și cardiace; RX; Compatibilitate ghid: 0,018”; lungimi shaft-90,150cm; Compatibil cu teaca 4F; Diametre: 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm; Lungimi balon: 80,100, 120,150mm. Presiune nominală- 6 atm; RBP-14atm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP 14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm;(pagina 3) Compatibilitate teci 4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi 1.5, 2,3,4cm;(pagina 4) Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă	DM000594919,DM000594930, DM000594924,DM000594920, DM000594939,DM000594933, DM000594931,DM000594932, DM000594921,DM000594928, DM000594937,DM000594923, DM000594927,DM000594918, DM000594938,DM000594917, DM000594936,DM000594935, DM000594929,DM000594926, DM000594922,DM000594925, DM000594934,DM000594916
100000	33	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Epic TM Self-Expanding Nitinol Vascular Stent Lungimea 75 cm: H74939054052070 xxxxxxxxx H74939054146070 (toate din catalog) Lungimea 120 cm: H74939054052020 xxxxxxxxx H74939054146020 (toate din extras din catalog)	SUA	Boston Scientific	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035” • Polizare si finisaj electrolic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafața, astfel micșorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită și apozitie înaltă a stentului. • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala • • Varful flexibil traumatic in forma de conus. • Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea sării stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police; • Valori caracteristice	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. • Compatibilitate pentru ghid de 0,035” • Polizare si finisaj electrolic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafața, astfel micșorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare • Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită și apozitie înaltă a stentului. • Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala • • Varful flexibil traumatic in forma de conus. • Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui. • Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranta pentru prevenirea sării stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. • Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police;	DM000054072 , DM000054194 , DM000054191 DM000054138 , DM000054153 , DM000054092 DM000054169 , DM000054075 ,DM000054122 DM000054042, DM000054139 , DM000054182 DM000054147 , DM000054051 , DM000054167 DM000054052 , DM000054158 , DM000054050 DM000054091 , DM000054099, DM000054095 DM000054067 , DM000054011 DM000054066 DM000054021 , DM000054025 , DM000054078 DM000054116 , DM000054104 , DM000054156, DM000054144 , DM000054115 ,DM000054094 DM000054136 , DM000054089 , DM000054071 DM000054059 , DM000054069 DM000054140 DM000054037, DM000054035, DM000054123 DM000054039 , DM000054074 , DM000054103 DM000054135 , DM000054192 , DM000054054 DM000054048 , DM000054087, DM000054046 DM000054145 , DM000054102 , DM000054112 DM000054119 , DM000054180 ,DM000054128 DM000054107 , DM000054129, DM000054049, DM000054118 , DM000054176 , DM000054065 DM000054100 , DM000054023 , DM000054131 DM000054113, DM000054179, DM000054155 DM000054053, DM000054151, DM000054077 DM000054161, DM000054097, DM000054029 DM000054079 , DM000054162 , DM000054126 DM000054141 , DM000054124, DM000054096 DM000054146 , DM000054181 , DM000054183

							• Valva hemostatică. • Compatibil cu Rezonanța Magnetică Nucleară 1,5 și 3,0 Tesla Performanțele stentului în timp sa fie evidentiade de cel puțin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre disponibile obligatorii: : 6,7,8,9,10,12 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi disponibile obligatorii: : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	de tragere si cu dispozitiv de retine pentru ponce; • Valva hemostatică. • Compatibil cu Rezonanța Magnetică Nucleară 1,5 și 3,0 Tesla Performanțele stentului în timp sa fie evidentiade de cel puțin un studiu clinic relevant. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Diametre disponibile obligatorii: : 6,7,8,9,10,12 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimi disponibile obligatorii: : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	DM000054146 , DM000054121 , DM000054181 DM000054043 , DM000054120 , DM000054186 DM000054149 , DM000054133 , DM000054178, DM000054142 , DM000054125 , DM000054110 DM000054173 , DM000054027 , DM000054188 DM000054159 , DM000054088 , DM000054033 DM000054166 , DM000054185 , DM000054057 DM000054093 , DM000054148 , DM000054109 DM000054063 , DM000054020 , DM000054195 DM000054061 , DM000054130 , DM000054172 DM000054165 , DM000054137 , DM000054031 DM000054132 , DM000054127 , DM000054090 DM000054108 , DM000054101 DM000054177
33100 000-1	38	Filtru vena cava convertibil	Filtru vena cava convertibil	Option® ELITE Retrievable Ven a Cava Filter 352506070E	SUA	Argon	Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular. SAU Filtru pentru vena cava, cu opțiunea permanent și temporar, pentru diametru caval maxim de 30mm; lungime maximala a dispozitivului 55 mm; Diametru intern a shaftului carrier de 6F; material-nitinol; design double basket; abord: femural, jugular, antecubital.	Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 30 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular.	DM000689717
33100 000-1	55	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara	Back-up MeierTM Steerable Guidewire H965SCH306001 H965SCH306012	SUA	Boston Scientific	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.	DM000462671, DM000462670, DM000462672

33100 000-1	63	Filtru distal pentru protecție embolica	Filtru distal pentru protecție embolica	SpiderFX SPD2-030-320, SPD2--040-320, SPD2--050-320, SPD2-060-320, SPD2--070 320	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protecție embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibile • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotatională pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulări ce pot induce vasospasm) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Filtru distal pentru protecție embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: la alegere (0.014" - 0.018") • 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibile • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm) • 5 Markeri de vizibilitate • Ac pentru irigare inclus • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm • 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm • Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase • Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotatională pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulări ce pot induce vasospasm) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000832041; DM000832039; DM000832043; DM000832042; DM000832040;
33100 000-1	65	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Avenir 10-system Helical Filling 10HFL-03004 xxxxx -10030 (toate	Germany/ USA	Phenox/ WallabyM edical	Spirale filling 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Coiluri (spirale) filling, din platină, elicoidale, pe platforma 10; diametre: 3-10 (incremeța 1mm); lungimi - 4-30cm; SAU spirale elicoidale tip filling cu destinație neuroendovasculară pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformatiilor cerebrale; diametre 2-4mm (incremețe 1+/-0,5mm); lungimi 1,5-10cm. Diametru extern 0,012”.	SAU Coiluri (spirale) filling, din platină, elicoidale, pe platforma 10; diametre: 3-10 (incremeța 1mm); lungimi - 4-30cm;	DM000760351 DM000760334 DM000760339 DM000760338 DM000760348 DM000760333 DM000760335 DM000760350 DM000760347 DM000760341 DM000760349 DM000760337 DM000760345 DM000760342 DM000760343 DM000760352 DM000760353 DM000760344 DM000760346 DM000760336 DM000760340 DM000760332

33100 000-1	66	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	Avenir 10-system Helical Finishing 10HFN -01002 xxxxxx -06010 (toate)	Germany/ USA	Phenox/ WallabyM edical	Spirale finishing 3D și helical Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instantă Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Spirale de platină, tip finishing elicoidale și complexe pe platforma 10; diametre 1-6(+/- 1mm) (creșterea maxim 1mm); lungimi - 1-10cm(+/-1cm). SAU spirale elicoidale tip finishing cu destinație neuroendovasculară, din platină, pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformațiilor cerebrale; diametre 1-3mm (creșterea -0,5mm); lungimi 1-8cm. Diametru extern a spirei 0,009”.	SAU Spirale de platină, tip finishing elicoidale și complexe pe platforma 10; diametre 1-6(+/-1mm) (creșterea maxim 1mm); lungimi - 1-10cm(+/-1cm)	DM000760755 DM000760737 DM000760761 DM000760752 DM000760746 DM000760754 DM000760739 DM000760749 DM000760745 DM000760736 DM000760741 DM000760751 DM000760743 DM000760744 DM000760765 DM000760764 DM000760740 DM000760735 DM000760747 DM000760760 DM000760742 DM000760756 DM000760757 DM000760759 DM000760758 DM000760738 DM000760762 DM000760750 DM000760763 DM000760748
33100 000-1	68	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cateter ghid lung pentru access neurovascular	Cerebase DA ghid catater GS9080SD GS9090SD GS9095SD (pagina 3)	Switzerland	MEDOS SARL /Cerenovus	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090” Diametru exter (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm si 95cm Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intratesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm Compatibil cu teci introductoare scurte de 8F Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090” Diametru exter (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm si 95cm (pagina 3) Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE (pagina 5) Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intratesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm(pagina 6) Compatibil cu teci introductoare scurte de 8F Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.	DM000754186 DM000754187 DM000754185

33100 000-1	71	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Stent pentru artere carotide cu celule inchise	Carotid WALLSTENT™ Monorail™ Endoprosthesis H965SCH647010 H965SCH647140 H965SCH647120 H965SCH647130 H965SCH647090 H965SCH647070 H965SCH647080 (din extras de catalog)	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula inchisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula inchisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Compatibilitate ghid: 0,014" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000268382 DM000268388 DM000268386 DM000268387 DM000268385 DM000268383 DM000268384
33100 000-1	72	Stent pentru artere carotide covered	Stent pentru artere carotide covered	Cguard Carotid Embolic Prevention System CRX0620, CRX0720, CRX0820, CRX0920, CRX1020,CRX0630, CRX0730, CRX0830, CRX0930, CRX1030,CRX0640, CRX0740, CRX0840, CRX0940, CRX1040 CRX0660, CRX0860, CRX1060 plus Cguard Prime Carotid Embolic Prevention System CND0620, CND0630 CND0640 CND0660 CND0720 CND0730 CND0740 CND0760 CND0820 CND0830 CND0840 CND0860 CND0920 CND0930 CND0940 CND0960 CND1020 CND1030 CND1040 CND1060	Israil	INSPIRE MD	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . Fără de restenoză la 12 luni Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr (pentru toate marimile ale stentului). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 130 -140 cm. Diametre 6- 10 mm, conusoidal. Lungimi 20-60 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . (pagina 2) Fără de restenoză la 12 luni Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr (pentru toate marimile ale stentului). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 130 -140 cm. Diametre 6- 10 mm, conusoidal. Lungimi 20-60 mm. (pagina 1) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000378397, DM000378399, DM000378391, DM000378404, DM000378395, DM000378407, DM000378406, DM000378403, DM000378398, DM000378390, DM000378388, DM000378389, DM000378400, DM000378405, DM000378393, DM000378394, DM000378402, DM000378396, DM000378401, DM000378392 DM000847629 DM000847682 DM000847658 DM000847678 DM000847671 DM000847676 DM000847635 DM000847673 DM000847683 DM000847644 DM000847666 DM000847632 DM000847663 DM000847642 DM000847685 DM000847675 DM000847669 DM000847679 DM000847672 DM000847670

33100 000-1	74	Balon non-compliant de dimensiuni mari	Balon non-compliant de dimensiuni mari	NC Emerge™ PTCA Dilatation Catheter H7493927606400, H7493927608400, H7493927612400, H7493927615400, H7493927620400, H7493927630400, H7493927606450, H7493927608450, H7493927612450, H7493927615450, H7493927620450, H7493927606500, H7493927608500, H7493927612500, H7493927615500, H7493927620500, H7493927608550, H7493927612550, H7493927615550, H7493927620550, H7493927608600, H7493927612600, H7493927615600, H7493927620600	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". sistem de livrare Rx. Markeri radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000221822, DM000221814, DM000221781, DM000221775, DM000221783, DM000221779, DM000221817, DM000221785, DM000221805, DM000221786, DM000221788, DM000221808, DM000221815, DM000221824, DM000221793, DM000221800, DM000221808, DM000221819, DM000221812, DM000221828, DM000221827, DM000221823, DM000221820, DM000221829, DM000221816
33100 000-1	75	Stent coronarian farmacologic activ	Stent coronarian farmacologic activ	TRCR22508X; TRCR22512X; TRCR22515X; TRCR22518X; TRCR22522X; TRCR22526X; TRCR22530X; TRCR22534X; TRCR22538X; TRCR25008X; TRCR25012X; TRCR25015X; TRCR25018X; TRCR25022X; TRCR25026X; TRCR25030X; TRCR25034X; TRCR25038X; TRCR27508X; TRCR27512X; TRCR27515X; TRCR27518X; TRCR27522X; TRCR27526X; TRCR27530X; TRCR27534X; TRCR27538X; TRCR30008X; TRCR30012X; TRCR30015X; TRCR30018X; TRCR30022X; TRCR30026X; TRCR30030X; TRCR30034X; TRCR30038X; TRCR35008X; TRCR35012X; TRCR35015X; TRCR35018X; TRCR35022X; TRCR35026X; TRCR35030X; TRCR35034X; TRCR35038X; TRCR40008X; TRCR40012X; TRCR40015X; TRCR40018X; TRCR40022X; TRCR40026X; TRCR40030X; TRCR40034X; TRCR40038X; (pagina 4 rosura Onyx trucer) RONYX20008X; RONYX20012X; RONYX20015X; RONYX20018X; RONYX20022X; RONYX20026X; RONYX20030X; RONYX45012X; RONYX45015X; RONYX45018X; RONYX45022X; RONYX45026X; RONYX45030X; RONYX50012X; RONYX50015X; RONYX50018X; RONYX50022X; RONYX50026X; RONYX50030X (pagina 6 Onyx resolute) Resolute ONYX RONYXxxxxX + ONYX TRUCOR TRCRxxxxX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056"). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; (pagina 2 brosură Onyx resolute si Onyx Tru cor)compatibil RMN. (pagina 10 instrucțiuni) Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului.(pagina 9 instrucțiuni) Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056"). (pagina 4 rosura Onyx trucer) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. (pagina 7 instrucțiuni) Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000401358; DM000401389; DM000401360; DM000401364; DM000401369; DM000401356; DM000401359; DM000401373; DM000401382; DM000401362; DM000401370; DM000401347; DM000401374; DM000401376; DM000401388; DM000401392; DM000401368; DM000401387; DM000401393; DM000401349; DM000401361; DM000401379; DM000401357; DM000401348; DM000401366; DM000401367; DM000401370; DM000401380; DM000401371; DM000401353; DM000401346; DM000401386; DM000401397; DM000401345; DM000401377; DM000401351; DM000401350; DM000401391; DM000401384; DM000401385; DM000401372; DM000401383; DM000401396; DM000401354; DM000401344; DM000401395; DM000401365; DM000401355; DM000401375; DM000401352; DM000401394; DM000401381; DM000401378; DM000401332; DM000401276; DM000401336; DM000401340; DM000401273; DM000401339; DM000401335; DM000401343; DM000401274; DM000401275; DM000401338; DM000401333; DM000401277; DM000401342; DM000401271; DM000401334; DM000401337; DM000401341; DM000401272;DM000401363;

33100 000-1	91	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului	Camanecci ANPP3177 ANPP3188 ANPP3199	Israil	Rapid Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilingului, fără a occlude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Construcție flexibilă, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și este acoperit cu politetrmfluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017", 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 22mm, 24mm,32 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilingului, fără a occlude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Construcție flexibilă, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și este acoperit cu politetrmfluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control. Compatibilitatea cu: 0.017", 0.021" ID microcatheter Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime stentului disponibil: 22mm, 24mm,32 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000324148 DM000324149 DM000324150
33100 000-1	95	Stent cerebral auto- expandabil cu celule deschise	Stent cerebral auto- expandabil cu celule deschise	pEGASUS Stent System pEGASUS-350-15-HPC pEGASUS-350-20-HPC pEGASUS-350-25-HPC pEGASUS-350-30-HPC pEGASUS-450-15-HPC pEGASUS-450-20-HPC pEGASUS-450-25-HPC pEGASUS-450-30-HPC	Germany	Femtos/ Phenox	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter intracerebral cu balon super compliant -stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate - structura cu celule adaptive a stentului, cu latime variabila a barei, contine randuri cu 8 si12 coroane si este conceputa pentru a spori deschiderea si conformitatea in bifurcatii si curbe stranse - capatul celular proximal inchis proximal imbunatateste stabilitatea stentului cand se retraverseaza cu un microcateter - 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capat distal si proximal - 4 interconexiuni intre segmentele centrale ale stentului, concepute pentru a asigura sustinerea mesei spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza deflexiunea stentului - celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent - scurtare maxima 6,3% in timpul montarii - firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf distal de 8,5 si fara varf - compatibil cu IRM 1,5T. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii - lungimi : 15, 20, 30 mm (+/1mm) - diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm (+/0.5mm) - incarcat pe fir de livrare de 185 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter intracerebral cu balon super compliant -stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate - structura cu celule adaptive a stentului, cu latime variabila a barei, contine randuri cu 8 si12 coroane si este conceputa pentru a spori deschiderea si conformitatea in bifurcatii si curbe stranse - capatul celular proximal inchis proximal imbunatateste stabilitatea stentului cand se retraverseaza cu un microcateter- 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capat distal si proximal- 4 interconexiuni intre segmentele centrale ale stentului, concepute pentru a asigura sustinerea mesei spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza deflexiunea stentului- celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent - scurtare maxima 6,3% in timpul montarii - firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf distal de 8,5 si fara varf - compatibil cu IRM 1,5T. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii - lungimi : 15, 20, 30 mm (+/1mm) - diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm (+/0.5mm) - incarcat pe fir de livrare de 185 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000613826, DM000613829, DM000613831, DM000613833, DM000613830, DM000613827, DM000613832, DM000613828

33100 000-1	102	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Tigertriever TRPP3133,TRPP3155, TRPP3166,TRPP3144, TRPP3122	Israil	Rapid Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control. Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării.Șaft din PTFE/Grilamid Compatibilitatea cu: 0.013", 0.017", 0.021" ID microcatheter Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibil: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm Lungimea cateterului este 200cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control. Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării.Șaft din PTFE/Grilamid Compatibilitatea cu: 0.013", 0.017", 0.021" ID microcatheter Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibil: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm Lungimea cateterului este 200cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000324155, DM000324151, DM000324152, DM000324153, DM000324156
33100 000-1	103	Stent Graft Periferic	Stent Graft Periferic	BeGraft periferial BGP1805_1 - xxxxxxx- BGP5710_2 (toate din catalog)	Germany	Bentley	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035". Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 7.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 8.0,9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035". Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	DM000362763, DM000362743, DM000362776, DM000362784, DM000362742, DM000362738, DM000362782, DM000362780, DM000362749, DM000362767, DM000362765, DM000362741, DM000362769, DM000362747, DM000362766, DM000362756, DM000362739, DM000362779, DM000362777, DM000362761, DM000362755, DM000362764, DM000362745. DM000362774, DM000362770, DM000362759, DM000362748, DM000362750, DM000362757, DM000362785, DM000362771, DM000362752, DM000362746, DM000362744, DM000362751, DM000362781, DM000362783, DM000362768, DM000362762, DM000362754, DM000362740, DM000362772, DM000362773, DM000362758, DM000362760, DM000362778, DM000362775, DM000362753

33100 000-1	106	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	AVANTI+ Transradial Kit 504-614Z, 504-615Z, 504-616Z,	SUA	Cordis	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung “Side port” cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch si 35-40 cm lungime Sau 0.021” inch si 35-45 cm lungime	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung “Side port” cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 cm, Ac de punctie de 21G lungime de 4-5 cm; minighid 0.021” inch si 45 cm lungime	DM000682577, DM000682578, DM000682579
33100 000-1	111	Catetere diagnostic angiografie	Catetere diagnostic angiografie	INFINITI® Diagnostic Catheter (PAGINA 26-32 CATALOG) JL 3,5-6: 538418, 534518T, 534618T,538420, 534520T, 534620T,538417, 534517T, 534617T,538422, 534522T, 534622T, 538424, 534524T, 534624T, JR 3,5-6: 538419, 534519T, 534619T, 538421, 534521T, 534621T, 534516T, 534516T, 538428, 534528T,534628T, 538427, 534527T, 534627T, 538423, 534523T, 534623T, 534629T,538425, 534525T, 534625T, AL 1-4:538445, 534545T, 534645T, 538446, 534546T, 534646T,538447, 534547T, 534647T, AR 1-3:538448, 534548T, 534648T,538441, 534541T, 534641T,538443, 534543T, 534643T, Left coronary bypass:538472, 534572T, 534672T, Right coronary bypass:538470, 534570T, 534670T, IM:538460, 534560T, 534660T, Pigtail drept, 145°, 155°: 538451V,538450S*, 534550S, 534650S,538450E*, 534550E, 534650E,538457V, 534552S, 534652S, 538453S*, 534553S, 534653S,538455S*, 538459V,534555S*, Sones: 534562T, 534-635T, 534-637T MP:538442,538444, 534542T, 534642T, 534544T, 534539T, 534649T,	SUA	Cordis	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Virf atraumatic radioopac. Material nylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și împingere. Stabilitate termica la temperatura corpului. . cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici . Compatibilitate cu ghid: 0,038”. Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu diameter de 4, 5, 6F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Virf atraumatic radioopac. Material nylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și împingere. Stabilitate termica la temperatura corpului. . cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici . Compatibilitate cu ghid: 0,038”. Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm (PAGINA 26-32 CATALOG) cu diameter de 4, 5, 6F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	DM000617257, DM000617252, DM000617304, DM000617305, DM000617357, DM000617359, DM000617353, DM000617255, DM000617311, DM000617253, DM000617259, DM000617355, DM000617361, DM000617261, DM000617262, DM000617260, DM000617258, DM000617312, DM000617365, DM000617254, DM000617362, DM000617360, DM000617358, DM000617251, DM000617306, DM000617314, DM000617256, DM000617356, DM000617363, DM000617364, DM000617323, DM000617272, DM000617374, DM000617324, DM000617273, DM000617375, DM000617325, DM000617274, DM000617376, DM000617326, DM000617275, DM000617377, DM000617319, DM000617268, DM000617370, DM000617321, DM000617270, DM000617372, DM000617337, DM000617385, DM000617287, DM000617336, DM000617384, DM000617286, DM000617383, DM000617283, DM000617335, DM000617381, DM000617278, DM000617277, DM000617334, DM000617379, DM000617329, DM000617328, DM000617280, DM000617330, DM000617331, DM000617279, DM000617333, DM000617380, DM000617332, DM000617282, DM000617284, DM000617368, DM000617369, DM000617378, DM000617320, DM000617266, DM000617271, DM000617269, DM000617322, DM000617371

100000	114	Cateter ghid pentru coronare	Cateter ghid pentru coronare	VISTA BRITE TIP® and Long VISTA BRITE TIP® Guiding Catheters JL 67000000, 77800000, 588812, 77800100, 55600200,67000200, 77800200, 588851, 5560020L,67001200, 77801200, 67000300, 77800300588832,67000490,77800490, 55600400 ,67000400, 77800400 ,588823, 5560040L, 6700040L,67001400,, 77801400,, 67000500, 77800500, 588834, 77801500, 67000600, 77800600, 588852, 67001600, 77800700, 588810, 55600800, 67000800, 77800800, 588853, 588853, 5560080L, 77800900, 588800, 67001000, 77801000, 588854, SM7338, SM7435, SM7329, SM7361 JR 55608000, 67008000, 77808000, 588855, 5560800L, 67008100, 77808100, 588828, 67008290, 77808290, 588830T, 55608200, 67008200, 77808200, 588830, 5560280L, 6700820L, SM7426, 670099000, 77809000, 67008300, 77808300,588831, 77808390,,588831T , SM7739, SM7436, 77809200, 67008400, 77808400, 588856, SM7330, 77808500, Extra back-up SM7465, SM7328, 6700520, 77805200, 588829, SM7395, 67005300, 77805300, 588875 67005490, SM7721, 55605400,, 67005400, 77805400, 588882,, 5560540L, 6700540L, 6700540L, 67005500, 77805500, 588885, 55905600, 67005600, 77805600, SM7603, 67003800, ,77803800, 77803900, 588878, 77804090, 588844T, 55604000, 67004000, 77804000, 588844, 5560400L, 6700400L, 77804800, 67004100, 77804100, 588848, 67004200, 77804200, 588849,77804300, 588891 Amplatz Right 67011000, 77811000, 588845, ,SM7333, 6701100L, 77811100, 588836, 55611200, 67011200, 77811200, 588846, 5561120L, 6701120L, 67011300, 77811300, 588837, SM7398 MP 5562700L, 6702700L, 67027000, 77827000, 588842, SM7462, 67027100, 77827100, 588892, SM7477, SM7206, 598942, 77827055, 588840P, SM7394,67027200, 67027200 Internal Mammary 67019090, 77819090 588801, 67019000, 77819000, 588817, 5561900L, 67019100, 77819100,588820, 77819190, 67019200 Bypass: Left 67018000, 77818000,58815,67018090, 77818090, 67018100, 77818100 Bypass: Right 67018200, 77818200, 588816, 67018290, G780RCBH, 67018300 77818300	SUA	Cordis	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rizistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre interne: 5 Fr - 0,056” ; 6 Fr - 0,070” ; 7 Fr- 0,078-0.080” ; 8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr - 0,098” Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic.(pagina 9 brosură) Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rizistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre interne: 5 Fr - 0,056” ; 6 Fr - 0,070” ; 7 Fr- 0,078 0.080” ; 8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr - 0,098” Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm ((pagina 59-71 catalogului) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000618383, DM000618398, DM000618385, DM000618586, DM000618587, DM000618504, DM000618500, DM000618412, DM000618392, DM000618503, DM000618413, DM000618403, DM000618405, DM000618406, DM000618406, DM000618706, DM000618404, DM000618693, DM000618585, DM000618584, DM000618502, DM000618616,DM000618695DM000618754, DM000618390, DM000618399, DM000618391, DM000618388, DM000618384, DM000618397, DM000618694, ,DM000618534, DM000618535, DM000618532, DM000618423, DM000618619, DM000618615, DM000618625, DM000618421, DM000618531, DM000618692, DM000618499, DM000618638, DM000618419, DM000618417, DM000618583, DM000618533, DM000618710, DM000618541, DM000618538, DM000618540, DM000618501, DM000618539, DM000618528, DM000618614, DM000618427, DM000618425, DM000618529, DM000618530, DM000618694, DM000618698, DM000618537, DM000618428, DM000618422, DM000618536, DM000618613, DM000618624, DM000618416, DM000618639, DM000618424, DM000618418, DM000618707, DM000618527, DM000618699, DM000618640, DM000618641, DM000618415, DM000618420, DM000618733, DM000618476, DM000618577, DM000618575, DM000618758, DM000618578, DM000618474, DM000618622, DM000618471, DM000618667, DM000618620, DM000618470, DM000618472, DM000618691, DM000618473, DM000618571, DM000618569, DM000618576, DM000618467, DM000618623, DM000618642, DM000618574, DM000618468, DM000618643, DM000618570, DM000618475, DM000618711, DM000618469, DM000618572, DM000618573, DM000618714, DM000618442, DM000618556, DM000618621, DM000618701, DM000618443, DM000618447, DM000618444, DM000618446, DM000618449, DM000618450, DM000618451, DM000618452, DM000618557, DM000618558, DM000618559, DM000618560, DM000618561, DM000618562, DM000618563, DM000618646, DM000618649, DM000618652, DM000618656, DM000618657, DM000618658, DM000618745, DM000618432, DM000618433, DM000618434, DM000618441, DM000618435, DM000618436, DM000618437, DM000618439, DM000618440, DM000618543, DM000618542, DM000618544, DM000618553, DM000618545, DM000618554, DM000618546, DM000618549, DM000618554, DM000618547, DM000618555, DM000618580, DM000618551, DM000618552, DM000618653, DM000618630, DM000618673, DM000618644, DM000618634, DM000618645, DM000618631, DM000618635, DM000618636, DM000618654, DM000618744, DM000618738, DM000618739, DM000618479, DM000618481, DM000618482, DM000618483, DM000618582, DM000618579, DM000618702, DM000618581, DM000618580, DM000618632, DM000618626, DM000618633, DM000618627, DM000618515, DM000618514, DM000618514, DM000618518, DM000618602, DM000618509, DM000618591, DM000618618, DM000618600, DM000618718, DM000618600, DM000618689, DM000618629, DM000618655, DM000618669, DM000618683, DM000618588, DM000618505, DM000618617, DM000618590, DM000618508
--------	-----	---------------------------------	---------------------------------	---	-----	--------	--	--	---

127	Baloane PTCA noncompliant	Baloane PTCA noncompliant	NC Quantum Apex™ Monorail H7493912406200 , H7493912408200 , H7493912412200 H7493912415200 , H7493912420200,H7493912430200, H7493912406220 ,H7493912408220 ,H7493912412220 H7493912415220 , H7493912420220 ,H7493912430220, H7493912406250 ,H7493912408250 , H7493912412250 H7493912415250 , H7493912420250 ,H7493912430250, H7493912406270 ,H7493912408270 , H7493912412270 H7493912415270 , H7493912420270 ,H7493912430270, H7493912406300 ,H7493912408300 , H7493912412300 H7493912415300 , H7493912420300 ,H7493912430300, H7493912406320 ,H7493912408320 , H7493912412320 H7493912415320 , H7493912420320 ,H7493912430320, H7493912415350 ,H7493912420350 , H7493912430350, H7493912406370 ,H7493912408370 , H7493912412370 H7493912415370 , H7493912420370 ,H7493912430370, H7493912406400 ,H7493912408400 , H7493912412400 H7493912415400 , H7493912420400 ,H7493912430400,H7493912406450 ,H7493912408450 , H7493912412450 H7493912415450 , H7493912420450 ,H7493912406500 H7493912408500 ,H7493912412500 ,H7493912415500 ,H7493912420500	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX noncompliant. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-14 atm. Presiune RPB: 18 – 22atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 140± 5cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la pina la 2.0- 2.3 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Baloane PTCA RX noncompliant. Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Markeri radiopaci din platina iridium: 2. Presiune nominală: 10-14 atm. Presiune RPB: 18 – 22atm în funcție de diametrul balonului. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime shaft : 140± 5cm Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni), Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la pina la 2.0- 2.3 Fr . Distal:- pina la 2.7 Fr.	DM00046280 , DM000462787, DM000462770 DM000462804, DM000462808, DM000462764, DM000462809, DM000462778, DM000462783 DM000462768, DM000462822, DM000462761 DM000462769, DM000462820, DM000462779 DM000462821, DM000462760, DM000462816 DM000462817, DM000462777, DM000462774 DM000462772, DM000462800, DM000462800 DM000462810, DM000462797, DM000462795 DM000462814, DM000462790, DM000462765 DM000462819, DM000462775, DM000462786 DM000462792, DM000462785, DM000462789 DM000462784, DM000462803, DM000462815 DM000462767, DM000462781, DM000462793 DM000462763, DM000462823, DM000462805 DM000462818, DM000462812, DM000462796 DM000462813, DM000462762, DM000462802 DM000462766, DM000462811, DM000462771 DM000462799, DM000462776, DM000462780 DM000462798, DM000462773, DM000462782 DM000462807, DM000462788, DM000462794 DM000462791
129	Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliant pentru dilatare leziuni calcificate	Emerge NC H7493927606200, H7493927608200, H7493927612200, H7493927615200, H7493927620200, H7493927630200, H7493927606220, H7493927608220, H7493927612220,H7493927615220,, H7493927620220, H7493927630220, H7493927606250, H7493927608250 ,H7493927612250, H7493927615250, H7493927620250,H7493927630250, H7493927606270, H7493927608270, H7493927612270, H7493927615270, H7493927620270, H7493927630270, H7493927606300, H7493927608300, H7493927612300, H7493927615300, H7493927620300, H7493927630300, H7493927606320, H7493927608320, H7493927612320, H7493927615320, H7493927620320, H7493927630320, H7493927606350, H7493927608350, H7493927612350, H7493927615350, H7493927620350, H7493927630350, H7493927606370, H7493927608370, H7493927612370, H7493927615370, H7493927620370, H7493927630370, H7493927606400, H7493927608400, H7493927612400, H7493927615400, H7493927620400, H7493927630400, H7493927606450 , H7493927608450, H7493927612450, H7493927615450, H7493927620450, H7493927606500, H7493927608500, H7493927612500, H7493927615500, H7493927620500, H7493927608550, H7493927612550, H7493927615550,H7493927620550, H7493927608600	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017”) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017”) Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri incorporati din platinum iridium. Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm; Diametrul balonului 2,0-6,0 mm; Lungimea balonului 6-30 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;	DM000221817, DM000221834, DM000221808, DM000221819, DM000221810, DM000221822, DM000221776, DM000221780, DM000221807, DM000221778, DM000221789, DM000221836, DM000221814, DM000221785, DM000221838, DM000221830, DM000221809, DM000221818, DM000221795, DM000221812, DM000221769, DM000221803, DM000221799, DM000221837, DM000221787, DM000221797, DM000221815, DM000221823, DM000221805, DM000221828, DM000221798, DM000221802, DM000221768, DM000221826, DM000221781, DM000221824, DM000221811, DM000221831, DM000221774, DM000221821, DM000221820, DM000221784, DM000221770, DM000221794, DM000221790, DM000221775, DM000221783, DM000221777, DM000221793, DM000221813, DM000221829, DM000221773, DM000221806, DM000221771, DM000221792, DM000221804, DM000221832, DM000221839, DM000221835, DM000221786, DM000221788, DM000221772, DM000221779, DM000221827, DM000221825, DM000221833, DM000221816, DM000221782, DM000221801, DM000221791, DM000221800, DM000221796,

131	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	SYNERGY™ XD H7493941708220 - xxxx - H7493941732500 (toate diametre din broșura Synergy XD) plus SYNERGY™Sheild Monorail H7493966608220 - xxxx- H7493966648400 (IFU Synergi Sheild pagina 4-5)	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicată la pacientii cu risc înalt de sîngerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Material Aliaj Platinum Crom. (specificatie tehnica pagina 2) Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicată la pacientii cu risc înalt de sîngerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm (specificatie tehnica pagina 2) Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. (broșura pagina 1) sau IFU Synergy Sheild pag.4-5) Lungime efectiva obligatorii 144 cm (specificatie tehnica pagina 2) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000373006,DM000373029,DM000373026 DM000373032,DM000372999,DM000372995 DM000373045,DM000373041,DM000373044 DM000373008, M000373015,DM000373051 DM000373023,DM000372992,DM000372991 DM000373049,DM000373010,DM000373007 DM000373019,DM000373048,DM000373042 DM000373018,DM000373000,DM000373013, DM000373014 ,DM000373012,DM000373047, DM000373054,DM000372996,DM000373053, DM000373038,DM000373022 DM000373002, DM000373046,DM000373028,DM000373017, DM000373027,DM000373009,DM000373031, DM000373020,DM000373039,DM000373037 DM000373025,DM000373005,DM000373011 DM000373034,DM000373016,DM000373035 DM000373036,DM000373052,DM000372997 DM000373003,DM000373033,DM000373050 DM000373001,DM000373043,DM000372990 DM000373030,DM000373004,DM000372998, DM000373024,DM000373021,DM000372994 DM000373040,DM000372993, DM000849358 DM000849441 DM000849458 DM000849453 DM000849428 DM000849459 DM000849424 DM000849357 DM000849356 DM000849443 DM000849456 DM000849433 DM000849361 DM000849351 DM000849365 DM000849451 DM000849405 DM000849385 DM000849426 DM000849411 DM000849345 DM000849431 DM000849393 DM000849346 DM000849360 DM000849436 DM000849454 DM000849407 DM000849442 DM000849445 DM000849444 DM000849439 DM000849455 DM000849387 DM000849383 DM000849397 DM000849446 DM000849447 DM000849460 DM000849372 DM000849437 DM000849402 DM000849380 DM000849435 DM000849399 DM000849370 DM000849452DM000849368 DM000849377 DM000849448DM000849390 DM000849440 DM000849438 DM000849395 DM000849449 DM000849450 DM000849417 DM000849434 DM000849415 DM000849409 DM000849432 DM000849375

132	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS	Stent coronarian, RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS	XIENCE Pro S™ de la 1508200-08 x ***** x până la 1508400-38 (toate mărimi din catalog	SUA	Abbott	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maxiale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maxiale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000343916 DM000343936 DM000343901 DM000343920 DM000343889 DM000343887 DM000343940 DM000343888 DM000343892 DM000343885 DM000343922 DM000343935 DM000343931 DM000343886 DM000343880 DM000343900 DM000343926 DM000343898 DM000343883 DM000343890 DM000343902 DM000343925 DM000343909 DM000343912 DM000343941 DM000343921 DM000343899 DM000343893 DM000343891 DM000343933 DM000343910 DM000343895 DM000343911 DM000343896 DM000343881 DM000343937 DM000343894 DM000343938 DM000343884 DM000343929 DM000343897 DM000343939 DM000343908 DM000343924 DM000343928 DM000343915 DM000343914 DM000343927 DM000343882 DM000343917 DM000343923 DM000343942 DM000343919 DM000343904 DM000343903 DM000343913 DM000343905 DM000343943 DM000343932 DM000343930 DM000343934 DM000343907 DM000343918 DM000343906
133	Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom, medicamentos - EVEROLIMUS	Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom, medicamentos - EVEROLIMUS	XIENCE Pro S™ de la 1508200-08 x ***** x până la 1508400-38 (toate mărimi din catalog	SUA	Abbott	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maxiale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. Restenoza mica prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubtire. Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maxiale, fara deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000343916 DM000343936 DM000343901 DM000343920 DM000343889 DM000343887 DM000343940 DM000343888 DM000343892 DM000343885 DM000343922 DM000343935 DM000343931 DM000343886 DM000343880 DM000343900 DM000343926 DM000343898 DM000343883 DM000343890 DM000343902 DM000343925 DM000343909 DM000343912 DM000343941 DM000343921 DM000343899 DM000343893 DM000343891 DM000343933 DM000343910 DM000343895 DM000343911 DM000343896 DM000343881 DM000343937 DM000343894 DM000343938 DM000343884 DM000343929 DM000343897 DM000343939 DM000343908 DM000343924 DM000343928 DM000343915 DM000343914 DM000343927 DM000343882 DM000343917 DM000343923 DM000343942 DM000343919 DM000343904 DM000343903 DM000343913 DM000343905 DM000343943 DM000343932 DM000343930 DM000343934 DM000343907 DM000343918 DM000343906

134	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-Zotarolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-Zotarolimus	TRCR22508X; TRCR22512X; TRCR22515X; TRCR22518X; TRCR22522X; TRCR22526X; TRCR22530X; TRCR22534X; TRCR22538X; TRCR25008X; TRCR25012X; TRCR25015X; TRCR25018X; TRCR25022X; TRCR25026X; TRCR25030X; TRCR25034X; TRCR25038X; TRCR27508X; TRCR27512X; TRCR27515X; TRCR27518X; TRCR27522X; TRCR27526X; TRCR27530X; TRCR27534X; TRCR27538X; TRCR30008X; TRCR30012X; TRCR30015X; TRCR30018X; TRCR30022X; TRCR30026X; TRCR30030X; TRCR30034X; TRCR30038X; TRCR35008X; TRCR35012X; TRCR35015X; TRCR35018X; TRCR35022X; TRCR35026X; TRCR35030X; TRCR35034X; TRCR35038X; TRCR40008X; TRCR40012X; TRCR40015X; TRCR40018X; TRCR40022X; TRCR40026X; TRCR40030X; TRCR40034X; TRCR40038X; RONYX20008X; RONYX20012X; RONYX20015X; RONYX20018X; RONYX20022X; RONYX20026X; RONYX20030X; RONYX45012X; RONYX45015X; RONYX45018X; RONYX45022X; RONYX45026X; RONYX45030X; RONYX50012X; RONYX50015X; RONYX50018X; RONYX50022X; RONYX50026X; RONYX50030X Resolute ONYX RONYxxxxX plus ONYX TRUCOR TRCRxxxxX	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Sistema de delivrare 140 cm. Dimensiuni obligatorii: 2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1.25 mm de la diametrul initial, Lungimea 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; (pagina 2 brosură Onyx resolute si Onyx Tru cor)compatibil RMN. (pagina 10 instrucțiuni) Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului. (pagina 9 instrucțiuni) Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). (pagina 4 rosura Onyx trucor) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Sistema de delivrare 140 cm. (pagina 7 instrucțiuni) Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)..	DM000401358; DM000401389; DM000401360; DM000401364; DM000401369; DM000401356; DM000401359; DM000401373; DM000401382; DM000401362; DM000401390; DM000401347; DM000401374; DM000401376; DM000401388; DM000401392; DM000401368; DM000401387; DM000401393; DM000401349; DM000401361; DM000401379; DM000401357; DM000401348; DM000401366; DM000401367; DM000401370; DM000401380; DM000401371; DM000401353; DM000401346; DM000401386; DM000401397; DM000401345; DM000401377; DM000401351; DM000401350; DM000401391; DM000401384; DM000401385; DM000401372; DM000401383; DM000401396; DM000401354; DM000401344; DM000401395; DM000401365; DM000401355; DM000401375; DM000401352; DM000401394; DM000401381; DM000401378; DM000401332; DM000401276; DM000401336; DM000401340; DM000401273; DM000401339; DM000401335; DM000401343; DM000401274; DM000401275; DM000401338; DM000401333; DM000401277; DM000401342; DM000401271; DM000401334; DM000401337; DM000401341; DM000401272;DM000401363;
147	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Sistem de protectie impotriva emboliilor	ANGIOGUARD™ RX Embolic Protection Device 701814RE, , 501814RE, 801814RE, 601814RE (pagina 5 ghid)	SUA	Cordis	Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat de ≥ 180cm • 4 markeri radioopac • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7, 8 mm • filtru cu pori de ccl puțin 80-160µm • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F	Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare • Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible(pagina 4 ghid) • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare incorporat de 180cm _pagina 5 ghid(• 4 markeri radioopac • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4 variante de marime: 5, 6, 7, 8 mm • filtru cu pori de 100µ(pagina 2ghid) • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F(pagina 2 ghid)	DM000620750, DM000620748, DM000620751, DM000620749,

153	Ghid metaliz amplatz super stiff	Ghid metaliz amplatz super stiff	Amplatz Super Stiff™ Guidewire M001465001 , M001465011 , M001465021 M001465031 , M001465041, M001465171 M001465191 , M001465201 , M001465231 M001465251 , M001465261, M001465091 (extras din catalog)	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid metaliz amplatz super stiff Constuctia ghidului este neteda cu arcuiri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Diametru de 0,035" si 0,038"(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Configurații vârful diferite . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Mărimi obligatorii Lungimi : 145-150cm, 180 cm, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid metaliz amplatz super stiff Constuctia ghidului este neteda cu arcuiri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Diametru de 0,035" si 0,038"(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Configurații vârful diferite . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Mărimi obligatorii Lungimi : 145-150cm, 180 cm, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),	DM000306616,DM000306615, DM000306608, DM000306624, DM000306622, DM000306621, DM000306620, DM000306617, DM000306613,DM000306610, DM000306611, DM000306612, DM000306623, DM000306619, DM000306614
155	Sistem de rotatie	Sistem de rotatie	Consola- ROTAPRO™ Rotational Atherectomy System Console Kit H74939309030 (pagina 8) plus Avansator cu burr - ROTAPRO Pre-Connected Burr and Advancing Device GTIN catalogului 1.50mm - 08714729893363 2.50mm - '08714729893424 2.15mm - 08714729893394 2.00mm - 08714729893387 1.25mm -08714729893356 1.75mm - 08714729893370 plus Teaca ghid - ROTAWIRE™ Drive Guidewire(1 buc ghid 0,010") H802228240022 H802232390012	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide- demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in diametru si este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2.15, 2,5 mm Cateterul are o lungime de 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem usor de utilizat de un sigur operator Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Sistemul pentru rotatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide- demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in diametru si este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2.15, 2,5 mm Cateterul are o lungime de 135 cm.(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Console : DM000422476 Burr; DM0000200778 DM000200772 DM000200774 DM000200773 DM000200779 DM000200777 DM000200776 DM000200775 Ghid: DM000422492 DM000422493

157	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Shockwave IVL CATHETER : C2IVL2512, C2IVL3012, C2IVL3512, C2IVL4012	SUA	Shockwave Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014". Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014". Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr.(pagina 2) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm (pagina2) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000440697, , DM000440695, DM000440692, DM000440699,
161	Cateter pentru trombaspiratie	Cateter pentru trombaspiratie	Asap ASAP100	SUA	Merit Medical	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârf cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),	Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârf cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014".(brosură pagina 2) Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 21,5 cm cu robinet. .(brosură pagina 3) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140 cm .(brosură pagina 2) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	DM000316348
171	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor	ELECTRO DETACH GENERATOR v4 347-404 (pagina 1)	Japonia	Kaneka	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un 1 buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Detasarea este extrem de rapida 2 sec. Ușor de utilizat, de unică folosință, sterilizat, cu posibilitatea detașării într-o singură operațiune.	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un 1 buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Detasarea este extrem de rapida 2 sec(pagina 2). Ușor de utilizat, de unică folosință, sterilizat, cu posibilitatea detașării într-o singură operațiune.	DM000618993

172	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014	pRESET Thrombectomy Device PRE-4-20, PRE-6-30, PRE-LUX-4-20, PRE-LT-4-20, PRE-LT-3-20 PRES-5-40	Germany	Phenox	Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea mai complicata anatomie. Are 1 marker radioopac proximal și 2 distal, care pot fi recapturați și repositionați. Impingatorul dispozitivului are un marker si diametrul de 0,014" , lungime de 200 cm In combinatie cu un microcateter, dispozitivul de revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil discret de angajare a trombului.. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror diametru este cuprins intre: 1.5 mm - 6 mm. Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm). Cerinte minime obligatorii Dimensiuni: • Diametru: 3 mm, 4 mm, 5mm,6 mm. • Lungime de lucru : 20 mm, 30 mm, 40 mm 50 mm• • Lungime shaft: 30 mm, 48 mm, 52 mm, 64 mm • Lungime fir de impingere: 200 cm	Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea mai complicata anatomie. Are 1 marker radioopac proximal și 2 distal, care pot fi recapturați și repositionați. Impingatorul dispozitivului are un marker si diametrul de 0,014" , lungime de 200 cm In combinatie cu un microcateter, dispozitivul de revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil discret de angajare a trombului.. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror diametru este cuprins intre: 1.5 mm - 6 mm. Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm). Cerinte minime obligatorii Dimensiuni: • Diametru: 3 mm, 4 mm, 5mm,6 mm.(pagina 1) • Lungime de lucru : 20 mm, 30 mm, 40 mm 50 mm• • Lungime shaft: 30 mm, 48 mm, 52 mm, 64 mm • Lungime fir de impingere: 200 cm	DM000621104 DM000621103 DM000621099 DM000621101 DM000621100 DM000621102 DM000621098
173	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer	p64 MW si p48 MW Flow Modulation Device P64-MW-HPC-300-9 , P64-MW-HPC-300-12 P64-MW-HPC-300-15 , P64-MW-HPC-300-18 P64-MW-HPC-350-9 , P64-MW-HPC-350-12 P64-MW-HPC-350-15 , P64-MW-HPC-350-18 P64-MW-HPC-350-21 , P64-MW-HPC-400-12 P64-MW-HPC-400-15 , P64-MW-HPC-400-18 P64-MW-HPC-400-21 , P64-MW-HPC-400-24 P48-MW-HPC-200-9 , P48-MW-HPC-200-12 P48-MW-HPC-200-15 , P48-MW-HPC-300-9 P48-MW-HPC-300-12, P48-MW-HPC-300-15 P48-MW-HPC-300-18	Germany	Phenox	Stent de tip flow- diverter complet radiodedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale din Nintinol si Platinum , acoperit cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) antiplachetar, pentru risc trombogenic scazut. Complet radioopac. Conține ghid mobil , independent cu vârf forma de olivă, pentru siguranță și repositionare precisă. Creat din 48 de fire pentru vase diametrul maxim 3mm și minim 1.75 mm . Lungime implantului 9 mm – 25 mm. Varianta din 64 de fire pentru pentru vase diametrul maxim 5 mm si minim 2.5 mm Lungime implantului 9mm -41 mm Compatibil cu microcatetere de 0,021".	Stent de tip flow- diverter complet radiodedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale din Nintinol si Platinum , acoperit cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) antiplachetar, pentru risc trombogenic scazut. Complet radioopac. Conține ghid mobil , independent cu vârf forma de olivă, pentru siguranță și repositionare precisă. Creat din 48 de fire pentru vase diametrul maxim 3mm și minim 1.75 mm . Lungime implantului 9 mm – 25 mm. Varianta din 64 de fire pentru pentru vase diametrul maxim 5 mm si minim 2.5 mm Lungime implantului 9mm -41 mm Compatibil cu microcatetere de 0,021".	DM000618983, DM000618982, DM000618977, DM000618980, DM000618975, DM000618981, DM000618976, DM000618965, DM000618962, DM000618973, DM000618971, DM000618974, DM000618970, DM000618966, DM000618972, DM000618963, DM000618964, DM000618979, DM000618968, DM000618967, DM000618978, DM000618969, DM000618984, DM000618988, DM000618990, DM000618989, DM000618992, DM000618985, DM000618986, DM000618991, DM000618987

