

Anexa 22. Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1741100863750 / 21374906					Data: 04.04.2025		Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:		Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP–Beneficiare pentru anul 2025 - Necesari Suplimentari 2							Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie	MX50050	Germania	Drägerwerk	Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră	Absorbent CO2, pentru aparatele de anestezie, Drägersorb Free, canistre de 5L, conținut redus de NaOH, granule semisferice de culoare albă, dimensiunea 2-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Pag. 103 din Catalogul Draeger	DM000802432, nr. Rg04-000398 din 30.12.2024
33100000-1	16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	MP05801	Germania	Drägerwerk	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru mecanic HME TwinStar HEPA Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, pierdere H2O cel mult 10,9mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 33,1mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 26,8g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653569, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100000-1	17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	MP05805	Germania	Drägerwerk	Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55 Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, pierdere H2O nu mai mult de 9,4 mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 34,6mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 17,6g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653570, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100000-1	18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	MP05785	Germania	Drägerwerk	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienți. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100000-1	19	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	MP05820	Germania	Drägerwerk	Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresibil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual	Filtru HME TwinStar 9 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/nou-născuți, de o singură folosință, 22M/15F-15F/8,5M, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, pierdere H2O cel mult 10,3 mg H2O/l la VT=50ml, returnarea H2O cel puțin 33,7 mg H2O/l la VT=50ml, rezistența la flux 15l/min nu mai mult de 1,5mbar, volum compresibil nu mai mult de 9ml, greutate nu mai mult de 7,1g, volumul Tidal recomandat de la 30 până la 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000570311, nr. Rg04-000259 din 27.07.2023

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 000-1	20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	MP05815	Germania	Drägerwerk	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virală $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Filtru HME TwinStar 25 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, pediatrice cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, pierderea H ₂ O cel mult 11,8 mg H ₂ O/l la VT=250ml, returnarea H ₂ O cel puțin 32,2 mg H ₂ O/l la VT=250ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,8mbar, volum compresibil nu mai mult de 25ml, greutate nu mai mult de 12,4g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO ₂ . Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653572, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	MP05805	Germania	Drägerwerk	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H ₂ O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individualCO ₂ .	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55 Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, pierderea H ₂ O nu mai mult de 9,4 mg H ₂ O/l la VT=500ml, return H ₂ O cel puțin 34,6mg H ₂ O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 17,6g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO ₂ . Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653570, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	69	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat	MP01840	Germania	Drägerwerk	Conector respirator gofrat	Tub prelungitor ErgoStar CM 40, pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,6/9,5mm securizat cu capac-clip dublu pentru endoscopie și sanare, lungime 100mm, conexiuni 22F/15M-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic. Pag. 63 din Catalogul Draeger	DM000653577, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	71	Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)	Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)	MX50004	Germania	Drägerwerk	Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)	Infinity ID CLIC absorber 800+ - Absorbent CO ₂ , cartuș de unică folosință, compatibil cu Mașini de anestezie Draeger cu adaptor CLIC. Pag. 104 din Catalogul Draeger	DM000802435, nr. Rg04-000398 din 30.12.2024

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**