

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1576250375803				Data: 24.12.2019.	Alternativa nr
Denumirea licitației:		IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica				Lot:1	Pagina:
Nr. d/o	Cod CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	331 000 00- 1	Sonda liniara	L752	China	Zhanjia ng Star Enterp rise Co.,Ltd	<p><b>Compatibilă cu USG SonoScape SSI 8000</b></p> <p><b>Termen de garanție 12 luni</b></p> <p><b>Frecvența de lucru 12,5-5,0 MHz</b></p> <p><b>Sigla oficială de la producător și marcajul CE vor fi imprimare pe corpul sondei</b></p> <p><b>Livrarea și instalarea la următoarea adresă- Centrul Medicilor de Familie nr.2- mun.Cgișinău, str. Independenței,28</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Caracteristici</b></li> <li>• <b>Frecvența centrală: 8,0 MHz;</b></li> <li>• <b>Frecvența afișajului: 4,0-16,0 MHz;</b></li> <li>• <b>FOV: 52 mm;</b></li> <li>• <b>Elemente: 256;</b></li> <li>• <b>Radius: nu este disponibil;</b></li> <li>• <b>Adâncimea imaginii: 2-100 mm;</b></li> <li>• <b>Ghid pentru biopsie: disponibil;</b></li> <li>• <b>Amprenta: 55x10 mm;</b></li> <li>• <b>Compatibilitate: SonoScape SSI-8000, S8, S8Exp, S9, S9Pro, S20,</b></li> </ul>

							<b>S22, S30, S40.</b>
<b>2.</b>	<b>331 000 00- 1</b>	<b>Sonda convexa</b>	<b>C362</b>	<b>China</b>	<b>Zhanjia ng Star Enterp rise Co.,Ltd</b>	<b>Compatibilă cu USG SonoScape SSI 8000 Termen de garanție 12 luni. Frecvența de lucru 6,0-2,0 MHz. Sigla oficială de la producător și marcajul CE vor fi imprimare pe corpul sondei Livrarea și instalarea la următoarea adresa- Centrul Medicilor de Familie nr,2- mun.Chișinău, str.Independenței,28</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Caracteristici</b></li> <li>• <b>SonoScape C362 este o sondă de convecție de înaltă densitate pentru examene pentru adulți, care are o frecvență minimă de 3,5 MHz, maxim 7 MHz. Se aplică în diverse direcții.</b></li> </ul> <b>Compatibilitate: SonoScape SSI-8000, S8, S8Exp, S9, S9Pro, S20, S22, S30, S40.</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6