

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6, 8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782826844125 din 31.07.2026									
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică (002959)	Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică (002959)	312300	Turcia	R-VENT MEDIKAL	"1. Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică 2. Configurație conectori: 15M (masculin) x 22F (feminin) 3. Tip tub: Tub cu pereți interiori netezi (Smoothbore), pentru a reduce turbulența fluxului de gaze și condensul 4. Lungime: ≥ 15 cm 5. Funcționalitate: Echipat cu dublu sistem de rotire (double Swivel) 360° 6. Sterilitate: Steril, de unică folosință"	"1. Conector de tip Mount (Extensie respiratorie flexibilă) pentru ventilație mecanică 2. Configurație conectori: 15M (masculin) x 22F (feminin) 3. Tip tub: Tub cu pereți interiori netezi (Smoothbore), pentru a reduce turbulența fluxului de gaze și condensul 4. Lungime: ≥ 15 cm 5. Funcționalitate: Echipat cu dublu sistem de rotire (double Swivel) 360° 6. Sterilitate: Steril, de unică folosință" *Conform broșură pagina 1	CE/DM000558963
33100000-1	9	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm (003443)	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm (003443)	31305020 (sterile option)	Turcia	R-VENT MEDIKAL	"Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual"	"Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual" *Conform broșură pagina 1	CE/DM000558861

33100000-1	10	Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm (003444)	Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm (003444)	21205010 (sterile option)	Turcia	R-VENT MEDIKAL	"Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) tub inspirație, tub expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted, Lungimea minima 150cm, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual"	"Set tuburi netezi (Smoothbore) pentru aparat de ventilare 150cm Set circuit respirație (p-u aparat de respirație artificială) tub inspirație, tub expirație, cu port CO2, Y-configurație cu 8 conectori, tub neted, Lungimea minima 150cm, cu conectoare, sac) Steril. Ambalat individual" *Conform broșură pagina 1	CE/DM000651168
33100000-1	11	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (003445)	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (003445)	31305020-15 (sterile option)	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului minim 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar minim 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril.	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, pentru adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului minim 2,0m în stare întinsă; tub suplimentar minim 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000558862
33100000-1	26	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944)	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944)	13113001-1	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O	Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O *Conform broșură pagina 1	CE/DM000349433
33100000-1	27	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	31305020	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, $\geq 1,5$ m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc	Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, $\geq 1,5$ m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M,	CE/DM000558861

							Tub de extensie, $\geq 0,5$ m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, $\geq 2L$, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	1 buc Tub de extensie, $\geq 0,5$ m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, $\geq 2L$, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	29	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	F4141	Italia	Fiab	Electrod activ lamă, cuțit lungime 70 mm (+-5mm) mîner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte	Electrod activ lamă, cuțit lungime 70 mm (+-5mm) mîner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte *Conform broșură pagina 1	CE/DM000466393
33100000-1	32	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	SF12	China	Intco	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: Adult *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569607
33100000-1	35	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	GC04	China	Intco	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569595
33100000-1	38	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	F4065	Italia	Fiab	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000459475
33100000-1	39	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	SF07	China	Intco	1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569603

33100000-1	40	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 (006964)	PG970/4	Italia	Fiab	Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50	Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50 *Conform broșură pagina 1	CE/DM000655260
33100000-1	42	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	SF12	China	Intco	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569607
33100000-1	43	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	SF11	China	Intco	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569605
33100000-1	44	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	SF11	China	Intco	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569605
33100000-1	45	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	SF01	China	Intco	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de	CE/DM000569596

							utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	46	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	SF01	China	Intco	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569596
33100000-1	47	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	SF12	China	Intco	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569607
33100000-1	48	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	SF08	China	Intco	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569608
33100000-1	49	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	SF27	China	Intco	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de	CE/DM000569611

							la șocuri de defibrilare obligatoriu	defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	52	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	Electrod ECG 55-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	SF27	China	Intco	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță $10\text{ Hz} \leq 150\text{ ohm}$; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată,9.Impedanță $10\text{ Hz} \leq 150\text{ ohm}$; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu *Conform broșură pagina 1	CE/DM000569611
33100000-1	70	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	40900	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04\text{ cm H}_2\text{O}$ Volum compresibil $\leq 60\text{ ml}$ Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04\text{ cm H}_2\text{O}$ Volum compresibil $\leq 60\text{ ml}$ Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșură pagina 1	CE/DM000558957
33100000-1	71	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	41520	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$ Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63\text{ cm H}_2\text{O}$ Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11\text{ mg/l}$ Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29\text{ mg/l}$ Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșură pagina 1	CE/DM000558955
33100000-1	73	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4\text{ mbari}$ 4. Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 10\text{ mg/l}$	1. Filtru de tip HME 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4\text{ mbari}$ 4. Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 10\text{ mg/l}$	CE/DM000558935

							5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 30 mg/l	5.Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 30 mg/l *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	74	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008)	273 01	Turcia	Medbar	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559056
33100000-1	75	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir (007009)	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir (007009)	273 02	Turcia	Medbar	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir *Conform broșură pagina 1	CE/DM000559057
33100000-1	76	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	40320	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq$ 99,999% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,55 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq$ 99,999% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,55 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșură pagina 1	CE/DM000558953
33100000-1	80	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq$ 99,99% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq$ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq$ 99,99% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq$ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual *Conform broșură pagina 1	CE/DM000558935
33100000-1	81	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	41100	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 0,3 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq$ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29mg/l Volum compresibil $\leq$ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protectie (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea	Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 0,3 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq$ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29mg/l Volum compresibil $\leq$ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protectie (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea	CE/DM000558947

							de la pacient Ambalaj individual	de la pacient Ambalaj individual *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	85	Gel ECG, 250 ml (007019)	Gel ECG, 250 ml (007019)	KAF G31-2	Turcia	KAF Grup	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000368050
33100000-1	86	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)	KAF G31	Turcia	KAF Grup	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 7. Flacon reutilizabil 8. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului	1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 7. Flacon reutilizabil 8. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului *Conform broșură pagina 1	CE/DM000368048
33100000-1	87	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	KAF G31-3	Turcia	KAF Grup	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000368051
33100000-1	88	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	ULSTAR-1100S	Coreea Sud	Durico	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S echivalenta cu Sony, tip UPP-110S	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S echivalenta cu Sony, tip UPP-110S *Conform broșură pagina 1	CE/DM000761441
33100000-1	133	Hârtie USG , 110mm x 20m, tip HD Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	Hârtie USG , 110mm x 20m, tip HD Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	ULSTAR-1100HD	Coreea Sud	Durico	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD *Conform broșură pagina 1	CE/DM000761437
33100000-1	137	Hârtie USG, 110mm x 18m , tip HG (007074)	Hârtie USG, 110mm x 18m , tip HG (007074)	ULSTAR-1100HG	Coreea Sud	Durico	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent ULSTAR-1100 HG,SONY 110 HG	Hârtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent ULSTAR-1100	CE/DM000761436

								HG,SONY 110 HG *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	146	Injector-seringa 200ml, Nemoto (007086)	Injector-seringa 200ml, Nemoto (007086)	42.16.30002	China	SCW Medicath	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7	Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7 *Conform broșură pagina 1	CE/DM000232474
33100000-1	160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	4AFR100200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	CE/DM000392497
33100000-1	161	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	4AFR150200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	CE/DM000392498
33100000-1	162	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale,	4AFR200200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive	CE/DM000392499

		200mm x 200m (007105)	rolou 200mm x 200m (007105)				medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	163	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	4AFR250200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	CE/DM000392500
33100000-1	164	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	4AFR300200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul	Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie	CE/DM000392501

							și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	
33100000-1	165	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	4AFR350200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	CE/DM000392502
33100000-1	166	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	4AFR400200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	CE/DM000392503

33100000-1	167	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	4AFR050200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	CE/DM000392495
33100000-1	168	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	4AFR075200	Turcia	Dort-A Tip	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșură pagina 1	CE/DM000392496
33100000-1	175	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118)	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118)	50ml	China	Anhui Wuzhou Medical	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului.	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000646030
33100000-1	176	Seringi getabile 30-60ml (007119)	Seringi getabile 30-60ml (007119)	50ml	China	Anhui Wuzhou Medical	Seringi getabile 30-60 ml pentru infuzomat	Seringi getabile 30-60 ml pentru infuzomat *Conform broșură pagina 1	CE/DM000646030

33100000-1	180	Set seringa compatibil cu angiomas Stellat Dual(CT) (007124)	Set seringa compatibil cu angiomas Stellat Dual(CT) (007124)	42.16.10003	China	SCW Medicath	2 buc.siringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	2 buc.siringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000232453
33100000-1	183	Set IBP, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Bbraun (007127)	Set IBP, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Bbraun (007127)	41.04.24000 + 31.14.11001	China	SCW Medicath	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului Suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor (1 suport la 50 seturi) Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului Suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor (1 suport la 50 seturi) Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). *Conform broșură pagina 1	CE/DM0004332380 + Suportul nu este dispozitiv medical
33100000-1	252	Linie extensie 1,5m, 300 PSI (007316)	Linie extensie 1,5m, 300 PSI (007316)	295 08	Turcia	Medbar	pentru pompa angio, rezistente la presiune înalta(minim 300 PSI), 1.5m	pentru pompa angio, rezistente la presiune înalta(minim 300 PSI), 1.5m *Conform broșură pagina 1	CE/DM000609607
33100000-1	253	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	2114	Turcia	R-VENT MEDIKAL	Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher.	Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher. *Conform broșură pagina 1	CE/DM000558856
33100000-1	256	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	295 08	Turcia	Medbar	Steril, lungimea-150 cm, presiune înalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm	Steril, lungimea-150 cm, presiune înalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm *Conform broșură pagina 1	CE/DM000609607
33100000-1	257	Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml (007355)	Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml (007355)	50ml	China	Anhui Wuzhou Medical	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei *Conform broșură pagina 1	CE/DM000646030
33100000-1	260	Set- seringa compatibil cu angiomas Antmed CT model ImaStar CDP (007364)	Set- seringa compatibil cu angiomas Antmed CT model ImaStar CDP (007364)	100107	China	SHENZHEN ANTMED	2 buc.siringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub	2 buc.siringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, 1buc tub	CE/DM000365870

							conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T. *Conform broșură pagina 1	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**
Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**

În calitate de: **Administrator**