



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1253 din "08" 08 2021

OE participanți la procedura de achiziție
IMSP beneficiari

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID LP ocbs-b3wdp1-MD-1617968619635 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)*, Vă comunică că conform deciziei din 07.07.2021 în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din FDA (fișa de date a achiziției) au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Nr. lot	Denumirea lotului	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț pe unitate fără TVA	Preț pe unitate cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Producătorul/Țara de origine	Câștigător
1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	1	buc	980 000,00	1 176 000,00	980 000,00	1 176 000,00	Kaigen 65R	Listem, Korea	Ancotec Sistem SRL
3	Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	1	buc	646000,00	775200,00	646000,00	775200,00	Wato EX65 + BeneView T8	Mindray/China	Dutchmed-M SRL
4	Unitate electro-chirurgicală bipolară	1	buc	568000,00	681600,00	568000,00	681600,00	V10GMC B, V12PBN2 1P, V12PBN2 2P, V12PBN5 24, V12PBS25 DM, V12PBS26 DM, VSU9000, VSU59000, VR11CLP BS2, VR11CLP BS62.	Lamidea Nour/Franța	SC ERICON SRL

6	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie	1	buc	253170 0,00	3038040,0 0	2531700,0 0	3038040,00	EVIS X1 (CV-1500 + OEVS321U H + WM- NP3 + ASPEED2 + MB-155 + WM- NP3 + CFEZ150 0DL + GIF- EZ1500 + ENDOST R ATUS	Olympus/ Gima/ Cantel/ Japona/ Italia	DataControl SRL
---	---	---	-----	----------------	----------------	----------------	------------	---	--	----------------------------

Pentru lotul nr. 2 Scaun stomatologic (fotoliu), oferta operatorul economic **Visiosystems SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat unghi de înclinare de la 100° pînă la 180° s-a oferit 105°-170°.

Operatorul economic **Vivodent SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat unghi de înclinare de la 100° pînă la 180° s-a oferit 105°-170°, pag. 6 (Backrest movement range: 105° - 170°)

- s-a solicitat Urcare/ coborire ≥ 40 cm s-a oferit 37 cm, pag. 6 (430 - 800)

- s-a solicitat capacitatea maxima admisa ≥ 200 kg s-a oferit 135 kg, pag. 6 (Load capacity of the dental patient chair: ≥ 1323 N (135Kg))"

Operatorul economic **Triumf-Motiv SRL** următorul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat scaun stomatologic / unghi de inclinare de la 100° pînă la 180° s-a oferit 105° -170°, pag. 141, (The range of backward tilt angel of the headrest: 105° -170°)

- s-a solicitat scaun stomatologic / urcare/ coborire ≥ 40 cm s-a oferit 30 cm, pag. 141, (Range of up-down movement: >300 mm;)

- s-a solicitat capacitatea maxima admisa ≥ 200 kg s-a oferit 140 kg, pag.141, (Dental chair load capacity: 140 kg)"

Operatorul economic **Unident AS SRL** următorul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: în urma clarificărilor solicitate (scrisoarea Rg02-1769 din 23.06.2021) agentul economic nu a prezentat parametri tehnici pentru produsul oferit, în manualul prezentat nu sunt parametri tehnici solicitați (raspunsul din data 29.06.2021)

Operatorul economic **GBG-MLD SRL** următorul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat scaun stomatologic / programe de pozitionare min. 5 s-a oferit cu 3 poziționări, pag.2, (Three memory positions).

Operatorul economic **DataControl SRL** ultimul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat scaun stomatologic / setari min. 2 utilizatori s-a oferit pentru 1 utilizator;

- s-a solicitat scaun stomatologic / programe de pozitionare min. 5 s-a oferit cu 3 pozitionari, pag.7, (3 programmable positions, plus reset postition and last position).

Astfel, lotul **nr. 2 Scaun stomatologic (fotoliu)** se anulează din cauză că nici o ofertă nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit. d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Pentru **lotul nr. 3 Mașină de anestezie (caracteristici avansate)**, operatorul economic **PARAMEDGRUP SRL**, pe primul loc după preț se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Ecran mașina de anestezie $\geq 15''$, color s-a oferit de 10.4'''
- s-a solicitat Ecran mașina de anestezie touch screen s-a oferit fara
- s-a solicitat Debitmetre / gama, L/min $\geq 0 - 15$ s-a oferit 0.1-10 L/min.
- s-a solicitat Ventilator automat / limita de presiune, cmH₂O / ajustabilă, interval minim 0-70 s-a oferit 1-60 cmH₂O
- s-a solicitat Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale / display $\geq 15''$, color s-a oferit 12'''
- s-a solicitat Modul de monitorizare a profunzimii anesteziei / De tip BIS (sau analog) - da s-a oferit fara"

Operatorul economic **Berhord Farmed SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Debitmetre / gama, L/min $\geq 0 - 15$ s-a oferit 0-10 L/min., pag. 110 (Flow range Air - 0-10 L/min)
- s-a solicitat Parametri monitorizați și afișați / Presiunea de aer / Alarma presiune subatmosferică - da s-a oferit fara.

Operatorul economic **DataControl SRL** următorul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Ecran mașina de anestezie $\geq 15''$, color s-a oferit de 12.1'''''

Operatorul economic **Labromed Laborator SRL** următorul după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Ventilator automat / Volum minut, litri/min - interval minim 10-70 s-a oferit 30 litri/min, pag. 316
- s-a solicitat pauză de inspirație - da s-a oferit fara;
- s-a solicitat Parametri monitorizați și afișați / Presiunea de aer / Alarma presiune subatmosferică - da s-a oferit fara".

Pentru lotul nr. 5 Lămpa chirurgicală pentru sala de operație cu prindere tavan, operatorul economic **PARAMEDGRUP SRL**, pe primul loc după preț se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Diametrul câmpului de iluminare 22 – 30 cm (optiuni: circular sau oval) s-a oferit 25-30c;
- s-a solicitat Indicele de redare a culorilor 95 s-a oferit 93;
- s-a solicitata Operare Sterilă prin senso Grip s-a oferit fara;
- s-a solicitat Senzor 1/3 tip HD CMOS s-a oferit fara.

Operatorul economic **SA Tehoptimed SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Diametrul câmpului de iluminare 22 – 30 cm (optiuni: circular sau oval), s-a oferit 25-30 cm;
- s-a solicitat Operare / Sterilă prin senso Grip, s-a oferit fără;
- s-a solicitat Operare / Nesteril prin intermediul panoului sensoTouc, s-a oferit panou cu butoane;

Operatorul economic **Triumf-Motiv SRL** al treilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Diametrul câmpului de iluminare 22 – 30 cm (optiuni: circular sau oval) s-a oferit 25-30 cm
- s-a solicitat Operare / Sterilă prin senso Grip s-a oferit fără;
- s-a solicitat Operare / Nesteril prin intermediul panoului sensoTouch s-a oferit panou cu butoane.

Operatorul economic **SC Imunotehnomed SRL** următorul după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Operare / Sterilă prin senso Grip s-a oferit fără;
- s-a solicitat Indicele de redare a culorilor 95 s-a oferit 90;
- s-a solicitat Adâncimea iluminării > 80 cm s-a oferit 70 cm;

Operatorul economic **M-INTER-FARMA SRL** următorul după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Operare / Sterilă prin senso Grip s-a oferit fără;
- s-a solicitat Operare / Nesteril prin intermediul panoului sensoTouch s-a oferit cu butoane.

Operatorul economic **ÎM Dutchmed-M SRL** următorul după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Diametrul câmpului de iluminare 22 – 30 cm (optiuni: circular sau oval) s-a oferit 18-28 cm;
- s-a solicitat Operare / Sterilă prin senso Grip s-a oferit fara.

Ofertele operatorilor economici **DataControl SRL, IM Vivamed International SRL, Health Medical Solutions, Berhord Farmed SRL, Romedcom, GBG-MLD SRL** se resping, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimativă a lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea din Legea nr. 131/2015 "privind achizițiile publice".

Reieșind din cele menționate, **lotul nr. nr. 5 Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan, se anulează** în conformitate cu art. 71 alin (1) lit. d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Pentru **lotul nr. 6 Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie**, operatorul economic **GBG-MLD SRL**, pe primul loc după preț se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Videoprocesor / Imaginea / UHD, 4K upscaling s-a oferit 1080i/HD+;
- s-a solicitat Rezoluție >4K s-a oferit 1080i/HD+;
- s-a solicita Periferice disponibile / Display medical 4K s-a oferit Full HD;
- s-a solicitat Rezoluție $\geq 3840 \times 2160$ s-a oferit 1920x1080;
- s-a solicitat Videocolonoscop / Unghi de vedere ≥ 170 grade în regim normal s-a oferit 140 grade;
- s-a solicita Unghi de vedere ≥ 160 grade în regim apropiat s-a oferit 49 grade;
- s-a solicitat Videogastrosco / Optica Adâncimea câmpului vizual 3 - 100 mm în regim normal s-a oferit 5-100 mm.

Operatorul economic **SC Imunotehnomed SRL** al doilea după preț pentru același lot, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

- s-a solicitat Videoprocesor / Imaginea / UHD, 4K upscaling s-a oferit Full HD (1920x1080);
- s-a solicitat Rezoluție >4K s-a oferit Full HD (1920x1080);
- s-a solicitat Videocolonoscop / Canalul de lucru / Diametrul $\geq 3,7$ mm s-a oferit 3.2 mm;
- s-a solicitat Videocolonoscop / Unghi de vedere ≥ 170 grade în regim normal s-a oferit 140 grade;
- s-a solicita Unghi de vedere ≥ 160 grade în regim apropiat s-a oferit 56 grade;
- s-a solicitat Videogastrosco / Optica Adâncimea câmpului vizual 1,5-5,5mm în regim apropiat s-a oferit 1.5-2.5 mm;
- s-a solicitat Videogastrosco / Optica Adâncimea câmpului vizual intervale minim 1.5 - 5.5mm în regim apropiat s-a oferit 1.5-2.5mm.

Pentru loturile neacoperite se va iniția procedură de achiziție nouă doar în urma revederii specificațiilor tehnice și a sumelor estimative după caz de către instituțiile beneficiare.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 "privind achizițiile publice" – "contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare".

*Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **20.07.2021**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare*

Director

Ivan ANTOCI