

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1708514587234](#) din 21 februarie 2024

Obiectul achiziției: Serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Statia de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA 75	Statia de producere a oxigenului medical Atlas Copco GA 75	Moldova	Rio-Medical SRL	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu- lunar. - Verificarea de scurgeri de gaze- lunar - Verificarea de scurgeri de ulei- lunar - Verificarea de erori de sistem-lunar. - Resetarea erorilor- lunar. - O vizită neplanificată în caz de urgențe- minim o dată pe lună. -Schimbarea kitului de mentenanță, semestrial. - Spălarea mecanică a sistemului în ansamblu.	-Verificarea funcționalității sistemului în ansamblu- lunar. - Verificarea de scurgeri de gaze- lunar - Verificarea de scurgeri de ulei- lunar - Verificarea de erori de sistem- lunar. - Resetarea erorilor- lunar. - O vizită neplanificată în caz de urgențe- o dată pe lună. -Schimbarea kitului de mentenanță, semestrial. - Spălarea mecanică a sistemului în ansamblu.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101

