

Orasul: Chisinau

Denumirea participantului: **CENTRU STOMATOLOGIC „VIVODENT” S.R.L**

Adresa participantului:mun.Chisinau,sect.Centru str.Bucuresti 13/1

Tel.:022 22 65 22 , email: achizitii@vivodent.md

Organizator licitatie: **Centrul Stomatologic Municipal Chişinău**

Adresa :mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 165 ,tel:022-20-52-65 /022-20-52-67.E-mail: achizitii@usmf.md



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1566566179934								
Denumirea licitației: Sistem radiografic intraoral								
Nr. loturilor	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33111000-1	Sistem radiografic intraoral	OWANDI RX	Franta	OWANDI SAS	Unitățile radiografice dentare sunt utilizate pentru imagistica dentiției, anatomia individuală a dintelui (coroană, gît, rădăcină) și alte probleme dentare. Radiografia intraorală necesită filmul dentar sau senzorul digital pentru a fi plasate în interiorul gurii pacientului pentru imagistica ocluzală, periapicală, etc. Tub anod de raze X Tip Staționar cu montare pe perete Filtrare totală minimă, mm Al ≥ 2.0 Capacitatea de încălzire, HU ≥ 8000-30000 Stocare termică anod, J ≥ 4300 Disipare termică anod, W ≥ 100 Dimensiunea spotului focal, mm ≥ 0.4-0.8 Generator de raze X TIP AC/DCGama kV60-70Gama mAîntre 2 și 8Timpul de expunere, sec0.02-0,5Dimensiune conuri(SID)200- 300 mmLungime braț orizontal450 mm Rotație Xray tub, grade320 gradePanou de control integrat pe tubul radiologicdigitalRegim de lucru Manual/automatMiner integrat pentru poziționareDAAlimentarea220-240V, 50 HzFilm sau detector digital ambeleGeometria detectorului Colțuri superioare retezate (permite accesul la zonele greu accesibile și reducerea durerii)Tipul sensoruluiCMOSDimensiune detector, mm 29x40Tehnologia transmiției atelor USB, Ethernet, WirelessTimpul de procesare și afișare~4Mărime pixel, μm≤19Husă de protecție detector SiliconHolder pentru detectordHuse igienice Min 100 bucSoftware da	Aparat roentghen RX; Dimensiunea spotului focal 0,4 mm (IEC336); Gama kv 60,65.70 kV; Gama mA- 6 mA; Timpul de expunere 0,01s; 2,00s; Lungime brat orizontal 30;60;80;Alimentarea 110/220 V, 50 HZ Tipul sensorului: Sensor Owandi One; Sistema digitala: CMOS; Dimensiune detector: 25x39 mm; Huse igienice min 100 buc, Software: da. Anexa nr: 1, nr:2; nr:3	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dobrovoschi Alexandru in calitatea de: manager

Ofertantul: S.C. "VIVODENT S.R.L. Adresa: str. Bucuresti, 13/1, mun. Chisinau